

Sanitná zástavby vozidla kategórie Furgon

1. Označenie vozidla, všetko z kvalitnej fólie:
 - 1.1 po obvode vozidla: - pás o šírke 100 mm vo farbe signálna reflexná červená
 - 1.2 na vnútornej ploche zadných dvojkřídlových dverí: reflexný pás so šírkou 100mm so striedajúcimi bielo-červenými šikmými pásmi
 - 1.3 na oboch bokoch karosérie:
 - nápisy ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA - výška písma 100mm modrej farby
 - vyhradený znak: ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA v modrej hviezdy života o min. priemere 300 mm
 - symbol telefónu a číslo 155 modrej farby
 - symbol SOS 112 červenej farby
 - 1.4 na predných dverách:
 - logo prevádzkovateľa alebo názov a sídlo prevádzkovateľa s výškou písma 100 mm
 - 1.5 na prednej kapote:
 - nápis AMBULANCIA (môže byť aj zrkadlovo obrátený)
 - 1.6 bočné a zadné sklá ambulantného priestoru:
 - zadné sklá matované tmavou fóliou celoplošne
2. Rádiokomunikačné zariadenie:
 - 2.1 anténa rádiostanice na streche s plechovou základňou cca 1 x 1m s el. inštaláciou
 - 2.2 montáž rádiostanice v palubnej doske alebo nad ňou
3. Výstražná svetelná a zvuková signalizácia:
 - 3.1 modrá rampa technológie LED, alebo záblesková, dĺžka od 1000 do 1200 mm
 - vzadu na streche v pozdĺžnej osi dvoj zábleskový modrý maják
 - výstražná siréna s 3+1 ľubovoľne voliteľnými tónmi vrátane „hornú“, prepínanie tónu sirény o výkone min 110W na paneli ovládacej skrinky
 - 3.2 modré diódové LED svetlá v prednej maske - 2 ks vrátania prerušovača
 - 3.3 modré diódové LED svetlá na predných blatníkoch z boku vozidla - zapustené.
 - 3.4 oranžové svetlá obojstranne blikajúce okružle na zadnej hrane strechy vpravo a vľavo musia byť zapojené spolu s originálnymi smerovkovými svetlami vozidla. Funkcia výstražných svetiel a sirény nesmie ovplyvňovať funkciu rádiostanice
4. Prídavné bočné pracovné svetlá v plastových krytoch na oboch bokoch vozidla na streche - 1+1 ks - osvetľujú priestor vpravo a vľavo vedľa vozidla
5. Žiarovkové osvetlenie interiéru (2 x 21W - 4x) s ovládaním pri bočných a zadných dverách, s možnosťou samostatného vypnutia ktoréhokoľvek svetla a s možnosťou úsporného osvetlenia len s jedným svetlom
6. Halogénový reflektor pri zadných dverách nastaviteľný s vlastným ovládaním - osvetľuje priestor vzadu za vozidlom pri otvorených zadných dverách
7. Prenosné halogénové svetlo akumulátorové dobijacie s päticou 12V, s automatickým režimom dobíjania, osvit min. 1000m, dĺžka svietenia min 2.5h, umiestnenie na priečke v kabíne vodiča medzi sedadlami
8. Halogénové pracovné svetlo 12V na ohybnom krku umiestnené v kabíne spolujazdca nad palubnou doskou na čítanie máp so spínačom
9. Nastaviteľné bodové halogénové svetlá nad pacientom s úzkym kužeľom svetla so spínačom zapustené v stropě - 2ks
10. Núdzové stropné osvetlenie s možnosťou vypnutia spolu s zapusteným osvetlením nástupného schodu, obidve ovládané dverovými spínačmi ktorýchkoľvek dverí
11. Signalizácia otvorených ktorýchkoľvek zadných a bočných dverí na palubnej doske vodiča
12. Závislé teplovodné kúrenie v ambulantnej časti trojrychlostné s ovládaním na priečke, s výduchom v spodnej časti sedáku lekára
13. V streche výkonný obojsmerný ventilátor 12V so dvojpolohovým spínačom
14. Zásuvky 12 V: 1x na prístrojovej doske u spolujazdca, 3x na ľavej stene pri prístrojoch vpredu, 1x na ľavej stene vzadu
15. Klimatizácia zadného ambulantného priestoru regulovaná termostatom, s minimálnym výkonom 6 kW , na streche s výduchom pod stropom, napojená na prednú originálnu klimatizáciu dodávanú výrobcom vozidla Furgon
16. El. inštalácia 230V:
 - vonkajšia zásuvka 230V s a istením 230V v ľavej bočnej stene u vodiča, prírodný kábel

- minimálne 15m
 - zvuk. a svet. signalizácia pri štartovaní na palubnej doske
 - rozvod el. inštalácia 230V - dve vnútorné dvoj zásuvky 230V v ambulantnom priestore na ľavej stene pri prístrojoch, výstupy na nabíjačku a predohrev chladiacej kvapaliny v kabíne za sedadlom vodiča
 - schéma a revízia el. inštalácia 230V
17. Automatický predhrev 230V chladiacej kvapaliny motora s termostatom napojený na vonkajší zdroj 230 V o minimálnom výkone 750W
 18. Automatické dobíjanie batérie vozidla 12V s automatikou proti prebijaniu batérii vozidla pri napojení na vonkajší zdroj 230 V cez nabíjačku 12V/230V , umiestnená v kabíne za vodičom
 19. Prídavné nezávislé teplovzdušné kúrenie s termostatom 230 V vhodné do dopravných prostriedkov pre prepravu uchytené na ľavej stene za nosidlá na podlahe (kúri pričom vozidlo stojí a je napojené na 230V)
 20. Výstuhy karosérie z duralového plechu pre obloženie, pre montáž držiakov na prístroje, na sedadlá a nábytok súčasne spevňujúce karosériu strechy vozidla
 21. Zateplenie a odhlučnenie zdravotníckej Časti bezpečným materiálom
 22. Obklad stien a stropu bezpečným, hygienicky nezávadným a dobre umývateľným materiálom - lepené, s minimom medzier a s vytmelením škár
 23. Neklzavá, antistatická, dobre umývateľná podlaha vo forme vane do výšky minimálne 650 mm
 24. Úložný priestor nad kabínou vodiča s výklopnými dvierkami s prístupom zo zdrav. časti pre vákuové dlahy, fixačné goliere aj. iný zdravotnícky materiál.
 25. Úchyt pre vákuový matrac pod stropom na pravej stene od bočných dverí po zadnú stenu, bezpečný a rýchlo odnímateľný z ľahkých duralových materiálov
 26. Na ľavej strane pri priečke police s plexi priehradkami a s uzamykateľnou skrinkou na lieky s obsahom psychotropných látok a opiátov, skrinka musí byť vyrobená z ľahkých kovových, alebo plastových pevnostných materiálov
 27. Kombinovaná skrinka pri bočných dverách pri priečke s nerezovou pracovnou plochou { prípadne na uloženie veľkého zdravotníckeho batohu }, vľavo so zásuvkami s automatickou zábrankou proti otváraniu a vpravo dole s odkladacím nerezovým priestorom pre zdravotnícke kufre alebo batohy musí byť vyrobená z ľahkých kovových, alebo plastových pevnostných materiálov
 28. Skrinková zástavba na ľavej stene vpredu a vzadu pod stropom musí byť vyrobená z ľahkých kovových, alebo plastových pevnostných materiálov s posuvnými homologovanými bezpečnými plexisklami - uprostred miesto pre defibrilátor
 29. Vľavo pri priečke skriňa s nerezovým umývadlom, s odklopnou pracovnou doskou, s elektrickým. čerpadlom 12V a ventilom so spínačom, s tečúcou vodou so zásobníkom na čistú a špinavú vodu, musí byť vyrobená z ľahkých kovových, alebo plastových pevnostných materiálov
 30. Úložný priestor s vekom nad ľavým zadným vnútorným blatníkom pre zdravotnícky materiál musí byť vyrobený z ľahkých kovových, alebo plastových pevnostných materiálov
 31. V priestore nad bočnými dverami listové držiaky na ampute- 3 x 30ks
 32. Pevný stôl na nosidlá v nerezovom prevedení s výklopným nerezovým nájazdom, hore nerezová vaňa s vodiacimi lištami a s istiacimi dvoma zámkami proti samovoľnému uvoľneniu podvozku nosítok homologizované podľa normy EN 1789!! (súčasťou dodávky je atest) Priestor v stole nosítok pre dlhú chrbticovú dosku (pod hornou plochou stola nosítok) s prístupom zo zadnej časti výklopnými dvierkami a z boku s prístupom cez posuvné dvierka
 33. Sklopné sedadlo na priečke s oporou chrbta a hlavy s bezpečnostným trojbodovým samonavíjacím pásom obrátené v proti smere jazdy homologizované podľa normy EN 1789 t súčasťou dodávky je atest), s malým úložným priestorom
 34. Vpravo za bočnými dverami otočné sedadlo so sklopným sedákom s bezpečnostným trojbodovým samonavíjacím pásom homologizované podľa normy EN 1789 (súčasťou dodávky je atest)
 35. Uchytenie pre sklopné kreslo (schodolez) v stole nosítok prístupné zozadu alebo uchytenie zvnútra na pravých zadných dverách (upresni zadávateľ)
 36. Uchytenie pre chrbticovú dosku v stole nosítok prístupné zozadu
 37. Stropné madlo v nerezovom prevedení nad pacientom
 38. Výklopné držiaky na infúzne fľaše a vaky zapustené v strope s fixáciou na suchý zips - 2x
 39. Držiaky na 10 l. fľaše na kyslík v pravom a ľavom zadnom rohu homologizované podľa normy EN 1789 (súčasťou dodávky je atest) s rýchlospojками (2ks) pri fľašiach
 40. Tlakový rozvod kyslíka + výstup kyslíka: 2x rýchlospojka na ľavej stene pri prístrojoch
 41. Držiak na 2 l fľašu na ľavej stene za nosítkami na podlahe homologizované podľa normy EN 1789 (súčasťou dodávky je atest)
 42. Madlá pre nástup vľavo a vpravo pri bočných dverách ambulantného priestoru v nerezovom prevedení
 43. Dávkovač na dezinfekciu na prednej stene

44. Hasiaci prístroj CO 2 kg s držiakom v kabíne za vodičom
45. Odpadkový kôš min. 5l pri ľavej stene na podlahe ambulantného priestoru

Vybavenie vozidla kategórie Furgon pre transport pacienta - transportná technika

1. Nosidlá so sklopným a odnímateľným polohovateľným (min 7 polôh) pojazdným podvozkom / min nosnosť 200 kg /. Nosidlá s polohovaním chrbtovej časti i polohovanie hlavy a polohovaním časti dolných končatín vrátane lomenia v kolenách, výsuvnými madlami na nosenie, paralelne sklopnými bočnými madlami, s matracom a popruhmi pre pacienta homologizované podľa normy STN EN 1865 a STN EN 1789
2. Transportné duralové skladacie kreslo pojazdné/prenosné s mechanizmom na pohyb po schodoch schválené pre prevoz pacientov
3. Vákuový matrac v umývateľnom obale
4. Transportná plachta 8- rúčková
5. Dlhá chrbticová doska s príslušenstvom na fixáciu hlavy a s bezpečnostnými popruhmi pre pacienta

Nástavba sanitného vozidla typu VW T5 2,0 TDI

Skriňová nadstavba

1. Sendvicová skriňová karoséria v zložení vnútorný Ral plech 1,5mm + A I, rám s PUR penou + vonkajší laminátové oplaštenie, Šírka 40mm, koncipovaná ako podbehová. integrované výstuhy karosérie pre montáž držiakov na prístroje a nábytok, samonosná, tepelno a hluková izolovaná podlaha protiskluzová. antistatická a vodevzdorná, odolávajúca bežným čistiacim prostriedkom, el. inštalácia vo stenách, rozvod tlakového vzduchu vo stenách, pravé bočné dvere jednokrídlové presklené a zadné dvere dvojkrídlové presklené s tesniacou gumou s otváraním zvonku i zvnútra, zadný nástupný schod o šírke min 700mm. dvierka na fľaše - 2ks z ľavého boku vzadu zvonku, priestor pre chrbticovú dosku pod nosítky, pevná okna v zadných dverách 800x400mm. v bočných dverách 500x500mm. okno s posuvnými sklami 800x500mm v pravom boku skrine a okno s posuvnými sklami 700x300mm v pevnej deliacej stene oddelujúcu kabínu vodiča od patientskeho priestoru, všetky okna mimo okno v prednej stene sú zatmavené dymovou fóliou.
2. Povinná svetelná výbava na zadnom paneli skrine vpravo a vľavo dole - použito orig. zadných združených svetiel podvozku, napojených na orig. sústavu vozidla - osvetlenia SPZ (stranové svetidlo 2x)
3. Spoiler nad kabínou vodiča prispôsobený pre montáž výstražného zariadenia s limeom po obvode kabíny
4. Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním všetkých dverí vozidla

Sanitná zástavba:

1. Označenie vozidla - pás po obvode vozidla vo farbe signálna reflexná červená o šírke min. 100mm (prerušené pre dverové kliky kabíny). vopredu na kapote a na zadných dvojkrídlych dverách je pás prerušený pruhmi pod sklom 45st. o šírke 100 mm v tvare písmena „A“, na vnútornej ploche zadných dvojkrídlych dverí sú tabuľky s bieločervenými šikmými pruhmi z odrazovej fólie na oboch bokoch karosérie nápis ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA, vyhradený znak - ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA o priemere 300mm, symbol tel a číslo 155 modrej farby, symbol SĎS i 12 červenej farby, na predných dverách logo prevádzkovateľa s výškou písma 100 mm, na jednej kapote modrý nápis AMBULANCIA zrkadlovo obrátený všetko z kvalitnej fólie
2. Anténa rádiokomunikačného zariadenia v priestore kabíny vodiča
3. Rádiokomunikačné zariadenie : príprava na montáž + plus prípadná montáž dodané rádiostanice na palubovke
4. El. inštalácia 12V s rozvodom v stenách
5. Výstražná svetelná a zvuková signalizácia pozostávajúca z:
 - Dve modré blikajúce svetlá oválne vpredu v maske vozidla MIKROLED SPUTNIK so svetlom pod uhlom
 - Predná stroboskopická rampa s modrým filtrom na spoileru - Phoenix LED Blue 1200
 - Siréna - voľba tónov 3+1 vrátane Hornu AS 250, so samostatným ovládaním, repro o min. výkone 120W v rampe
 - Modrá svetlá LED MICRO LED SPUTNIK Blue umiestnená vpravo a vľavo nad zadnými dverami (1 + 1 ks)
 - Modrá svetlá LED MICROLED SPUTNIK Blue umiestnená na pravom i ľavom boku vpredu a vzadu (2 + 2 ks)

- Modré svetlá LED MICROLED SPUTNIK Blue - nad predným blatníkom vpravo a vľavo (1 + 1 ks.)
 - Prídavná oranžová svetlá LED MICROLED SPUTNIK Oranž - umiestnená vpravo a vľavo nad zadnými dverami zvnútri modrých svetiel, napojená na orig. blinkrovú sústavu vozidla (1 + 1 ks). Všetky výstražné svetlá a siréna Federál Signál Corporation, svetlá pod poz. 5.4 až 5.7, zapustené do karosérie
6. Prídavné bočné pracovné svetlá 1-1 ks na oboch bokoch vozidla, nahore - vprostred karosérie zapustené do karosérie
 7. Prídavné tretie červené brzdové svetlo vo stredu nad zadnými dcérmi HELLA
 8. Prenosné halogénové svetlo akumulátorové dobijacie CONRÁD IVT typ Profi-plus. kombinácia Halogen-*/LED s päticou na prepážke PL-838LED medzi sedadlami s dosahom svetelného kužela mín 1000m a dĺžkou svietenia halogén min 2,5hod, pri LED svetle až 30hod
 9. Halogénové svetlo I-IELLA 12V na ohebnom krku (Copilot) umiestnené v kabíne u spolujazdca
 10. Vonkajšia zásuvka 230V, v ľavej bočnej stene, s rozvodom a istením 230V. dve dvojzásuvky u prístrojov, výstupy na nabíjačku a predohrev chladiacej kapaliny v kabíne 2a sedadlom vodiča, zvuk. a svet. Varovná signalizácia pri štartovaní, prírodný kábel 15m dĺžky, schéma a revízia elektrickej inštalácie 230V
 11. Automatické dobíjanie oboch dvoch batérií vozidla 12V s automatikou proti prebýjaniu batérií vozidla pri napojení na vonkajší zdroj 230 V cez nabíjačku 12V/230V typ Calira LG616 umiestnená v kabíne
 12. Automatický predhrev motora Molpír - Defa 230V obj. kód 411722 pri napojení na vonkajší zdroj 230 V o výkone 1Q00VV
 13. Zásuvka 12 V. 1 x na prístrojové doske u spolujazdca. 3x na ľavej stene u prístrojov, 1x u zadnej stene. 1x vzadu inkubátorová s kontrolkou 16A
 14. Halogénový reflektor pri zadných dverách, nezávislé ovládanie, neodnematelný
 15. Žiarovkové osvetlenie interiéru { 4 x 2x21 W) Dno Munnich s možnosťou vypnutia ktoréhokoľvek svetla a s možnosťou úsporného osvetlenia s jedným svetloms ovládaním pri bočných a zadných dverách
 16. Núdzové stropné osvetlenie vrátane nástupného schodu ovládané dverovým spínačom s možnosťou vypnutia, ovládané dverovými spínačmi ktorýchkoľvek dverí
 17. Nastaviteľná bodová halogénová svetla nad pacientom s úzkym kuželom svetla so spínačom zapusteným v strope- 2ks
 18. Signalizácia otvorených ktorýchkoľvek zadných a bočných dverí skrine
 19. Závislé teplovodné trojrychlostné kúrenie v ambulantnej časti Herkules FA IQ.SkW biele obj. k. 120.11.706 s ovládaním na priečke s výdechom v spodnej časti kombinovanej skrinky pri bočných dverách
 20. Prídavné nezávislé teplovzdušné kúrenie s termostatom 230 V Defa 1100 2000W obj. k. 430022 vhodné do dopravných prostriedkov pre prepravu uchytané na ľavej stene za nosidlá na podlahe (kúri pričom vozidlo stojí a je napojené na 230V)
 21. V strope obojsmerný ventilátor 12V SIROCO typ A3003 s aerodynamickým krytom na streche – 1 ks
 22. Klimatizácia zadného ambulantného prostoru min 6.2kW Molpír - Glasgow s termostatom s výdechom na prednej stene hore pod stropom, napojená na prednú orig. klimatizáciu \ kabíne
 23. Skrinková zástavba na ľavej stene pod stropom po celej dĺžke vyrobená z ľahkých kovových, Al pevnostných materiálov s posuvnými homologovaným i bezpečnými plexisklami
 24. Kombinovaná skrinka pri bočných dverách pri priečke s nerezovou pracovnou plochou (príp. na uloženie veľkého zdravotníckeho batohu), vľavo so zásuvkami s automatickou zábezpekou proti otváraniu a vpravo dole s odkladacím nerezovým priestorom pre zdravotnícke kufre alebo batohy, nerezovým umývadlom s odklopnou pracovnou doskou, s tečúcou vodou pomocou čerpadla 12V a 2 ks 10 l nádob na čistú a špinavú vodu , vyrobená z ľahkých kovových Al pevnostných materiálov
 25. V ľavom rohu pri prednej stene skriňa siahajúca výškovo horných skrinok až k podlahe na zdravotnícky materiál s otvorenými policami s rýchlym prístupom pre zdravotnícky materiál s uzamykateľnou skrinkou na lieky s obsahom psychotropných látok a opiátov, musí byť vyrobená z ľahkých kovových. Al pevnostných materiálov
 26. Úložný priestor s vekom nad ľavým zadným vnútorným blatníkom pre vákuovú matrac musí byť vyrobený z ľahkých kovových, alebo plastových pevnostných materiálov
 27. Pevný stôl na nosidlá v nerezovom prevedení s výklopným nerezovým nájazdom, hore nerezová vaňa s vodiacimi listami a s istiacimi dvoma zámkami proti samovoľnému uvoľneniu podvozku nosítkom homologizované podľa normy EN 1789 typ Femo fastener 170. Úložný priestor v stole nosítkom pre dlhú chrbticovú dosku a nájezdové lyžiny (pod hornú plochou stolu nosítkom) s prístupom zo zadnej časti výklopnými dvierkami a z boku s prístupom cez posuvné dvierka
 28. Sklopné sedadlo na priečke s oporou chrbta a hlavy s bezpečnostným samonavíjajúcim trojbodovým

pásom obrátené v proti smere jazdy homologizované podľa normy EN 1789 (súčasťou dodávky je atest), s malým úložným priestorom

29. Vpravo za bočnými dverami otočné sedadlo so sklopným sedákom s bezpečnostným samonavíjajúcim trojbodovým pásmom homologizované podľa normy EN 1789
30. Panely na vypínače a ovládanie v kabíne vodiča a v zadnom priestore
31. Uchytenie pre chrbticovú dosku v stole nosítok prístupné zozadu
32. Stropné madlo v nerezovom prevedení nad pacientom dlhé
33. Výklopné držiaky v nerezovom prevedení na infúzne fľaše a vaky na strope - 2x
34. Držiaky na 10 l. fľaše na kyslík v ľavom zadnom rohu homologizované podľa normy EN 1789 (súčasťou dodávky je atest) s rýchlospojками (2ks) pri fľašiach
35. Tlakový rozvod kyslíka + výstup kyslíka: 2x rýchlospojka na ľavej stene pri prístrojoch
36. Držiak na 2 l fľašu na ľavej stene za nosítkami na podlahe homologizované podľa normy EN 1789
37. Úchyt pre pojazdné transportné kreslo pre prevoz pacienta homologizované podľa normy EN 1789, vrátane nájazdovej rampy-Al lyžín {pre prepravu uložené vo stole nosítok }
38. Na prednej stene vľavo držiaky na ampule - 3 x 30ks
39. Dávkovač na dezinfekciu na prednej stene
40. Madlá pre nástup vľavo a vpravo pri bočných dverách ambulantného priestoru v nerezovom prevedení
41. Hasiaci prístroj CO 2 kg s držiakom v kabíne za vodičom
42. Odpadkový kôš 5 l pri ľavej stene na podlahe ambulantného priestoru

Vybavenie vozidla so skriňovou zástavbou pre transport pacienta- transportná technika

1. Nosidlá so sklopným a odnímateľným polohovateľným pojazdným podvozkom min. nosnosť 200 kg typ Femo 40524153. Nosidlá s polohovaním chrbtovej časti i polohovanie hlavy a polohovaním časti dolných končatín vrátane lomenia v kolenách, výsuvnými madlami na nosenie, sklopnými bočnými madlami, s matracom a popruhmi pre pacienta homologizované podľa normy STN EN 1865 a STN EN 1789
2. Transportné duralové kreslo pojazdné, prenosné nepolohovateľné, skladacie schodolez SA VER typ S-242T
3. Vákuový matrac v umývateľnom obale EGO EM-10/2
4. Transportná plachta 8-rúčková EGO VP-10 omyvateľná
5. Dlhá chrbticová doska SPENCER typ B-BAK rentgenovateľná. rozmery 41 x 154,5 x 4,3cm s príslušenstvom na fixáciu hlavy - imobilizérom SPENCER BLUE a s bezpečnostnými popruhmi pre pacienta Spencer typ SPENCER ROCK STRAPS
6. Nástenný tonometer
7. Glukometer