

ČRP	Názov položky	Popis rozpočtovej položky a zdôvodnenie využitia v projekte (Žiadateľ kladie dôraz na preukázanie nevyhnutnosti výdavku vo vzťahu naplnenia stanovených cieľov v predkladanom projekte.)	Zdôvodnenie neexistencie duplicity (Žiadateľ v tejto časti uvedie tie položky, ktoré v zmysle definície v prílohe „Zoznam technického, prístrojového a laboratórneho vybavenia (PO 2007-2013, PO 2014-2020)“ majú duplicitný charakter s nárokoványm výdavkom a zdôvodní nevyhnutnosť obstarania novej (rovnakej alebo obdobnej) infraštruktúry/výdavku prostredníctvom predkladaného projektu.)	Minimálne technické parametre výdavku
1H4P63	Súčiastky a elektronické moduly	Súčiastky a elektronické moduly: Súčiastky a elektronické moduly špecifikované nižšie sú nevyhnutné k úspešnému riešeniu aktivít projektu, konkrétne aktivity 5 a 6. V rámci riešenia týchto aktivít bude prebiehať návrh a realizácia zariadení schopných monitorovať repiráciu, EKG, pohyb, teplotu atď. (aktivita 5), ako aj zariadení schopných zhromažďovať a prenášať dáta z takýchto systémov (aktivita 6). Rozsah a počet kusov elektronických prvkov plne korešponduje s dĺžkou projektu, ako aj náročnosťou pripravovaných výskumných a návrhových úloh popísaných v aktivitách projektu.	Nakoľko sa jedná o elektronické súčiastky a moduly vyšpecifikované presne podľa požiadaviek projektu neexistuje žiadna duplicita.	
1H4P64	Komplexný telemedicínsky systém pre možnosť vzdialeného monitorovania pacientov	Komplexný telemedicínsky systém pre možnosť vzdialeného monitorovania pacientov je nevyhnutný pre nasadenie telemedicínskeho systému do reálneho prostredia (napr. nemocnice, domovy sociálnych služieb, školy či firmy) a jeho testovanie v korelácii s dostupnými zariadeniami. Výsledok testovania bude slúžiť na nastavenie procesov pre monitorovanie pacientov trpiacich na COVID-19, rizikových pacientov ako aj chronicky chorých pacientov, ktorí môžu byť monitorovaní v prípade potreby telemedicínskym systémom. Nákup a využitie takéhoto systému je v plnej zhode s Aktivitou č.8, kde sú jeho potreby a účel bližšie vysvetlené (viď. bod 7.2.2 ZoNFP).	Nakoľko sa jedná o zariadenie vyšpecifikované presne podľa potrieb aktivít projektu a zároveň zariadenia musia spĺňať požiadavky pre vzdialené monitorovanie, bezdrôtovú komunikáciu či kompaktnú veľkosť neexistuje žiadna duplicita.	