

Názov predmetu zákazky:

Kryoablačný prístroj s aktívnym rozmrazovaním

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nesplňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa / nesplňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
kryoablačný systém, ktorého súčasťou sú: kryoablačná konzola, vozík s držiakom na 2 tlakové fľaše, príslušenstvo Požaduje sa jednorazové dodanie nového, nepoužívaného a nerepasovaného prístroja vrátane pozáručného servisu bez náhradných dielov v trvaní 60 mesiacov.		spĺňa	
Položka č. 1 - Kryoablačný prístroj s aktívnym rozmrazovaním		-	
1.	ovládacia konzola pre kryoablačný katéter cryoICE (CRYO2) a CryoFORM (CRYOF)	spĺňa	
2.	pracovným plynom je N2O – vysoká tepelná kapacita	spĺňa	
3.	držiak na fľaše je súčasťou systému	spĺňa	
4.	homogénna tvorba kryolézií na začiatku aj konci životnosti N2O tlakových fliaš je zaistená kontrolou vnútorného tlaku systému a automatickým ohrevom N2O tlakových fliaš	spĺňa	
5.	na tvorbu kryolézií sa používa lineárny flexibilný kryoablačný katéter cryoICE (CRYO2) alebo CryoFORM (CRYOF)	spĺňa	
6.	konštrukcia z niekoľkých trysiek - chladenie kryoablačnej časti rýchle a homogénne	spĺňa	
7.	najnižšia dosahovaná teplota na povrchu kryoablačnej časti: -60 až -70 ° C (kryonekróza vzniká pri teplote cca -40 °C	spĺňa	
8.	Systém má automatický mraziaci cyklus:	-	
8.1	časovač pre tvorbu kryolézie sa automaticky spustí po dosiahnutí prednastavenej teploty	spĺňa	
8.2	mraziaci mód je po uplynutí časovača automaticky prepnutý do rozmrazovacieho módu pre kryokatéter - pre jednoduché a rýchle vybratie katétra zo zamrznutého tkaniva (nie je potrebné použiť ohriaty fyziologický roztok, ktorý okrem kryokatétra ohrieva aj zamrznuté tkanivo a tým môže výrazne znížiť výsledný efekt kryoablácie a/alebo znížiť efekt studenej kardioplégie)	spĺňa	
9.	rozmrazovací mód pre vytvorenie ablačného setu lézií	spĺňa	
10.	spustenie mraziaceho cyklu je buď tlačidlom alebo nožným spínačom (toto tlačidlo/spínač slúži aj na prerušenie mraziaceho procesu v prípade potreby)	spĺňa	
11.	Príslušenstvo:	-	
11.1	ohrievacia dečka	spĺňa	
11.2	nožný spínač	spĺňa	
11.3	výfuková hadica	spĺňa	
11.4	manometer a časticové filtre	spĺňa	
Položka č. 2 - Pozáručný servis pre položku č. 1		-	
1.	Servisná starostlivosť o zariadenie vo vlastníctve objednávateľa	spĺňa	
2.	Preventívna údržba vrátane povinných revízií podľa plánu v termínoch určených výrobcom	spĺňa	
3.	Plán údržby a revízií	spĺňa	
4.	O každom zásahu vedenie servisnej správy podpísanej zodpovednou osobou objednávateľa	spĺňa	
5.	Oprava zariadení v prípade nefunkčnosti v dôsledku poruchy	spĺňa	
6.	Služba umožňujúca objednávateľovi zasielať požiadavky online	spĺňa	

Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zákazky

7.	Cestovné a všetky ostatné náklady zahrnuté v rámci paušálu	spĺňa	
8.	Nástup na opravu do 24 hodín od nahlásenia poruchy	spĺňa	
9.	Nástup na opravu do 72 hodín, v prípade nedostupnosti náhradného dielu, po dohode s objednávatelom.	spĺňa	
10.	Výkonávanie opráv do 72 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod. resp. v prípade poruchy výmena prístroja do 72 hodín.	spĺňa	
11.	Používanie len originálnych náhradných dielov	spĺňa	
12.	Poistenie prevádzkovej zodpovednosti vo výške ročnej ceny za služby (<i>uchádzač v ponuke v súťaži nepredkladá, bude sa požadovať od úspešného uchádzača</i>)	spĺňa	

Obchodné

meno

uchádzača:

ADYTON medical devices SK s.r.o.

Sídlo

uchádzača:

Stupavská 14, 831 06 Bratislava

IČO:

45849765

DIČ:

2023403998

V:

Bratislave

Dňa:

9.9.2024

Podpis a pečiatka:

Vítězslav Bureš