

Názov predmetu zákazky:
Hemokoncentrátor

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky			Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nesplňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
			spĺňa / nesplňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Hemokoncentrátor				
1.1	Špeciálny zdravotnícky materiál, ktorý sa používa s prepojeným hadicovým setom na efektívnu koncentráciu krvi polyethersulfónovou membránou pre vysoký stupeň ultrafiltrácie u dospelého pacienta.		spĺňa	
1.2	Nízky prime volume:	max. 75 ml	spĺňa	57 ml
1.3	Efektívny povrch membrány:	max. 1,0 m2	spĺňa	0,9 m2
1.4	Rozsah výkonu:	100 - 500 ml/min.	spĺňa	
1.5	Možnosť maximálneho transmembránového tlaku:	500 mm Hg	spĺňa	
1.6	Vnútny priemer kapiláry (µm):	max 200 µm	spĺňa	
1.7	Hrúbka steny kapiláry (µm):	max 30 µm	spĺňa	
1.8	Krvné porty	s možnosťou jednoduchého aj luer portu	spĺňa	
1.9	Port filtrácie s 1/2" konektorom s možnosťou použitia adaptéra 1/4" konektor.		spĺňa	
1.10	Možnosť "bez preplachu" počas prípravy hemokoncentrátoru.		spĺňa	
1.11	Kompletné sterilné jednorazové balenie s prepojeným hadicovým setom.		spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodné meno/Názov uchádzača:

MEDITRADE spol s.r.o.

Sídlo/Miesto podnikania:

Levočská 1, 851 01 Bratislava

IČO:

17312001

DIČ:

2020293121

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:

Meno a priezvisko:

Ing. Lýdia Omastová

Pracovné zaradenie:

Produktový špecialista pre kardiochirurgiu

Telefónne číslo:

421 911 637 452

E-mail:

obchod@meditrade.sk lomastova@meditrade.sk

V: Bratislava

Dňa: 19.9.2024

Podpis a pečiatka: _____

Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie: **Ing. Pavel Bohdal, konateľ spoločnosti**

Poznámka:

ŽIADAME NEMENIŤ FORMULÁRE