



RIAD. 101/
Rely

NsP Sv. Jakuba, n.o.
Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov

KÚPNA ZMLUVA č.

uzavretá v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Obchodné meno:	NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov
Sídlo:	Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov
V jeho mene konajúci:	MUDr. Marián Petko, MPH
Oprávnený rokovať vo veciach:	
a) zmluvných	Ing. Mgr. Marián Petko, MBA
b) technických	p. Jozef Chlebovský
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa
IBAN:	SK39 0900 0000 0051 3684 4694
IČO:	36167908
DIČ:	2020028824
IČ DPH:	SK2020028824
Internetová adresa:	www.nsp-bardejov.sk

(ďalej len „kupujúci“)

a

Obchodné meno:	Zimmer Slovakia s.r.o.
Zapísaný v:	Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd: Sro, vložka č. 89500/B
Sídlo:	Mostová 2, 811 02 Bratislava
Zastúpená:	v zastúpení: Ing. Kamil Renyi, konateľ spoločnosti
IČO:	47164816
IČ DPH:	SK2023780880
Bankové spojenie:	Citibank a.s.
IBAN:	SK9481300000002012030003
E-mail:	poziadavkysk@zimmerbiomet.com
Tel:	+421 2 33056429
Fax:	+421 232 661 775
Internetová adresa:	https://www.zimmerbiomet.com

(ďalej len „predávajúci“)

(kupujúci a predávajúci ďalej spolu ako „zmluvné strany“ a jednotlivito ako „zmluvná strana“)

PREAMBULA

Kupujúci a predávajúci uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok zadávania nadlimitnej zákazky – verejnej súťaže s názvom predmetu **Medicínske zostavy** zadávanej na základe Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 20074 – MST dňa 13.08.2024 pod značkou Vestník 158/2024 a v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 12.08.2024 pod číslom 485292-2024

I. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu predmet zákazky:

Predmet	Množstvo
artroskopická zostava	1 ks



a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k uvedenej technológii a záväzok kupujúceho technológiu prevziať do vlastníctva a zaplatiť predávajúcemu dojednanú kúpnu cenu, a to všetko za podmienok dojednaných v tejto zmluve. Prístroje musia byť nové, nerepasované a nepoužívané.

2. Predmet zmluvy je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
3. Súčasťou dodania požadovanej technológie je aj doprava na miesto dodania, inštalácia a uvedenie do prevádzky, odskúšanie a odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu zmluvy a výkon vlastníckeho práva kupujúceho. Zaškolenie zamestnancov kupujúceho ohľadne obsluhy zabezpečí predávajúci na vlastné náklady. Záväzok predávajúceho dodať technológiu sa považuje za splnený až riadnym splnením záväzkov podľa tohto ods. zmluvy.

II. MIESTO A ČAS DODANIA

1. Miestom dodania predmetu zmluvy je: NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov, Sv. Jakuba 21, Bardejov.
2. Predsávajuci sa zavazuje dodať predmet zmluvy v rozsahu záväzku podľa čl. I. tejto zmluvy najneskôr do **90 kalendárnych dní** od vystavenia objednávky kupujúceho predávajúcemu.
3. Presný dátum a čas dodania predmetu zmluvy si dohodne predávajúci s kupujúcim najmenej tri kalendárne dni vopred.
4. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy (v rozsahu záväzku podľa čl. I. tejto zmluvy) má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % denne z ceny nedodaného alebo neskoro dodaného predmetu zmluvy. Zaplacením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody. Pokiaľ predmet zmluvy nebude dodaný ani v dohodenej lehote určenej kupujúcim, kupujúci je oprávnený od tejto časti zmluvy odstúpiť ohľadne nedodanej technológie a má nárok na náhradu škody, ktorá mu nedodaním technológie vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnu cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy a kúpnu cenou, za ktorú kupujúci obstaral technológiu u iného dodávateľa z dôvodu omeškania predávajúceho.

III. PODMIENKY DODANIA

1. Predsávajuci sa zavazuje technológiu zabaliť a vybaviť na prepravu, pričom náklady s tým spojené sú už zahrnuté v kúpnej cene. Technológia musí byť dodaná, príp. zabalená takým spôsobom, ktorý dostatočne zabezpečí jej ochranu a uchovanie.
2. Predsávajuci je povinný po dodaní technológie do miesta dodania technológiu nainštalovať, uviesť do prevádzky, vykonať skúšobnú prevádzku a riadnym spôsobom zaškoliť poverených zamestnancov kupujúceho ohľadne obsluhy uvedenej technológie. O zaškolení spíšu oprávnení zástupcovia predávajúceho a kupujúceho relevantný doklad. Až riadnym splnením povinností podľa tohto ods. zmluvy sa záväzok predávajúceho dodať technológiu považuje za splnený.
3. Pri odovzdaní a prevzatí technológie podpíšu predávajúci a kupujúci alebo ich poverení zástupcovia v mieste dodania preberací protokol/dodací list, ktorý obsahuje najmä, nie však výlučne: dátum odovzdania a prevzatia technológie, záznam z prvej vonkajšej obhliadky technológie, súpis zjavných väd zistiteľných na technológii zistiteľných pri vonkajšej obhliadke, výrobné číslo predmetu zmluvy.
4. Spolu s technológiou je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k nej vzťahujú a ktoré sú potrebné na užívanie a na výkon vlastníckeho práva, a to najmä, nie však výlučne: návod na obsluhu v slovenskom príp. českom jazyku, preberací protokol/dodací list, záručný list a iné relevantné dokumenty.
5. Momentom uvedenia technológie predávajúcim do prevádzky v mieste jej dodania podľa tejto zmluvy prechádza nebezpečenstvo škody na technológii a vlastnícke právo k technológii na kupujúceho.
6. Subdodávateľa nie sú účastníkmi tohto záväzkového vzťahu a z tejto zmluvy im nevznikajú žiadne práva a povinnosti. Za ich činnosť v plnom rozsahu zodpovedá predávajúci, ako keby predmet zmluvy plnil sám.
7. V prípade neuvedenia subdodávateľov v zmluve musí celý predmet zmluvy podľa článku I. tejto zmluvy dodať predávajúci. Predsávajuci uvedie všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
8. Predsávajuci je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi kupujúcemu.
9. Zmena subdodávateľa je možná len na základe jeho písomného odsúhlasenia kupujúcim formou dodatku k tejto zmluve.



NsP Sv. Jakuba, n.o.

Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov

IV. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Kúpna cena za predmet zmluvy v rozsahu podľa čl. I tejto zmluvy je uvedená v Prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. K cene bude účtovaná daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými predpismi.
3. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním technológie a prevodom vlastníckeho práva, vrátane nákladov na balenie, dopravu do miesta dodania, poistenie, náklady inštalácie, skúšobnej prevádzky a pod.
4. Dohodnutú kúpnu cenu je možné meniť len na základe písomného dodatku k zmluve podpísaného zmluvnými stranami. Takáto zmena nesmie byť v rozpore s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Kúpnu cenu za technológiu sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe faktúry riadne vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu. Pridávajúci je oprávnený vystaviť faktúru po splnení záväzku v rozsahu podľa čl. I. tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je **60 kalendárnych dní** odo dňa jej doručenia kupujúcemu, a to prednostne bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktúre, prípadne iným spôsobom v súlade s platným právom.
6. Pridávajúci je povinný najneskôr ku dňu vystavenia faktúry odovzdať kupujúcemu záručný list, doklad o zaškolení obsluhy a iné relevantné doklady.
7. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zároveň musí obsahovať cenu predmetu zmluvy a jej položky v súlade s prílohou č. 2 tejto Kúpnej zmluvy. V prípade, že výška kúpnej ceny na faktúre bude nesprávna, alebo ak doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo k nej nebude priložená príloha podľa ods. 6 vyššie, kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení kupujúcemu.
8. V prípade, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny za technológiu, pridávajúci má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

V. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

1. Pridávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet zmluvy v množstve a akosti podľa podmienok tejto zmluvy a plne spôsobilý na užívanie na určený účel vyplývajúci z povahy technológie. Pridávajúci sa zaväzuje, že technológia ku dňu dodania bude v jeho výlučnom vlastníctve a nebude zaťažená žiadnymi právami tretích osôb a že zároveň bude spĺňať všetky všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami stanovené požiadavky na akosť, kvalitu, funkčnosť a prevádzkyschopnosť, ako aj všetky bezpečnostné, požiarne, hygienické a zdravotné normy. V prípade, že sa tak nestane, má technológia vady.
2. Pridávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má technológia v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Pridávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva škody na technológiu na kupujúceho, ak je vada spôsobená porušením povinností pridávajúceho.
3. Pridávajúci týmto poskytuje na technológiu záruku v dĺžke podľa typu technológie, najmenej však po dobu 24 mesiacov. Záručná doba na konkrétnu technológiu bude uvedená v záručnom liste, ktorý bude súčasťou odovzdávajúcej dokumentácie. Záručná doba začína plynúť dňom uvedenia predmetnej technológie pridávajúcim do prevádzky v mieste dodania. Zárukou preberá pridávajúci zodpovednosť najmä za to, že technológia bude po dojednanú dobu spôsobilá na užívanie na dojednaný účel a bude bez väd. Pridávajúci bude na vlastné náklady zabezpečovať záručný servis technológie.
4. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú nemohol kupujúci technológiu užívať pre vady, za ktoré zodpovedá pridávajúci.
5. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou manipuláciou s technológiou v rozpore s návodom na obsluhu, prípadne násilným a neoprávneným zásahom do technológie.
6. V záručnej dobe pridávajúci vykoná bezplatne záručné preventívne prehliadky technológie vo výrobcom predpísanom rozsahu podľa servisného manuálu.
7. V záruke je zahrnuté aj bezplatné dodávanie náhradných dielov potrebných na riadne fungovanie technológie, ako aj poradenská starostlivosť o technológiu.



VI. OZNÁMENIE VÁD A NÁROKY Z VÁD POČAS ZÁRUČNEJ DOBY

1. Vady technológie je kupujúci povinný písomne reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do konca záručnej doby. Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie postačí uplatniť reklamáciu faxom, resp. emailom.
2. Ak si kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady technológie, predávajúci je povinný zabezpečiť, že servisný technik sa dostaví na opravu max. do 48 hodín od nahlásenia poruchy. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku oznámenom kupujúcim, pričom dni pracovného voľna a pracovného pokoja sa do uvedenej lehoty nezapočítavajú. Predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie vady v zmysle jeho plného sfunkčnenia na vlastné náklady, s odbornou starostlivosťou, najneskôr do 10 pracovných dní od nahlásenia vady.
3. Pokiaľ si kupujúci neuplatní konkrétny spôsob odstránenia vady, alebo pokiaľ je vada neodstrániteľná spôsobom, ktorý zvolil kupujúci, predávajúci sa zaväzuje, že zvolí taký spôsob odstránenia vady, ktorý je najefektívnejší a najviac zodpovedá potrebám kupujúceho.
4. V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vady oproti lehote uvedenej v ods. 2 tohto článku zmluvy, je predávajúci povinný zabezpečiť kupujúcemu náhradnú technológiu použiteľnú na rovnaký účel, ako vadná technológia, v opačnom prípade má kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči predávajúcemu vo výške 30,- EUR za každý deň omeškania predávajúceho s odstránením vady alebo poskytnutie náhradnej technológie. Tým nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v plnej výške.
5. Ak predávajúci neodstráni vadu alebo neposkytne náhradnú technológiu ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu kupujúci určil, alebo ak vyhlási, že vadu neodstráni, alebo ak je vada neodstrániteľná, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
6. Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu v dôsledku toho, že technológia mala vady. Predávajúci zároveň zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu nepravdivosťou a/alebo neúplnosťou ktoréhokoľvek z vyhlásení predávajúceho v tejto časti zmluvy.
7. Predávajúci garantuje dodávku náhradných dielov pre dodanú technológiu počas 10 rokov od ukončenia výroby posledného typu danej technológie podľa čl. I ods. 2 tejto zmluvy.
8. Kupujúci a predávajúci sa po uplynutí záručnej doby môžu dohodnúť na výbere formy pozáručných služieb servisu. Táto dohoda môže byť v dvoch formách:
 - Objednávkový servis - formou jednorazovej alebo celoročnej objednávky
 - Zmluvný servis vykonaný na základe uzatvorenej zmluvy formou celoročnej paušálnej platby podľa vzájomne dohodnutého cenníka.

VII. ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

1. Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že predávajúci podstatne poruší zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje, ako je uvedené v tejto zmluve, najmä, nie však výlučne, nedodanie technológie v zmysle dohodnutých podmienok riadne a včas a v kvalite podľa dohodnutých podmienok a jej neodovzdanie kupujúcemu v zmluvne dohodnutej lehote, ako aj neodstránenie vád predmetu kúpy za podmienok uvedených v tejto zmluve.
2. Pokiaľ predmet zmluvy nebude spĺňať podmienky a technické parametre požadované kupujúcim v procese obstarávania, kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a má nárok na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnu cenou podľa čl. IV. tejto zmluvy a kúpnu cenou, za ktorú kupujúci obstaral technológiu u iného dodávateľa z dôvodu nesplnenia podmienok predávajúcim týkajúcich sa technických parametrov predmetu zmluvy.
3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu v zmysle zmluvne dohodnutých platobných podmienok ani do 90 dní od uplynutia dojednanej lehoty splatnosti.
4. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy oprávneným účastníkom zmluvy druhému účastníkovi zmluvy. Právne účinky odstúpenia sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.



NsP Sv. Jakuba, n.o.

Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským právom, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o výklad tejto zmluvy, budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporov zmierom, zmluvné strany predložia spor na rozhodnutie súdu v Slovenskej republike podľa procesných predpisov SR. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a všetky vzťahy (hmotnoprávne aj procesné) z nej vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky.
3. Táto zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného zmluvnými stranami.
4. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
5. Jednotlivé ustanovenia každého článku a odseku tejto zmluvy sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky kroky potrebné za tým účelom, aby sa dohodli na ustanovení s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s aplikovateľným právnym poriadkom nahradí.
6. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly a auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, službami, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi vykonávateľom (Ministerstvom zdravotníctva SR) a inými oprávnenými osobami v súlade s článkom 13 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:
 - Príloha č. 1 - Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu zákazky
 - Príloha č. 2 - Cena dodávaného predmetu zákazky a jej položky v listinnej podobe
 - Príloha č. 3 - Zoznam Subdodávateľov
8. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží tri vyhotovenia zmluvy a predávajúci obdrží dve vyhotovenia zmluvy.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
10. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu Zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Bratislave, dňa: 30.9.2024

V Bardejove, dňa: 07.11.2024

Predávajúci:



ti



Kupujúci:



MUDr. Marián Petko, MPH
riaditeľ

Prílohy k zmluve:

- | P. č. | Názov prílohy: |
|--------------|---|
| Príloha č. 1 | Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu zákazky
(predkladá uchádzač v súlade s bodom 17.1.8) |
| Príloha č. 2 | Cena dodávaného predmetu zákazky a jej položky (predkladá iba úspešný uchádzač v súlade s bodom 17.1.10) |
| Príloha č. 3 | Zoznam subdodávateľov (predkladá iba úspešný uchádzač najneskôr v čase uzavretia zmluvy) |



ponuku predkladá:

obchodné meno: **Zimmer Slovakia sro**
sídlo: Mostová 2, Bratislava 811 02
IČO: 47 164 816
platca DPH: áno

identifikácia ponúkaného zariadenia: **Artroskopický systém VIMS s**

doba dodania (kal. dní): 60 kalendárnych dní

cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks): **139 209,62 EUR bez DPH/ks**

cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/celok): 139 209,62 EUR bez DPH

zariadenie:


názov: **Artroskopická zostava**objem: **1 ks**

celok	časť	technický parameter	hodnota technického parametra	hodnota parametra ponúknutého zariadenia
va	Artroskopická kamerová jednotka s minimálnym rozlíšením 4K UHD	ZOBRAZOVACÍ SYSTÉM		
		Počet	1 ks	
		All in one systém	áno	Kombinovaný systém All in one
		Rozlíšenie vstupného signálu	min. 4K UHD	7K
		Rozlíšenie výstupného signálu	min. 4K UHD	7K
		Multi-display	min. 3 displeje s možnosťou pripojenia min. 2 displejov v jeden čas	ÁNO
		Nahrávanie fotiek a videa s možnosťou uloženia	USB 3.0 s min. kapacitou 128 GB	ÁNO 128 GB v základe dodávky
		Duálny kanál nahrávania, video + fotenie	áno	ÁNO
		Ovládanie funkcií kamery pomocou tlačidiel na kamerovej hlave	áno	ÁNO
		Optický alebo digitálny zoom	min. 1,5x	2X
		Automatické nastavenie systému po zapnutí	áno	ÁNO
		Možnosť pripojenie systému na live streamovanie operácií	áno	ÁNO
		Možnosť pripojenia externej kamery	áno	ÁNO
		Možnosť pripojenia hardveru na broadcastovanie live videa & audia (bilaterálny prenos zvuku)	áno	ÁNO
	Univerzálna artroskopická kamerová hlava minimálne rozlíšenie 4K UHD	Počet	1 ks	
		Rozlíšenie výstupného signálu	min. 4K	7K
		Min. 1-čipová kamerová hlava	áno	ÁNO
		Ovládacie tlačidlá na kamerovej hlave	min. 2 tlačidlá	2 tlačidlá
		Zväčšenie obrazu manuálne	min. 1x	1X
		Manuálne ostrenie obrazu	áno	ÁNO
		Hmotnosť kamerovej hlavy	max. 700 g	700g
		Automatické nastavenie jasu	áno	ÁNO
	Integrovaná artroskopická 4K UHD kamerová hlava s artroskopom	Počet:	1 ks	
		Rozlíšenie výstupného signálu	min. 4K	7K
		Artroskopická kamerová hlava s integrovaným artroskopom	áno	ÁNO
		Min 1-čipová kamerová hlava	áno	ÁNO
		Ovládacie tlačidlá na kamerovej hlave	min. 2 tlačidlá	2 tlačidlá
		Automatické ostrenie	áno	ÁNO
		Zväčšenie obrazu	manuálne alebo digitálne	kombinácia aj aj
		Hmotnosť kamerovej hlavy	max. 700 g	700g
	Streamovacie zariadenie	Automatické nastavení jasu	áno	ÁNO
		Počet:	1 ks	
		Vysielanie s režimom videokonferencie (obojstranný zvuk)	áno	ÁNO
		Možnosť ukladania záznamov na vzdialený server	áno	ÁNO
		Externá videokamera na zachytenie záznamu	1 ks	2 kusy . Jedna zabudovaná v monitore + 1 externá
	Monitor medicínsky minimálne rozlíšenie 4k UHD	Komunikačná zostava s handsetom	min. 2 handsety	2 handsyty a možné navýšit množstvo
			1 ks	
		Rozlíšenie monitora	min. 4k UHD	7K
		Uhlopriečka monitora	min. 34"	Až 43"palcová obrazovka wide screen
		Uchytenie na artroskopický vozík	áno	ÁNO
		Integrované reproduktory pre komunikáciu broadcast	áno	ÁNO- 2 reproduktory
		Integrovaná kamera pre touchless systém	áno	ÁNO - integrovaná v dolnom panely
		Monitor určený na medicínske účely	áno	ÁNO
	Artroskopická optika		5 ks	
		Priemer vonkajšieho tubusu	max. 4 mm	ÁNO 4mm
		Pozorovací uhol	30°	ÁNO
		Artroskopický trokar s 2 ventilmi, vonkajší priemer min 6 mm	5 ks	ÁNO
		Artroskopický obturátor pre 2 ventilový trokar	5 ks	ÁNO
		Svetlovodný kábel, dĺžka min. 2,5m	5 ks	ÁNO
		Sterilizačný košík pre každú optiku, trokar, obturátor a svetlovodný kábel	5 ks	ÁNO

	ARTROSKOPICKÝ SYSTÉM, ALEBO ARTROSKOPICKÉ SYSTÉMY, KTORÉ KOMBINUJÚ ABLÁCIU/KOAGULÁCIU, RESEKCIU TKANIVA, REZANIE KOSTÍ A MANAŽMENT TEKUTÍN		
Systém manažmentu tekutín	Digitálne ovládanie tlaku, prívodu a odvodu	áno	ÁNO
	Jednoduché nastavenia predvoľby na displeji (koleno, rameno, bedro, malé kĺby)	áno	ÁNO - 4 voľby s grafickou vizualizáciou
	Možnosť nastavenia a úprava tlakov v jednotlivých profiloch. Personalizované prednastavenia jednotlivých tlakov pre každý profil.	min. 10 profilov	viac ako 10
	Možnosť použitia výplachu - high flow	áno	ÁNO
	Možnosť použitia "LAVAGE" módu	áno	ÁNO
	Možnosť personalizovaného nastavenia časovej dĺžky a hodnoty tlaku v mmHG pri lavage móde.	min. 150 mmHg/ 120 sek.	ÁNO - ľubovoľné nastavovanie podľa potreby lekára
	Možnosť nastavenia maximálneho tlaku pumpy	v mmHG	ÁNO
	Kombinovaný prívodový a odvodový hadicový set s možnosťou napojenia vakov	áno	ÁNO
	Ovládanie funkcie pumpy multifunkčnou rukoväťou	aktivácia výplachu, aktivácia lavage módu	ÁNO
Integrovaný rádiofrekvenčný systém (RF)	Ovládanie funkcie RF pomocou digitálneho displeja	áno	ÁNO
	Možnosť nastavenia a úprava výkonu ablácie a koagulácie v jednotlivých profiloch. Personalizované prednastavenia jednotlivých výkonov pre každý profil	min.10 profilov	viac ako 10
	Bipolárna koagulácia	áno	ÁNO
	Bipolárna ablácia	áno	ÁNO
	Ovládanie sondy ručne	áno	ÁNO
	Ovládanie sondy pedálom	áno	ÁNO
	Max. výkon	min. 400 W	ÁNO
	Automatická detekcia pripojenej sondy	áno	ÁNO
	Použitie typu plasma	áno	ÁNO
Resekčný artroskopický systém	Ovládanie a nastavenie funkcií shaverového systému pomocou digitálneho displeja	áno	ÁNO
	Možnosť nastavenia rýchlostných hodnôt oscilácie a resekcie kostí v jednotlivých profiloch. Personalizované prednastavenia jednotlivých rýchlostí.	min.10 profilov	viac ako 10
	Resekcia mäkkých tkanív a kostí	áno	ÁNO
	Rýchlosť jednosmerná pre resekciu kostí	min. 15 000 ot./min.	15 000 ot./min.
	Rýchlosť oscilácie pre resekciu mäkkých tkanív	min. 6000 ot./min.	6000 ot./min.
	Automatická detekcia pripojenej sondy	áno	ÁNO
Kombinovaná multifunkčná shaverová rukoväť		5 ks	5 kusov
	Ručné ovládanie	áno	ÁNO
	Možnosť prepínania jednotlivých módov na rukoväti	áno	ÁNO
	Možnosť ovládania z rukoveti	zmena nastavenia rýchlosti resekcie mäkkých tkanív a kostí, zmena tlaku pumpy, výkon odsávania, aktivácia výplachu a lavage módu	ÁNO s Možnosťou vypnutia multifunkčného ovládača na rukoväti
	Možnosť nastavenia aktivácie tlačidiel na rukoväti jedným klikom alebo držaním	áno	ÁNO
Multifunkčný pedálový ovládač		1 ks	ÁNO
	Spôsob pripojenia káblové alebo bezkáblové	áno	ÁNO
	Možnosť ovládania resekcie mäkkých tkanív, resekcie kostí, ovládanie ablácie a koagulácie	áno	ÁNO
	Aktiváčný pedál výplachu a lavage módu	áno	ÁNO
	Tlačidlo na aktiváciu a deaktiváciu pumpy	áno	ÁNO
	Tlačidlo na prepínanie jednotlivých módov (resekcia mäkkých tkanív, ablácia, kostná fréza)	áno	ÁNO
Osobitné požiadavky	Záruka	min. 24 mesiacov	24 mesiacov
	Doprava na miesto dodania	áno	ÁNO
	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno	ÁNO
	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky	áno	ÁNO
	Prvé zaškolenie obsluhy	áno	ÁNO


TECHNICKÝ LIST

Artroskopický systém VIMS 7K Prestige s Tricera systémom




Artroskopický systém VIMS 7K Prestige s Tricera systémom predstavuje najnovšiu inováciu v oblasti vizualizácie a resekcie artroskopických výkonov. Monitor VIMS IPS 7K 43IN, REF: PVM695 predstavuje najvyššiu kvalitu obrazu na širokouhlej obrazovke 43 palcov LCD/LED s rozlíšením 7K pri 60Hz, pri pomere strán 16:9 a 10 Bit technológiou. Taktiež disponuje bezdotykovým rozhraním a integrovanou kamerou v dolnej časti monitora. Na zadnej časti monitora sa nachádzajú dva výstupné reproduktory. Monitor je uchytený na

Vcart artroskopickom vozíku REF: CTH06, ktorý je jeho súčasťou a obe zariadenia sú určené pre medicínske účely.



Zobrazovacia jednotka ALL-IN-ONE VIMS VIDEO LIGHT PROCESSOR 7K REF: VLS800 je riadiaca jednotka so vstupno-výstupným signálom v kvalite 7K, mono-led video svetelným zdrojom (životnosťou min. 50 000 h) a nahrávacie zariadenie pre nahrávanie videa a fotografií. Zariadenie disponuje funkciou jedného tlačidla pre zapnutie a vypnutie, automatickým nastavením a konfigurácie vyváženia bielej, nahrávanie videa a obrázkov s možnosťou „dual chanel“ (možnosť nahrávať video a fotiť v jednom momente) s ukladaním na Flashdrive 3.0, viacnásobný displej: až do 3 zobrazení súčasne, až 3 video výstupy (Display Port), optický zoom 2x s ovládaním na klávesnici, alebo optický zoom s ovládaním na kamerovej hlave. Možnosť vysielania živého obrazu a zvuku (obojstranný zvuk), záznam operácií na dedikovaný server - Retransmisia operácií na webovú stránku pre operátora pomocou systému Broadcast, REF: BR-02. Súčasťou vybavenia Broadcast sú 2 bezdrôtové slúchadlá, prenosové zariadenie signálu doungle, ethernetový kábel, externá webkamera 3.1 (kompatibilná s Procesorom 7K Prestige), Vims Klávesnica a 128 GB USB flash drive.




Systém ponúka dva typy kamerových hláv.


Arthrovims 7K REF: VSX4000 je kamerová hlava s 1 čipovou technológiou, rozlíšením 7K s integrovaným artroskopom 30 stupňovým pohľadom a integrovaným svetelným zdrojom. Taktiež disponuje 2 ovládacími tlačidlami, automatickým zaostrovaním bez potreby manuálnej úpravy obrazu a jasu. Možnosť používania zoom 2x. Má lokovací systém na využívanie sterilných obalov Endocover. Celková hmotnosť je menej ako 700 gramov.

V druhom prípade ide o ENDOVCAM 7K REF: VSX7000PR - univerzálnu kamerovú hlavu s rozlíšením 7K, 1 čipovou technológiou a automatickým nastavením jasu. Kamerová hlava disponuje 2 tlačidlami na zachytávanie fotiek a videa, manuálnym optickým zoomom (2x), manuálne zaostrovanie s hmotnosťou menej ako 700 gramov. Jednoduchý lokovací systém na všetky typy artroskopov.

Arthrovims integrovaná kamerová hlava



univerzálna kamerová hlava




V rámci portfólia ponúkame rôzne typy artroskopických optík. 4K OPTIKA 4.0MM 30 STUPŇOV , REF 8300042896 s priemerom vonkajšieho tubusu 4mm + artroskopický trokar REF: 8300042101 Highflow troakar s 2 ventilmi, vonkajší priemer 6 mm alebo 6,5 mm s pozorovacím uhlom 30° alebo 70°. Súčasťou je kompatibilný artroskopický obturátor REF:8300042103 pre 2 ventilový troakar, kompatibilné svetlovodné káble v dĺžke 3 alebo 3,5 m REF: CLX9000-2 alebo REF: 84-20-5005 .Podľa typu artroskopickej optiky, trokára, obturátora a svetlovodného kábla je na výber z 3 typov sterilizačných košíkov REF 11010133.



Celý systém je pevne ukotvený na Vcart Prestige REF: CTH06 artroskopickom medicínskom vozíku určený pre monitor 43 palcov. Obsahuje 5 políc, z toho jeden zásuvný. Každý z nich s maximálnym zaťažením 25 kg. Súčasťou je izolovaný transformátor 2000VA. Vozík je vďaka 4 brzdeným kolieskam mobilný.

TRICERA SYSTÉM

Systém Tricera REF: R-10001 je artroskopická chirurgická platforma určená na použitie pri ortopedických a artroskopických zákrokoch na distenziu a zavlažovanie kolena, ramena, členka, lakťa, zápästia a bedrového kĺbu tekutinou. Systém Tricera umožňuje obrusovanie, resekciu, odstraňovanie nekrotického tkaniva a odstraňovanie kostí, odstránenie, abláciu a koaguláciu mäkkých tkanív, ako aj hemostázu krvných ciev.



Zavedenie tekutiny do klbovej dutiny a kontrola tlaku klbovej dutiny je ovládané digitálne regulovanou pumpou. Podľa typu výkonu si operatér môže zvoliť digitálne ovládanie prívodu aj odvodu pomocou kazetového setu veryflow (kombinovaný prívodový a odvodový set s napájaním na vak) alebo digitálneho odvodu pomocou setu exoflow. Možnosť výberu jednotlivých operačných výkonov pomocou predvoľby na displeji (koleno, rameno, bedro, malé kĺby). Okrem toho si môže operatér personalizovať jednotlivé nastavenia tlakov pumpy až v 10 individuálnych profiloch. Systém pumpy ďalej umožňuje používanie funkcií výplachu, (high flow), lavage módu podľa individuálneho personalizovaného nastavenia až do maximálnej hodnoty tlaku 150mmHg/120sek. Obe funkcie je možné ovládať s multifunkčnou rukoväťou alebo nožným pedálom. Hodnoty minimálnej až maximálnej hodnoty tlakov sú uvádzané v jednotkách mmHG.


Systém Tricera kombinuje radiofrekvenčný systém a resekčný (shaverový) systém s možnosťou ovládania a nastavovania na digitálnom displeji. Rádiofrekvenčný systém typu plazma ponúka úpravu výkonu ablácie a koagulácie v minimálne 10 individuálnych profiloch s funkciami bipolárnej koagulácie, bipolárnej ablácie a to s max. výkonom 400w. Systém ďalej ponúka rozpoznávanie typov pracovnej sondy po vložení do rukoväte a jeho prácu je možné ovládať pedálovým ovládačom alebo rukoväťou.

Resekčný (shaverový) systém umožňuje funkciu resekcie mäkkých tkanív a funkciu resekcie kosti, ktorých rýchlosť je možné individuálne personalizovať a nastavovať vo viac ako 10 profiloch na displeji. Maximálna rýchlosť resekcie kostí je 15000 otáčok za minútu. Maximálna rýchlosť oscilácie mäkkých tkanív je 6000 otáčok za minútu. Podobne ako pri RF disponuje funkciou rozpoznávania pracovnej sondy.

Tricera systém je možné ovládať ručne ergonomickou rukoväťou, REF R-10023 ktorá obsahuje 4 ovládacie tlačidlá. Vďaka ním je možné nastavovanie jednotlivých módov, zmeny rýchlosti resekcie mäkkých tkanív, resekcie kostí ale taktiež aktivácia a deaktivácia ablácie či koagulácie. Tlačidlami na rukoväti je taktiež možná úprava tlakov pumpy, možnosť ovládania výkonu odsávania, aktivácia lavage módu a aktivácia výplachu. Jednotlivé tlačidlá na rukoväti je možné používať jednodukom pre zapnutie a vypnutie funkcie, kontinuálnym tlačením pre aktiváciu funkcie, alebo úplna deaktivácia tlačidla podľa voľby operatéra.

Druhou možnosťou ovládania Tricera systému je multifunkčný pedál, ktorý je napojený na konzolu systému pomocou kábla. Ide o trojcestný pedálový systém. Aktivačný žltý a modrý pedál slúžia na ovládanie resekcie mäkkých tkanív, resekcie kostí, ovládanie RF systému a teda ablácie a koagulácie. Aktivačný šedý pedál slúži na aktiváciu výplachu a lavage módu. V hornej časti pedálu sa nachádzajú ovládacie tlačidlá na aktiváciu-deaktiváciu pumpy a zmeny jednotlivých módov (resekcia kosti, oscilácia, ablácia).

Multifunkčná rukoväť



multifunkčný pedálový systém



V BRATISLAVE dňa 30.9.2024



ZIMMER BIOMET

Zimmer Slovakia s.r.o.
Mostová 2, 811 02 Bratislava
IČO: 47164816, IČ DPH: SK2023780880

Príloha č.2
Cena dodávaného predmetu zákazky a jej položky

PČ	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH ZA KUS	CENA SPOLU BEZ DPH	DPH	SPOLU S DPH
1	VIMS VIDEO LIGHT PROCESSOR 7K	1	34 484,62 €	34 484,62 €	20%	41 381,54 €
2	ARTHROVIMS 7K DIA4MM 30DEG	1	11 538,46 €	11 538,46 €	20%	13 846,15 €
3	ENDOVCAM 7K UNIVERSAL CAMERA	1	9 230,77 €	9 230,77 €	20%	11 076,92 €
4	VIMS IPS SCREEN 7K 43IN	1	11 200,00 €	11 200,00 €	20%	13 440,00 €
5	VIMS VCART 7K PRESTIGE	1	3 200,00 €	3 200,00 €	20%	3 840,00 €
6	VIMS USB KEYBOARD SK	1	453,85 €	453,85 €	20%	544,62 €
7	ENDOVCAM LIGHT STRAIGHT CABLE	5	400,00 €	2 000,00 €	20%	2 400,00 €
8	ARTHROVIMS TRO OBTURATOR	5	120,00 €	600,00 €	20%	720,00 €
9	ARTHROVIMS TRO SHEATH SHOULDER	5	250,00 €	1 250,00 €	20%	1 500,00 €
10	VIMS BROADCAST OPTION	1	13 076,92 €	13 076,92 €	20%	15 692,31 €
11	4K OPTIKA 4.0MM 30 STUPŇOV	5	1 300,00 €	6 500,00 €	20%	7 800,00 €
12	6.5MM HIGH FLOW SHEATH 2 STPCK	5	220,00 €	1 100,00 €	20%	1 320,00 €
13	OBTRTR BLNT FOR 6-6.5MM SHTH	5	85,00 €	425,00 €	20%	510,00 €
14	TRICERA CONTROLLER + pedále	1	15 400,00 €	15 400,00 €	20%	18 480,00 €
15	SHAVER HANDPIECE ATCLV	5	4 800,00 €	24 000,00 €	20%	28 800,00 €
16	Wash sterl tray / multifunkčný sterilizačný kont.	5	950,00 €	4 750,00 €	20%	5 700,00 €
				139 209,62 €	20%	167 051,54 €

V Bratislave dňa 30.9.2024





NsP Sv. Jakuba, n.o.
Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov

PRÍLOHA Č. 4 SPÔSOB URČENIA PONUKOVEJ CENY

obchodné meno: **Zimmer Slovakia s.r.o.**
sídlo: **Mostová 2, 811 02 Bratislava**
IČO: **47164816**
štatut. zástupca: **Ing. Kamil Renyi, konateľ spoločnosti**

miesto vystavenia: **Bratislava**
dátum vystavenia: **30.9.2024**

názov položky	MJ	počet MJ	cena za MJ v EUR bez DPH	cena spolu v EUR bez DPH	DPH	cena spolu v EUR s DPH
artroskopická zostava	ks	1	139 209,62	139 209,62	27841,92	167051,54
CELKOM	x	x	x			

** uvedená cena je cenou za predmet zákazky v zmysle časti (B) súťažných podkladov*



odpis





NsP Sv. Jakuba, n.o.
Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov

Príloha č. 3 Kúpnej zmluvy

Zimmer Slovakia s.r.o.

Zapísaný v:

Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd: Sro, vložka č. 89500/B

Sídlo:

Mostová 2, 811 02 Bratislava

Zastúpená:

v zastúpení: Ing. Kamil Renyi, konateľ spoločnosti

IČO:

47164816

IČ DPH:

SK2023780880

týmto vyhlasujem, že pri plnení tejto zmluvy:

☒ ¹⁾ nebudem využívať subdodávateľov

☐ ¹⁾ budem využívať nasledovných subdodávateľov:

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)

V BRATISLAVE, dňa: 30.9.2024

V Bardejove, dňa: 07.11.2024

Predávajúci:



sti

Kupujúci:



MUDr. Marián Petko, MPH
riadiť

