

Kúpna zmluva č. Z20249783_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Prešovská univerzita v Prešove
Sídlo: Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 17070775
DIČ:
IČ DPH: SK2020980082
Telefón: 0517563109

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ProScience Tech s. r. o.
Sídlo: Dobšinského 20, 81105 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 45868212
DIČ: 2023111706
IČ DPH: SK2023111706
Bankové spojenie: IBAN: SK78 1100 0000 0029 2390 9676
Telefón: +421 2 20721099

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Laboratórne prístroje a vybavenie
Kľúčové slová: Laboratórne prístroje a vybavenie, fluorometer, prenosné kompaktné laboratórium, magnetické miešadlo, platničková centrifúga, Minicentrifúga, Mikrocentrifúga, termostat, váha, cyklér, vortex
CPV: 38000000-5 - Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel); 33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Fluorometer s príslušenstvom
2. Prenosné kompaktné laboratórium
3. Špeciálny kufrík pre prenosné kompaktné laboratórium
4. Kompaktné magnetické miešadlo
5. Platničková centrifúga
6. Minicentrifúga
7. Mikrocentrifúga
8. Suchý blokový termostat
9. Blok pre suchý blokový termostat
10. Digitálna váha
11. PCR cyklér
12. Vymeniteľný termoblok pre PCR cyklér
13. Vortex
14. Súprava príslušenstva k vortexu

Položka č. 1: Fluorometer s príslušenstvom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Fluorometer na presné, rýchle a citlivé stanovanie koncentrácie DNA, RNA a proteínov v malom objeme vzorky iba 1–20 µl. Zariadenie s dynamickým rozsahom minimálne 5 rádov. Čas merania je maximálne 5 sekúnd/vzorka. Fluorometer s optickým systémom obsahujúcim aspoň dve LED žiarivky s modrým svetlom (emisné maximum ~470 nm) a červeným svetlom (emisné maximum ~635 nm), s kompatibilnými excitačnými filtermi priepustnými v rozpätí vlnových dĺžok aspoň od 430 do 495 nm a aspoň od 600 do 645 nm				
a s kompatibilnými emisnými filtermi priepustnými v rozpätí vlnových dĺžok aspoň od 510 do 580 nm a aspoň od 665 do 720 nm a so systémom detekčných fotodiód s detekciou v rozsahu vlnových dĺžok aspoň od 300 do 1000 nm, alebo ekvivalentné technické riešenie. Ovládanie pomocou zabudovaného dotykového displeja. Možnosť uchovávanía výsledkov meraní v internom úložisku minimálne pre 1000 vzoriek. Súčasťou dodávky musí byť príslušenstvo minimálne v nasledovnom rozsahu:				
- vysokovýkonný USB Wi-Fi adaptér s maximálnou rýchlosťou prenosu aspoň 300 Mbps.- aspoň 500 ks mikroskúmaviek z polypropylénu, s pracovným objemom 500 µL (kompatibilných s fluorometrom) a tenkou stenou, určených na uskutočnenie fluorometrického stanovenia kvantity DNA vo vzorke.- kit na kvantifikáciu dsDNA s vysokou citlivosťou umožňujúcou stanovenie koncentrácií dsDNA minimálne v rozsahu 5 pg/µL až 120 ng/µL, pomocou súprav testov Qubit 1X dsDNA HS (vysoká citlivosť).				
Kit musí obsahovať pracovný roztok s koncentráciou 1x (vhodný na priame použitie bez potreby riedenia) a aspoň 2 štandardy DNA s rôznou koncentráciou, pričom tieto reagencie musia umožniť uskutočnenie aspoň 500 stanovení.				

Položka č. 2: Prenosné kompaktné laboratórium

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Rozmery	mm			330 x 215 x 85
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prenosné kompaktné laboratórium ktorého súčasťou je termocykler, centrifúga, elektorforetická aparatura, transiluminátor a stojan na skúmavky. Laboratórium musí obsahovať aj doplnky ako gélový podnos a odlievacie hrebene a celosvetovo kompatibilný napájací zdroj (kompatibilný s elektrickou sieťou minimálne v rozsahoch parametrov 110 – 240 V / 47 – 63 Hz).				

Systém s možnosťou bezdrôtového pripojenia pre aktualizácie softvéru. Minimálne požadované vlastnosti pre PCR termocyklier: podpora Touchdown PCR, možnosť nastavenia teploty v rozsahu aspoň: 15°C-100°C, aspoň 32-jamkový blok pre 0,2 ml skúmavky, presnosť teploty maximálne $\pm 0,2$ °C, rovnomernosť teploty maximálne $\pm 0,5$ °C, pamäť aspoň pre 100 viackrokových PCR programov.	
Minimálne požadované vlastnosti pre centrifúgu: Režim rýchlej centrifugácie a režim časovanej centrifugácie, variabilná rýchlosť s možnosťou nastavenia otáčok minimálne v rozsahu 3 000 až 13 500 ot./min., RCF v rozsahu aspoň 500 až 8 000 xg, kapacita aspoň 6 x 2 ml skúmaviek, kompatibilné tiež s rotorom pre 2x 8 jamkový PCR strip.	
Minimálne požadované vlastnosti pre gélovú elektroforézu: Napätie nastaviteľné aspoň v rozsahu 30 V až 120 V, veľkosť formy na gél aspoň 90 mm x 75 mm, maximálne potrebný objem elektroforetického pufru 30 ml, dodanie v rátane aspoň 9 a 12 jamkových hrebeňov a gélový podnos. Minimálne požadované vlastnosti pre Transiluminátor: Rozmery povrchu aspoň 105 mm x 85 mm, excitácia modrou LED žiarivkou s vlnovou dĺžkou okolo 470 nm (alebo ekvivalent), akrylový materiál odolný proti poškrabaniu, zahŕňa aj ochrannú a vizualizačnú krytku.	

Položka č. 3: Špeciálny kufrík pre prenosné kompaktné laboratórium

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Objem	l	20		
Vonkajšie rozmery	mm			65 x 370 x 180
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kufrík s vodotesným a prachotesným s krytím IP67, ktoré slúži na prenášanie vyššie opísaného prenosného laboratória a jeho súčastí a príslušenstva.				

Položka č. 4: Kompaktné magnetické miešadlo

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Maximálna kapacita miešania	l		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kompaktné magnetické miešadlo s jednoduchým ovládaním pomocou otočného gombíka. Výborná regulácia otáčok aj pri nízkych otáčkach. Miešadlo musí mať chemicky odolnú pevnú oceľovú vonkajšiu konštrukciu s epoxidovým náterom.Bledý povrch pre vizualizáciu častíc a farebných zmien. Elektronická regulácia rýchlosti aspoň do 1100 ot./min.				

Položka č. 5: Platničková centrifúga

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Digitálna centrifúga navrhnutá na odstredovanie kvapiek v PCR platničkách. Centrifúga musí byť vybavená dvojpolohovým rotorom, ktorý je kompatibilný so širokou škálou PCR platní (96-jamkových, 384-jamkových, s obrubou a bez obruby).				
Požadované vlastnosti: digitálny displej, funkcia rýchlej centrifugácie, bezpečnostný zámok veka, elektronický brzdomý systém, kompaktná veľkosť, tichá a jednoduchá obsluha, kapacita aspoň 2 platničky, maximálne relatívne zrýchlenie aspoň 550 x g, otáčky nastaviteľné aspoň v rozsahu 2200 až 2800 ot./min, čas zrýchlenia na max. otáčky menej ako 10 s, čas brzdenia z max. otáčok menej ako 5 s, časovač nastaviteľný v rozsahu aspoň 5 s až 2 min, úroveň hluku menej ako 60 dB(A) pri maximálnej rýchlosti.				

Položka č. 6: Minicentrifúga

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Digitálna minicentrifúga pre rýchle odstredovanie, minicentrifúga, s možnosťou nastavenia časovača aspoň v rozsahu 15 s až 30 min. Dodanie vrátane 2 rotorov s kapacitou aspoň 12 x 1,5/2,0 ml a 2 x PCR prúžok. Úroveň hluku menej ako 50 dB(A) pri maximálnej rýchlosti. Maximálne relatívne zrýchlenie aspoň 12 100 x g, otáčky nastaviteľné minimálne v rozsahu 800 až 13 400 ot./min.				
Digitálny displej, ovládacie prvky a mikroprocesorové riadenie. Rotor, veko a západka veka sú vyrobené z kovu pre maximálnu prevádzkovú bezpečnosť. Veko sa automaticky otvorí na konci cyklu, aby sa zabránilo zahrievaniu vzorky a umožnil sa ľahký prístup k vzorkám. Čas zrýchlenia na max. otáčky menej ako 15 s, čas brzdenia z max. otáčok menej ako 15 s.				

Položka č. 7: Mikrocentrifúga

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
s pevnou rýchlosťou/zrýchlením. Jednoduchá prevádzka: spustenie po zatvorení veka, zastavenie stlačením tlačidla na veku. Rýchlopínacie rotory bez nutnosti nástrojov na výmenu a pripevnenie rotorov. Zariadenie musí byť dodávané s rotorom pre 8x1,5/2,0 ml skúmavky, rotorom pre 4x(8x0,2 ml) PCR stripy, s 8 adaptérmí pre 0,4 ml a 8 adaptérmí pre 0,5 ml skúmavky. Maximálna rýchlosť aspoň 6000 ot./min., maximálne relatívne zrýchlenie aspoň 2000 x g. Čas zrýchlenia/brzdenia maximálne 5/1,5 s. Úroveň hluku menej ako 60 dB(A) pri maximálnej rýchlosti.				

Položka č. 8: Suchý blokový termostát

Funkcia

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Digitálny viacúčelový suchý blokový termostat pre minimálne 2 vymeniteľné modulárne bloky. Mikroprocesorové PID ovládanie parametrov – dotykový panel s LED displejom pre nastavenie teploty a času (alebo ekvivalent). Teplota nastaviteľná v rozsahu aspoň 5 °C nad teplotou okolia až 120 °C. Stabilita teploty maximálne ± 0,2 °C, uniformita teploty maximálne ± 0,2 °C pri 37 °. Čas zahrievania maximálne 16 min. Časovač nastaviteľný v rozsahu aspoň 1 s až 9999 min. Ochrana proti prehriatiu.				

Položka č. 9: Blok pre suchý blokový termostat

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Blok vhodný pre minimálne 20x 1,5ml mikrocentrifugačné skúmavky kompatibilný s vyššie opísaným suchým blokovým termostatom. Vyrobený z eloxovaného hliníka.				

Položka č. 10: Digitálna váha

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Digitálna váha s maximálnou váživosťou aspoň do 200 g s presnosťou váženia aspoň 0,01 g. Váženie minimálne v nasledovných jednotkách - g, oz, gn, ct, ozt, tl, dwt. Vážiacia plocha z nerezovej ocele (alebo ekvivalent) veľkosti aspoň 65 x 70 mm. Funkcia počítania kusov, funkcia TARE. Veľký podsvietený displej. Ochranný kryt vážiacej plochy použiteľný ako miska na váženie. Napájané 2x 1,5V AAA batériami. Batérie musia byť a ochranný kryt vážiacej plochy musia súčasťou dodávky.				

Položka č. 11: PCR cyklér

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
PCR cyklér s jednoducho a rýchlo vymeniteľným termoblokom, bez potreby akýchkoľvek pomôcok alebo zásahu servisného technika. Systém s dostupnosťou kompatibilných termoblokov minimálne s nasledovnými formátmi - 48 x 0.5 ml, 96 x 0.2 ml, 384 jamkový, trojblok (3 x 21 x 0.2 ml). S automatickým rozpoznaním formátu vloženého termobloku. Cyklér s nastaviteľnou rýchlosťou zahrievania a chladenia v rozsahu aspoň od 0.001 do 5 °C/s.				

Teplota termobloku nastaviteľná minimálne v rozsahu -5 °C až + 99 °C. Teplotná uniformita cykléra maximálne ± 0.25 °C pri teplote 55 °C a maximálne ± 0.4 °C pri teplote 95 °C. Možnosť postupného predlžovania/skracovania cyklov, postupného znižovania/zvyšovania teploty v priebehu cyklov a rôzneho nastavenia teploty anelácie v jednotlivých skúmavkách. Vyhrievaný kryt s možnosťou nastavenia teploty aspoň do 105 °C s rýchlosťou ohrevu krytu minimálne 1 °C/s a s automatickým prítlakom krytu s možnosťou nastavenia tlaku na skúmavky/platničky v Newtonoch v minimálnom rozsahu 30-120 N.	
Možnosť zabezpečenia programov heslom a uloženia minimálne 650 programov s minimálne piatimi krokmi. Zariadenie s automatickým reštartom po výpadku napájania. Ovládanie dotykovým displejom s dostatočnou veľkosťou umožňujúcou pohodlné ovládanie a programovanie. Možnosť zobrazenia posledných minimálne 15-tich chodov prístroja v akomkoľvek čase, možnosť sledovanie chodu PCR reakcií v reálnom čase v grafickom zobrazovaní. Zariadenie s automatickou viacbodovou internou kalibráciou bez potreby periodickej rekalibrácie servisným technikom. Zariadenie s minimálne 5 ročnou zárukou.	

Položka č. 12: Vymeniteľný termoblok pre PCR cyklér

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
12. Vymeniteľný termoblok pre PCR cyklérVymeniteľný termoblok kompatibilný s vyššie opísaným PCR cyklérom.Procesorom riadený gradientový blok s minimálne 6 samostatne riadenými peltierovými prvkami pre mimoriadnu teplotnú homogenitu. 96 jamkový blok kompatibilný so štandardnými formátmi 0.2 ml PCR skúmaviek, 8 a 12 jamkových PCR stripov a 96 jamkových PCR platničiek. Podporovaný rozsah reakčných objemov aspoň od 10 do 100 µl.				
Nastaviteľný rozsah teplôt aspoň od - 5 °C do + 99 °C. Blok vyhotovený z eloxovaného hliníka (alebo ekvivalent). Rýchlosť ohrevu nastaviteľná v rozsahu aspoň 0,001 – 2,5 °C/s, rýchlosť chladenia nastaviteľná v rozsahu aspoň 0,001 – 2,2 °C/s. Teplotná homogenita bolu maximálne ± 0,3 °C od 20 do 72 °C a maximálne ± 0,4 °C pri 95 °C. Zariadenie s minimálne 5 ročnou zárukou.				

Položka č. 13: Vortex

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Analógový vortex s variabilnou reguláciou rýchlosti v rozsahu otáčok aspoň 300 rpm až 2500 ot./min. Orbitom aspoň 4.9 mm. Maximálna kapacita aspoň 0.5 kg. Vorex s možnosťou využitia pre širokú škálu aplikácií vďaka bohatému príslušenstvu.				

Položka č. 14: Súprava príslušenstva k vortexu

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Súprava príslušenstva kompatibilná s vyššie opísaným vortexom, určená pre miešanie mikroplatničiek. Súprava musí obsahovať minimálne 1x inzert pre upevnenie držiaka a 2x držiak z penového polyetylénu s výrezom na umiestnenie platničiek.				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia a vynesenia na príslušné oddelenie - v cene zákazky.
Predmet zmluvy musí byť zabalený spôsobom vhodným na prepravu a manipuláciu, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
Cena obsahuje všetky náklady od nákupu až po dodanie. Zmena ceny je možná len v prípade zmeny DPH.
Na dodací list a faktúru uviesť číslo zmluvy z EKS. Požaduje sa 30 dňová splatnosť na faktúru.
Tovar musí byť nový (nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list, manuál) v slovenskom alebo českom jazyku.
Na tovar sa požaduje pri dodaní objednávateľovi exspirácia chemikálií najmenej 6 mesiacov od dátumu dodania. Nedodržanie týchto podmienok sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Dodávateľ do 1 dňa odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou a uvedie značku a číslo tovaru.
Objednávateľ – kontaktná osoba do 1 pracovného dňa odo dňa obdržania ponuky, ponuku odsúhlasí, alebo odmietne, pokiaľ nebude spĺňať parametre uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky.
V prípade potreby odstránenia vady/poruchy tovaru (v záručnej dobe) mimo sídla objednávateľa, dodávateľ znáša všetky náklady s tým spojené (napr. doprava).
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar, ak nezodpovedá kvalite a opisu. V prípade zistenia závady na dodanom tovare do 14 dní od prevzatia, má dodávateľ povinnosť vymeniť závadný tovar za nový a rovnakých parametrov.
Dopravu tovaru na miesto plnenia oznámiť najmenej 1 deň vopred kontaktnej osobe.
Ak sa v opisnom formulári (špecifikácii) uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie akejkoľvek požiadavky podľa tejto zmluvy sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok
Ostatné sa riadi Obchodnými podmienkami elektronického trhu.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: ul. 17.novembra č.1, FHPV, katedra ekológie

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.12.2024 10:08:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 17,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 12 880,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 15 456,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 12.11.2024 09:38:00

Objednávateľ:
Prešovská univerzita v Prešove
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ProScience Tech s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska