

Kúpna zmluva č. 5/2024/T

*uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ďalej uvedený deň
(ďalej len „**kúpna zmluva**“)*

Obchodné meno:	NIMAG, spol. s r.o.
Sídlo:	Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
Štatutárny orgán:	Ing. Ľubomír Magula, konateľ
IČO:	31 337 775
DIČ:	2020343391
IČ DPH:	SK2020343391
Bankové spojenie:	██
IBAN:	██
E-mail :	████████████████████
Tel. kontakt:	████████████████
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia:	Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 3951/B

ako predávajúci na strane jednej

a

Názov:	Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Sídlo:	Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín
Štatutárny orgán:	PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng., riaditeľ nemocnice
IČO:	00634905
DIČ:	2020563754
IČ DPH:	SK2020563754
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK61 8180 0000 0070 0048 1029
E-mail:	mintal@donsp.sk
Tel. kontakt:	043/5801208
Právna forma:	Príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja

ako kupujúci na strane druhej

t a k t o :

I. Úvodné ustanovenia

- I.1. Kupujúci v rámci plnenia svojich úloh obstaral tovar na základe zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon ZVO**“). Účelom tejto zmluvy je dodanie **Ultrazvukového prístroja** (ďalej aj ako „**tovar**“) vrátane poskytnutia všetkých činností súvisiacich s jeho dodaním a inštaláciou.

- I.2. Táto kúpna zmluva je výsledkom prieskumu trhu v súlade so zákonom ZVO s názvom predmetu zákazky „**Ultrazvukový prístroj pre urologickú ambulanciu**“, pod číslom: 27/2024/PT medzi kupujúcim, ktorý je verejným obstarávateľom a predávajúcim, ktorý je úspešným uchádzačom.

II. Predmet plnenia

- II.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar, a to „**Ultrazvukový prístroj**“ špecifikovaný v **Prílohe č. 1** tejto zmluvy (ďalej len „**predmet plnenia**“), vrátane všetkých súvisiacich príslušenstiev a komponentov v rozsahu podrobne vymedzenom v špecifikácii podľa opisu predmetu zákazky k prieskumu trhu.
- II.2. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa bodu II.1. tohto článku a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť za tovar kúpnu cenu podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú plniť povinnosti podľa tejto zmluvy.
- II.3. Dodanie tovaru zahŕňa dodanie tovaru do miesta plnenia, jeho inštaláciu, odskúšanie a uvedenie do prevádzky, zaškolenie zamestnancov kupujúceho (s obsluhou, údržbou a ošetrovaním) dodaného tovaru, predloženie príslušnej technickej a sprievodnej dokumentácie a to: 1x vyhlásenie o zhode, 1x návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku v elektronickej podobe, 1x návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku v tlačenej podobe, 2x dodací list alebo preberací protokol, 2x inštalačný protokol, 2x protokol o zaškolení a 2x faktúra.

III. Kúpna cena a spôsob platby

- III.1. Kúpna cena tovaru je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, takto:

Cena bez DPH: 30 635,00 €

DPH 20 %: 6 127,00 €

Cena celkom s DPH: 36 762,00 €

Slovom: tridsaťšesťtisíc sedemstošesťdesiatdva eur s DPH

- III.2. Kúpna cena podľa tohto článku je cenou za nový kompletne funkčný tovar bez závad. V kúpnej cene uvedenej v bode III.1. tohto článku je zahrnuté: cena tovaru, clo, dopravné náklady, náklady na inštaláciu a uvedenie do prevádzky, zaškolenie zamestnancov a príslušná technická a sprievodná dokumentácia.
- III.3. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzkov spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
- III.4. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar podľa tohto článku na základe faktúry vystavenej predávajúcim bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho, ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy po úplnom dodaní predmetu zmluvy a splnením všetkých povinností predávajúceho podľa tejto kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že **splatnosť faktúry je 60 dní** od jej doručenia na adresu sídla kupujúceho.
- III.5. Kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru, pokiaľ obsahuje zlé cenové údaje alebo neobsahuje niektorú zo zákonom predpísaných náležitostí.

IV. Dodanie tovaru

- IV.1. Predávajúci je povinný vyzvať kupujúceho k prevzatiu predmetu plnenia najmenej 3 pracovné dni pred dodaním tovaru. Kontaktnou osobou je **Ing. Dáša Smoleňová**, technik TO, tel. 043/580499, smolenova@donsp.sk.
- IV.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať a inštalovať tovar do **45 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy**, do priestoru určeného kupujúcim na adrese: Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín.
- IV.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, pokiaľ bude predávajúci v omeškaní s odovzdaním predmetu plnenia po dobu dlhšiu ako 10 dní.
- IV.4. Predávajúci je povinný spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú nutné prevzatiu a užívaniu prístroja.
- IV.5. Zmluvné strany spíšu o priebehu a výsledku odovzdania a prevzatia tovaru Preberací protokol, ktorý bude obsahovať špecifikáciu tovaru, miesto a dátum odovzdania tovaru. Prílohou preberacieho protokolu bude Inštalačný protokol a Protokol o zaškolení.
- IV.6. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevziať tovar, ak sa na ňom alebo na jeho časti bude vyskytovať vada. Kupujúci je taktiež oprávnený odmietnuť prevziať tovar v prípade, ak sa ukáže, že prehlásenia predávajúceho sú nepravdivé. Tovar sa považuje za dodaný a záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený okamžikom prevzatia tovaru kupujúcim bez závad.
- IV.7. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy dňom prevzatia tovaru.

V. Reklamácia tovaru, vady tovaru

- V.1. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu tovar v kvalite, ktorá zodpovedá tejto zmluve a účelu dodania, právnym predpisom a príslušným technickým normám.
- V.2. Vada, ktorá má za následok porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa rozumie neúplnosťou dodávaného tovaru, nefunkčný tovar alebo jeho časť, právne vady alebo tovar nespĺňa proklamované hodnoty technických parametrov tovaru.
- V.3. Predávajúci ručí za vlastnosti tovaru počas záručnej doby, ktorá bola predávajúcim stanovená na 2 roky; táto záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania Inštalačného protokolu.
- V.4. Kupujúci sa zaväzuje že reklamácie a vady (poruchy) tovaru uplatní bezodkladne po ich zistení.
- V.5. Predávajúci garantuje dodávku náhradných dielov na tovar počas desiatich (10) rokov od ukončenia výroby posledného zhodného typu tovaru tvoriaceho predmet plnenia podľa tejto zmluvy.
- V.6. Počas záručnej doby sa servisný technik predávajúceho dostaví na opravu tovaru do 48 hodín od nahlásenia vady tovaru/poruchy. Nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na mieste dodania. Predávajúci zabezpečí opravu tovaru t.j. jeho plné sfunkčnenie maximálne do 2 pracovných dní od nahlásenia vady/poruchy. V prípade neodstrániteľnej chyby do 72 hodín, bezplatné zapožičanie prístroja rovnakej kvality alebo vyššej kvality.

VI. Sankcie

- VI.1. V prípade nedodržania podmienok plnenia tejto zmluvy zo strany predávajúceho si môže

kupujúci voči predávajúcemu uplatniť nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,5 % z hodnoty kúpnej ceny tovaru s DPH za každý deň omeškania. Úroky z omeškania sú splatné v lehote do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry predávajúcemu.

- VI.2. V prípade, že nedôjde k odstráneniu poruchy alebo predávajúci neposkytne prístroj na zapožičanie rovnakej kvality alebo vyššej kvality, môže kupujúci žiadať pokutu do 0,5 % z kúpnej ceny tovaru s DPH za každých 24 hodín až do odstránenia poruchy.
- VI.3. V prípade omeškania s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny omeškanej časti platby s DPH za každý deň omeškania. Úroky z omeškania sú splatné v lehote do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
- VI.4. Uplatnením sankcií podľa tohto článku, konkrétne bodu VI.1. a VI.2. nie je dotknuté právo poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody.

VII. Záverečné ustanovenia

- VII.1. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody oboch zmluvných strán a to vo forme písomného dodatku.
- VII.2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona o verejnom obstarávaní ako aj ďalšími predpismi platnými v Slovenskej republike.
- VII.3. Ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti zmluvy z dôvodu jej povahy, predmetu, alebo okolností, za ktorých bola táto zmluva uzavretá, ostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené touto zmluvou budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenej pri podpísaní zmluvy.
- VII.4. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží predávajúci a dve vyhotovenia kupujúci.
- VII.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: **Príloha č. 1 – Cenová ponuka a technická špecifikácia.**
- VII.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- VII.7. Zástupcovia zmluvných strán záväzne vyhlasujú, že sú spôsobilí k zmluvným prejavom a záväzkom v mene účastníka tejto zmluvy identifikovaného v jej záhlaví. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a s dohodnutými podmienkami súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Podpisy nasledujú na ďalšej strane.

Predávajúci

V Bratislave, dňa 11.11.2024

Ing. Ľubomír Magula
Konateľ spoločnosti
„v.r.“

Kupujúci

V Dolnom Kubíne, dňa 05.11.2024

PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng.
Riaditeľ nemocnice
„v.r.“

Príloha č. 1 - Cenová ponuka a technická špecifikácia

Názov a číslo prieskumu trhu:		Ultrazvukový prístroj, pod č. 27/2024/PT	
Obchodný názov:	Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého, Dolný Kubín	Obchodný názov:	NIMAG, spol. s r.o.
Sídlo:	Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín	Sídlo:	Prievozska 4/B, 821 09 Bratislava
IČO:	00634905	IČO:	31 337 775
Osoba zastupujúca verejného obstarávateľa:	PhDr. Jozef Mintál MBA, MEng.	Osoba oprávnená v mene spoločnosti konať:	Ing. Ľubomír Magula
E-mail:	hanuliak@donsp.sk	Platca DPH:	Áno

Miesto plnenia:		Urologická ambulancia						
P.č.	Názov položky	Obchodný názov ponúkaného tovaru (názov a typové označenie prístroja)	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH	Sadzba DPH	Cena celkom v EUR s DPH
1	Ultrazvukový prístroj	SAMSUNG HS40	ks	1	30 635,00 €	30 635,00 €	20%	36 762,00 €
Celková cena bez DPH a s DPH						30 635,00 €		36 762,00 €

P.č.	Technická špecifikácia - ultrazvukový prístroj	Hodnota technického parametra	Áno/Nie	Hodnota (konkrétny parameter ponúkaného prístroja)
1	Farebný monitor nastaviteľný výškovo a stranovo s min. Full HD rozlíšením		áno	
2	Uhlopriečka obrazovky monitora	min. 21,5"	áno	21,5"
3	Rozlíšenie obrazovky monitora	min. 1920x1080 px	áno	1920x1080
4	Jas obrazovky monitora	min. 300 cd/m2	áno	300 cd/m2
5	Nastaviteľný pult obsluhy výškovo		áno	
6	Dynamický rozsah	min. 250 dB	áno	256 dB
7	Frekvenčný rozsah	min. 2,0 - 16,0 MHz	áno	2,0 - 16,0 MHz
8	Maximálna zobrazovacia hĺbka	min. 380 mm	áno	380 mm
9	Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku	min. 0,5 - 25,0 mm	áno	0,5 - 25,0 mm
10	Interný HDD s kapacitou	min. 0,5 TB	áno	500 GB
11	Ovládanie pomocou trackballu		áno	
12	Ovládanie prostredníctvom pomocného dotykového displeja		áno	
13	Uhlopriečka zobrazovacej plochy pomocného dotykového displeja	min. 10"	áno	10,1"
14	Virtuálna klávesnica na dotykovom displeji		áno	
15	USB porty	min. 4	áno	6
16	Ethernetový konektor		áno	
17	HDMI a súčasne VGA alebo DVI výstup		áno	HDMI, VGA, S-Video, AUDIO, LAN, USB
18	Počet aktívnych portov pre zapojenie sond	min. 3	áno	3
19	Alfanumerická klávesnica ako integrálna súčasť prístroja umožňujúca zadávanie dát		áno	
20	Možnosť rozšírenia o batériovú prevádzku	min. 30 min.	áno	
21	Hmotnosť zariadenia	max. 55 kg	áno	54 kg
	Pracovné režimy	Hodnota technického parametra	Áno/Nie	Hodnota (konkrétny parameter ponúkaného prístroja)
22	Technológia na potlačenie šumu		áno	
23	B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu		áno	
24	M-mód a farebný M-mód z rôznych uhlov a rezov		áno	
25	Farebné dopplerovské zobrazenie (CFM, CFI) so zvýšenou citlivosťou vrátane zobrazenia energie krvného toku		áno	
26	Energetický doppler s rozlíšením smeru toku		áno	
27	Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky, korekčného uhla a base line		áno	
28	Možnosť rozšírenia o CW doppler		áno	
29	Tkaninový Doppler		áno	
30	Harmonické zobrazenie s možnosťou zmeny min. v 3 frekvenčných krokoch		áno	
31	Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom	min. 8x	áno	8x
32	Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov		áno	
33	Dual Live zobrazovací mód		áno	
34	Quad view zobrazenie		áno	

35	Simultánne duálne zobrazenia B-mód a B-mód + CFM v reálnom čase		áno	
36	Digitálne nastavenia TGC na dotykovom paneli s možnosťou uloženia do užívateľskej predvoľby, nie mechanické jazdce		áno	
37	Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách		áno	
38	Duplexné zobrazenia v reálnom čase		áno	
39	Triplexné zobrazenia v reálnom čase		áno	
40	Automatická korekcia rýchlosti šírenia usg vlnenia v závislosti od echogenity skenovaného tkaniva		áno	
	Meranie, software a vyhodnocovanie	Hodnota technického parametra	Áno/Nie	Hodnota (konkrétny parameter ponúkaného prístroja)
41	Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov, uhlov, rýchlosti, % stenózy		áno	
42	Možnosť rozšírenia o kardiologické kalkulácie		áno	
43	Automatické zväčšenie meracieho bodu vo forme lupy		áno	
44	Automatické merania parametrov dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean)		áno	
45	Softvér pre automatické meranie parametrov dopplerovského spektra (S, D, PI, RI, S/D)		áno	
46	Možnosť rozšírenia o automatické meranie karotickej intimy a média (IMT) a trasovanie cievnej steny		áno	
47	Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát		áno	
48	Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou exportu a dodatočnej úpravy obraz. parametrov		áno	
49	Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania		áno	
50	Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg, *.jpeg, *.avi, DICOM 3.0		áno	
51	Programovateľné kalkulácie		áno	
52	Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety)		áno	
53	Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0		áno	
54	Technológia skladania obrazu tzv. compounding nastaviteľný minimálne v 3 úrovniach		áno	
55	Softvér pre redukciu ultrazvukových speklôv		áno	
56	Softvér pre vykonávanie biopsií pod USG kontrolou vrátane vizualizácie ihly pre punkcie		áno	NeedleMate
57	Softvér na automatickú online lokalizáciu nervových zväzkov v obraze		áno	NerveTrack
58	Možnosť rozšírenia o kardiologickú analýzu založenú na princípe speckle tracking		áno	
	Sondy	Hodnota technického parametra	Áno/Nie	Hodnota (konkrétny parameter ponúkaného prístroja)
59	2D konvexná sonda s frekvenčným rozsahom	min. 2-5 MHz	áno	2-5 MHz
60	2D lineárna sonda na vyšetrovanie ciev s frekvenčným rozsahom	min. 3-16 MHz	áno	3-16 MHz
61	2D vaginálna multifrekvenčná sonda vrátane resterilizovateľného bioptického adaptéra s frekvenčným rozsahom	min. 4-9 MHz	áno	4-9 MHz

Vysvetlenie:

- uchádzač vyplňa v tabuľke len silno sivé polia a text v červenom
- cenovú ponuku zaokrúhľovať na dve desatinné miesta !

V Bratislave, dňa 05.11.2024

Ing. Ľubomír Magula, konateľ

"v.r."