

Názov predmetu zákazky:

Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania

Špecifikácia predmetu zákazky

Časť č. 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania skupiny 1

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa/nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
1.	Implantabilné prístroje (kardiostimulátory a ICD s kompletným príslušenstvom vrátane elektród, domáceho monitora a zavádzačov na kanuláciu koronárneho sínusu) na elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania a implantabilné slučkové rekordéry s osobitným zreteľom na:	spĺňa	
1.1	možnosť kontinuálneho (beat-to-beat) overenia účinnosti komorovej stimulácie a automatickej optimalizácie stimulačného výdaja	spĺňa	
1.2	optimalizovateľný tvar defibrilačnej vlny na liečbu malígnych tachyarytmií (možnosť nastaviť pevnú dĺžku trvania defibrilačného výboja)	spĺňa	
1.3	kompatibilitu celotelového NMR vyšetrenia (1,5T a 3T) a s možnosťou podstúpiť MR vyšetrenie ihneď po implantácii zariadenia	spĺňa	
1.4	možnosť doručiť energiu výboja až 40J	spĺňa	
1.5	možnosť domáceho telemonitoringu prostredníctvom klasického domáceho monitoru, alebo alebo prostredníctvom smartfónu s operačným systémom IOS alebo Android u konkrétnych defibrilátorov	spĺňa	
1.6	možnosť minimalizácie pravokomorovej stimulácie prostredníctvom automatickej zmeny trvania AV prevodu	spĺňa	
1.7	možnosť pokročilej viacbodovej stimulácie LK	spĺňa	
1.8	možnosť optimalizácie biventrikulárnej stimulácie na základe automatického vyhľadávania vlastného AV prevodu minimálne raz za 30 minút (možnosť nastaviť skrátenie AV prevodu v milisekundách)	spĺňa	
1.9	možnosť použiť externý aktivátor/deaktivátor MRI kompatibilného režimu bez potreby použiť programátor u vybraných modelov	spĺňa	
1.10	možnosť bezdrôtovej RF komunikácie zariadenia s programátorom	spĺňa	
1.11	možnosť automatického skrátenia AV intervalu (tzv. negatívnej hysterézy) v prípade zosnímania vlastnej aktivity v komore	spĺňa	
1.12	možnosť monitorovania srdcového zlyhávania pomocou merania intratorakálnej impedancie- možnosť fyziologickej stimulácie vodivého systému	spĺňa	
1.13	možnosť automatickej detekcie, kvantifikácie a pamäťového záznamu arytmií; s kapacitou epizód nahraných pacientom minimálne 55 minút	spĺňa	

Príloha č. 1 RD

Špecifikácia predmetu zákazky

1.14	možnosť naprogramovania priority epizód a okamžitého posielania EKG záznamu do siete vzdialeného monitorovania prostredníctvom smartfónu pracujúceho prostredníctvom operačného systému IOS alebo Android.	spĺňa	
2.	Položky predmetu zákazky pre časť č. 1	spĺňa	
2.1	Kardiostimulátor jednodutinový	spĺňa	
2.2	Kardiostimulátor dvojduťinový	spĺňa	
2.3	Kardiostimulátor biventrikulárny	spĺňa	
2.4	Defibrilátor jednodutinový	spĺňa	
2.5	Defibrilátor dvojduťinový	spĺňa	
2.6	Defibrilátor biventrikulárny	spĺňa	
2.7	Elektroda kardiostimulačná pre trvalú predsieňovú stimuláciu	spĺňa	
2.8	Elektroda kardiostimulačná pre trvalú pravokomorovú stimuláciu	spĺňa	
2.9	Elektroda kardiostimulačná pre trvalú ľavokomorovú stimuláciu	spĺňa	
2.10	Elektroda defibrilačná s príslušenstvom	spĺňa	
2.11	Domáci monitor	spĺňa	
2.12	Pomocný vodič k zavádzaniu elektród	spĺňa	
2.13	Ovládateľný zavádzač k umiestneniu elektródy na fyziologickú stimuláciu	spĺňa	
2.14	Zavádzač pre implantáciu ľavokomorovej elektródy do CS	spĺňa	
2.15	Implantabilný slučkový rekordér.	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Donská 61, 841 06 Bratislava

IČO:

35757329

DIČ:

2020253730

V: Bratislave

Dňa: 11.12.2024

.....
Ing. Silvia Augustínová
konateľ