

Názov predmetu zákazky:

Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania

Špecifikácia predmetu zákazky

Časť č. 3 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania skupiny 3

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa/nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
1.	Implantabilné prístroje (kardiostimulátory a ICD s kompletným príslušenstvom vrátane elektród) pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania s osobitným zreteľom na:	spĺňa	
1.1	možnosť automatického merania prahu a impedancie	spĺňa	
1.2	možnosť monitorovania spánkového apnoe	spĺňa	
1.3	možnosť hemodynamickej optimalizácie kardiostimulácie cestou minimalizácie pravokomorovej stimulácie a s maximalizáciou zachovania fyziologického AV prevodu aj pri výskyte intermitentných AV blokov	spĺňa	
1.4	možnosť vysokej diskriminácie všetkých troch typov AV blokov	spĺňa	
1.5	bluetooth vzdialené monitorovanie - domáci monitoring s monitorom	spĺňa	
1.6	automatický MRI mód - automatické prepnutie do asynchronného módu iba počas MRI vyšetrenia / minimálny čas strávený v tomto móde / iba jedna návšteva u kardiológa - pred MRI vyšetrením (celotelový MRI sken, kompatibilita 1,5 - 3T)	spĺňa	
1.7	monitorovanie spánkového apnoe (SAM)	spĺňa	
1.8	dualny senzor (MV+G) - kombinácia akcelerometra a minútovej ventilácie	spĺňa	
1.9	možnosť antitachykardického manažmentu pomalých komorových tachykardií (maximálna stimulačná frekvencia dolná hranica detekcie komorovej tachykardie)	spĺňa	
1.10	možnosť použitia špeciálnej predsieňovej elektródy s hemodynamickým senzorom umožňujúcim automatickú optimalizáciu AV a VV intervalu	spĺňa	
1.11	použitie MRI kompatibilnej elektródy stimulačnej predsieňovej/komorovej, defibrilačnej	spĺňa	
1.12	použitie monitora na diaľkové monitorovanie pacientov s defibrilátorom s bezdrôtovou komunikáciou monitora s ICD	spĺňa	
1.13	použitie monitora na diaľkové monitorovanie pacientov s kardiostimulátorom s bluetooth komunikáciou monitora s kardiostimulátorom.	spĺňa	
2.	Položky predmetu zákazky pre časť č. 3		

Príloha č. 5 SP

Špecifikácia predmetu zákazky

2.1	Kardiostimulátor jednodutinový	spĺňa	
2.2	Kardiostimulátor dvojductinový	spĺňa	
2.3	Defibrilátor jednodutinový	spĺňa	
2.4	Defibrilátor dvojductinový	spĺňa	
2.5	Defibrilátor biventrikulárny	spĺňa	
2.6	Elektroda s hemodynamickým senzorom	spĺňa	
2.7	Elektroda kardiostimulačná pre trvalú predsieňovú stimuláciu	spĺňa	
2.8	Elektroda kardiostimulačná pre trvalú pravokomorovú stimuláciu	spĺňa	
2.9	Elektroda kardiostimulačná kvadripolárna pre trvalú ľavokomorovú stimuláciu	spĺňa	
2.10	Elektroda defibrilačná s príslušenstvom	spĺňa	
2.11	Domáci monitor.	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Biomedica Slovakia, s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Drobného 27, 841 01 Bratislava

IČO:

35849258

DIČ:

2020239518

V: Bratislava

Dňa: 12.12.2024

.....
Mag. Karol Hirczy, konateľ