

Príloha č. 1 Rámcovej dohody - časť 1 predmetu zákazky: Diagnostiká pre analýzu Antinukleárných protilátok IFA

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
P. č.	Položka	Podrobný opis položky	MJ	Celkový predpokladaný požadovaný počet merných jednotiek	Jednotková cena za MJ v € bez DPH	Sadba DPH v %	Jednotková cena za MJ v € vrátane DPH	Celková cena za predpokladané množstvo MJ v € bez DPH	Celková cena za predpokladané množstvo MJ v € vrátane DPH	Poznámka	Konkrétne označenie ponúkaného tovaru (doplň uchádzač v rámci svojej ponuky)	Základná jednotková cena diagnostického materiálu za MJ v € bez DPH (nenavýšená cena o prenájom prístroja) v prípade, ak predmetom dodania tovaru nebude prenájom prístrojového vybavenia. Pozn.: nie je predmetom hodnotenia ponúk - slúži len pre prípadné určenie ceny diagnostického materiálu bez prenájmu prístrojového vybavenia.
1	ANA-Hep-2	viď nižšie	balenie	80	140,2000 €	5%	147,2100 €	11 216,0000 €	11 776,8000 €	požadujeme prístrojové vybavenie zarátané v cene súpravy	K 51.100	140,2000 €
2	Celková cena za dodanie predmetu zákazky			X	X	X	X	11 216,0000 €	11 776,8000 €			

Pozn.:

1. Jednotkovú cenu v EUR bez DPH každej položky predmetu zákazky, ktorá tvorí základ ďalšieho výpočtu, je potrebné uviesť (nie zaokrúhľovať) na 4 desatinné miesta, tzn. že jednotková cena v EUR bez DPH každej položky tvoriacej predmet zákazky bude obsahovať maximálne 4 desatinné miesta. Všetky ostatné ceny (t. j. „jednotkovú cenu v EUR vrátane DPH“, „celkovú cenu v EUR bez DPH“ a „celkovú cenu v EUR vrátane DPH“) je potrebné zaokrúhliť na 4 desatinné miesta.

2. Verejný obstarávateľ za účelom eliminovania chýb týkajúcich sa zaokrúhľovania odporúča uchádzačom vyplňať Návrh uchádzača na plnenie kritérií v súbore MS Excel .xls, ktorý verejný obstarávateľ zverejní ako súčasť Súťažných podkladov. V predmetnom dokumente je potrebné vyplnenie len jednotkovej ceny každej položky v EUR bez DPH a hodnotu sadzby DPH. Ostatné hodnoty budú následne automaticky prepočítané.

3. Položka, ktorá nebude obsahovať cenu, nebude uhradená a bude mať za to, že náklady na túto položku sú zahrnuté v iných položkách.

4. Vyššie sú stanovené záväzné požiadavky a parametre predmetu zákazky.

Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami "alebo ekvivalentný" a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné riešenie, ktoré je svojim funkčnými a technickými parametrami rovnaké alebo lepšie v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použilo presné uvedenie hmotnosti, objemu a pod. vo vzťahu k požadovanej mernej jednotke, verejný obstarávateľ bude akceptovať toleranciu +- 10 % vo vzťahu k požadovanej hmotnosti, objemu a pod.

.....

pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača

Dátum:

Podrobný Opis

Špecifikácia diagnostických súprav

ANA-Hep-2

Súprava na stanovenie intracelulárnych protilátok IgG proti Hep-2 bunkám v ľudskom sére imunofluorescenčným testom (IFA)

Antigén: lyzát Hep-2 buniek

Obsah balenia: 10 sklíčok x 12 jamiek (sklíčka 75 x 25 mm, vákuovo uzavreté) a všetky komponenty na automatické spracovanie IFA procesorom

Regulačný status: IVD CE

Špecifikácia prístrojového vybavenia

Pine automatizovaný IFA procesor HELMED, príp. ekvivalent

Plná automatizácia IFA analýzy spracovania ANA-Hep-2 súprav (zodpovedajúci software)

Karusel na 150 skúmaviek veľkosti 12 x 75 mm

Karusel na uloženie 20 sklíčok

Minimálna kapacita spracovaných políčok za deň: 200

Možnosť nastavenia automatickej titrácie vzorky, trojkanálová ihla

Pridavné nádoby na premývacie roztoky a odpad

Inštalácia prístrojového vybavenia na časové obdobie 1 rok vrátane :

uvedenia do prevádzky, predvedenia funkčnosti, zaškolenia na užívateľskej úrovni

Komplexný zákaznický servis zabezpečený vyškoleným technikom do 24 hodín

Úhrada servisných setov, náhradných dielov a technických porúch IFA procesora bezplatne

Termín dodania prístrojového vybavenia a zaškolenie: do 10 dní pracovných od podpísania zmluvy

Návod na obsluhu analyzátoru v slovenskom / českom jazyku

Regulačný status: IVD/IVDR/CE