Príloha č. 1 Rámcovej dohody - časť 4 predmetu zákazky: Diagnostiká pre imunologické vyšetrenia – 3. skupina

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
P. č.	**Položka**	**Podrobný opis položky**	**MJ**	**Celkový predpokladaný požadovaný počet merných jednotiek**	**Jednotková cena za MJ v € bez DPH**	**Sadba DPH v %**	**Jednotková cena za MJ v € vrátane DPH**	**Celková cena za predpokladané množstvo MJ v € bez DPH)**	**Celková cena za predpokladané množstvo MJ v € vrátane DPH**	**Poznámka**	**Konkrétne označenie ponúkaného tovaru (doplní uchádzač v rámci svojej ponuky)**	**Základná jednotková cena diagnostického materiálu za MJ v € bez DPH (nenavýšená cena o prenájom prístroja vpríprade, ak predmetom dodania tovaru nebude prenájom prístrojového vybavenia. Pozn.: nie je predmetom hodnotenia ponúk - slúži len pre prípadné určenie ceny diagnostického materiálu bez prenájmu prístrojového vybavenia.**
1	BLOT LINE ANA	viď nižšie	balenie	120	251,0000 €	5%	263,5500 €	30 120,0000 €	31 626,0000 €	požadujeme prístrojové vybavenie zarátané v cene súpravy	ANAL20	251,00 €
2	Microblot-Array ANA	viď nižšie	balenie	5	1 150,0000 €	5%	1 207,5000 €	5 750,0000 €	6 037,5000 €	požadujeme prístrojové vybavenie zarátané v cene súpravy	ANA45MA96	1 150,00 €
3	Vanička na bloty	viď nižšie	balenie	1	60,3500 €	23%	74,2305 €	60,3500 €	74,2305 €	vanička na blotové stripy do prístrojového vybavenia	vb2025	60,35 €
4	**Celková cena za dodanie predmetu zákazky**			**X**	**X**	**X**	**X**	35 930,3500 €	**37 737,7305 €**			

Pozn.:
1. Jednotkovú cenu v EUR bez DPH každej položky predmetu zákazky, ktorá tvorí základ ďalšieho výpočtu, je potrebné uviesť (nie zaokrúhľovať) na 4 desatinné miesta, tzn. že jednotková cena v EUR bez DPH každej položky tvoriacej predmet zákazky bude obsahovať maximálne 4 desatinné miesta. Všetky ostatné ceny (t. j. „jednotkovú cenu v EUR vrátane DPH", „celkovú cenu v EUR bez DPH" a „celkovú cenu v EUR vrátane DPH" je potrebné zaokrúhliť na 4 desatinné miesta.
2. Verejný obstarávateľ za účelom eliminovania chýb týkajúcich sa zaokrúhľovania odporúča uchádzačom vypĺňať Návrh uchádzača na plnenie kritérií v súbore MS Excel .xls, ktorý verejný obstarávateľ zverejní ako súčasť Súťažných podkladov. V predmetnom dokumente je potrebné vyplniť len jednotkovej ceny každej položky v EUR bez DPH a hodnotu sadzby DPH. Ostatné hodnoty budú následne automaticky prepočítané.
3. Položka, ktorá nebude obsahovať cenu, nebude uhradená a bude mať za to, že náklady na túto položku sú zahrnuté v iných položkách.
4. Vyššie sú stanovené záväzné požiadavky a parametre predmetu zákazky.
Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami "alebo ekvivalentný" a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné riešenie, ktoré je svojím funkčnými a technickými parametrami rovnaké alebo lepšie v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použilo presné uvedenie hmotnosti, objemu a pod. vo vzťahu k požadovanej mernej jednotke, verejný obstarávateľ bude akceptovať toleranciu +- 10 % vo vzťahu k požadovanej hmotnosti, objemu a pod.

.....
pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača

Dátum: .....

Podrobný Opis

Špecifikácia diagnostických súprav

BLOT-LINE ANA
Súprava vhodná k spracovaniu na prístrojovom vybavení
Imunoblotová súprava k detekcii špecifických IgG protilátok proti uvedeným rekombinantným antigénom:
Jo-1. PL-7. PL-12. PM/Scl. CENP B. CENP A. Scl-70. Ro52. Ro60. La. UrsnRNP. Sm. P0. PCNA. dsDNA. Históny. Nukleozómy. DFS70. M2
Každý BL strip s prítomnosťou kontrolnej línie, ktorá slúži ku kontrole funkčnosti a citlivosti súprav
Každý BL strip s prítomnosťou kontrolnej línie, ktorá slúži ku kontrole prítomnosti konjugátu
Obsah balenia: 1 x 20 ks stripov. potrebné komponenty. pozitívna a negatívna kontrola
Možnosť osetrumného spracovania súprav. roztoky v dostatočnom nadbytku
Interpretácia výsledkov: vizuálne (šablóna) a softwarové hodnotenie špecifických línií
Regulačný status: IVD/IVDR/CE
Microblot-Array ANA
Multiplexová diagnostika vo formáte mikrotitračnej platne
Špecifické rekombinantné antigény nanesené na nitrocelulózovej membráne formou spotov v tripletoch
Pozis antisérov: Jo-1. PL-7. PL-12. EJ. OJ. KS. YARS. ZoA. ZoB. HMGCR. SAE-1. SAE-2. SRP54. Mi-2. TIF. MDA5.
NXP2. NTSCNT-A. PmScl. M2. DFS70. CENP-A. B. PO/LR3A. NOR90. PO/CFR4B. Fibrillarin. Ro52. Ro60/SSA.
La/SSB. PCNA. P0. SmB. SmD. Nucleolin. Nucleosome. Histón. RNP A. RNP C. RNP 68. Ku. dsDNA
Svetlen kontrolných spotov - referenční. konkurzatov: 4x kalibrační
Regulačný status: IVD/IVDR/CE

Špecifikácia diagnostického spotrebného materiálu k prístrojovému vybaveniu
Vanička na bloty
Plastová vanička na spracovanie imunoblotovej súpravy špecifikovaným prístrojovým vybavením
Obsah balenia: 25 kusov po 20 pozíciá na detekciu stripov

Špecifikácia prístrojového vybavenia
Autoblot 3000, príp. ekvivalent
Stolový analyzátor na spracovanie blotových súprav (zodpovedajúci software)
Spracovanie 20 stripov v jednom behu
Možnosť naprogramovania analýzy cez noc
Možnosť uloženia 10 predinastaviteľných postupov
Programovateľné parametre nastaviteľné v kombinácii so zadaným programom
Systém kontrole dávkovaných objemov a časov inkubácie
Nastaviteľný čistiaci cyklus
Inštalácia prístrojového vybavenia na časové obdobie 1 rok vrátane:
uvedenia do prevádzky. oredvedenia funkčnosti. zaškolenia na užívateľskej úrovni
Komplexný zákazníckv servis zabezpečeami vyškoleným technikom do 24 hodín
Úhrada servisných dielov a technických poriích analyzátora
Návod na obsluhu analyzátora v slovenskom / českom iazyku
Regulačný status: IVD/IVDR/CE
Skener s vyhodnocovacím Immunoblot Softwareom
Skener s prograamom pre štandardné vyhodnoterie dodaných imunoblotových súprav s eliminácicu subiektívnei chyby
Možnosť napojenia na laboratórny informačný systém
Program sohrnného a individuálneho vyhodnotenia a tlače stripov
Inštalácia skeneru na časové obdobie 1 rok vrátane:
uvedenia do prevádzky. oredvedenia funkčnosti. zaškolenia na užívateľskej úrovni
Servis zabezpečený vyškoleným technikom do 24 hodín
Úhrada servisných dielov a technických poriích
Návod na obsluhu analyzátora v slovenskom / českom iazyku
Microblot Array reader
Kolorimetrický reader na snímanie testov pre formát 96 jamkovej mikrotitračnej platne s automatickou
lokalizáciou spotov - 5 MPx CMOS kamera. rozlíšenie 2592 x 1944 px
Microblot-Array Software ako nutná súčasť readra na kompleené vyhodnotenie testov - vycentrovanie a spracovanie
snímkov. lokalizácia spotov s možnosťou manuálnej korekcie. analýza snímkov a vyhodnotenie testov na základe
intenzít ledntcčlivých spotov. osvoúdenie validity testov prostredníctvom kontrolných spotov. oneňňadné zobrazenie výsledkov
Komplexný zákazníckv servis zabezpečený vyškoleným technikom do 24 hodín
Komunikácia software s laboratórnym informačným systémom
Úhrada servisných dielov a technických poriích analyzátora
Návod na obsluhu analyzátora v slovenskom / českom iazyku
Regulačný status: IVD/IVDR/CE