

[illegible]

Podrobný Opis prístrojového vybavenia

požadujeme - automatický analyzátor močového sedimentu-mikroskopická technológia
Celková analýza močového sedimentu do jednej minúty
Certifikovaná vlastnosti centrifúg
Prevládka bez reagencie
Identifikácia častíc RBC,WBC,HYP,AT,EPJ,NEC,BAC,VIE,MUC,SPR,CRY,CaOxm,CaNox,UTR,TRF
Technológia-automatizovaná mikroskopická, výkon-40 testov/hod
Veľkosť dŕavky-1 vorka, objem vzorky 175 µl
kapacita pamäti 5000 výsledkov (vrátane vŕškových obrázkov) kapacita vŕškových kŕstov 50
zabudovaný mikroskop (15 HPF obrazovky, zobrazovanie obrazu-svetelné pole(tri field)
obrázky číselných kódov
tlačidelná,display-monitor
spotrebný materiál-mikroskopická kryty