

KÚPNA ZMLUVA č. 1/ 2012

uzavretá podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

(ďalej len Zmluva)

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1

Predávajúci: Clinimed s.r.o. , Krížna 52 , 821 08 Bratislava

Zastúpený: Ing. Pavel Dodok
IČO: 35 837 390
IČ DPH: SK2020287379

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. ,

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel..., vložka č. 26657/B
Predávajúci je platcom DPH.
(ďalej len predávajúci)

1.2

Kupujúci: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

Zastúpený: Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD.
IČO: 00 365 327
DIČ: 2020598019

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
(ďalej len kupujúci)

predávajúci a kupujúci ďalej spoločne len „*zmluvné strany*“ alebo jednotlivo
„*zmluvná strana*“

Čl. 2

Predmet zmluvy

- Kúpnu zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu „**Prístroj na neinvazívnu ventilačnú podporu – 1 ks**“, zabezpečiť dopravu do Univerzitnej nemocnice Martin a inštaláciu. Zaškolenie obsluhy je bezplatné. Špecifikácia predmetu zmluvy tvorí **Prílohu č. 1** tejto kúpnej zmluvy. Súčasťou dodávky tovaru bude návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Predávajúci sa zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo na tento tovar a kupujúci sa zaväzuje uvedený tovar prebrať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

Čl. 3

Cena

- Kúpna cena tovaru tejto zmluvy platí v zmysle zásad Zákona č. 18/1996 Z. z.

o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky a je určená dohodou zmluvných strán vo výške **5 976,00 € s DPH**.

- 3.2. DPH, doprava tovaru na miesto určenia predmetu zmluvy, inštalácia a ostatné odvody v krajine obstarávateľa vo výške platnej ku dňu predloženia ponuky sú zahrnuté v cene tovaru.
- 3.3. Zmenu ceny z dôvodu zmeny cien vstupných surovín, energie a palív, zmeny colných, daňových a cenových predpisov ovplyvňujúcich štruktúru dohodnutej ceny, je možné upraviť len písomnou formou odsúhlaseného dodatku k tejto kúpnej zmluve.

Čl. 4 **Platobné podmienky**

- 4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu tovaru podľa čl. 3 tejto zmluvy na účet predávajúceho.

Cena predmetu plnenia je splatná na základe splnenia dodávky do miesta určenia, inštalácie a zaškolenia zdravotníckeho personálu a odovzdania predmetu zmluvy do užívania proti faktúre do 120 dní.

Čl. 5 **Miesto dodania tovaru**

- 5.1. Spôsob dodania tovaru: Predávajúci dodá tovar a kupujúci ho prevezme a zaplatí za tovar tak, ako je uvedené v iných článkoch tejto zmluvy. Prepravu tovaru na miesto dodania hradí predávajúci.

Miesto dodania tovaru: Univerzitná nemocnica Martin, TaPCH, Kollárova 2,
036 59 Martin

- 5.2. Dodacia lehota sa odvíja odo dňa zverejnenia v centrálnom registri (max. však do 8 týždňov). O prevzatí tovaru podpíšu obe zmluvné strany preberací protokol (dodací list). Súčasťou protokolárneho odovzdania tovaru do prevádzky bude odovzdanie sprievodnej a technickej dokumentácie v rozsahu zodpovedajúcom charakteru tovaru a bezpečnostno-technickým požiadavkám.

Čl. 6 **Záručná lehota**

- 6.1. Predávajúci poskytne na dodaný tovar 24 mesačnú záruku, ktorá začína plynúť uvedením predmetu kúpnej zmluvy do prevádzky.
- 6.2. Záručný servis vykonáva predávajúci bezodplatne. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť poruchu počas záručnej doby do 48 hod. od nástupu na opravu v prípade, ak si takáto porucha nevyžaduje použitie náhradných dielov zo zahraničia, inak do 5 dní od preukázateľného nahlásenia poruchy. Predávajúci poskytne záruku na opravu

v prípade opravy na mieste po dobu 6 mesiacov
a v prípade opravy formou výmeny náhradných dielov po dobu 12 mesiacov.

- 6.3. Predávajúci sa zaručuje vykonávať pozáručný servis vrátane dodávok náhradných dielov, podľa aktuálneho cenníka po dobu najmenej 8 rokov.

Čl. 7

Zmluvné pokuty

- 7.1. Pri omeškaní platby môže byť kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 7.2. V prípade, že predávajúci nedodrží čas plnenia, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedodaného predmetu kúpnej zmluvy za každý deň omeškania.

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

- 8.1 Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byť vykonané len písomnou dohodou oboch zmluvných strán vo forme číslovaných dodatkov k tejto kúpnej zmluve.
- 8.2 Kúpna zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží dve jej vyhotovenia, ktoré majú platnosť originálu.
- 8.3 Zmluva nadobúda účinnosť deň po zverejnení v centrálnom registri zmlúv.
- 8.4 Práva a povinnosti účastníkov, ktoré neupravuje táto kúpna zmluva, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 8.5 Obe zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu, napísanú podľa ich slobodnej vôle prečítali, s jej obsahom súhlasia a na dôkaz toho pripojujú svoje podpisy.

V Martine, dňa:

V, dňa:

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

.....

.....

Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD.
riaditeľ UNM Martin

Ing. Pavel Dodok
konateľ

Príloha č. 1 kúpnej zmluvy - Špecifikácia predmetu zmluvy :

**Prístroj na neinvazívnu ventilačnú podporu
CARAT II
Základné technické parametre**

CARAT II je prístroj na neinvazívnu aj invazívnu ventilačnú podporu, vhodný pre ventiláciu dospelých a detí od dychového objemu 50 ml. Je napájaný zo siete 230V , alebo zo zabudovaného dobíjateľného zdroja. Na svoju činnosť nepotrebuje zdroj medicínálneho vzduchu.

- Umožňuje ventiláciu jednookruhovou aj dvojkruhovou
- Umožňuje použitie invazívnej aj neinvazívnej ventilácie (TT kanyla aj maska)
- Ventilačné režimy: PCV (tlakovo riadená ventilácia), PSV (tlakovopodporná ventilácia), SIMV (synchronná intermitentná mandatorná ventilácia, VCV (objemová ventilácia), navyše v režime PCV umožňuje objemovú tlakovo riadenú ventiláciu a v režime PSV – objemovú tlakovo podpornú ventiláciu
- Nastaviteľný inspiračný tlak s nasavením maxima 30 hPa
- Maximálna minútová ventilácia – 25 l/min
- Je vybavený prípojkou na nízkotlakový zdroj kyslíka a vstupom pre monitorovanie FiO2. Nízkotlakový zdroj kyslíka má bezpečnostnú funkciu zabráňujúcu hromadeniu kyslíka v zariadení v režime standby.
- Indikuje spontánnu aktivitu pacienta.
- Umožňuje súčasné sledovanie troch dychových kriviek pacienta.
- Má automatickú kompenzáciu únikov, čo je dôležitý parameter najmä pri neinvazívnej ventilácii cez masku.
- Umožňuje uzamknutie nastavených parametrov – ako zábezpeka proti náhodnej neplánovanej zmene parametrov.
- Záložný dobíjateľný zdroj má kapacitu maximálne 5 hodín činnosti s maximálnou ventilačnou podporou. Zostávajúca kapacita zdroja je indikovaná na displeji.
- Parametre pre jednotlivé módy sú strážené nastaviteľnými alarmami, plus ďalšími systémovými alarmami. Zariadenie umožňuje kontrolu 15 –tich posleňých alarmov.
- Zobrazenie parametrov je umožnené na LCD displeji s možnosťou jeho konfigurácie podľa požiadaviek obsluhujúceho personálu