

Rámcová kúpna zmluva na dodanie tovaru č. 23...../2025

uzatvorená na základe § 83 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

Obchodné meno: BIOHEM a.s.
Sídlo: Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín
Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 10822/R
IČO: 54 519 098
DIČ: 2121712164
IČ pre DPH: SK2121712164
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK15 1100 0000 0029 4812 0255
Štatutárny orgán: JUDr. Barbora Šedíková, predseda predstavenstva
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvy: Ing. Peter Žilinčan, člen predstavenstva
vo veciach odborných: Mgr. Katarína Gallová, produktový manažér
Tel.:
E-mail: biohem@biohem.sk
Internetová adresa: www.biohem.sk
(ďalej len „predávajúci“)

a

Názov: Národná transfúzna služba SR
Sídlo: Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
Štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 003775-4/2003 zo dňa 02.12.2003
IČO: 30 853 915
DIČ: 2021764371
IČ pre DPH: SK2021764371
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK18 8180 0000 0070 0028 8579
Štatutárny zástupca: Ing. Ivan Oleár, MBA, riaditeľ
Osoba oprávnená na rokovanie:
vo veciach zmluvy
vo veciach odborných
Tel.: 02/5910 3008
E-mail:
Internetová adresa: www.ntssr.sk
(ďalej len „kúpajúci“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Kupujúci ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. vyhlásil, zverejneným v Úradnom vestníku. EÚ č. **2025/S 041 – 131969** a vo Vestníku verejného obstarávania č. 42/2025 dňa 28.02.2025 oznámením č. 4308 - MST verejnú súťaž podľa § 66 zákona č. 345/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na realizáciu zákazky s názvom **„Chladiace a mraziace zariadenia na skladovanie diagnostík, transfúzných liekov a plazmy“** (ďalej len „*verejné obstarávanie*“).
- 1.2 Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka predávajúceho vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky predávajúceho sa zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu.
- 1.3 Základným účelom tejto Zmluvy je v súlade s výsledkom verejného obstarávania zabezpečenie kúpy predmetu tejto Zmluvy, tak ako je definovaný v čl. II. tejto Zmluvy a v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.

Článok II.

Predmet Zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je dodávka chladiacich a mraziacich zariadení v množstve a za podmienok dojednaných v tejto Zmluve. Zariadením sa pre účely tejto Zmluvy rozumejú chladiace a mraziace zariadenia na skladovanie diagnostík, transfúzných liekov a plazmy v zmysle špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „*zariadenia*“) a v súlade s Prílohou č. 2 – štruktúrovaný rozpočet.
- 2.2 S dodávkou zariadení sú spojené aj nasledovné služby zahrnuté v cene podľa čl. III. tejto Zmluvy:
(i) služby spojené s dopravou a dodaním zariadení do miesta dodania, (ii) inštalácia a vstupná validácia zariadení, vrátane pripojenia zariadení k monitorovaciemu systému kupujúceho a (iii) zaškolenie zamestnancov a (iv) počas záručnej doby aj komplexné servisné služby zahŕňajúce:
 - a) opravy a údržbu zariadení vrátane použitých náhradných dielov, dopravy a práce technikov,
 - b) výrobcom predpísané validácie a preventívne prehliadky (bezpečnostné technické kontroly (BTK) vrátane výmeny potrebných náhradných dielov.
- 2.3 Predmet Zmluvy bude v priebehu platnosti tejto Zmluvy realizovaný v rozsahu podľa potrieb kupujúceho na základe jeho objednávok pri zachovaní postupu a podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, ktorými sú zmluvné strany viazané.
- 2.4 Predpokladané množstvo zariadení, ktoré kupujúci kúpi od predávajúceho v súlade s touto Zmluvou, je uvedené v štruktúrovanom rozpočte, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Vzhľadom na to, že množstvá uvedené v Prílohe č. 2 sú predpokladané množstvá, vyhradzuje si kupujúci právo považovať tieto množstvá za nezáväzné a v prípade potreby môže objednať nižšie alebo vyššie množstvá ako sú predpokladané. V prípade, že budú objednané nižšie množstvá ako sú

predpokladané množstvá, nevzniká predávajúcemu automaticky nárok na dodanie kompletného rozsahu predmetu kúpy tak, ako je definovaný v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

- 2.5 Kupujúci nie je povinný zakúpiť predpokladané množstvo zariadení, ani vyčerpať predpokladaný maximálny finančný limit. Celkové zakúpené množstvo predmetu tejto Zmluvy bude závisieť od potrieb kupujúceho počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.
- 2.6 V prípade, ak je v čase faktického plnenia čiastkovej kúpnej zmluvy k dispozícii predmet Zmluvy, ktorý zodpovedá všetkým požiadavkám kupujúceho stanovených vo verejnom obstarávaní, avšak tento predmet Zmluvy je technicky, vývojovo, dizajnovo alebo inými parametrami lepší ako predmet Zmluvy uvedený v ponuke predávajúceho, je predávajúci povinný ponúknuť takýto nový predmet Zmluvy kupujúcemu ako zmenené plnenie tejto Zmluvy za rovnakých podmienok ako boli uvedené v ponuke predávajúceho pre pôvodne dohodnuté plnenie tejto Zmluvy. Ak kupujúci s takouto zmenou súhlasí, v objednávke presne špecifikuje nové plnenie.
- 2.7 Predávajúci týmto vyhlasuje a zodpovedá za to, že zariadenia budú v čase prevodu vlastníckeho práva na kupujúceho v jeho výlučnom vlastníctve a nebudú zaťažené žiadnymi právami tretích osôb, a že bude oprávnený so zariadeniami nakladať spôsobom a za účelom podľa tejto Zmluvy. Predávajúci týmto vyhlasuje, že zariadenia budú spôsobilé na užívanie na účel dohodnutý v zmysle tejto Zmluvy a vyhláseného verejného obstarávania. Predávajúci vyhlasuje a zodpovedá za to, že dodané zariadenia budú plne kompatibilné s aktuálnym monitorovacím systémom DMN (Data monitoring network) pre sledovanie a zaznamenávanie všetkých činností a situácií. Predávajúci dodá kupujúcemu zariadenia, prevedie na kupujúceho vlastnícke právo k zariadeniam, zariadenia nainštaluje a uvedie do prevádzky, vrátane pripojenia zariadení k monitorovaciemu systému kupujúceho.
- 2.8 Predávajúci sa zaväzuje a zodpovedá zároveň za to, že zariadenia v čase ich dodania spĺňajú všetky platné normy a ustanovenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem platných pre predmet Zmluvy a danú oblasť. Predávajúci zároveň zodpovedá za to, že dodávané zariadenia sú certifikované a schválené na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie.

Článok III.

Kúpna cena a platobné podmienky

- 3.1 Cena je stanovená vzájomnou dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je špecifikovaná v Prílohe č. 2 k tejto Zmluve.
- 3.2 V kúpnej cene podľa bodu 3.1 tohto článku Zmluvy sú zahrnuté všetky náklady spojené so záväzkom predávajúceho, najmä, nie však výlučne, clo, obchodná prírážka, náklady balenia, doprava do miesta dodania, náklady na nevyhnutné príslušenstvo potrebné pre riadnu prevádzku zariadení, náklady na obstaranie dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy, ak takéto dokumenty požaduje kupujúci, všetky ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s riadnym plnením predmetu zmluvy, náklady inštalácie a uvedenia zariadení do prevádzky.
- 3.3 Daňovým dokladom je pre zmluvné strany faktúra. Predávajúci je po každom dodaní zariadenia oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň riadneho a úplného splnenia záväzku predávajúceho

podľa čl. IV, bod 4.5 tejto Zmluvy. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru v papierovej forme a doručiť ju kupujúcemu na adresu jeho sídla najneskôr do 5. pracovného dňa mesiaca nasledujúceho po dodaní zariadenia.

- 3.4 Predávajúcim vystavená faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu podľa zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 3.5 Úhrada kúpnej ceny podľa tohto článku Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku, na účet predávajúceho uvedený na faktúre, bez akejkoľvek zálohovej platby. Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní od jej doručenia kupujúcemu.
- 3.6 V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu do dátumu splatnosti s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti faktúry. Predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Na opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti faktúry.
- 3.7 V prípade, ak sa po uzatvorení tejto Zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia cena (ďalej aj ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto Zmluve a predávajúci už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a kúpnu cenou podľa tejto Zmluvy je 5 % v neprospech kúpnej ceny podľa tejto Zmluvy, zaväzuje sa predávajúci poskytnúť kupujúcemu pre takúto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto Zmluvy a nižšou cenou.

Článok IV.

Miesto a čas dodania, preberací protokol

- 4.1 Miestom dodania zariadení sú pracoviská kupujúceho uvedené v Prílohe č. 3 Zmluvy. Konkrétne miesto dodania zariadenia bude vždy špecifikované v písomnej objednávke.
- 4.2 Zariadenia podľa tejto Zmluvy budú dodávané na základe priebežných písomných objednávok kupujúceho, vrátane objednávok zaslaných e-mailom. Kupujúci v objednávke uvedie špecifikáciu požadovaného zariadenia v súlade s Prílohou č. 1 tejto Zmluvy, požadované množstvo zariadení a označenie pracoviska alebo pracovísk kupujúceho, na ktoré majú byť zariadenia dodané. Doručením objednávky podľa tejto Zmluvy kupujúcim predávajúcemu sa čiastková zmluva na dodanie konkrétneho zariadenia považuje za uzavretú.
- 4.3 Predávajúci sa zaväzuje zariadenia zabalit' a vybaviť na prepravu, pričom náklady s tým spojené sú zahrnuté v kúpnej cene podľa čl. III. Zmluvy. Zariadenia musia byť dodané zabalené takým spôsobom, ktorý dostatočne zabezpečí ich ochranu a uchovanie.
- 4.4 Predávajúci je povinný po dodaní zariadení do miesta dodania tieto zariadenia nainštalovať, uviesť do prevádzky, vykonať skúšobnú prevádzku a riadnym spôsobom zaškoliť poverených zamestnancov kupujúceho ohľadne obsluhy zariadení, vrátane pripojenia zariadení k monitorovaciemu systému kupujúceho, čím sa záväzok predávajúceho podľa tejto Zmluvy považuje za splnený. Presný dátum a čas dodania zariadení a splnenia ostatných záväzkov

predávajúceho si zmluvné strany dohodnú najmenej 3 dni vopred, pričom termín dodávky zariadení nesmie byť viac ako 80 dní od prijatia objednávky.

- 4.5 Momentom uvedenia zariadení predávajúcim do prevádzky prechádza nebezpečenstvo škody na zariadeniach a vlastnícke právo k zariadeniam na kupujúceho.
- 4.6 O odovzdaní a prevzatí zariadení, ich inštalácii a uvedení do prevádzky, výsledkoch skúšobnej prevádzky a zaškolení poverených zamestnancov kupujúceho spíšu predávajúci a kupujúci alebo ich poverení zástupcovia v mieste dodania preberací protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 4.7 Spolu so zariadeniami je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k nim vzťahujú, najmä, nie však výlučne, návody na použitie a obsluhu zariadení v slovenskom jazyku, vyhlásenia o zhode, certifikáty pôvodu a iné relevantné dokumenty potrebné na užívanie zariadení a na výkon vlastníckeho práva.

Článok V.

Zodpovednosť za vady

- 5.1 Predávajúci sa zaväzuje, že zariadenia ku dňu ich dodania budú v jeho výlučnom vlastníctve a nebudú zaťažené žiadnymi právami tretích osôb a že zároveň splňajú všetky všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovené požiadavky na akosť, uvedenie na trh, kvalitu, funkčnosť a prevádzkyschopnosť zariadení, ako aj všetky bezpečnostné, požiarne a hygienické normy.
- 5.2 Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré majú zariadenia v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva škody na zariadeniach na kupujúceho, ak je vada spôsobená porušením povinností predávajúceho.
- 5.3 Kupujúci je povinný prezrieť si zariadenia za účelom zistenia väd a spôsobilosti na užívanie na dojednaný účel čo najskôr po ich uvedení do prevádzky predávajúcim.
- 5.4 Kupujúci je povinný oznámiť vady zariadení, za ktoré predávajúci zodpovedá, najneskôr do 7 dní po ich zistení. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia § 428 ods. 1 písm. b) a c) Obchodného zákonníka sa nepoužijú a kupujúci má nároky z väd vždy, ak tieto vady boli oznámené v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.
- 5.5 Ak má ktorékoľvek zariadenie vady, za ktoré zodpovedá predávajúci a kupujúci tieto vady oznámil predávajúcemu v lehote podľa bodu 5.4 tohto článku Zmluvy, kupujúci si môže uplatniť niektorý z nárokov z väd tovaru podľa § 437 Obchodného zákonníka. Voľba medzi nárokmi z väd patrí kupujúcemu a musí byť vykonaná písomne. Pokiaľ si kupujúci neuplatní konkrétny spôsob odstránenia vady, alebo pokiaľ je vada neodstrániteľná spôsobom, ktorý zvolil kupujúci, predávajúci sa zaväzuje, že zvolí taký spôsob odstránenia vady, ktorý je najefektívnejší a najviac zodpovedá potrebám kupujúceho.
- 5.6 Ak si kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady zariadenia, predávajúci je povinný začať s odstraňovaním vady nasledovne: (i) pokiaľ ide o vadu, ktorá znemožňuje alebo ohrozuje

prevádzku zariadenia najneskôr do 24 hodín od oznámenia vady, pričom do tejto lehoty sa nezapočítavajú soboty, nedele a sviatky a (ii) pokiaľ ide o vadu, ktorá neohrozuje prevádzku zariadenia, najneskôr do 3 pracovných dní od oznámenia vady. Predávajúci je povinný odstrániť vadu zariadenia s odbornou starostlivosťou v čo najkratšom možnom čase s prihliadnutím na povahu a rozsah vady.

- 5.7 Ak predávajúci neodstráni vadu ani v dodatočnej 30 dňovej lehote určenej kupujúcim, alebo ak vyhlási, že vadu neodstráni, alebo ak je vada neodstrániteľná, kupujúci je oprávnený odstúpiť od čiastkovej kúpnej zmluvy na dané zariadenie. Odstúpením od čiastkovej kúpnej zmluvy nezaniká nárok kupujúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty.
- 5.8 Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu alebo tretím osobám v dôsledku toho, že zariadenia alebo ktorékoľvek z nich mali vady, pokiaľ ide o vady zavinené predávajúcim. Predávajúci zároveň zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu nepravdivosťou a/alebo neúplnosťou ktoréhokoľvek z vyhlásení predávajúceho v tejto Zmluve. Predávajúci sa zaväzuje odškodniť kupujúceho za akékoľvek nároky, ktoré by prípadné tretie osoby uplatnili voči kupujúcemu z dôvodu, že zariadenia alebo ktorékoľvek z nich mali vady, za ktoré predávajúci zodpovedá, alebo že niektoré z vyhlásení predávajúceho v tejto Zmluve bolo nepravdivé a/alebo neúplné.

Článok VI.

Záruka a záručný servis

- 6.1 Predávajúci týmto poskytuje na každé dodané zariadenie záruku po dobu 24 mesiacov, pokiaľ z osobitného vyhlásenia predávajúceho a voči kupujúcemu alebo zo záručného listu nevyplýva dlhšia záručná doba. Záručná doba pre každé zo zariadení začína plynúť od uvedenia zariadenia do prevádzky.
- 6.2 Zárukou preberá predávajúci záväzok najmä za to, že zariadenia budú po dojednanú dobu spôsobilé na použitie na určený účel a zachovávajú si vlastnosti uvedené v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve, ako aj za kvalitu zariadení a ich riadne fungovanie.
- 6.3 Záruka podľa tohto článku Zmluvy sa nevzťahuje na:
- a) vady spôsobené vis maior, ktoré predávajúci nespôsobil a za ktoré nezodpovedá. Okolnosťami vis maior sa pre účely tejto Zmluvy rozumejú okolnosti uvedené v § 374 Obchodného zákonníka;
 - b) vady spôsobené neoprávneným zásahom alebo násilným poškodením zariadení, alebo nedodržaním návodu na použitie zariadení.
- 6.4 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemohol zariadenie užívať pre vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
- 6.5 Predávajúci sa zaväzuje vykonávať počas záručnej doby bezodplatný záručný servis a údržbu lekárskeho prístroja podľa odporúčaní výrobcu. Komplexné servisné služby zahŕňajú najmä:
- a) opravy a údržbu zariadení vrátane použitých náhradných dielov, dopravy a práce technikov,
 - b) výrobcom predpísané validácie a preventívne prehliadky (bezpečnostné technické kontroly (BTK) vrátane výmeny potrebných náhradných dielov.

Pre prípad vady na zariadení, ktorá sa vyskytne v záručnej dobe, platí ustanovenie čl. V. bod 5.6 a 5.7 Zmluvy.

- 6.6 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za škody spôsobené neodborným a nekvalitným výkonom servisu podľa tohto článku Zmluvy.

Článok VII.

Sankcie za porušenie zmluvných povinností

- 7.1 V prípade omeškania predávajúceho s dodaním zariadenia v lehote podľa článku IV. bod 4.4 tejto Zmluvy je kupujúci oprávnený uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z celkovej ceny vrátane DPH nedodaného zariadenia za každý začatý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 7.2 V prípade omeškania predávajúceho s nástupom na servisný zásah alebo s vykonaním servisného úkonu podľa čl. V. bod 5.6 tejto Zmluvy má kupujúci právo požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň, počas ktorého kupujúci nemôže v dôsledku omeškania predávajúceho zariadenie riadne užívať.
- 7.3 Uplatnenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu škody vzniknutej kupujúcemu nesplnením zmluvných povinností predávajúceho. Zodpovednosť za škodu sa bude riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Pre účely tejto Zmluvy sa škodou rozumejú aj náklady kupujúceho na zabezpečenie rovnakého alebo porovnateľného tovaru/ služby u iného dodávateľa v prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru alebo odstránením väd zariadenia, pokiaľ toto omeškanie ohrozuje činnosť kupujúceho.
- 7.4 Kupujúci vyžaduje započítanie vzájomných pohľadávok podľa § 364 Obchodného zákonníka, vyplývajúcich z uzavretej zmluvy. Započítanie vzájomných pohľadávok sa uskutoční nasledovne: v prípade uplatnenia sankcií za porušenie povinností zmluvných strán, vyplývajúcich z jednotlivých ustanovení Zmluvy, budú tieto sankcie predmetom samostatnej faktúry, ktorá bude započítaná pri úhrade ktorejkoľvek nasledujúcej faktúry za dodanie tovaru. Predávajúci s uvedenými podmienkami započítania súhlasí.
- 7.5 Kupujúci nepripúšťa obmedzenie výšky úhrad zmluvných pokút a trvá na stanovenej percentuálnej výške zmluvných pokút za celé obdobie porušovania povinností predávajúcim, pričom predávajúci s týmto súhlasí.
- 7.6 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že dojednanú výšku zmluvných pokút považujú za primeranú vzhľadom na význam zabezpečovaného záväzku a vzhľadom na predmet činnosti kupujúceho – plnenie úloh súvisiacich s komplexnou produkciou krvných prípravkov.

Článok VIII.

Doba trvania a ukončenie Zmluvy

- 8.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do vyčerpania celkovej ceny plnenia podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy. V prípade, že nedôjde k vyčerpaniu celkovej ceny plnenia podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy do 12 mesiacov odo dňa uzavretia tejto Zmluvy, Zmluva zaniká uplynutím tejto doby.
- 8.2 Táto Zmluva zaniká:
- a) uplynutím doby podľa bodu 8.1. tohto článku Zmluvy,

- b) písomnou dohodou zmluvných strán,
- c) písomným odstúpením od tejto Zmluvy na základe zákona alebo z dôvodov podľa tejto Zmluvy.
- 8.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade uvedenom výslovne v tejto Zmluve a vtedy, ak:
- a) proti predávajúcemu sa začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia;
 - b) predávajúci vstúpil do likvidácie;
 - c) predávajúci závažným spôsobom alebo opakovane poruší povinnosti podľa čl. V. tejto Zmluvy;
 - d) predávajúci je opakovane v omeškaní s dodaním lekárskeho prístroja, s nástupom na servisný úkon alebo vykonaním servisného úkonu;
 - e) predávajúci nie je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, pričom takáto povinnosť mu vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora;
 - f) v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie predávajúceho pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní;
 - g) predávajúci nemal v čase uzavretia Zmluvy v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí tohto predávajúceho z registra partnerov verejného sektora, pričom mal podľa zákona povinnosť mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod, alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní;
 - h) došlo k splneniu zákonných dôvodov na odstúpenie od Zmluvy (najmä § 19 zákona o verejnom obstarávaní);
 - i) predávajúci koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a na písomnú výzvu kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni.
- 8.4 Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné dňom nasledujúcim po dni jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Pre prípad odstúpenia od Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na vylúčení aplikácie § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.5 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy je oprávnená zmluvná strana požadovať od povinnej osoby náhradu škody, ktorá jej vznikla okrem prípadov zásahu vyššej moci. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény.
- 8.6 Skončenie tejto Zmluvy akýmkoľvek spôsobom sa netýka tých ustanovení Zmluvy, ktoré majú podľa svojej povahy trvať aj po skončení Zmluvy, najmä ustanovení o výkone servisu a údržby dodaných zariadení a sankcií za omeškanie.

Článok IX. Subdodávky

- 9.1 Predávajúci môže zabezpečiť časť plnenia predmetu Zmluvy prostredníctvom svojich subdodávateľov.
- 9.2 Predávajúci garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu Zmluvy.
- 9.3 Predávajúci má právo na zmenu subdodávateľa, prostredníctvom ktorého nepreukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 27, resp. § 28 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto Zmluva týka.
- 9.4 Predávajúci má právo na doplnenie nového subdodávateľa vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto Zmluva týka. Predávajúci je však povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom, alebo v deň nástupu subdodávateľa (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr) preukázať kupujúcemu, že tento subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň je predávajúci povinný aktualizovať zoznam subdodávateľov, ktorý je Prílohou č. 4 tejto Zmluvy.
- 9.5 Porušenie povinností predávajúceho uvedených v tomto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností.

Článok X. Záverečné ustanovenia

- 10.1 Táto Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
- 10.2 Predávajúci súhlasí s tým, že kupujúci zverejní túto Zmluvu a jej dodatky v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
- 10.3 Predávajúci nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho. Písomný súhlas kupujúceho s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky predávajúceho v rozpore s týmto ustanovením je podľa § 39 zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neplatný.
- 10.4 Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými v SR.
- 10.5 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto Zmluvy je možné iba formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy a nesmú sa týkať úpravy ceny dohodnutej za predmet tejto Zmluvy.

- 10.6 Zásady ochrany osobných údajov dotknutých osôb sú uvedené na webovej stránke predávajúceho www.ntssr.sk/zasadyochranyudajov.
- 10.7 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia Zmluvy.
- 10.8 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú jej prílohy:
- Príloha č. 1 Zmluvy: Opis predmetu Zmluvy
 - Príloha č. 2 Zmluvy: Štruktúrovaný rozpočet
 - Príloha č. 3 Zmluvy: Zoznam pracovísk NTS SR (miesta dodania)
- 10.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli, Zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle. Zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpísali.

V Trenčíne dňa 09.06.2025

V Bratislave, dňa **11. 06. 2025**

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

BIOHEM a.s.

Národná transfúzna služba SR

.....
Ing. Peter Žilínčan
člen predstavenstva

.....
Ing. Ivan Oleár, MBA
riaditeľ NTS SR

Špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy a cenová ponuka**Verejný obstarávateľ:** Národná transfúzna služba SR, Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava, IČO: 30853915**Uchádzač:** BIOHEM a. s., Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín, IČO: 54 519 098**Názov zákazky:** Chladiace a mraziace zariadenia na skladovanie diagnostík, transfúzných liekov a plazmy**Chladnička na skladovanie transfúzných liekov****Špecifikácia predmetu zákazky****1.1 Chladnička na skladovanie transfúzných liekov - 380l**

Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov	Ponúkaná hodnota parametra (áno/nie/hodnota parametra)
zariadenie spĺňajúce smernicu o ZP MRD (EU) 2017/745 pre triedu ZP IIa a/alebo normu DIN 13277	áno / zaradené do ZP IIa, DIN 13277
trieda čistoty priestorov min.ISO 14644-1, Trieda 4	áno / ISO 14644-1, trieda 4
potvrdenie o platnenej registrácii na ŠÚKL s registračným kódom ŠÚKL	áno / kód ŠÚKL P99731 https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/pomocne-stranky/detail-zdravotnickej-pomocky?page_id=1377&zp_id=124346
skriňové, jednodverové prevedenie	áno
dvere s izolačným sklom s povrchom zabráňujúcim zahmlievaniu	áno / 5-vrstvové organické sklo
mikroprocesorové ovládanie	áno
plne digitálne zariadenie s možnosťou ovládania a zmien v nastavení a zobrazovaním prevádzkových parametrov	áno
displej so zobrazením aktuálnej teploty v chladničke	áno
pevne nastavená teplota na +4°C	áno / +4°C
bezpečnostný alarm pri teplote +2,5°C a +5,5°C	áno / +2,5°C a 5,5°C
teplotná stabilita (fluktuácia) maximálne v rozsahu ± 1,5°C	áno
stabilita teploty v prípade výpadku elektrického prúdu minimálne 2,5 hodiny	áno / 2,5 hodiny
vizuálna a zvuková signalizácia alarmu i v prípade výpadku elektrického prúdu	áno
pamäť na zaznamenávanie alarmu	áno

elektronický zámok ovládaný heslom prip. ID kartou obsluhy	áno
bezpečnostný termostat zabráňujúci poklesu teploty pod +2°C	áno
úžitkový objem minimálne 380 litrov	áno / 390 L
kapacita minimálne 370 vakov o objeme 350 ml	áno / 370 vakov
min. 2 ks drôtené poličky	áno / 2 ks
min. 3 ks zásuvka s predným krytom na teleskopických nosičoch	áno / 3 ks
min. 12 ks plastových stojanov na vaky	áno / 15 ks
nútená cirkulácia vzduchu	áno
príkon do 300 W	áno / 300 W
spotreba elektrickej energie do 2,0 kWh/24h	áno / 1,5 kWh/24h
čas prevádzky kompresora do 30%	áno / 27%
hlučnosť do 55 dB(A)	áno / 46 dB(A)
vonkajšie rozmery (v x š x h) max. 2000 x 700 x 1100 mm	áno / 1988 x 699 x 1039 mm
kompatibilita s aktuálnym monitorovacím systémom DMN (Data monitoring network) pre sledovanie a zaznamenávanie všetkých činností (zmena nastavenia zariadenia, otváranie dverí atď.) a situácií (výpadky napájania, teplotný alarm) vnútri zariadenia	áno
platné certifikáty k tovaru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike (napr. CE certifikát, vyhlásenie o zhode a pod.)	áno / CE certifikát, Vyhlásenie o zhode
nový, nepoužitý a nerepasovaný prístroj	áno
záruka a servis 24 mesiacov	áno / 24 mesiacov
1.2 Chladnička na skladovanie transfúzných liekov - 500l	
zariadenie spĺňajúce smernicu o ZP MRD (EU) 2017/745 pre triedu ZP IIa a/alebo normu DIN 13277	áno / zaradené do ZP IIa, DIN 13277
trieda čistoty priestorov min.ISO 14644-1, Trieda 4	áno / ISO 14644-1, trieda 4
potvrdenie o platnenej registrácii na ŠÚKL s registračným kódom ŠÚKL	áno / kód ŠÚKL P99731 https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/pomocne-stranky/detail-zdravotnickej-pomocky?page_id=1377&zp_id=124346
skriňové, jednodverové prevedenie	áno

dvere s izolačným sklom s povrchom zabráňujúcim zahmlievaniu	áno / 5-vrstvové organické sklo
mikroprocesorové ovládanie	áno
plne digitálne zariadenie s možnosťou ovládania a zmien v nastavení a zobrazovaním prevádzkových parametrov	áno
displej so zobrazením aktuálnej teploty v chladničke	áno
pevne nastavená teplota na +4°C	áno / +4°C
bezpečnostný alarm pri teplote +2,5°C a +5,5°C	áno / +2,5°C a 5,5°C
teplotná stabilita (fluktuácia) maximálne v rozsahu $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$	áno
stabilita teploty v prípade výpadku elektrického prúdu minimálne 2 hodiny	áno / 2,8 hod
vizuálna a zvuková signalizácia alarmu i v prípade výpadku elektrického prúdu	áno
pamäť na zaznamenávanie alarmu	áno
elektronický zámok ovládaný heslom príp. ID kartou obsluhy	áno
bezpečnostný termostat zabráňujúci poklesu teploty pod +2°C	áno
úžitkový objem minimálne 500 litrov	áno / 517 litrov
kapacita minimálne 490 vakov o objeme 350 ml	áno / 500 vakov
min. 2 ks drôtené poličky	áno / 2 ks
min. 3 ks zásuvka s predným krytom na teleskopických nosičoch	áno / 3 ks
min. 20 ks plastových stojanov na vaky	áno / 20 ks
nútená cirkulácia vzduchu	áno
príkon do 300 W	áno / 300 W
spotreba elektrickej energie do 2,0 kWh/24h	áno / 1,5 kWh/24h
čas prevádzky kompresora do 30%	áno / 26%
hlučnosť do 55 dB(A)	áno / 47 dB(A)
vonkajšie rozmery (v x š x h) max. 2000 x 900 x 1100 mm	áno / 1988 x 845 x 1039 mm
kompatibilita s aktuálnym monitorovacím systémom DMN (Data monitoring network) pre sledovanie a zaznamenávanie všetkých činností (zmena nastavenia zariadenia, otváranie dverí atď.) a situácií (výpadky napájania, teplotný alarm) vnútri zariadenia	áno
platné certifikáty k tovaru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike (napr. CE certifikát, vyhlásenie o zhode a pod.)	áno / CE certifikát, Vyhlásenie o zhode
nový, nepoužitý a nerepasovaný prístroj	áno
záruka a servis 24 mesiacov	áno / 24 mesiacov

1.3 Chladnička na skladovanie transfúzných liekov - 600l	
zariadenie spĺňajúce smernicu o ZP MRD (EU) 2017/745 pre triedu ZP IIa a/alebo normu DIN 13277	áno / zaradené do ZP IIa, DIN 13277
trieda čistoty priestorov min.ISO 14644-1, Trieda 4	áno / ISO 14644-1, trieda 4
potvrdenie o platnenej registrácii na ŠÚKL s registračným kódom ŠÚKL	áno / kód ŠÚKL P99731 https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/pomocne-stranky/detail-zdravotnickej-pomocky?page_id=1377&zp_id=124346
skriňové, jednodverové prevedenie	áno
dvere s izolačným sklom s povrchom zabraňujúcim zahmlievaniu	áno / 5-vrstvové organické sklo
mikroprocesorové ovládanie	áno
plne digitálne zariadenie s možnosťou ovládania a zmien v nastavení a zobrazovaním prevádzkových parametrov	áno
displej so zobrazením aktuálnej teploty v chladničke	áno
pevne nastavená teplota na +4°C	áno / +4°C
bezpečnostný alarm pri teplote +2,5°C a 5,5°C	áno / +2,5°C a 5,5°C
teplotná stabilita (fluktuácia) maximálne v rozsahu ± 1,5°C	áno
stabilita teploty v prípade výpadku elektrického prúdu minimálne 2 hodiny	áno / 2,8 hod
vizuálna a zvuková signalizácia alarmu i v prípade výpadku elektrického prúdu	áno
pamäť na zaznamenávanie alarmu	áno
elektronický zámok ovládaný heslom prip. ID kartou obsluhy	áno
bezpečnostný termostat zabraňujúci poklesu teploty pod +2°C	áno
úžitkový objem minimálne 600 litrov	áno / 645 litrov
kapacita minimálne 620 vakov o objeme 350 ml	áno / 625 vakov
min. 5 ks zásuvka s predným krytom na teleskopických nosičoch	áno / 5 ks
min. 25 ks plastových stojanov na vaky	áno / 25 ks
nútená cirkulácia vzduchu	áno
príkon do 300 W	áno / 300 W
spotreba elektrickej energie do 2,0 kWh/24h	áno / 1,5 kWh/24h
čas prevádzky kompresora do 30%	áno / 27%
hlučnosť do 55 dB(A)	áno / 50 dB(A)

vonkajšie rozmery (v x š x h) max. 2000 x 1000 x 1100 mm	áno / 1988 x 992 x 1039 mm					
kompatibilita s aktuálnym monitorovacím systémom DMN (Data monitoring network) pre sledovanie a zaznamenávanie všetkých činností (zmena nastavenia zariadenia, otváranie dverí atď.) a situácii (výpadky napájania, teplotný alarm) vnútri zariadenia	áno					
platné certifikáty k tovaru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike (napr. CE certifikát, vyhlásenie o zhode a pod.)	áno / CE certifikát, Vyhlásenie o zhode					
nový, nepoužitý a nerepasovaný prístroj	áno					
záruka a servis 24 mesiacov	áno / 24 mesiacov					
Cenová ponuka						
Chladnička na uskladnenie transfúzných liekov	Výrobca a typové označenie	Požadované množstvo v ks	Jednotková cena za 1 ks v EUR bez DPH	Cena za požadované množstvo v EUR bez DPH	Hodnota DPH	Hodnota spolu s DPH
1.1 Chladnička na uskladnenie transfúzných liekov - 380l	B Medical Systems, B401	3	9 990,00 €	29 970,00 €	6 893,10 €	36 863,10 €
1.2 Chladnička na uskladnenie transfúzných liekov - 500l	B Medical Systems, B501	4	10 220,00 €	40 880,00 €	9 402,40 €	50 282,40 €
1.3 Chladnička na uskladnenie transfúzných liekov - 600l	B Medical Systems, B701	2	11 600,00 €	23 200,00 €	5 336,00 €	28 536,00 €
Kritérium na vyhodnotenie ponúk / Celková cena za predmetnú časť v EUR s DPH						115 681,50 €

Miesto a dátum: v Trenčíne, dňa 09.06.2025

Podpis štatutárneho zástupcu alebo splnomocnenej osoby :

Ing. Peter Žilínčan, člen predstavenstva BIOHEM a. s.

Špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy a cenová ponuka**Verejný obstarávateľ:** Národná transfúzna služba SR, Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava, IČO: 30853915**Uchádzač:** BIOHEM a. s., Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín, IČO: 54 519 098**Názov zákazky:** Chladiace a mraziace zariadenia na skladovanie diagnostík, transfúzných liekov a plazmy**Mraznička na skladovanie plazmy**

Špecifikácia predmetu zákazky	
2.1 Mraznička na skladovanie plazmy - 500l	
Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov	Ponúkaná hodnota parametra
zariadenie spĺňajúce smernicu o ZP MRD (EU) 2017/745 pre triedu ZP IIa a/alebo normu DIN 13277	áno / zaradené do ZP IIa, DIN 13277
trieda čistoty priestorov min.ISO 14644-1, Trieda 4	áno / ISO 14644-1, trieda 4
potvrdenie o platnej registrácii na ŠÚKL s registračným kódom	áno / kód ŠUKL P99769 https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/pomocne-stranky/detail-zdravotnickej-pomocky?page_id=1377&zp_id=124384
skriňové, jednodverové prevedenie	áno
samostatné vnútorné dverka	áno / 2 ks
automatické vypnutie pri otvorení dverí	áno
mikroprocesorové ovládanie	áno
plne digitálne zariadenie s možnosťou ovládania a zmien v nastavení a zobrazovaním prevádzkových parametrov	áno
displej so zobrazením aktuálnej teploty v mrazničke	áno
teplotný rozsah -41°C až -32°C	áno / -41°C až -32°C
bezpečnostný alarm pri teplote -46°C a -32°C	áno / -46°C a -32°C
teplotná stabilita (fluktuácia) maximálne v rozsahu $\pm 2,5^{\circ}\text{C}$	áno
stabilita teploty v prípade výpadku elektrického prúdu minimálne 2 hodiny	áno / 3 hod
vizuálna a zvuková signalizácia alarmu i v prípade výpadku elektrického prúdu	áno
pamäť na zaznamenávanie alarmu	áno
elektronický zámok ovládaný heslom prip. ID kartou obsluhy	áno
nútená cirkulácia vzduchu	áno
automatické rozmrazovanie	áno
úžitkový objem minimálne 500 litrov	áno / 514 litrov
kapacita minimálne 450 vakov o objeme 350 ml	áno / 460 vakov
min. 5 ks polica	áno / 5 ks

min. 15 ks zásuvníkov na plazmu z nehrdzavejúcej ocele (á 3 ks na policu)	áno / 15 ks
prikon do 1300 W	áno / 1 300 W
spotreba elektrickej energie do 8,0 kWh/24h	áno / 6,6 kWh/24h
čas prevádzky kompresora do 50%	áno / 42%
hlučnosť do 60 dB(A)	áno / 44 dB(A)
vonkajšie rozmery (v x š x h) max. 2000 x 900 x 1100 mm	áno / 1988 x 845 x 1039 mm
kompatibilita s aktuálnym monitorovacím systémom DMN (Data monitoring network) pre sledovanie a zaznamenávanie všetkých činností (zmena nastavenia zariadenia, otváranie dverí atď.) a situácii (výpadky napájania, teplotný alarm) vnútri zariadenia	áno
platné certifikáty k tovaru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike (napr. CE certifikát, vyhlásenie o zhode a pod.)	áno / CE certifikát, Vyhlásenie o zhode
nový, nepoužitý a nerepasovaný prístroj	áno
záruka a servis 24 mesiacov	áno / 24 mesiacov
2.2 Mraznička na skladovanie plazmy - 600I	
zariadenie spĺňajúce smernicu o ZP MRD (EU) 2017/745 pre triedu ZP IIa a/alebo normu DIN 13277	áno / zaradené do ZP IIa, DIN 13277
trieda čistoty priestorov min.ISO 14644-1, Trieda 4	áno / ISO 14644-1, trieda 4
potvrdenie o platnej registrácii na ŠÚKL s registračným kódom	áno / kód ŠÚKL P99769 https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/pomocne-stranky/detail-zdravotnickej-pomocky?page_id=1377&zp_id=124384
skriňové, jednodverové prevedenie	áno
samostatné vnútorné dverka	áno / 2 ks
automatické vypnutie pri otvorení dverí	áno
mikroprocesorové ovládanie	áno
plne digitálne zariadenie s možnosťou ovládania a zmien v nastavení a zobrazovaním prevádzkových parametrov	áno
displej so zobrazením aktuálnej teploty v mrazničke	áno
teplotný rozsah -41°C až -32°C	áno / -41°C až -32°C
bezpečnostný alarm pri teplote -46°C a -32°C	áno / -46°C a -32°C
teplotná stabilita (fluktuácia) maximálne v rozsahu ± 2,5°C	áno
stabilita teploty v prípade výpadku elektrického prúdu minimálne 2 hodiny	áno / 3 hod
vizuálna a zvuková signalizácia alarmu i v prípade výpadku elektrického prúdu	áno
pamäť na zaznamenávanie alarmu	áno
elektronický zámok ovládaný heslom prip. ID kartou obsluhy	áno

nútená cirkulácia vzduchu	áno
automatické rozmrazovanie	áno
úžitkový objem minimálne 600 litrov	áno / 641 litrov
kapacita minimálne 565 vakov o objeme 350 ml	áno / 575 vakov
min. 5 ks polica	áno / 5 ks
min. 20 ks zásobníkov na plazmu z nehrdzavejúcej ocele (á 4ks na policu)	áno / 20 ks
príkon do 1300 W	áno / 1 300 W
spotreba elektrickej energie do 8,0 kWh/24h	áno / 7,4 kWh/24h
čas prevádzky kompresora do 50%	áno / 50%
hlučnosť do 60 dB(A)	áno / 45 dB(A)
vonkajšie rozmery (v x š x h) max. 2000 x 1000 x 1100 mm	áno / 1988 x 992 x 1039 mm
kompatibilita s aktuálnym monitorovacím systémom DMN (Data monitoring network) pre sledovanie a zaznamenávanie všetkých činností (zmena nastavenia zariadenia, otváranie dverí atď.) a situácií (výpadky napájania, teplotný alarm) vnútri zariadenia	áno
platné certifikáty k tovaru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike (napr. CE certifikát, vyhlásenie o zhode a pod.)	áno / CE certifikát, Vyhlásenie o zhode
nový, nepoužitý a nerepasovaný prístroj	áno
záruka a servis 24 mesiacov	áno / 24 mesiacov

Cenová ponuka						
Mraznička na uskladnenie plazmy	Výrobca a typové označenie	Požadované množstvo v ks	Jednotková cena za 1 ks v EUR bez DPH	Cena za požadované množstvo v EUR bez DPH	Hodnota DPH	Hodnota spolu s DPH
2.1 Mraznička na uskladnenie plazmy - 500l	B Medical Systems, F501	4	12 800,00 €	51 200,00 €	11 776,00 €	62 976,00 €
2.2 Mraznička na uskladnenie plazmy - 600l	B Medical Systems, F701	7	13 700,00 €	95 900,00 €	22 057,00 €	117 957,00 €
Kritérium na vyhodnotenie ponúk / Celková cena za predmetnú časť v EUR s DPH						180 933,00 €

Miesto a dátum: v Trenčíne, dňa 09.06.2025

Podpis štatutárneho zástupcu alebo splnomocnenej osoby :

Ing. Peter Žilincan, člen predstavenstva BIOHEM a. s.

Špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy a cenová ponuka**Verejný obstarávateľ:** Národná transfúzna služba SR, Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava, IČO: 30853915**Uchádzač:** BIOHEM a. s., Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín, IČO: 54 519 098**Názov zákazky:** Chladiace a mraziace zariadenia na skladovanie diagnostik, transfúzných liekov a plazmy**Chladnička na laboratórne účely****Špecifikácia predmetu zákazky****3.1 Chladnička na laboratórne účely - 200l**

Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov	Ponúkaná hodnota parametra
zariadenie spĺňajúce smernicu o ZP MRD (EU) 2017/745 pre triedu ZP Ia a/alebo normu DIN 13277	áno / zaradené do triedy ZP I, DIN 13277
trieda čistoty priestorov min.ISO 14644-1, Trieda 4	áno / ISO 14644-1, trieda 4
skriňové, jednodverové prevedenie	áno
mikroprocesorové ovládanie	áno
digitálne nastavenie a zobrazenie prevádzkových parametrov	áno
displej so zobrazením aktuálnej teploty v chladničke	áno
teplotný rozsah +4°C až +15°C	áno / +4°C až +15°C
bezpečnostný termostat zabráňujúci poklesu teploty pod +2°C	áno
nútená cirkulácia vzduchu	áno
stabilita teploty v prípade výpadku elektrického prúdu minimálne 1 hodinu	áno / 1 hod
vizuálna a zvuková signalizácia alarmu i v prípade výpadku elektrického prúdu	áno
úžitkový objem minimálne 200 litrov	áno / 269 litrov
min. 5 ks drôtené poličky / zásuvka	áno / 5 ks drôtená polička a 1 ks spodná zásuvka
príkon do 300 W	áno / 200 W
spotreba elektrickej energie do 2,0 kWh/24h	áno / 1,8 kWh/24h
čas prevádzky kompresora do 35%	Áno / 28%
hlučnosť do 50 dB(A)	áno / 38 dB(A)
izolácia v hrúbke min. 60 mm	Áno / min 60 mm
vonkajšie rozmery (v x š x h) max. 1800 x 650 x 750 mm	áno / 1670 x 595 x 695 mm
kompatibilita s aktuálnym monitorovacím systémom DMN (Data monitoring network) pre sledovanie a zaznamenávanie všetkých činností (zmena nastavenia zariadenia, otváranie dverí atď.) a situácií (výpadky napájania, teplotný alarm) vnútri zariadenia	áno
platné certifikáty k tovaru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike (napr. CE certifikát, vyhlásenie o zhode, ŠUKL a pod.)	áno / Vyhlásenie o zhode
nový, nepoužitý a nerepasovaný prístroj	áno
záruka a servis 24 mesiacov	áno / 24 mesiacov
3.2 Chladnička na laboratórne účely - 350l	
zariadenie spĺňajúce smernicu o ZP MRD (EU) 2017/745 pre triedu ZP Ia a/alebo normu DIN 13277	áno / zaradené do triedy ZP I, DIN 13277

trieda čistoty priestorov min.ISO 14644-1, Trieda 4	áno / ISO 14644-1, trieda 4					
skriňové, jednodverové prevedenie	áno					
mikroprocesorové ovládanie	áno					
digitálne nastavenie a zobrazenie prevádzkových parametrov	áno					
displej so zobrazením aktuálnej teploty v chladničke	áno					
teplotný rozsah +4°C až +15°C	áno / +4°C až +15°C					
bezpečnostný termostat zabráňujúci poklesu teploty pod +2°C	áno					
nútená cirkulácia vzduchu	áno					
stabilita teploty v prípade výpadku elektrického prúdu minimálne 1 hodinu	áno / 1,6 hod					
vizuálna a zvuková signalizácia alarmu i v prípade výpadku elektrického prúdu	áno					
úžitkový objem minimálne 350 litrov	áno / 390 litrov					
min. 5 ks drôtené poličky / zásuvka	áno / 5 ks					
prikon do 300 W	áno / 300 W					
spotreba elektrickej energie do 2,0 kWh/24h	áno / 1,4 kWh/24h					
čas prevádzky kompresora do 35%	áno / 22%					
hlučnosť do 50 dB(A)	áno / 46 dB(A)					
izolácia v hrúbke min. 60 mm	áno / min 65 mm					
vonkajšie rozmery (v x š x h) max. 2000 x 750 x 1100 mm	áno / 1988 x 699 x 1039 mm					
kompatibilita s aktuálnym monitorovacím systémom DMN (Data monitoring network) pre sledovanie a zaznamenávanie všetkých činností (zmena nastavenia zariadenia, otváranie dverí atď.) a situácií (výpadky napájania, teplotný alarm) vnútri zariadenia	áno					
platné certifikáty k tovaru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike (napr. CE certifikát, vyhlásenie o zhode, ŠUKL a pod.)	áno / Vyhlásenie o zhode					
nový, nepoužitý a nerepasovaný prístroj	áno					
záruka a servis 24 mesiacov	áno / 24 mesiacov					
Cenová ponuka						
Chladnička na laboratórne účely	Výrobca a typové označenie	Požadované množstvo v ks	Jednotková cena za 1 ks v EUR bez DPH	Cena za požadované množstvo v EUR bez DPH	Hodnota DPH	Hodnota spolu s DPH
3.1 Chladnička na laboratórne účely - 200l	B Medical Systems, L290	2	3 700,00 €	7 400,00 €	1 702,00 €	9 102,00 €
3.2 Chladnička na laboratórne účely - 350l	B Medical Systems, L400	3	7 020,00 €	21 060,00 €	4 843,80 €	25 903,80 €
						35 005,80 €

Miesto a dátum: v Trenčíne, dňa 09.06.2025

Podpis štatutárneho zástupcu alebo splnomocnenej osoby :

Ing. Peter Žilinčan, člen predstavenstva BIOHEM a. s.

Špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy a cenová ponuka**Verejný obstarávateľ:** Národná transfúzna služba SR, Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava, IČO: 30853915**Uchádzač:** BIOHEM a. s., Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín, IČO: 54 519 098**Názov zákazky:** Chladiace a mraziace zariadenia na skladovanie diagnostík, transfúzných liekov a plazmy**Chladnička na laboratórne účely celopresklenými dverami**

Špecifikácia predmetu zákazky	
4.1 Chladnička na laboratórne účely s clopresklenými dverami - 300l	
Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov	Ponúkaná hodnota parametra
zariadenie spĺňajúce smernicu o ZP MRD (EU) 2017/745 pre triedu ZP Ia a/alebo normu DIN 13277	áno / zaradené do triedy ZP I, DIN 13277
trieda čistoty priestorov min.ISO 14644-1, Trieda 4	áno / ISO 14644-1, trieda 4
skriňové, jednodverové prevedenie	áno
dvere s izolačným sklom s povrchom zabraňujúcim zahmlievaniu	áno / 4-vrstvové organické sklo
mikroprocesorové ovládanie	áno
digitálne nastavenie a zobrazenie prevádzkových parametrov	áno
displej so zobrazením aktuálnej teploty v chladničke	áno
teplotný rozsah +4°C až +15°C	áno / +4°C až +15°C
bezpečnostný termostat zabraňujúci poklesu teploty pod +2°C	áno
nútená cirkulácia vzduchu	áno
stabilita teploty v prípade výpadku elektrického prúdu minimálne 0,5 hod	áno / 0,9 hod
vizuálna a zvuková signalizácia alarmu i v prípade výpadku elektrického prúdu	áno
úžitkový objem minimálne 300 litrov	áno / 329 litrov
min. 5 ks drôtené poličky / zásuvka	áno / 5 ks drôtená polička a 1 ks zásuvka
prikon do 200 W	áno / 200 W
spotreba elektrickej energie do 2,5 kWh/24h	áno / 2,0 kWh/24h
čas prevádzky kompresora do 35%	áno / 32%
hlučnosť do 40 dB(A)	áno / 40 dB(A)
izolácia v hrúbke min. 60 mm	áno / min 60 mm
vonkajšie rozmery (v x š x h) max. 2000 x 650 x 750 mm	áno / 1980 x 595 x 695 mm
kompatibilita s aktuálnym monitorovacím systémom DMN (Data monitoring network) pre sledovanie a zaznamenávanie všetkých činností (zmena nastavenia zariadenia, otváranie dverí atď.) a situácii (výpadky napájania, teplotný alarm) vnútri zariadenia	áno
platné certifikáty k tovaru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike (napr. CE certifikát, vyhlásenie o zhode, ŠUKL a pod.)	áno / Vyhlásenie o zhode
nový, nepoužitý a nerepasovaný prístroj	áno
záruka a servis 24 mesiacov	áno / 24 mesiacov
4.2 Chladnička na laboratórne účely s celopresklenými dverami - 380l	
zariadenie spĺňajúce smernicu o ZP MRD (EU) 2017/745 pre triedu ZP Ia a/alebo normu DIN 13277	áno / zaradené do triedy ZP I, DIN 13277

trieda čistoty priestorov min.ISO 14644-1, Trieda 4	áno / ISO 14644-1, trieda 4
skriňové, jednodverové prevedenie	áno
dvere s izolačným sklom s povrchom zabraňujúcim zahmlievaniu	áno / 5-vrstvové organické sklo
mikroprocesorové ovládanie	áno
digitálne nastavenie a zobrazenie prevádzkových parametrov	áno
displej so zobrazením aktuálnej teploty v chladničke	áno
teplotný rozsah +4°C až +15°C	áno / +4°C až +15°C
bezpečnostný termostat zabraňujúci poklesu teploty pod +2°C	áno
nútená cirkulácia vzduchu	áno
stabilita teploty v prípade výpadku elektrického prúdu minimálne 1 hodinu	áno / 1,3 hod
vizuálna a zvuková signalizácia alarmu i v prípade výpadku elektrického prúdu	áno
úžitkový objem minimálne 350 litrov	áno / 390 litrov
min. 5 ks drôtené poličky / zásuvka	áno / 2 ks drôt. polica a 3 ks zásuvka s predným krytom
příkon do 300 W	áno / 300 W
spotreba elektrickej energie do 1,5 kWh/24h	áno / 1,5 kWh/24h
čas prevádzky kompresora do 35%	áno / 25%
hlučnosť do 50 dB(A)	áno / 46 dB(A)
izolácia v hrúbke min. 60 mm	áno / min 65 mm
vonkajšie rozmery (v x š x h) max. 2000 x 750 x 1100 mm	áno / 1988 x 699 x 1039 mm
kompatibilita s aktuálnym monitorovacím systémom DMN (Data monitoring network) pre sledovanie a zaznamenávanie všetkých činností (zmena nastavenia zariadenia, otváranie dverí atď.) a situácii (výpadky napájania, teplotný alarm) vnútri zariadenia	áno
platné certifikáty k tovaru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike (napr. CE certifikát, vyhlásenie o zhode, ŠUKL a pod.)	áno / Vyhlásenie o zhode
nový, nepoužitý a nerepasovaný prístroj	áno
záruka a servis 24 mesiacov	áno / 24 mesiacov

Cenová ponuka						
Chladnička na laboratórne účely s celopresklenými dverami	Výrobca a typové označenie	Požadované množstvo v ks	Jednotková cena za 1 ks v EUR bez DPH	Cena za požadované množstvo v EUR bez DPH	Hodnota DPH	Hodnota spolu s DPH
4.1 Chladnička na laboratórne účely s celopresklenými dverami - 300l	B Medical Systems, P380	1	4 699,00 €	4 699,00 €	1 080,77 €	5 779,77 €
4.2 Chladnička na laboratórne účely s celopresklenými dverami - 380l	B Medical Systems, P400	8	7 480,00 €	59 840,00 €	13 763,20 €	73 603,20 €
Kritérium na vyhodnotenie ponúk / Celková cena za predmetnú časť v EUR s DPH						79 382,97 €

Miesto a dátum: v Trenčíne, dňa 09.06.2025

Podpis štatutárneho zástupcu alebo splnomocnenej osoby :

Ing. Peter Žilínčan, člen predstavenstva BIOHEM a. s.

Špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy a cenová ponuka

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava, IČO: 30853915

Uchádzač: BIOHEM a. s., Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín, IČO: 54 519 098

Názov zákazky: Chladiace a mraziace zariadenia na skladovanie diagnostik, transfúzných liekov a plazmy
Mraznička na laboratórne účely

Špecifikácia predmetu zákazky

Mraznička na laboratórne účely - 50l

Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov	Ponúkaná hodnota parametra
zariadenie spĺňajúce smernicu o ZP MRD (EU) 2017/745 pre triedu ZP Ia a/alebo normu DIN 13277	áno / zaradené do triedy ZP I, DIN 13277
trieda čistoty priestorov min.ISO 14644-1, Trieda 4	áno / ISO 14644-1, trieda 4
skriňové, jednodverové prevedenie	áno
mikroprocesorové ovládanie	áno
digitálne nastavenie a zobrazenie prevádzkových parametrov	áno
displej so zobrazením aktuálnej teploty v chladničke	áno
pevne nastavená teplota na -32°C	áno / teplota -32°C bez možnosti rozsahu
bezpečnostný alarm pri teplote -37°C a -27°C	áno / -37°C a -27°C
stabilita teploty v prípade výpadku elektrického prúdu minimálne 0,5 hod	áno / 0,7 hod
vizuálna a zvuková signalizácia alarmu i v prípade výpadku elektrického prúdu	áno
užitkový objem minimálne 50 litrov	áno / 106 litrov
min. 2 ks police / zásuvka	áno / 2 ks
prikon do 300 W	áno / 300 W
spotreba elektrickej energie do 3,0 kWh/24h	áno / 2,8 kWh/24h
čas prevádzky kompresora do 55%	áno / 51%
hlučnosť do 60 dB(A)	áno / 45 dB(A)
izolácia v hrúbke min. 60 mm	áno / min 60 mm
vonkajšie rozmery (v x š x h) max. 900 x 650 x 750 mm	áno / 830 x 595 x 695 mm
kompatibilita s aktuálnym monitorovacím systémom DMN (Data monitoring network) pre sledovanie a zaznamenávanie všetkých činností (zmena nastavenia zariadenia, otváranie dveri atď.) a situácií (výpadky napájania, teplotný alarm) vnútri zariadenia	áno
platné certifikáty k tovaru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike (napr. CE certifikát, vyhlásenie o zhode, ŠUKL a pod.)	áno / Vyhlásenie o zhode
nový, nepoužitý a nerepasovaný prístroj	áno
záruka a servis 24 mesiacov	áno / 24 mesiacov

Cenová ponuka

Mraznička na laboratórne účely	Výrobca a typové označenie	Požadované množstvo v ks	Jednotková cena za 1 ks v EUR bez DPH	Cena za požadované množstvo v EUR bez DPH	Hodnota DPH	Hodnota spolu s DPH
Mraznička na laboratórne účely - 50l	B Medical Systems, F130	2	3 150,00 €	6 300,00 €	1 449,00 €	7 749,00 €
Kritérium na vyhodnotenie ponúk / Celková cena za predmetnú časť v EUR s DPH						7 749,00 €

Miesto a dátum: v Trenčíne, dňa 09.06.2025

Podpis štatutárneho zástupcu alebo splnomocnenej osoby .

Ing. Peter Žilincán, člen predstavenstva BIOHEM a. s.

Verejný obstarávateľ:
Národná transfúzna služba SR, Ďumbierska 3/L, 833 14 Bratislava
Predmet zákazky:
Chladiace a mraziace zariadenia na skladovanie diagnostik, transfúzných liekov a plazmy

Uchádzač: BIOHEM a. s., Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín

Opis a cena predmetu zákazky / zmluvy

Por. číslo	Názov tovaru	Merná jednotka (MJ)	Katalógové číslo	Predpokladané množstvo MJ / rok	Cena za MJ (EUR)				Cena celkom za predpokladané množstvo MJ (EUR)		
					bez DPH	Sadzba DPH	DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH
A	B	C	D	E	F	G	F/100 x G	F + H	F x E	J/100 x G	J + K
1	Chladnička na skladovanie transfúzných liekov – 380l	ks	991.8200.XX	3	9 990,0000	23	2 297,7000	12 287,7000	29 970,0000	6 893,1000	36 863,1000
2	Chladnička na skladovanie transfúzných liekov – 500l	ks	991.8210.XX	4	10 220,0000	23	2 350,6000	12 570,6000	40 880,0000	9 402,4000	50 282,4000
3	Chladnička na skladovanie transfúzných liekov – 600 l	ks	991.8220.XX	2	11 600,0000	23	2 668,0000	14 268,0000	23 200,0000	5 336,0000	28 536,0000
4	Mraznička na skladovanie plazmy – 500 l	ks	991.8510.XX	4	12 800,0000	23	2 944,0000	15 744,0000	51 200,0000	11 776,0000	62 976,0000
5	Mraznička na skladovanie plazmy – 600 l	ks	991.8520.XX	7	13 700,0000	23	3 151,0000	16 851,0000	95 900,0000	22 057,0000	117 957,0000
6	Chladnička na laboratórne účely – 200 l	ks	991.8320.62	2	3 700,0000	23	851,0000	4 551,0000	7 400,0000	1 702,0000	9 102,0000
7	Chladnička na laboratórne účely – 350 l	ks	991.8400.XX	3	7 020,0000	23	1 614,6000	8 634,6000	21 060,0000	4 843,8000	25 903,8000
8	Chladnička na laboratórne účely s celopresklenými dverami – 300 l	ks	991.8330.63	1	4 699,0000	23	1 080,7700	5 779,7700	4 699,0000	1 080,7700	5 779,7700
9	Chladnička na laboratórne účely s celopresklenými dverami – 380 l	ks	991.9100.XX	8	7 480,0000	23	1 720,4000	9 200,4000	59 840,0000	13 763,2000	73 603,2000
10	Laboratórna mraznička – 50 l	ks	991.8700.52	2	3 150,0000	23	724,5000	3 874,5000	6 300,0000	1 449,0000	7 749,0000
									340 449,0000		418 752,27

- Údaje vyplní uchádzač
- Cena za predmet zákazky v EUR bez DPH
- Návrh na plnenie kritéria pre časť 1 predmetu zákazky

V Trenčíne 09.06.2025

Ing. Peter Zimcan
člen predstavenstva BIOHEM a. s.

Verejný obstarávateľ:	Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka
Postup:	Verejné obstarávanie realizované postupom zadávania podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ZVO)
Predmet zákazky:	Chladiace a mraziace zariadenia na skladovanie diagnostík, transfúzných liekov a plazmy
Príloha č. 6 súč. podkladov Príloha č. 3 rám. dohody	Zoznam pracovísk odberateľa

NTS SR Bratislava, Ďumbierska 3/L, 833 14 Bratislava

NTS SR Bratislava, pracovisko Limbová 3, 831 01 Bratislava

NTS SR Bratislava, pracovisko Ružinovská 6, 820 07 Bratislava

NTS SR pracovisko Trnava, A. Žarnova 11, 917 17 Trnava

NTS SR pracovisko Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra

NTS SR pracovisko Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín

NTS SR pracovisko Žilina, Vojtecha Spanyola 43, 010 01 Žilina

NTS SR pracovisko Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

NTS SR pracovisko Banská Bystrica, Jaseňová 7, 974 09 Banská Bystrica

NTS SR pracovisko Prešov, Hollého 14, 081 01 Prešov

NTS SR pracovisko Košice, Trieda SNP 1, 040 11 Košice

NTS SR pracovisko Poprad, Banicka 803/28, 058 45 Poprad

NTS SR pracovisko Nové Zámky, Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

NTS SR pracovisko Martin, Priehradka 18A, 036 01 Martin