

Pričba č.1 kúpnej zmluvy : Opis technicko - medicínskych parametrov a vlastnosti predmetu kúpy

Predmet kúpy: Inkubátor pre Perinatologicke centrum

Výrobca, typ (uviesť) : GE Healthcare Lullaby Incubator XP

P.t.	Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra)
Pozadované základné technicko - medicínske parametre a vlastnosti predmetu kúpy - opis:	Ano
Dvojstenný inkubátor pre intenzívnu starostlivosť o novorodenecov s extrémne nízkou pôrodnej hmotnosťou (od 400 g) a ostatných novorodenecov v rôznom gestačnom veku (do 6 kg).	Ano
Dvojstenný intenzívny inkubátor musí obsahovať:	Ano
prehľadný ovládaci panel	Ano
nikoprocesorom riadená vnútorná klíma, všetky dôležité prevádzkové stavby, nastavované a merať hodnoty zobrazované na integrovanej centrálnej monitore	Ano
alarmové svetlo pre ľahku identifikáciu inkubátora v stave alarmu	Ano
osklapné veško a odnímateľné steny umožňujúce prístup k pacientovi z troch strán	Ano
otočne o 360°, polohovateľne, náklapacie a vysuvacie lôžko, umožňujúce pochudliny prístup pre všetky výkony a pohodlný prístup k novorodencom	Ano, 360°
veľkosť matraca minimálne 650 x 390 mm	Ano, 650 x 390 mm
steny s veľkými vstupnými portami a prechodom pre hadice ventilátora	Ano
dvojité steny inkubátora a špeciálne usmerňovače prúdu vzduchu eliminujúce lepené straty a preventiu radiatívnych strád tepla na minimum, zároveň udržiavajúce maximálnu tepelnú stabilitu aj počas manipulácie so zariadením	Ano
miesto na uloženie RTG kazety pod lôžko pacienta. Ľahko prístupná ku vkladaniu a vyberanju kazety	Ano
servoriadený zvlnkovací systém musí garantovať sterilné prostredie s integrovanou termoreguláciou pre balanciu elektrolytu a musí zobrazovať meranú RH v %. Rozsah nastavenia minimálne do 95 % vlhkosti. Kapacia nádoby minimálne 1 000 ml.	Ano, od 30 do 95 vlhkosti, kapacita nádoby 1000 ml
kožný a vzduchový režim riadenia teploty v inkubátore alebo využívacom lôžku podľa teploty dieťaťa. Dva kanály merania teploty.	Ano
modul pre dávkovanie kysíka, servodávkovanie u meranie O ₂ v rozsahu nastavenia od minimálne 20 % do 65 %	Ano, od 20% do 65%
elektronická váha pre meranie hmotnosti pacienta	Ano
nízka hlučnosť vo vnútri inkubátora, < 50 dB	Ano, < 50 dB

Plynulé polohovanie náklonu matraca až do 12°	Ano, ± 12° kontinuálne
Šuplinky na uskladnenie materiálu	Ano
Cŕč na uchycenie inf. techniky	Ano
Rameno na uchycenie okruhu	Ano
Poľička na umiestnenie monitora vš. funkcií	Ano
Napájanie 220 – 240 V/50 Hz, ďalšie zásuvky pre napájanie externých zariadení	Ano, 220 – 240 V/Hz

Messer Medical

Messer Medical Home Care Slovenská, s.r.o.

Prievozská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

KO: 46 570 979 DIČ: 2023377264

IČ DPH: NL2023377264

Predávajúci

Ing. Jaroslav Tóškovič

konateľ

Predávajúci

Ing. Peter Mikula

na základe sňhomocenia