

Technická špecifikácia vozidla Mercedes Benz 316 CDI - Resustic

VÝKON AGREGÁTU:

Motor vznetový, objem motora 2.686 ccm, výkon motora 115 kW, predohrev motora. 4x4

ROZMEROVÉ PARAMETRE VOZIDLA:

Rázvor kolies 3.550 mm, šírka vozidla 1.736 mm, celková výška vozidla 2.545 mm.

BRZDOVÝ SYSTÉM A OSTATNÉ VYBAVENIE VOZIDLA:

Kotúčové brzdy na všetkých kolesách, el. imobilizér, posilňovač riadenia, 3. brzdové svetlo, zadné dvere ambulantného priestoru presklené, bočné posuvné dvere vpravo vpredu s bočným posuvným oknom, plnohodnotné rezervné koleso, deliaca stena medzi vodičom a priestorom pre pacienta s posuvnými oknom, schránka na prístrojovej doske s odkladacím priestorom, predné hmlové svetlá, centrálné uzamykanie, autorádio s dvoma reproduktormi, nezávislé kúrenie Webasto.

Špecifikácia sanitnej zástavby vozidla

1. Výstražná svetelná a zvuková signalizácia:
 - 1.1 - svetelná a zvuková výstražná rampa na streche vpredu,
 - vzadu rotačný maják,
 - výstražná siréna s medzinárodným tónom + mikrofónová sada.
 - 1.2 modré výbojky na prednej kapote - 2 ks,
 - 1.3 oranžové svetlá obojstranne blikajúce okrúhle na zadnej hrane strechy vpravo a vľavo zapojené spolu s originálnymi smerovkovými svetlami vozidla.
2. Osvetlenie interiéru – 4 svetlá vpravo a vľavo v strešnom obložení + 2x bodové svetlo
3. Halogénové pracovné svetlo 12V na ohybnom krku umiestnené v kabíne spolujazdca nad palubnou doskou na čítanie máp so spínačom.
4. Núdzové stropné osvetlenie
5. V streche výkonný obojsmerný ventilátor 12V.
6. Zásuvky 12 V v priestore pre pacienta – 3ks
7. El. inštalácia 230V:
 - vonkajšia zásuvka 230V s istením,
 - rozvod el. inštalácia 230V - vnútorná dvoj zásuvka 230V v ambulantnom priestore.
8. Zásuvka 230V, pre ohrievač Defa.
9. Teplovodné kúrenie s ovládaním v ambulantnej časti
10. Umývateľná podlaha,.
11. Skrinka na uloženie vákuového matraca,
12. Zabudovaná skrinková zostava na deliacej stene, s priestorom pre umiestnenie lekárskeho kufra + uzamykateľná skrinka
13. Skrinková zostava na ľavej stene vpredu 6 policová s plexi priehradkami s posuvným zatváraním + lišta ampulária.
14. Odkladací priestor v otvorenej poličke na deliacej stene pod strechou.
15. Sedadlo, otočné, nastaviteľné chrbtové operadlo, s integrovaným bezpečnostným pásom. Namontované na otočnom podstavci, vpredu vpravo pri bočných posuvných dverách.
16. Sedadlo, umiestnené na deliacej stene.
17. Pevný stôl na nosidlá s výklopným nerezovým nájazdom a s odkladacím priestorom
18. Držiak na 10 l. fľašu na kyslík v kabíne vodiča medzi sedadlami.
19. Zásuvky O2 – 2ks v ambulantnom priestore.
20. Madlá pre nástup vľavo a vpravo pri bočných dverách ambulantného priestoru.
21. Stropné madlo nad pacientom
22. Hasiaci prístroj CO₂ 2 kg
23. Nádobka na odpad

Držiaky prístrojov vo vozidle:

1. Držiaky na infúzne fľaše a vaky 2

Vybavenie vozidla - transportná technika

1. Nosidlá so sklopným a odnímateľným polohovateľným pojazdným podvozkom.
2. Transportné kreslo – pojazdné s nájazdovými lyžinami