

Rámcová dohoda

**uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov**

Zmluvné strany

Predávajúci (účastník dohody)

Názov: RADIX, spol. s r.o.,
Sídlo: Kremnička 36, Banská Bystrica
Štatutárny orgán: Martin Renčo, konateľom spoločnosti
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 00 615 803
IČ DPH: SK2020451653
Telefón / fax: 048-4142902/048-4112623
Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica/oddiel Sro/vložka číslo 156/S

d'alej označený aj ako „predávajúci“

Kupujúci

Názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Sídlo: Námestie L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica
Štatutárny orgán: MUDr. Vladimír Baláž, PhD., riaditeľ
IČO: 00 165 549
IČ DPH: SK 2021 095 670
Zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/90-A/II-I z 18.12.1990 v znení neskorších zmien
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

d'alej označený aj ako „kupujúci“

Preambula

Táto rámcová dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 a § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kupujúci na obstaranie predmetu zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejnú súťaž – nadlimitnú zákazku.

Článok 1

Predmet rámcovej dohody

1.1 Predmetom rámcovej dohody je Komplexná dodávka zdravotníckej techniky a ostatného materiálneho dovybavenia do novozrekonštruovaných operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica v špecifikácii podľa Prílohy č. 1 (*špecifikácia položiek a podrobný technický opis predmetu kúpy*) a Prílohy č. 2 (*cenová ponuka*), tvoriacich neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

- 1.2 Súčasťou predmetu kúpy je dodávka zdravotníckej techniky a ostatného materiálneho vybavenia, vrátane dopravy na miesto určenia a inštalácie/montáže, ich uvedenia do trvalej prevádzky, odborné zaškolenie obsluhy a záručný servis.
- 1.3 Kupujúci sa zaväzuje na základe uzavretej čiastkovej kúpnej zmluvy dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

Článok 2

Spôsob plnenia rámcovej dohody

- 2.1 Predávajúci dodá kupujúcemu predmet kúpy na základe čiastkovej kúpnej zmluvy uzavretej medzi obidvomi zmluvnými stranami.
- 2.2 Čiastková kúpna zmluva sa považuje za záväznú pre obe zmluvné strany, pokiaľ v nej nie je výslovne uvedené inak.
- 2.3 Kupujúci je oprávnený zrealizovať nákup predmetu kúpy na základe tejto rámcovej dohody v lehote 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej dohody. V prípade, ak kupujúci neuzatvorí s predávajúcim v tejto lehote žiadnu čiastkovú kúpnu zmluvu, táto zmluvu zanikne s tým, že predávajúcemu nevzniká akýkoľvek nárok voči kupujúcemu.
- 2.4 Kupujúci je oprávnený zrealizovať na základe uzavretej čiastkovej kúpnej zmluvy celý rozsah predmetu kúpy alebo len niektoré jeho položky vyšpecifikované v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 tejto dohody. Kupujúci a predávajúci môže po dobu trvania tejto dohody uzavrieť aj viacero čiastkových kúpnych zmlúv na základe skutočných potrieb kupujúceho.
- 2.5 Čiastková kúpna zmluva musí obsahovať najmä: označenie kupujúceho a predávajúceho, presnú špecifikáciu položiek predmetu kúpy, ktoré majú byť dodané (podľa Prílohy č. 2), uvedenie množstva, označenie miesta dodania jednotlivých položiek, dátum a podpisy oboch zmluvných strán. Neoddeliteľnou súčasťou čiastkovej kúpnej zmluvy budú aj Príloha 1 - *Špecifikácia položiek a Podrobný technický opis predmetu zmluvy* a Príloha 2 – *Cenová ponuka* vyhotovené v zmysle rámcovej dohody.
- 2.6 Ustanovenia čiastkovej zmluvy budú vychádzať z ustanovení tejto rámcovej dohody.
- 2.7 Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že podpísanie čiastkovej kúpnej zmluvy na dodanie predmetu kúpy na základe tejto rámcovej dohody je právom, nie však povinnosťou kupujúceho. Nič v tejto zmluve nemožno vykladať tak, že kupujúci je povinný odobrať od predávajúceho predmet rámcovej dohody uvedený v článku 1 a bližšie vyšpecifikovaný v Prílohe 1 tejto rámcovej dohody.

Článok 3

Čas, miesto a podmienky plnenia

- 3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy na základe uzavretých čiastkových kúpnych zmlúv podľa potrieb kupujúceho.
- 3.2 Predávajúci sa zaväzuje, že predmet kúpy dodá na miesto plnenia najneskôr do 35 (tridsaťpäť) dní od nadobudnutia účinnosti čiastkovej kúpnej zmluvy, vrátane dodania na miesto určenia, protokolárneho uvedenia do prevádzky a následného odborného zaškolenia obsluhy.

- 3.3 Presný deň dodania predmetu zmluvy oznámi predávajúci kupujúcemu najneskôr 3 pracovné dni vopred.
- 3.4 Miestom plnenia bude: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica.
- 3.5 Miestom dodania zdravotníckej techniky a ostatného materiálneho dovybavenia sú jednotlivé pracoviská kupujúceho, ktoré budú presne vymedzené v čiastkovej kúpnej zmluve. Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy na kupujúcim určené miesto dodania.
- 3.6 Závazok predávajúceho sa považuje za splnený dodaním predmetu zmluvy, uvedením prístrojov zdravotníckej techniky do trvalej prevádzky resp. montážou nábytku, vrátane spísania protokolu a odovzdania sprievodnej a technickej dokumentácie a odborným zaškolením obsluhy.
- 3.7 Predávajúci a zaväzuje dodať predmet zmluvy v súlade s dohodnutými technicko-medicínskymi parametrami, platnými právnymi predpismi, technickými normami a podmienkami tejto zmluvy.
- 3.8 Tovar bude chránený – balený obvyklým spôsobom u dodávok tohto druhu tovaru tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- 3.9 Predávajúci sa zaväzuje že, o uvedení každého z prístrojov zdravotníckej techniky do prevádzky a jeho kompletnom odovzdaní a prevzatí vyhotoví protokol spôsobom obvyklým pre tento druh tovaru. Súčasťou protokolárneho odovzdania bude odovzdanie sprievodnej a technickej dokumentácie v rozsahu zodpovedajúcom charakteru technického zariadenia a bezpečnostno-technickým požiadavkám — minimálne však:
1. preberajúci protokol s uvedením:
 - presný názov zariadenia
 - názov výrobcu zariadenia
 - v protokole budú rozpísané položky, z ktorých prístroj pozostáva, vrátane uvedenia výrobných čísiel jednotlivých funkčných celkov a ich komponentov,
 2. inštalčný protokol,
 3. záručný list – potvrdenia záruky na jednotlivé funkčné celky predmetu zmluvy a ich komponenty,
 4. protokol o odbornom zaškolení obsluhujúceho personálu na predmet zmluvy,
 5. návod a dokumentácia na obsluhu a používanie zariadenia v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),
 6. EC Declaration conformity – ES vyhlásenie o zhode, vrátane certifikátov,
 7. ďalšie doklady.
- 3.10 Predávajúci sa zaväzuje že, o odovzdaní ostatného materiálneho dovybavenia vyhotoví protokol spôsobom obvyklým pre tento druh tovaru. Súčasťou protokolárneho odovzdania bude odovzdanie sprievodnej a technickej dokumentácie v rozsahu zodpovedajúcom charakteru technického zariadenia a bezpečnostno-technickým požiadavkám — minimálne však:
1. preberajúci protokol,
 2. záručný list – potvrdenia záruky,
 3. ďalšie relevantné doklady.
- 3.11 Predávajúci sa zaväzuje, že dodá kupujúcemu spolu s tovarom faktúru a dodací list.

3.12 Kupujúci na dodacom liste podpisom a pečiatkou potvrdí dodanie a prevzatie tovaru.

3.13 Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie dodávky a vrátiť ju na náklady predávajúceho v prípade, že predmet dodávky sa nezhoduje s predloženou ponukou predávajúceho.

Článok 4

Cena

1.1 Kúpna cena je medzi zmluvnými stranami dohodnutá podľa § 2 ods. (3) zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a § 3 vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1.2 Kúpne ceny sú dohodnuté ako jednotkové za nové funkčné (bez vád) jednotlivé zdravotnícke prístroje a ostatné materiálne vybavenie, pričom tieto ceny sú dohodnuté ako konečné so všetkými poplatkami, súvisiacimi s obstarávaním tovaru a ich presná špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 2 pri príslušnom tovare.

1.3 V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním predmetu kúpy a prevodom vlastníckeho práva, vrátane nákladov na balenie, dopravu na miesto dodania, nákladov na inštaláciu/montáž, skúšobnú prevádzku, zaškolenie obsluhy a pod.

Článok 5

Platobné podmienky a podmienky úpravy ceny

5.1 Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa článku 3 zmluvy na základe riadneho plnenia predmetu podmienok dohodnutých v čiastkovej kúpnej zmluve.

5.2 Cena za dodanie tovaru bude uhradená v eurách bezhotovostným platobným stykom.

5.3 Pre každú uzavretú čiastkovú kúpnu zmluvu budú platiť nasledovné platobné podmienky:

5.3.1 Kupujúci preddavky z kúpnej ceny neposkytuje. Kúpna cena bude uhradená po dodávke tovaru za podmienok dohodnutých v čiastkovej kúpnej zmluve. Cena za dodanie predmetu zmluvy bude uhradená na základe faktúry predávajúceho.

5.3.2 Cenu za dodávku predmetu zmluvy kupujúci uhradí po kompletnom dodaní a odovzdaní predmetu čiastkovej kúpnej zmluvy do trvalej prevádzky, na základe vyúčtovacej faktúry spolu s dodacím listom, formou splátkového kalendára – 4 splátok v nasledovnej výške:

- 1. splátka vo výške 35 % zo zmluvnej ceny splatná do 60 dní od dodania predmetu kúpy,
- 2. splátka vo výške 15 % zo zmluvnej ceny splatná do 15. decembra 2013,
- 3. splátka vo výške 25 % zo zmluvnej ceny splatná do 31. marca 2014,
- 4. splátka vo výške 25 % zo zmluvnej ceny splatná do 30. júna 2014.

5.3.3 V prípade, ak čiastková kúpna zmluva bude uzavretá po 30. 10. 2013 budú platobné podmienky obojstranne dohodnuté v príslušnej čiastkovej zmluve.

5.4 Faktúra spracovaná v súlade s platnou legislatívou, bude doručená kupujúcemu v sídle uvedenom v záhlaví tejto zmluvy v troch originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie kupujúceho a predávajúceho, peňažný ústav, číslo účtu,
- IČO a DIČ kupujúceho a IČO predávajúceho,
- číslo zmluvy a deň jej uzatvorenia,

- číslo faktúry, resp. daňového dokladu,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- fakturovanú sumu vyjadrenú v EUR,
- predmet fakturácie, vrátane katalógových čísel,
- výšku jednotlivých splátok a dátumy ich splatností.

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude dodací list a preberací protokol.

5.5 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. Na túto skutočnosť musí kupujúci písomne upozorniť predávajúceho.

5.6 Predávajúci je oprávnený požadovať len také zmeny dohodnutej kúpnej/zmluvnej ceny, ktoré vyplývajú zo zmien daňových predpisov (*zmena výšky zákonnej sadzby DPH*).

5.7 Úprava ceny sa bude riešiť rokovaním zmluvných strán, výsledkom ktorého bude písomný dodatok k zmluve.

Článok 6 Vlastnícke vzťahy

6.1 Predávajúci sa zaväzuje, že vlastnícke práva prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho dňom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy – jednotlivých položiek do užívania.

Článok 7 Sankcie a zmluvné pokuty

7.1 Predávajúci je oprávnený v prípade omeškania sa kupujúceho s dohodnutým termínom platieb za dodávku tovaru a služieb spojených s dodávkou, si účtovať úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369 Obchodného zákonníka.

7.2 Kupujúci je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny načas nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania v prípade, že predávajúci nedodrží zmluvne dohodnutú lehotu dodania predmetu zmluvy.

7.3 Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, má kupujúci nárok na náhradu škody ako aj zmluvnú pokutu.

7.4 Predávajúci sa zaväzuje, že si voči kupujúcemu nebude nárokovať iné, než vyššie uvedené sankcie.

7.5 Predávajúci sa zaväzuje, že bez súhlasu kupujúceho, nepostúpi svoje peňažné pohľadávky, ktoré vzniknú z tejto zmluvy iným tretím osobám.

Článok 8 Zodpovednosť za vady tovaru a reklamácie

8.1 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet kúpy v množstve a v špecifikácii podľa čiastkových kúpnych zmlúv a v kvalite podľa podmienok tejto zmluvy a plne spôsobilé na užívanie na určený účel vyplývajúci z povahy položiek predmetu kúpy.

- 8.2 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, spĺňa všetky všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami stanovené požiadavky na kvalitu, funkčnosť a prevádzkyschopnosť, ako aj všetky bezpečnostné, požiarne, hygienické a zdravotné normy a že nemá vady, ktoré by znížovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho využitia.
- 8.3 Predávajúci zodpovedá za právne aj faktické vady, ktoré má predmet kúpy v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto čase.
- 8.4 Vady je povinný kupujúci písomne reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení najneskôr do však do konca záručnej doby. Pod písomnou reklamáciou sa akceptuje aj zaslanie reklamácie emailom resp. faxom. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že ustanovenia § 428 ods. 1 písm. b) a c) Obchodného zákonníka sa nepoužijú a kupujúci má nárok z väd predmetu kúpy vždy, ak tieto boli oznámené v lehote uvedenej v prvej vete tohto odseku.
- 8.5 Prípadné reklamácie budú riešené v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 8.6 V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú bola odstraňovaná vada.
- 8.7 Ak sa preukáže, že vada predmetu zmluvy je neodstrániteľná, zaväzuje sa predávajúci dodať náhradný predmet plnenia zodpovedajúcej kvality, na základe zápisu vyhotoveného a podpísaného zmluvnými stranami.
- 8.8 Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu v dôsledku toho, že predmet kúpy mal vady. Predávajúci zároveň zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu nepravdivosťou a/alebo neúplnosťou ktoréhokoľvek z vyhlásení predávajúceho v tejto zmluve. Predávajúci sa zaväzuje odškodniť kupujúceho z tohto dôvodu, že predmet kúpy mal vady alebo, že niektoré z vyhlásení predávajúceho v tejto časti zmluvy boli nepravdivé a/alebo neúplné.

Článok 9 **Záručné podmienky**

- 9.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v súlade s touto rámcovou dohodou.
- 9.2 Prechod rizika za prípadné škody prechádza z kupujúceho na predávajúceho momentom odovzdania a prevzatia tovaru.
- 9.3 Predávajúci poskytne na predmet zmluvy záruku v dĺžke minimálne 12 mesiacov. Záručná doba na konkrétne položky predmetu kúpy bude uvedená v záručnom liste, ktorý bude súčasťou odovzdávacej dokumentácie. Záručná doba začína plynúť dňom uvedenia položky predmetu kúpy do prevádzky v mieste dodania, pričom záručná doba plynie samostatne vo vzťahu ku každej dodanej položke predmetu kúpy.
- 9.4 V prípade väd zo záruky predmetu zmluvy počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie väd a predávajúci povinnosť vady odstrániť na svoje náklady.

9.5 Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou – používaním predmetu zmluvy kupujúcim.

Článok 10

Servisné podmienky

10.1 Predávajúci sa zaväzuje, že zabezpečí na predmet zmluvy záručný a pozáručný servis. Podmienky záručného a pozáručného servisu upravuje Príloha č. 3 k rámcovej dohode a k čiastkovej kúpnej zmluve.

Článok 11

Zaškolenie obsluhy

11.1 Predávajúci sa zaväzuje, že zabezpečí odborné zaškolenie obsluhy na relevantné položky predmetu zmluvy – zdravotnícka technika. O zaškolení obsluhy bude vyhotovený protokol, v ktorom bude uvedený minimálne počet vyškolených osôb, ich mená a podpisy, rozsah a druh školenia, termín a dĺžka trvania, miesto zaškolenia a meno/mená osoby/osôb zodpovedných za školenie vrátane ich podpisov.

Presný termín a miesto školenia budú určené po vzájomnom dohovore obidvoch zmluvných strán.

Článok 12

Zánik rámcovej dohody

12.1 Ak zmluvná strana poruší podstatným spôsobom povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, druhá strana môže od zmluvy odstúpiť, ak to oznámi druhej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela.

12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis major, ktorých dôsledkom je nemožnosť plnenia niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre okamžité odstúpenie od zmluvy.

Článok 13

Ostatné zmluvné podmienky

12.3 Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

12.4 Právo kupujúceho uzatvoriť čiastkovú kúpnu zmluvu podľa tejto rámcovej dohody trvá 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody. Márnym uplynutím uvedenej lehoty táto dohoda zaniká.

12.5 Práva a povinnosti účastníkov, ktoré nie sú v tejto rámcovej dohode výslovne upravené, riadia sa ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

12.6 Podmienky rámcovej dohody boli zmluvnými stranami dohodnuté v súlade s legislatívou platnou na území Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

Ak k dohode nedôjde, predložia spory na výlučné a konečné rozhodnutie súdu príslušnému v zmysle zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku.

- 12.7 Zmluvné strany sa dohodli, že na doručovanie všetkých písomností vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu sa primerane použijú ustanovenia § 45 až 50 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku.
- 12.8 Túto dohodu je možné meniť len písomnou formou, ako dodatok k rámcovej dohode, ktorý bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. Tieto dodatky sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 12.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody sú:
- 12.9.1 Príloha č. 1 – *Špecifikácia položiek a Podrobný technický opis predmetu zmluvy,*
- 12.9.1 Príloha č. 2 – *Cenová ponuka č. 89 - VK/KL/LUM/MOL -2013 zo dňa 8.5.2013.*
- 12.9.2 Príloha č. 3 – *Podmienky záručného a pozáručného servisu*
- 12.10 Táto rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu. Kupujúci aj predávajúci obdržia po dvoch vyhotoveniach.
- 12.11 Zástupcovia zmluvných strán záväzne vyhlasujú, že sú spôsobilí k zmluvným prejavom a záväzkom v mene účastníka tejto dohody identifikovaného v záhlaví.
- 12.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto rámcovú dohodu prečítali, porozumeli jej obsahu a s dohodnutými podmienkami súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici dňa _____

V Banskej Bystrici dňa _____

za predávajúceho:
Martin Renčo, konateľ

za kupujúceho:
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
riaditeľ

Špecifikácia položiek a Opis predmetu zákazky

Por.č.	Názov
Operačné sály, centrálna sterilizácia a urgentný príjem	
Zdravotnícka technika	
1.	Elektrochirurgický generátor s bipolárnym systémom zatavovania ciev s prísl.
2.	Vysokovýkonná odsávačka s príslušenstvom
3.	Resuscitačné lôžko pre pacientov v kritickom stave
4.	Monitor vitálnych funkcií
5.	Infúzna zostava dávkovačov pre 8 operačných sál (= 16 ks lineárnych dávkovačov s držiakom a napájacím traťom)
6.	Infúzna technika pre 2 prebúdzacie miestnosti (= 8 ks lineárnych dávkovačov s držiakom a napájacím traťom)
7.	Prenosný USG prístroj
8.	Holmium laser s príslušenstvom
9.	Motorový víťací systém batérový
10.	Video-ureterorenoskop
11.	Full HD kamera hlavicová
12.	Retraktor na transplantáciu pečene
13.	Kamerovú hlavica s videoprosesorom k stávajúcej laparozostave zn.Olympus
14.	Karbónová operačná doska k stávajúcemu operačnému stolu zn.Trumph
15.	Prístroj na laparoskopickú extrakciu benígnych tumorov
16.	Ventilátor pľúcny transportný
17.	Infúzny systém s dokovacou stanicou pre 5+1 expektačných lôžok
Ostatné materiálne dovybavenie a nábytok	
18.	Vozík anestéziologický
19.	Vozík resuscitačný
20.	Vyhrievací systém na ohreh roztokov s 1 miskou
21.	Lehátko transportné s hydraulicky nastaviteľnou výškou a lôžnou plochou cca 750/2075
22.	Ideálka - inštrumentačný stolík
23.	Vozík pre inštrumentárky
24.	Vozík nástrojový pomocný
25.	Vozík na triedenie odpadu na dve vrecia s modrým a červeným vrchnákom
26.	Vozík na triedenie odpadu na jedno vreco s modrým vrchnákom
27.	Medicínska stolička s nastavením výšky a s operadlom
28.	Stolička na kolieskach s mechanickým nastavením výšky bez operadla
29.	Úložný systém na mobile koše dvojstranný s 8 nerezovými košmi
30.	Úložný systém na mobile koše jednostranný s 3 nerezovými košmi
31.	Skrinky šatňové na biele prádlo + topánky 4-sekciové + rám na nožičkách
32.	Pojazdný 6-policový regál na operačnú obuv
33.	Vozík na zvoz použitého materiálu
34.	Systém nástenný úložný pre sálový odev
35.	Skrinka čiastočne presklená uzamykateľná na lieky
36.	Skriňa policová prachotesná
37.	Panel sprchový s dezinfekciou
38.	Pištoľ tlaková umývací
39.	Regál, 7 x polica

Por.č.	Názov
40.	Regál, 6 x polica
41.	Regál s nastaviteľnou výškou políc, 5 x polica, celonerezový
42.	Regál skladový, 4 x polica, celonerezový
43.	Skrinka nástenná uzatvorená s jednou policou NR
44.	Vozík nemocničný, 2-podlažný, nerez
45.	Vozík regálový, skriňový s pevnými vsunmi
46.	Vozík manipulačný pre kontajnery, celonerezové prevedenie
47.	Vozík prípravný pre kontajnery na centrálnu sterilizáciu
48.	Vozík prípravný pre kontajnery na centrálnu sterilizáciu so spodnou a hornou doskou
49.	Vozík regálový s prestaviteľnými vsunmi pre centrálnu sterilizáciu
50.	Vozík regálový, skriňový, uzamykateľný s prestaviteľnými vsunmi (rozmery cca 1 100 x 710 x 1 420)
51.	Vozík regálový, skriňový, uzamykateľný s prestaviteľnými vsunmi (rozmery cca 1 320 x 710 x 1 120)
52.	Pracovný stôl 140, 2x prechodka, kovová podnož
53.	Pracovný stôl 160, 2x prechodka, kovová podnož
54.	Pracovný stôl 80, 1x prechodka, kovová podnož
55.	Pracovný stôl s galerkou, obojstranný, nerez
56.	Pracovný stôl, jednoduchý so zadným límcem, nerez (1 800 x 700 x 850)
57.	Pracovný stôl, jednoduchý so zadným límcem, nerez (1 000 x 600 x 850)
58.	Pracovný stôl, policový so zadným límcem, nerez (1 400 x 700 x 850)
59.	Pracovný stôl, policový so zadným límcem, nerez (1 800 x 700 x 850)
60.	Pracovný stôl rohový, policový so zadným límcem, nerez (1 070 x 700 x 1 070/700 x /850)
61.	Pracovný stôl skrinkový so zadným límcem, nerez (1 400 x 600 x 850)
62.	Pracovný stôl skrinkový so zadným límcem, nerez (1 100 x 700 x 850)
63.	Pracovný stôl skrinkový so zadným límcem, nerez (1 400 x 700 x 850)
64.	Pracovný stôl skrinkový so zadným límcem na dezinfekčné roztoky, nerez (1 800 x 700 x 850)
65.	Pracovný stôl policový so zadným límcem, nerez (1 200 x 600 x 850)
66.	Umývací stôl zakrytý s policami so zadným límcem, nerez (1 400 x 700 x 850)
67.	Umývací stôl zakrytý s policami so zadným límcem, nerez (1 600 x 700 x 850)
68.	Umývací stôl zakrytý s policami so zadným límcem, nerez (1 200 x 600 x 850)
69.	Umývací stôl zakrytý s policami so zadným límcem, nerez (1 300 x 600 x 850)
70.	Umývací stôl, skrinkový so zadným límcem, nerez (1 200 x 600 x 850)
71.	Umývací stôl, skrinkový so zadným límcem, nerez (1 900 x 700 x 850)
72.	Umývací stôl skrinkový so zadným límcem, nerez (1 200 x 600 x 850)
73.	Umývací stôl zakrytý s policou so zadným límcem, nerez (1 200 x 600 x 850)
74.	Laboratórny stôl (1 500 x 700 x 760)
75.	Laboratórny stôl (1 800 x 600 x 760)
76.	Stojan na sterilizáciu a baliaci papier, pojazdný
77.	Kuchynská linka, drez s odkvapkávačom/skrinky dolné+horné (dĺžka 1950, os 1700)
78.	Kuchynská linka s drezom (dĺžka 1 500)
79.	Policová skriňa, 2-dverová, nerez (1 000 x 600 x 1 800)
80.	Policová skriňa, 2-dverová (1 000 x 420 x 2 050)
81.	Umývadlo so spodnou skrinkou (800 x 600 x 850)
82.	Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1 350, os 300)
83.	Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 2 100, os 1 850)

Por.č.	Názov
84.	Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1 950, os 1 700)
85.	Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1 800 os 1 550)
86.	Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1 800, os 1 500)
87.	Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1 500, os 1 250)
88.	Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1 350, os 900)
89.	Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1 350, os 1 250)
90.	Linka pracovná s nerezovým drezom a odkvapkávačom/skrinky dolné a horné (dĺžka 2 100, os 1 800)
91.	Linka pracovná s nerezovým drezom a odkvapkávačom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1 950, os 1 750)
92.	Linka pracovná s nerezovým drezom a odkvapkávačom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1 500, os 1 200)
93.	Linka pracovná s nerezovým drezom a odkvapkávačom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1 800, os 1 500)
94.	Linka pracovná, obojstranná, vrátane nerezového umývadla, nerezový drez, dolné skrinky (5 000 x 600 x 900)
95.	Linka pracovná nerezové kruhové umývadlo, nerezový drez/skrinky dolné a horné (2 400 x 600 x 900, os 450)
96.	Linka pracovná/skrinky dolné a horné (900 x 600 x 900)
97.	Linka kuchynská s nerezovým drezom a odkvapkávačom (2 800 x 600 x 900)/dolné skrinky
98.	Linka pracovná s nerezovým kruhovým umývadlom/dolné skrinky (1 900 x 600 x 900)
99.	Linka pracovná s kruhovým umývadlom, nerezový drez/skrinky dolné a horné (dĺžka 1 950 mm, os umývadla 1 500, os drezu 750)
100.	Pult pracovný rovný pre adm. prácu sestier (2 500 x 700 x 750)
101.	Pult pracovný rohový pre adm. prácu sestier (2 500 x 800 x 750 x 950)

Elektrochirurgický generátor s bipolárnym systémom trvalého zatavovania ciev.

Výrobca: Covidien
Typ: Force Triad

Požadovaný parameter	Áno - Nie
Dostupnosť min. 3 monopolárnych vstupov	áno
Dostupnosť min. 1 monopolárny laparoskopický vstup	áno
Dostupnosť min. 1 bipolárny vstup	áno
Dostupnosť min. 2 vstupy pre riadenú bipolárnu koaguláciu	áno
Možnosť použitia minimálne 4 nástrojov bez nutnosti ich zámieny	áno
Ovládanie pomocou dotykových obrazoviek	áno
Ovládanie generátora v slovenskom jazyku	áno
Možnosť upgradu softvéru prístroja cez internet	áno
Rozhranie pre pripojenie na jednotku argónovej koagulácie FORCE Argon	áno
Rozhranie pre pripojenie odsávačky elektrochirurgického dymu Rapid Vac	áno

MONOPOLÁRNY REŽIM:

Režim krivky	Špičkové napätie otvoreného obvodu (max)	Špičkové napätie P-P otvoreného obvodu (max)	Menovité zaťaženie (max)	Výkon (max)	
Cut (rez) Pracovný cyklus 100%	1050 V	2100V	300Ω	300W	áno
Blend (zmiešaný rez) Pracovný cyklus 50%	1485V	2970V	300Ω	200W	áno
Fulgurácia, pracovný cyklus 6,5%	3050V	6100V	500Ω	120W	áno
Sprej, Pracovný cyklus 4,6%	3625V	7250V	500Ω	120W	áno
Ovládanie pomocou dotykových obrazoviek					áno
Dostupnosť min. 3 monopolárnych vstupov					áno
Dostupnosť min. 1 monopolárny laparoskopický vstup					áno
Možnosť použitia minimálne 20ch nástrojov súčasne bez nutnosti ich zámieny					áno
Systém na zabezpečenie kontinuálneho prednastaveného výkonu pri prechode rôznymi typmi tkaniva					áno
Prístroj umožňuje pripojenie monopolárnych nástrojov aj iných výrobcov, jednorázových					áno

alebo aj resterilizovateľných, pomocou prepájacích káblov dodávaných výrobcom	
Monitorovací systém kvality pripojenia neutrálnej (pacientskej) elektródy na pacientovi	áno
Možnosť pripojenia 2 neutrálnych (pacientských) elektród	áno
Audio-vizuálna signalizácia nesprávne pripojenej, alebo nesprávne fungujúcej neutrálnej elektródy	áno
Automatické prerušenie el. okruhu generátorom pri nedostatočnom pripojení neutrálnej elektródy	áno
Digitálne a prehľadné zobrazenie hodnôt výkonu vo Wattoch a užívateľských nastavení s audio-vizuálnou indikáciou	áno
Rez URO (TUR) možnosť o rozšírenie o bip. Endoresektor	áno
Možnosť ovládania monopolárnych nástrojov nožným aj ručným spínačom	áno
Možnosť meniť nastavenie výkonu generátora pomocou diaľkového ovládania z operačného poľa na aktívnej monopolárnej elektróde	áno
Automatické rozpoznanie monopolárnych, podsvietenie vstupov pre nástroje pre ich ľahkú identifikáciu	áno
Kontrola chyby na výstupe, Softvérová kontrola doby aktivácie	áno
Presné riadenie výkonu v oblasti nízkych hodnôt jeho nastavenia	áno
Monopolárny rez	áno
Kontaktná koagulácia	áno
Možnosť pripojenia nástrojov pre laparoskopické aj laparotomické zákroky	áno
Možnosť použitia jednorázových aj resterilizovateľných nástrojov	áno

BIPOLÁRNY REŽIM:

Režim krivky	Špičkové napätie otvoreného obvodu (max)	Špičkové napätie P-P otvoreného obvodu (max)	Menovité zaťaženie (max)	Výkon (max)	
Low (Jednoduchý)	250 V	500V	100Ω	95W	áno
Standard (štandardný)	175V	350V	100Ω	95W	áno
Macro (makro)	250V	500V	100Ω	95W	áno
Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky					áno
Možnosť ovládania bipolárnych nástrojov nožným aj ručným spínačom					áno
Funkcia Autobipolár nastaviteľná v intervaloch 0,5-1-1,5-2-2,5sekundy po zopnutí bipolárnej pinzety					áno
Minimálne 5 výkonových úrovní nastavenia intenzity autobipoláru					áno
Dva spôsoby aktivácie autobipoláru: 1. Po zopnutí bipol. pinzety					áno
Dva spôsoby aktivácie autobipoláru: 2. Po zopnutí bip. pinzety a aktivácie pedálom					áno
Prístroj umožňuje pripojenie bipolárnych nástrojov aj iných výrobcov, jednorázových alebo aj resterilizovateľných, pomocou prepájacích káblov dodávaných výrobcom.					áno

ŠPECIÁLNY MONOPOLÁRNY REŽIM:

Režim krivky	Špičkové napätie otvoreného obvodu (max)	Špičkové napätie P-P otvoreného obvodu (max)	Menovité zaťaženie (max)	Výkon (max)	
Špeciálny monopolárny režim (Pracovný cyklus 25%)	2365 V	4730V	300Ω	200W	áno
Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky					áno
Možnosť ovládania bipolárnych nástrojov nožným aj ručným spínačom					áno

RIADENÝ BIPOLÁRNY REŽIM:

Režim krivky	Špičkové napätie otvoreného obvodu (max)	Špičkové napätie P-P otvoreného obvodu (max)	Menovité zaťaženie (max)	Výkon (max)	
Riadený bipolárny režim	287,5 V	575V	20Ω	350W	áno
Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky					áno
Možnosť ovládania nástrojov nožným aj ručným spínačom					áno
Prístroj umožňuje zatavovanie ciev do 7 mm vonkajšieho priemeru, lymfatických ciev a tkanivových zväzkov					áno
Trvanie cyklu stavenia je 2 - 4 sekundy					áno
Správne ukončenie zatavovacieho cyklu a bezpečné zatavenie cievy prístroj musí signalizovať akustickým signálom					áno
Neúplné ukončenie zatavovacieho cyklu a bezpečné zatavenie cievy prístroj musí signalizovať akustickým signálom rozdielnym ako pri správnom ukončení					áno
Mód pre riadenú bipolárnu koaguláciu, ktorá je schopná spoľahlivo a trvale uzavrieť cievy do priemeru 7mm vrátane a odoláť minimálne trojnásobku normálneho systolického tlaku					áno
Dostupnosť nástrojov pre laparoskopické zákroky s priemerom 5mm aj 10mm					áno
Možnosť použitia nástrojov pre riadenú bipolárnu koaguláciu umožňujúcich zatavenie aj disekciu tkaniva					áno
Možnosť použitia nástroja pre riadenú bipolárnu koaguláciu s minimálnou dĺžkou čeľustí 36mm a integrovaným nožom, možnosť rotácie čeľustí nástroja minimálne v rozmedzí do 180°					áno
Možnosť použitia laparoskopického nástroja s integrovaným nožom, ktorý je kombináciou riadenej bipolárnej koagulácie a monopolárneho nástroja (tzn. možnosť použitia jedného nástroja k monopolárnej chirurgii aj riadenej bipolárnej koagulácii)					áno
Možnosť softvérového preprogramovať prístroj pre potrebu procedúr bipolárnej resekcie – kompatibilita s bipolárnymi nástrojmi WOLF a STORZ					áno

RADIX s.r.o.
RADIX Banka Bystrica
Kremnička 36

»TIMED« s.r.o.
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava

Podrobný technický opis ponúkaného prístroja

Typ: VICTORIA VERSA

VÝROBCA: CHEIRON, s.r.o.

RADIX s.r.o.
Kremnická 36
974 05 Banská Bystrica

Položka, názov	Požadovaná funkcia - parameter	Splnenie, funkcie parameter	Ponúkaná hodnota parameter
2. Vysokovýkonná odsávačka s príslušenstvom v počte 11 ks			
Membránový odsávací agregát		áno	-
Nominálny sací výkon: min. 40 L/min.		áno	43 L/min.
Hlučnosť: max. 40 dB		áno	39,4 dB
Farebne kódovaný manometer		áno	-
Trojnásobná ochrana proti presatiu		áno	-
Systém uchytienia fliaš na eurolištu		áno	-
2 ks 2 l fliaš so skrutkovacím uzáverom		áno	-
Silikónový sací okruh		áno	-
Odnímateľný pneumatický nožný spínač sania s dĺžkou hadice 1 meter		áno	-
Mobilný stojan s fixovateľnými, antistatickými kolieskami		áno	-
Manipulačné madlo na zadnej strane prístroja		áno	-
Odkladacia, odnímateľná polička na vrchu prístroja		áno	-
Záruka na sací agregát 6 rokov		áno	-

- 8. MÁJ 2013

RADIX
Kremnická 36
974 05 Banská Bystrica
IČO: 016 40013
IČ DPH: SK210845163
tel.: 0481 414 2902

Ing. Martin Kochan

Media Comp. s.r.o.

Media Comp., s.r.o., je od 4.11.1997 zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I., v oddiel Sro, vložka č. 15893/B
IČO: 35 731 486, IČ DPH: SK 2021376775, banka: Tatra banka, a.s., č.ú.: 2627107628/1100

OPIS

Položka č.: 3

Názov položky: Resuscitačné lôžko pre pacientov v kritickom stave

Názov (typ) zariadenia: MULTICARE

Výrobca zariadenia: LINET, s.r.o., Česká republika

Požadovaný parameter	Splňa
resuscitačné lôžko s laterálnym náklonom a integrovanými váhami	áno
lôžko vyrobené plne v súlade s bezpečnostnou normou STN EN 60601-2-52	áno
veľmi stabilný a jednoducho čistiteľný podvozok	áno
zdvih lôžka pomocou elektromotoru v rozsahu min. 35 cm od najnižšej polohy vo výške max. 45 cm	áno / 44 ~ 82 cm
ložná plocha na stĺpových teleskopických jednotkách	áno
štvorcová ložná plocha najlepšie 208x86 cm, chrbtový, stehenný a lýtkový diel ovládaný elektromotorom	áno / 208 x 86 cm
laterálny náklon min. +/- 30 st. pomocou elektromotoru	áno / +/- 30 st.
automatický laterálny náklon s programovateľným nastavením uhlov laterálneho náklonu a časovými cyklami pre zaistenie prevencie ventilátorovej pneumónie	áno
röntgenovateľná ložná plocha s možnosťou umiestnenia RTG kazety pod ložnú plochu	áno
možnosť plynulého snímania C ramenom pod panvovou a chrbtovou časťou tak, aby bolo možné snímanie od krku až po panvovú časť (stĺpová jednotka pod hlavou musí byť max. 20 cm od okraja lôžka)	áno
podjazdnosť lôžka 4 cm (žiadna časť lôžka okrem koliesok nesmie byť nad podlahou nižšie ako 4 cm)	áno
ergonomické polohovanie ložnej plochy - schopnosť eliminovať zvýšenie tlaku v panvovej oblasti pri polohovaní chrbtového a stehenného dielu - 3D autoregresia	áno / ErgoFrame®
možnosť náklonu do Trendelenburgovej polohy min. 13° a Antitrendelenburgovej polohy min. 15° pomocou elektromotoru	áno / TR 13° / ATR 16°
možnosť mechanického rýchlospustenia chrbtového dielu (CPR)	áno
vyberateľné čelá, najlepšie celoplastové s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	áno / celoplastové
integrované delené odklopné bočnice, najlepšie plastové, s ochranou proti nechcenému spusteniu a dostatočnou ochranou pacienta pred pádom či zakliesnením podľa platných noriem - t.j. medzery medzi bočnicami navzájom a hlavovým čelom maximálne 60 mm	áno

BASCO SK s.r.o.

Seňavská cesta 14/K

902 01 Pezínok

IČO: 25 140 128 IČ DPH: SK2020361618

Y: 033/ 640 2108

možnosť odklopenia postranice v oblasti hrudníku, tak aby ostatné postranice v oblasti hlavy a nôh zostali v hornej polohe (ochrana pacienta)	áno
výška bočnic nad ložnou plochou (bez matrace) min. 45 cm	áno / 45 cm
hlavný sesterský ovládací LCD dotykový panel s ochranou proti nechcenému polohovaniu a možnosťou zablokovania ovládania proti nežiadúcej manipulácii, s predprogramovanými polohami (minimálne: resuscitačná poloha CPR, ortopnoické kreslo).	áno / resuscitačná poloha CPR, ortopnoické kreslo
lôžko musí byť vybavené displejom, ktorý bude zobrazovať: krivku trendu hmotnosti, programovanie automatického laterálneho náklonu, možnosti nastavenia a blokovania polôh	áno
integrované obojstranné ovládače lôžka v bočniciach s ochranou proti nechcenému polohovaniu	áno
integrované predĺženie lôžka minimálne 15 cm	áno
kolieska s centrálnym ovládaním báz, priemer 150 mm	áno / 30 cm
piate koliesko pre lepšiu manipuláciu s lôžkom	áno / 150 mm
automatické zabrzdzenie lôžka	áno
univerzálne držiaky na drobné príslušenstvo	áno / i-Brake
držiaky na infúzny stojan, hrazdu a extenzný systém	áno
ochranné kolieska v rohoch lôžka	áno
zálohová batéria s vlastnou autodiagnostikou kapacity a životnosti	áno
nosnosť minimálne 250 kg	áno
potenciálové prepojenie	áno / 250 kg
integrovaný váhový systém s možnosťou váženia pacienta v absolútnom a diferenčnom režime, s automatickým ukladaním nameraných hodnôt	áno
držiak RTG kazety pod ložnou plochou	áno
nožné ovládače integrované do podvozku pre výškové nastavenie lôžka a s predprogramovanou výšetrovacou polohou, s ochranou proti nechcenému polohovaniu	áno
nožné ovládače integrované do podvozku pre laterálny náklon lôžka, s ochranou proti nechcenému polohovaniu	áno
mobilizačné madlá po oboch stranách lôžka s integrovaným ovládačom výšky ložnej plochy	áno
nočné podsvietenie lôžka	áno
Príslušenstvo:	
infúzny stojan, chrómovaný	
nerezový košíček na inf. fľaše	áno
polička na monitor	áno

BASCO SK s.r.o.

Sanitárská cesta 14/K

902 01 Pezínok

☎ 034 140 328 10 DPH: SK2020361618

fax: 033/ 040 2108

držák kyslíkovej fľaše	áno
držák kanyl	áno
Aktívny antidekubitný matrac:	
pre veľmi vysoké riziko dekubitov a podporu liečby už vzniknutých dekubitov až IV. stupňa	áno
možnosť voľby medzi statickým, dynamickým a hodnotiacim režimom	áno
možnosť transportu pacienta bez kompresoru až 24 hodín	áno
systém striedania tlaku v celách minimálne 3-1	áno / 24 hodín
usporiadanie ciel do kompaktných modulov zaberaajúcich zapadaniu pacienta medzi cely pri polohovaní	áno / 3-1
perióda striedania tlaku v celách najlepšie 7,5 minúty	áno
možnosť rýchleho vypustenia CPR	áno / 7,5 minúty
automatické nastavenie tlaku v celách	áno
automatická kompenzácia tlaku v celách pri polohovaní	áno
systém ochrany pred nežiaducou manipuláciou a chybným nastavením	áno
nosnosť minimálne 250 kg	áno
alarm v prípade výpadku napájania	áno / 254 kg
poťah ľahko snímateľný - zips zo všetkých strán, paropriepustný, vodovzdorný, s ochranou proti znečisteniu jadra - najlepšie kontinuálne zvarovaný, antibakteriálny	áno
rozmer podľa lôžka, výška maximálne 230 mm	áno
	áno / 230 mm

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.

Šenkvičná cesta 14/K

902 01 Pezinok

IČO: 34 140 328-IC DPH: SK2020361818

fax: 033/ 040 2108

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

RADIX
RADIOBANSKÁ BYSTRICA
Kremnička

Podpis/Pečiatka:

Položka, názov	Požadovaná funkcia, parameter	Splnenie, funkcie parametra	Ponúkaná hodnota parametra
Monitor vitálnych funkcií Dash 2500	▪ Farebný monitor s plochou TFT LCD obrazovkou, uhlopriečka minimálne 25 cm áno ▪ Monitor musí byť vhodný aj na transport, váha monitora menej ako 6 kg áno ▪ Prevádzka na elektrickú sieť a na batériu, s minimálnou dobou prevádzky na batériu 3 hodiny áno	26,4 cm (10,4 palca) 5,5 kg, monitor je vybavený batériou pre transport	
▪ Možnosť prispôbenia monitorovacích algoritmov pre dospelých, pediatrických pacientov a novorodencov áno	viac ako 3 hodiny Možnosť prispôbenia monitorovacích algoritmov pre dospelých, pediatrických pacientov a novorodencov, rozsah alarmov je možné individuálne nastaviť pre každú skupinu pacientov		
▪ Monitor musí umožňovať pripojenie k centrálnemu monitoru áno	Monitor umožňuje pripojenie k centrálnemu monitoru i Central alebo CIC Pro s prenosom kriviek, alarmov do týchto zariadení.		
▪ Zároveň musí umožňovať konfiguráciu pre oddelenie dospelých a oddelenie novorodencov áno ▪ Monitor musí umožňovať zadáva nasledujúce údaje o novom pacientovi: - meno pacienta áno	Pri prijímaní pacienta sa užívateľ rozhoduje či prijme dospelého, dieťa alebo novorodenca a konfigurácia monitoru sa automaticky zmení podľa typu pacienta. Ďalej možno upravovať konfiguráciu monitora individuálne.		naviac číslo posteľe, číslo oddelenia

-	identifikačné číslo pacienta	áno	naviac číslo posteľe, číslo oddelenia
▪	Zobrazenie 5 rôznych kriviek	áno	5 kriviek
▪	Zobrazenie ľubovoľného obrazového záznamu v sieti na ľubovoľnom monitore, vrátane vzdialeného ovládania a prenos alarmov medzi monitorami	áno	Monitor Dash 2500 v spolupráci s centrálnymi monitorami CIC Pro a iCentral zobrazuje ľubovoľný obrazový záznam v sieti na ľubovoľnom monitore, vrátane vzdialeného ovládania a prenos alarmov medzi monitorami
▪	24-hodinové grafické a numerické trendy s možnosťou časovej selekcie záznamu	áno	24-hodinové grafické a numerické trendy s časovým kurzorom
▪	Minimálne štvorúrovňový alarm – zvukový a svetelný (kríza, výstraha, upozornenie, správa)	áno	štvorúrovňový alarm – zvukový a svetelný (kríza, výstraha, upozornenie, správa)
▪	Monitor sleduje nasledujúce biofyzikálne veličiny a ich trendy:		
-	EKG	áno	
-	Respirácia	áno	
-	NIBP v manuálnom a automatickom režime	áno	
	technológiou Dinamap	áno	
-	Teplota	áno	
-	SpO ₂ - technológia Masimo rozoznania a oddelenia saturácie zvlášť z arteriálnej a zvlášť z venózneho krvi, určená na meranie aj počas pohybu pacienta. Meranie hodnoty saturácie kyslíkom v rozsahu minimálne 30 % až 100 %. Meranie počas pulzov v rozsahu minimálne 25 až 240 tepov.	áno	Meranie hodnoty saturácie kyslíkom v rozsahu 1 % až 100 %. Meranie počas pulzov v rozsahu 25 až 240 tepov.
▪	Základné príslušenstvo pre všetky požadované parametre:		
-	EKG kábel + 3 zvodový kábel	áno	

- NIBP hadička + 5 veľkostí manžiet od dospelého po dieťa

áno

- SpO₂ kábel + sada adhezívnych senzorov,

áno

- Teplotný kábel + teplotná sonda

áno

▪ Softvér v slovenskom alebo českom jazyku

áno

v českom jazyku

ing. Igor Kmeť
konateľ

Tangra spol. s r.o.

TANGRA, spol. s r.o.
Nova 565/26
976 11 Selce
IČO: 36 623 849

8. MÁJ 2013

 **RADIX** s.r.o.
Krepeľická 3a
974 04 Banská Bystrica
IČO: 00315903
ČDPH: SK2200451653
IEN: 486047200

Položka č. 5: Infúzna zostava dávkovačov pre 8 operačných sál

Opis technicko-medicínskych a funkčných parametrov ponúkaného zariadenia: Lineárny dávkovač.

Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica

Predmet zákazky: Komplexná dodávka zdravotníckej techniky a ostatného materiálneho dovybavenia do novozrekonštruovaných operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Množstvo: 1 zostava (16 ks)

Typové označenie zariadenia: Perfusor Space s držiakom Pole Clamp a napájacím traťom
Výrobca zariadenia: B. Braun Melsungen, AG

P. č.	Požadovaný technicko – medicínsky parameter - opis	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
	Lineárny dávkovač:		
1.	Prístroj môže byť použiteľný v dokovacej stanici so spoločným elektrickým napájaním a centrálnym alarmom	áno	áno
2.	Presné dávkovanie malých objemov pomocou jednorázových striekačiek bežne používaných objemov - 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml od rôznych výrobcov	áno/vid' hodnoty	áno/ 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml od rôznych výrobcov
3.	Automatické uchytienie piesta striekačky čeľuťami pumpy	áno	áno
4.	Presnosť dávkovania: $\pm 2\%$	áno/vid' hodnoty	áno/ $\pm 2\%$
5.	Prednastavenie objemu: 0,1 – 9999 ml	áno/vid' hodnoty	áno/ 0,1 – 9999 ml
6.	Prednastavenie času: 1 min – 99 hod 59 min	áno/vid' hodnoty	áno/ 1 min – 99 hod 59 min
7.	Rozsah dávkovania: 0,01 – 999,9 ml/hod	áno/vid' hodnoty	áno/ 0,01 – 999,9 ml/hod
8.	Nastavenie rýchlosti a objemu/času	áno	áno

9.	Nastavenie oklúzneho tlaku v min. 8 stupňoch	áno/vid' hodnoty	áno/ 9 stupňov
10.	Možnosť použitia režimu PCA – pacientom kontrolovaná analgézia	áno	áno
11.	Možnosť rozšírenia softvéru o režim TCI (target controlled infusion) – algoritmom riadené podávanie Propofolu a Remifentanilu	áno	áno
12.	Možnosť rozšírenia o integráciu algoritmu na kontrolu glykémie – podporný systém rozhodovania pre dávkovanie inzulinu s cieľom dosiahnutia a udržania požadovanej hladiny glykémie u pacienta	áno	áno
13.	S pomocou príslušenstva možnosť použitia v prostredí MRI	áno	áno
14.	Výpočet rýchlosti dávky v mg, µg, mmol, IE v závislosti na hmotnosti pacienta/kase	áno	áno
15.	Rýchlosť bolusu nastaviteľná v rozsahu 1 – 1800 ml/hod s možnosťou prednastavenia rôznych rýchlostí pre jednotlivé veľkosti objemov injekčných striekačiek	áno/vid' hodnoty	áno/ 1 – 1800 ml/hod
16.	Bolus manuálny aj automatický s prednastavením objemu/času bolusu	áno	áno
17.	Alarmy – vizuálne a zvukové, regulácia hlasitosti zvukového alarmu, textové hlásenie príčiny alarmu:	áno	áno
17.1	- detekcia vloženia a správnosti vloženia injekčnej striekačky	áno	áno
17.2	- meranie tlaku a alarm pri prekročení nastavenej hranice oklúzneho tlaku	áno	áno
17.3	- automatické odbúranie naakumulovaného bolusu pri tlakovom alarme do striekačky	áno	áno
17.4	- alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah (ak je užívateľom nastavený)	áno	áno
17.5	- signalizácia pred ukončením podávania infúzie (nastaviteľný interval)	áno	áno
17.6	- signalizácia ukončenia podávania infúzie (prázdna striekačka)	áno	áno
17.7	- signalizácia ukončenia podávania prednastaveného objemu	áno	áno
17.8	- predalarm vybitia akumulátora a signalizácia vybitého akumulátora	áno	áno
17.9	- dlhšia nečinnosť zapnutého prístroja	áno	áno
17.10	- ukončenie Stand-by	áno	áno
17.11	- vnútorná porucha prístroja	áno	áno
18.	Možnosť zadať zoznam až 700 liekov, obsahujúcich názov, koncentráciu, rýchlosť podávania a rýchlosť dávky vrátane hard a soft limitov, nastavenie bolusu, s možnosťou zaradenia liekov do minimálne 14 kategórií	áno/vid' hodnoty	áno/ 720 liekov, 15 kategórií
19.	História udalostí – pamäť na min. 900 posledných operácií pumpy s registráciou dátumu a času	áno/vid' hodnoty	áno/ 1000 operácií
20.	Možnosť softvérového zablokovať prístroj proti neautorizovanému ovládaniu pomocou PIN kódu	áno	áno
21.	Čitateľný displej s jednoznačným zobrazením hodnôt a navolenej funkcie, zobrazenie názvu podávaného lieku, podaný a zostávajúci objem infúzie, zostávajúceho času podávania infúzie, napájanie a stav nabitia akumulátora, aktuálny stav tlaku v línke	áno	áno
22.	Nastavenie úrovne osvetlenia displeja a kontrastu	áno	áno
23.	Aktívne podsvietené každé tlačidlo samostatne s možnosťou regulácie intenzity podsvietenia	áno	áno
24.	Nemožnosť úplne vypnúť prístroj v prípade, že je vložená striekačka	áno	áno
25.	Akumulátor s kapacitou na cca 8 hodín prevádzky, automatické dobíjanie akumulátora pri pripojení do napájacej siete	áno/vid' hodnoty	áno/ 8 hodín


26.	Automatický program údržby batérie (úplné vybitie a nabitie) s nastaviteľným časovým intervalom	áno	áno
27.	Možnosť vzájomného uchytienia až troch púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu bez použitia prídavného príslušenstva	áno	áno
28.	Hmotnosť do 1,5 kg vrátane akumulátora	áno/vid' hodnoty	áno/ 1,4 kg
29.	Interval odporúčanej pravidelnej technickej prehliadky – minimálne dva roky	áno/vid' hodnoty	áno/ 2 roky
30.	Režim Stand-by nastaviteľný až na 24 hod. s krokom 1 min.	áno/vid' hodnoty	áno/ 24 hod. s krokom 1 min.
31.	Software v slovenskom jazyku	áno	áno

V Banskej Bystrici, dňa.....

Uchádzač:

RADIX spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica


Podpis zodpovednej osoby:


RADIX spol. s r.o.
 RADIX Banská Bystrica
 Kremnička 36

Subdodávateľ:

B. Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava

Podpis zodpovednej osoby:


B. BRAUN Medical s.r.o.
 Handlovská 19
 SK-851 01 Bratislava
 IČO: 311430788
 KUKA: 002227940
PharmDr. Jiří Lukes
 konateľ spoločnosti

Položka č. 6: Infúzna technika pre 2 prebúdzacie izby

Opis technicko-medicínskych a funkčných parametrov ponúkaného zariadenia: Lineárny dávkováč.

Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica

Predmet zákazky: Komplexná dodávka zdravotníckej techniky a ostatného materiálneho dovybavenia do novozrekonštruovaných operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Množstvo: 1 zostava (8 ks)

Typové označenie zariadenia: Perfusor Space s držiakom Pole Clamp a napájacím traťom
Výrobca zariadenia: B. Braun Melsungen, AG

P. č.	Požadovaný technicko – medicínsky parameter - opis	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
	Lineárny dávkováč:		
1.	Prístroj môže byť použiteľný v dokovacej stanici so spoločným elektrickým napájaním a centrálnym alarmom	áno	áno
2.	Presné dávkovanie malých objemov pomocou jednorázových striekačiek bežne používaných objemov - 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml od rôznych výrobcov	áno/viď hodnoty	áno/ 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml od rôznych výrobcov
3.	Automatické uchytienie piesta striekačky čelustami pumpy	áno	áno
4.	Presnosť dávkovania: $\pm 2 \%$	áno/viď hodnoty	áno/ $\pm 2 \%$
5.	Prednastavenie objemu: 0,1 – 9999 ml	áno/viď hodnoty	áno/ 0,1 – 9999 ml
6.	Prednastavenie času: 1 min – 99 hod 59 min	áno/viď hodnoty	áno/ 1 min – 99 hod 59 min
7.	Rozsah dávkovania: 0,01 – 999,9 ml/hod	áno/viď hodnoty	áno/ 0,01 – 999,9 ml/hod
8.	Nastavenie rýchlosti a objemu/času	áno	áno

9.	Nastavenie oklúzneho tlaku v min. 8 stupňoch	áno/vid' hodnoty	áno/ 9 stupňov
10.	Možnosť použitia režimu PCA – pacientom kontrolovaná analgézia	áno	áno
11.	Možnosť rozšírenia softvéru o režim TCI (target controlled infusion) – algoritmom riadené podávanie Propofolu a Remifentanilu	áno	áno
12.	Možnosť rozšírenia o integráciu algoritmu na kontrolu glykémie – podporný systém rozhodovania pre dávkovanie inzulínu s cieľom dosiahnutia a udržiavania požadovanej hladiny glykémie u pacienta	áno	áno
13.	S pomocou príslušenstva možnosť použitia v prostredí MRI	áno	áno
14.	Výpočet rýchlosti dávky v mg, µg, mmol, IE v závislosti na hmotnosti pacienta/čase	áno	áno
15.	Rýchlosť bolusu nastaviteľná v rozsahu 1 – 1800 ml/hod s možnosťou prednastavenia rôznych rýchlostí pre jednotlivé veľkosti objemov injekčných striekačiek	áno/vid' hodnoty	áno/ 1 – 1800 ml/hod
16.	Bolus manuálny aj automatický s prednastavením objemu/času bolusu	áno	áno
17.	Alarmy – vizuálne a zvukové, regulácia hlasitosti zvukového alarmu, textové hlásenie príčiny alarmu:	áno	áno
17.1	- detekcia vloženia a správnosti vloženia injekčnej striekačky	áno	áno
17.2	- meranie tlaku a alarm pri prekročení nastavených hraníc oklúzneho tlaku	áno	áno
17.3	- automatické odčúpanie naakumulovaného bolusu pri tlakovom alarme do striekačky	áno	áno
17.4	- alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah (ak je užívateľom nastavený)	áno	áno
17.5	- signalizácia pred ukončením podávania infúzie (nastaviteľný interval)	áno	áno
17.6	- signalizácia ukončenia podávania infúzie (prázdna striekačka)	áno	áno
17.7	- signalizácia ukončenia podávania prednastaveného objemu	áno	áno
17.8	- predalarm vybitia akumulátora a signalizácia vybitého akumulátora	áno	áno
17.9	- dlhšia nečinnosť zapnutého prístroja	áno	áno
17.10	- ukončenie Stand-by	áno	áno
17.11	- vnútorná porucha prístroja	áno	áno
18.	Možnosť zadať zoznam až 700 liekov, obsahujúcich názov, koncentráciu, rýchlosť podávania a rýchlosť dávky vrátane hard a soft limitov, nastavenie bolusu, s možnosťou zaradenia liekov do minimálne 14 kategórií	áno/vid' hodnoty	áno/ 720 liekov, 15 kategórií
19.	História udalostí – pamäť na min. 900 posledných operácií pumpy s registráciou dátumu a času	áno/vid' hodnoty	áno/ 1000 operácií
20.	Možnosť softvérového zablokovania prístroja proti neautorizovanému ovládaniu pomocou PIN kódu	áno	áno
21.	Čitateľný displej s jednoznačným zobrazením hodnôt a navolenej funkcie, zobrazenie názvu podávaného lieku, podaný a zostávajúci objem infúzie, zostávajúceho času podávania infúzie, napájanie a stav nabitia akumulátora, aktuálny stav tlaku v linke	áno	áno
22.	Nastavenie úrovne osvetlenia displeja a kontrastu	áno	áno
23.	Aktívne podsvietené každé tlačidlo samostatne s možnosťou regulácie intenzity podsvietenia	áno	áno
24.	Nemožnosť úplne vypnúť prístroj v prípade, že je vložená striekačka	áno	áno
25.	Akumulátor s kapacitou na cca 8 hodín prevádzky, automatické dobíjanie akumulátora pri pripojení do napájacej siete	áno/vid' hodnoty	áno/ 8 hodín

26.	Automatický program údržby batérie (úplné vybitie a nabitie) s nastaviteľným časovým intervalom	áno	áno
27.	Možnosť vzájomného uchytienia až troch pump do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu bez použitia prídavného príslušenstva	áno	áno
28.	Hmotnosť do 1,5 kg vrátane akumulátora	áno/vid' hodnoty	áno/ 1,4 kg
29.	Režim Stand-by nastaviteľný až na 24 hod. s krokom 1 min.	áno/vid' hodnoty	áno/ 24 hod. s krokom 1 min.
30.	Software v slovenskom jazyku	áno	áno

V Banskej Bystrici, dňa

Uchádzač:

R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica

Podpis zodpovednej osoby:

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36

Subdodávateľ:

B. Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava

Podpis zodpovednej osoby:

B. Braun Medical s.r.o.
Handlovská 19
SK 851 01 Bratislava
IČO: 313 50 789
PharmDr. Jiří Lukes
konateľ spoločnosti

Obchodné meno, názov uchádzača:

RADIX spol. s r.o.

Adresa, sídlo uchádzača:

Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica

Názov zariadenia:

Logiq e

Výrobca:


GE Medical Systems Information
Technologies GmbH, Nemecko

Prenosný USG prístroj	Por. č.	Požadovaný technicko – medicínsky parameter – opis	Požadovaná hodnota	Predkladaná hodnota
Konzola	1.	Ľahký prenosný a kompaktný farebný zobrazovací systém strednej triedy	áno	áno
	2.	Hmotnosť prístroja vrátane batérie max. 5 kg	5 kg	4,6 kg
	3.	Veľkosť monitora min. 10"	10"	15"
	4.	Počet digitálnych kanálov min. 256	256	1024
	5.	Dynamický rozsah min. 165 dB	165 dB	174 dB
	6.	Max. hĺbka penetrácie min. 30 cm	30 cm	30 cm
	7.	Digitálna archivácia	áno	áno, RawData
	8.	Vozík s inštalovaným ČB termoprinterom	áno	áno
Zobrazovacie módy:	9.	B- mód	áno	áno
	10.	Harmonický mód	áno	áno
	11.	M-mód	áno	áno
	12.	Anatomický M-mód	áno	áno
	13.	Color Doppler	áno	áno
	14.	Power Doppler	áno	áno
	15.	Pulse Wave Doppler	áno	áno
	16.	Triplex	áno	áno
	17.	Elektronický zoom	áno	áno
Pripojené snímacie sondy:	18.	Lineárna sonda	áno	áno
		Frekvenčný rozsah:	4 – 11 MHz	4 – 13 MHz
		Počet elementov	min. 128	192
	19.	Konvexná sonda	áno	áno
		Frekvenčný rozsah	2 – 5 MHz	2 – 5,5 MHz
		Počet elementov	min. 128	128
Prístroj musí byť pripojiteľný na:	20.	USB	áno	áno
	21.	CD	áno	áno
	22.	PCM CIA	áno	áno
	23.	DICOM	áno	áno

Meno štatutárneho orgánu subdodávateľa:

Ing. Jaroslav Pěč


Podpis štatutárneho orgánu subdodávateľa:



Meno štatutárneho orgánu uchádzača:

Martin Renčo

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:



RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36

Položka, názov	Požadovaná funkcia - parameter	Splnenie funkcie, parameter	Ponúkaná hodnota parametera
Výrobca spoločnosť KARL STORZ, Nemecko			
8. Holmium laser CALCULASE II s príslušenstvom v počte 1 ks			
	pulsný holmiový: YAG 20 W laser, B19 určený na drvenie kameňov, liečbu tumorov, na striktury UPI	áno	
	stolový prístroj, LED displej, ovládanie pedálom	áno	
	zelený navádzací laser viditeľný aj v náročných podmienkach	áno	
	vlnová dĺžka 2080 nm	áno	2080 nm
	vlákná 230, 350, 600 µm, jednorazové aj opakovane použiteľné	áno	230, 350, 600 µm
	použiteľný s 8,5 Fr. flexibilným ureterorenoskopom	áno	8,5 Fr.
	automatická detekcia hrúbky vlákna	áno	
	pulsná frekvencia 4/6/8/10/15 Hz	áno	4/6/8/10/15 Hz
	dĺžka pulzu 100-500 µs	áno	100-500 µs
	energia 0,5/0,8/1,2/1,7/2,0 J	áno	0,5/0,8/1,2/1,7/2,0 J
	parametre lúča 4mW,532 nm , dvojnásobná frekvencia PDSS laser	áno	4mW,532 nm
	Indikátor energie	áno	
	klúčový spínač	áno	
	núdzový vypínač	áno	
	zvukový alarm	áno	
	konektor pre diaľkové pripojenie uzamykania na dvere miestnosti s laserom, na prerušenie energie pri ich otvorení	áno	
	SCP kábel pre pripojenie do riadiace jednotky	áno	
	3 ks ochranných okuliarov	áno	
	servisný set	áno	
	set na úpravu opakovane použiteľného vlákna	áno	
	6 ks 230 µm opakovane použiteľného vlákna	áno	230 µm
	6 ks 600 µm opakovane použiteľného vlákna	áno	600 µm

podpis štatutárneho zástupcu
(meno, priezvisko, pečiatka a podpis)

PADIX Sp. s. r. o.
 PADIX Banka a.s.
 Křemetská 36

Výrobca spoločnosť De Soutter , Veľká Británia

9. Motorový vŕtací systém baterkový ORTHODRIVE v počte 1 ks

	vŕtacia 75 - 1340 ot/min. a frézovacia rukoväť 20 - 320 ot/min. krútiaci moment 17 Nm, s priechodným otvorom 4.2 mm	áno	75 - 1340 ot/min., 20 - 320 ot/min., 17 Nm, 4.2 mm
	vŕtanie, mini sagitálna píłka, nástavec na Kirschnerové drôty, nástavec na pulsnú laváž	áno	
	rukoväť na oscilačné píčky dva módy vyššia oscilácia 1000 - 9500 kmit./min., nízka oscilácia 1000 - 13500 kmit./min.,	áno	v.oscilácia 1000 - 9500 kmit./min., n.oscilácia 1000 - 13500 kmit./min.
	pílkové listy 5 ks, hrúbka - 1,19 mm, hrúbka rezacej časti-1,3 mm, dĺžka 85 mm, šírka 25 mm	áno	hrúbka - 1,19 mm,hrúbka rezacej časti-1,3 mm,dĺžka 85 mm, šírka 25 mm
	vŕtací nástavec 0 -7,4 mm	áno	0 -7,4 mm
	rýchlopúňací vŕtací a frézovací nástavec	áno	
	frézovací nástavec	áno	
	nástavec na Kirschnerové drôty 0.8 - 4.0 mm	áno	0.8 - 4.0 mm
	Lithium Ion sterilizovateľné batérie 2 ks	áno	
	nabíjačka na 4 ks batérií s dotykovým displejom, automatické nabíjanie, možnosť manuálnej kontroly nabitosti	áno	
	kábel k nabíjačke	áno	
	sterilizačný kontajner	áno	


RADIX s.r.o.
 RADIX Banská Bystrica
 Kremnička 36

.....
 podpis štatutárneho zástupcu
 (meno, priezvisko, pečiatka a podpis)

Položka, názov	Požadovaná funkcia - parameter	Splnenie funkcie, parametra	Ponúkaná hodnota parametra
Výrobca spoločnosť KARL STORZ, Nemecko			
10. Video-ureterorenoskop FLEX-X C v počte 1 ks			
	flexibilný, zabudované LED osvetlenie	áno	
	C-MOS chip-on-the-tip technológia	áno	
	priemer max. 8,5 Fr.	áno	8,5 Fr.
	maximálny ohyb min. 270°, nahor aj nadol	áno	270°, nahor aj nadol
	keramická koncovka	áno	
	výhľad 90°	áno	90°
	uhol výhľadu 0°	áno	0°
	dĺžka 70 cm	áno	70 cm
	pracovný kanál 3,5 Fr.	áno	3,5 Fr.
	tester tesnosti	áno	
	čistiaca kefka	áno	
	vhodnosť použitia s laserovým litriptomom s max. 230 µm vláknom	áno	230 µm
	programovateľné tlačidlá pre priame nahravanie obrázkov a videa a iné funkcie	áno	


 RADIX s.r.o.
 RADIX Banská Bystrica
 Krmná 36

.....
 podpis štatutárneho zástupcu
 (meno, priezvisko, pečiatka a podpis)


Položka	Požadovaná funkcia - parameter	plne funkčná parameter	Pontovaná hodnota parametera
Názov			

Výrobca spoločnosť KARL STORZ, Nemecko

11. IMAGE 1 H3-Z Full HD Camera Head v počte 1 ks

	3 x 1/2" CCD čipy s full HD rozlíšením min. 1920x1080p (p ako progresívne) bodov na čip podporujúca zobrazenie vo formáte 16: 9 bez konverzie	áno	3 x 1/2" CCD , 1920x1080p, formát 16: 9
	možnosťou optického Zoom-u s fokusáciou min. 15- 31 mm,	áno	15- 31 mm
	s min. 2 programovateľnými tlačidlami s možnosťou ovládania min. 15 funkcií	áno	28 funkcií
	možnosť ovládania nahrávania obrázkov a videa priamo programovateľnými tlačidlami na USB zariadenie alebo zariadenie s HDD	áno	

RADIX s.r.o.
 RADIX Banská Bystrica
 Kremnička 36



.....

podpis štatutárneho zástupcu
 (meno, priezvisko, pečiatka a podpis)

Výrobca spoločnosť Mediflex, USA

12. Retraktor na transplantáciu pečene Universal TMR Bilateral System v počte 1 ks

	univerzálny rámový retractor s uchytением na eurolišty stola pre operácie na hornej časti brušnej dutiny, pri transplantáciach pečene a bariatrickej chirurgii	áno	
	2 ks stojan s uchytением na eurolištu stola	áno	
	4 ks klbového úchyty rámu	áno	
	priečny rám	áno	
	7 ks úchytovej lopatiek	áno	
	2 ks bočný rám	áno	
	lyžica Harrington 8.75cm x 20cm	áno	8.75cm x 20cm
	2 ks lyžica sternálna 7.5cm x 7.5cm	áno	7.5cm x 7.5cm
	2 ks lyžica Balfour 8.75cm x 7.8cm	áno	8.75cm x 7.8cm
	lyžica ohybná a otočná 5cm x 20cm	áno	5cm x 20cm
	lyžica ohybná a otočná 7.5cm x 20cm	áno	7.5cm x 20cm
	úchyty časti rámov pár	áno	
	spojovací mostík na bočné rámy	áno	

.....
RADIX s.r.o.
 RADIX Banská Bystrica
 Kremnická 36

podpis štatutárneho zástupcu
 (meno, priezvisko, pečiatka a podpis)

Príloha č. 1 - Podrobný technický opis ponúkaného prístroja

Položka, názov	Požadovaná funkcia - parameter	Splnenie funkcie, parameter	Ponúkaná hodnota parametra
13. Kamerová hlavica s videoprocessorom k stávajúcej laparozostave zn. Olympus			
	Dovybavenie stávajúcej laparoskopической zostavy zn. Olympus o komponenty - Videoprocessor. Kamerová hlavica, HD 5 mm optika	áno	
Videoprocessor -			
	úzkopásmové zobrazovanie je najnovšie technické riešenie, ktoré je možné kombinovať spolu so zväčšením obrazu pri endoskopii, osvetľuje objekt cez filtre účinnými výreznými červenou, zelenou a modrou	áno	
	zobrazovací systém - kompatibilný pre farbený CCD čip alebo CCD čip s rozlíšením HDTV (High Definition TV)	áno	
	Automatic Gain Control (AGC) - automatické riadenie jasnosti čipu - zvýšená citlivosť čipu pre snímání obrazu	áno	
	nastavenie veľkosti zobrazenia - veľkosti (Medium, Semi-Full, Full screen) + Zoom 1,2 alebo 1,5x	áno	
	nastavenie zväčšenia obrazu - OFF, 1, 2, 3 -mody	áno	Zoom 1,2 alebo 1,5x
	kontrast - 3 možnosti (N.H.L) Normal, High, Low	áno	OFF, 1, 2, 3 -mody
	nastavenie farbného odtieňa - R, B, Chroma min. +/- 8 krokov výstup	áno	+/- 8 krokov
	VBS composite, Y/C, YPbPr, RGB SD-SDI pro SDTV	áno	
	RGB, YPbPr a HD-SDI pro HDTV	áno	
	DVI pro FULL HDTV 1080p	áno	
	nastavenie bielej - tlačidlo na čelnom paneli	áno	HDTV 1080p
	kontrast obrazu - 3 stupne	áno	
	Iris Mode - potlačenie odleskov v obraze - celoplošné/miestne	áno	3 stupne
	zmrazenie obrazu - s funkciou permanentného uchovávaní 15 frames naspäť	áno	
	predvoľba nastavenia pacientských dát - s údajmi: číslo pacienta, dátum narodenia, vek, pohlavie, dátum záznamu, čas, číslo obrázku, videonastavenie, nastavenie zobrazovania, fyzická indikácia, možnosť ovládania nastavenia z endoskopu - min. 3 programovateľné tlačidlá	áno	15 frames
	identifikácia používaného endoskopu - typ endoskopu	áno	
	Archivácia obrázkov - slot pre prenosné pamäťové zariadenie	áno	3 tlačidlá
	kompresný formát uloženia snímkov TIFF - bez kompresie, JPEG 1/5, JPEG 1/10.	áno	
		áno	TIFF - bez kompresie, JPEG 1/5, JPEG 1/10.

Pamäťový backup systému - automaticky ukladá užívateľské nastavenia systému - white balance, Iris mode, enhancement, image	áno
Kamerová hlavica s 1,2x zväčšením - možnosť ovládania naprogramovaných funkcií kamery (zoom, snímkovanie, nastavenie bielej farby a iné)	áno
min. 3 programovateľné tlačidlá	3 tlačidlá
optický zoom	áno
hmotnosť tela hlavice max. 230 g.	230 g
zabudovaný autoklábovateľný svetlovodivý kábel	áno
Adaptér k napojeniu rigidnej optiky s celoplošným obrazom na možnosť jednoručného rotovania pracovnej časti v operačnom poli	áno
adaptér musí byť neoddeliteľná súčasť kamerovej hlavy, eyepiece typ autoklábovateľná	áno
HD 5 mm optika s flexibilným koncom - Endoskop integrovaný s kamerou a svetelným káblom v jednom nerozoberateľnom komplete	áno
Uhol pohľadu : 85°	85°
Smernosť pohľadu: priamy pohľad	priamy pohľad
hlbka ostrosti: 18mm – 100 mm	18mm – 100 mm

Priemer distálneho konca: 5,4 mm	áno
Pracovná dĺžka: 370 mm	370 mm
Rozsah angulácie flexibilnej časti: min.nahor 100°, dole 100°, doprava 100°, doľava 100°	áno
Čistenie/dezinfekcia: vodotesný, možné ponoriť do dezinfekčných roztokov vhodných k čisteniu a dezinfekcii endoskopických zariadení.	áno
	aj autoklábovateľný

Podpis, pečiatka

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 100
501 01 Banská Bystrica
IČO: 26532
www.radix.sk
10.10.2010

Verejný obstarávateľ:

Zdravotnícka technika, časť 14

Príloha č.súťažných podkladov: **Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia: Karbónová doska k stávajúcemu operačnému stolu zn. TRUMPF**

Množstvo: 1 ks.

Názov predmetu zákazky: Komplexná dodávka zdravotníckej techniky do FNsP Banská Bystrica

Typové označenie zariadenia: Karbónová operačná doska CARBON X-TRA 7500


Výrobcu zariadenia: TRUMPF Medizin systeme GmbH, Benzstrasse 26, 821 78 Puchheim, Nemecko

P. č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
1.	Jednodielna karbónová operačná doska k operačnému stolu zn. TRUMPF		
2.	Elektromotorická, vhodná pre kardiovaskulárne, ortopedické a traumatologické operácie pod 3D RTG	áno	Áno
3.	Plne transparentná RTG lúčom	áno	Áno
4.	Pozdĺžny posun: min. 450mm	áno	Áno/455mm
5.	Transverzálny posun: min. +/- 85 mm	áno	Áno/+/-85mm
6.	X-Ray area:	áno	Áno
7.	Hlavová časť: 1400mmx520mm		
8.	Nožná časť: 460mmx520mm	Áno	Áno/1400mmx520mm
9.	Transportný vozík	Áno	Áno/460x520mm
10.	Kompatibilita k stávajúcemu operačnému stolu zn. TRUMPF	áno	Áno

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača:

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:


RADOSŁAW BANIŚ
RADOSŁAW BANIŚ
RADOSŁAW BANIŚ

V Bratislave, dňa

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe č.: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia: **Karbónová operačná doska**, sú pravdivé.


Kontaktná osoba výrobcu pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Ing. Ľubomír MAGULA

- pracovné zaradenie u dodávateľa: konateľ spoločnosti

- telefónne číslo / e-mail: +421 2 555 681 02, lumag@nimag.sk

V Bratislave, dňa


nimag s.r.o.
Adresa BC II, Prevádzka 4/II
321 08 Bratislava
IČO: SK202194330

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu výrobcu ponúkaného zariadenia.....

Položka, názov	Požadovaná funkcia - parameter	Splnenie funkcie, parameter	Ponúkaná hodnota parameter
-------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------

Výrobca spoločnosť KARL STORZ, Nemecko

15. Prístroj na laparoskopickú extrakciu benígnych Sawalhe II supercut, UNIDRIVE® S III v počte 1 ks

	na laparoskopickú extrakciu benígnych tumorov,	áno	
	častočné alebo úplné odstránenie matrice:	áno	
	elektromechanický morcellátor	áno	
	držák s motorom a prírodným káblom, pištoľové držanie	áno	
	úchopové kliešte, rozoberateľné jedným gombíkom trojdiele 12 mm a 15 mm	áno	12 mm a 15 mm
	kanyla 12 mm a 15 mm	áno	12 mm a 15 mm
	obturátor 12 mm a 15 mm	áno	12 mm a 15 mm
	nôž 12 mm a 15 mm	áno	12 mm a 15 mm
	tesniaca zátka 12 mm a 15 mm	áno	12 mm a 15 mm
	pohonná jednotka:	áno	
	možnosť nastavenia požadovaných maximálnych otáčok	áno	
	procesorom ovládané otáčky a krútiaci moment	áno	
	integrovane prípojka pre ovládanie pumpy	áno	
	dva módy oscilačný pre gyn shaver, otáčavý pre morcellátor	áno	
	40 000 ot/min.	áno	40 000 ot/min.
	ovládaci pedál	áno	
	spray olej s difúzerom	áno	

RADIX
RADIX Bonis-Evija
Kremnicka 38

.....
podpis štatutárneho zástupcu

(meno, priezvisko, pečiatka a podpis)

Transportný ventilátor na umelú ventiláciu pľúc HAMILTON T1 (výrobca Hamilton Medical)

Doklad o plnení požiadaviek na technicko-medicínske a funkčné parametre zdravotníckej techniky

- transportný ventilátor pre použitie v urgentnej medicíne a na prevozoch pacientov – pri vnútro-nemocničných transportoch, ako aj v sanitných vozidlách, vrtuľníku alebo lietadle
spĺňa
- ventilátor umožňujúci invazívnu ako aj neinvazívnu ventiláciu dospelých a pediatrických pacientov – zadanie vekovej kategórie, pohlavia, IBW.
spĺňa
- prevádzka na batérie min. 5,5 hod, z palubného rozvodu 10 – 30,3V DC, zo siete 230V (prostredníctvom el. adaptéra)
spĺňa, min. 5,5 hod
- nezávislosť od stlačeného vzduchu, pripojenie na stlačený kyslík prostredníctvom nástavca pre kyslíkovú rýchlosť spojku.
spĺňa
- nastaviteľná koncentrácia O₂ v rozsahu min. 21% až 100% s krokováním 1%, maximálny prietok 210 l/min.
spĺňa, min. 21 % až 100 % s krokováním 1 %, max. pretok 210 l/min
- možnosť používania dýchacích okruhov pre opakované použitie ako aj jednorazových koax. okruhových v ochrannom návleku.
spĺňa
- prístroj umožňuje použitie v teplotnom rozsahu: min. -15° až 40° C pri vlhkosti min. 10% až 95 % (bez kondenzácie) do nadmorskej výšky min. 4000 m.
spĺňa, min. -15 až 40 °C pri vlhkosti 10 % až 95 %, do nadmorskej výšky min. 4000 m
- hmotnosť prístroja max 10 kg vrátane batérií.
spĺňa, 6,5 kg
- jednoduché uchytenie na lôžko ako aj na stenu vozidla/vrtuľníka/lietadla
spĺňa
- zobrazovanie aktuálnych parametrov nastavenia ventilátora a monitorovaných hodnôt na dotykovom farebnom displeji s uhlopriečkou min. 8" s možnosťou výberu zobrazenia monitorovaných údajov užívateľom vo viacerých prednastavených formách rozloženia, napr. tradičné krivky, slučky, dynamické pľúca, ventilačný status.
spĺňa, 8,4"
- softvérová verzia v štátnom jazyku a v rôznych iných jazykoch, návod na používanie v slovenskom jazyku.
spĺňa
- prítomnosť základných ventilačných režimov: tlakovo riadená ventilácia, objemovo riadená ventilácia, spontánny ventilačný režim s tlakovou podporou, neinvazívna ventilácia.
spĺňa
- kombinované ventilačné režimy: SIMV a PSIMV s tlakovou podporou, APRV, bilevel – DuoPAP/ BIPAP
spĺňa
- prítomnosť adaptívnych ventilačných režimov ako dynamických systémov akceptujúcich zmenu vlastností pľúcnej mechaniky počas umelej ventilácie pľúc, ktoré

zásadne limitujú poškodenie pľúc pacienta a zabezpečujú systém optimálnej ventilácie v čase s cieľom odvykania pacienta od umelej ventilácie pľúc od prvého momentu jeho napojenia na ventilátor.

spĺňa

- grafická vizualizácia pľúc – dynamicky vyobrazená podoba patientských pľúc na monitore ventilátora, v reálnom čase synchronne s aktuálnymi dychmi pacienta, interpretujúca zobrazenie objemu nádychu, elasticity pľúc, rezistencie a patientskej aktivity.

spĺňa

- kompenzácia endotracheálnej a tracheostomickej kanyly (TRC), zadržanie inspiria, manuálny dych, obohatenie O₂, vzdych, uzamknutie obrazovky, kľudový režim (STANDBY), denný/nočný displej, konfigurovateľný rýchly štart (min. 3 nastavenia).

spĺňa

- alarmovanie:

- respiračného objemu, max. času bez spontánnej dychovej aktivity, minútového objemu, tlaku, frekvencie, koncentrácie kyslíka, odpojenia a výpadku napájania. Vizualný svetelný alarm viditeľný v 360° horizontálnej rovine.

- zobrazovanie:

- ventilačných parametrov: tlaku, inspiračného a expiračného prietoku, objemu, času, pomeru I:E, plynov + vypočítaných parametrov (rezistencia, časové konštanty, compliance a iné), grafické zobrazenie kriviek v čase (prietok, objem, tlak), ventilačných slučiek (opcia) a zaznamenávanie trendov monitorovaných parametrov v rôznych časových intervaloch (opcia).

spĺňa

- ventilačný status:

- grafické zobrazenie závislosti pacienta na ventilátore v skupinách oxygenácia, eliminácia CO₂, aktivita pacienta.

- Možnosť nebulizačnej liečby.

- Možnosť doplnenia ďalšej funkcie

- Mainstream EtCO₂ – časová a objemová kapnografia umožňujúca získať informácie o tlakovej a percentuálnej hladine EtCO₂

- Sidestream EtCO₂

- Printscreen – uloženie snímky obrazovky na vonkajšie pamäťové médium.

spĺňa

- kompletne príslušenstvo k ventilátoru držiak pre uchytenie na stenu vozidla/vrtuľníka, posteľ, tlaková hadica k prívodu kyslíka s rýchlospojkou, kompletne jednorazové dýchacie okruhy.

spĺňa

- 8. MAJ 2013

Karol Jurovič ml., MBA
konateľ spoločnosti



RADIX s.r.o.
Krončianska 36
974 05 Banská Bystrica
IČO: 0615403
IČ DPH: SK000451653
tel.: 048/414 2902

Položka č. 17: Infúzny systém s dokovacou stanicou pre 5+1 expektačných lôžok

Opis technicko-medicínskych a funkčných parametrov ponúkaného zariadenia

Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica

Predmet zákazky: Komplexná dodávka zdravotníckej techniky a ostatného materiálneho dovybavenia do novozrekonštruovaných operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Množstvo: 6 systémov (jeden systém = 1 infúzna pumpa, 2 lineárne dávkovače, 1 dokovacia stanica)

17.1 Dokovacia stanica pri lôžku

Typové označenie zariadenia: Space Station s krytom Space Cover Comfort
Výrobca zariadenia: B. Braun Melsungen, AG

P. č.	Požadovaný technicko – medicínsky parameter - opis	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
	Dokovacia stanica pri lôžku:		
1.	Stanica na uchytienie minimálne 4 prístrojov (lineárnych dávkovačov, alebo infúzných púmp), ich napájanie a zároveň nabíjanie batérií tak, aby bol použitý iba jeden sieťový kábel.	áno/viď hodnoty	áno/ 4 prístroje
2.	Jednoduché vybratie ktoréhokoľvek prístroja (dávkovača, pumpy) bez nutnosti manipulácie s iným prístrojom umiestnenými v stanici a jeho umiestenie v stanici v ktorejkoľvek voľnej pozícii.	áno	áno
3.	Možnosť rozšírenia tejto dokovacej stanice až pre 24 prístrojov (dávkovačov, púmp) s použitím jedného sieťového kábla	áno/viď hodnoty	áno/ 24 prístrojov
4.	Vizuálne zobrazenie alarmov s rozlíšením ich závažnosti na viditeľnom mieste priamo na dokovacej stanici a centrálne nastavenie hlasitosti alarmu na dokovacej stanici	áno	áno
5.	Možnosť rozšírenia o napojenie do lokálnej počítačovej siete pomocou kábla aj bezdrátovo (WiFi), prenos informácií o stave a činnosti v nej zapojených prístrojov do NIS (nemocničný informačný systém) a zobrazenie týchto informácií v PC zapojenom do nemocničného LAN	áno	áno

6.	Odnímateľný držiak s možnosťou uchytenia na infúzny stojan, euriolštu, vodorovnú tyč.	áno	áno
7.	Integrovaný systém na tele dokovacej stanice na uchytenie infúzných hadičiek smerujúcich k pacientovi a to na oboch stranách	áno	áno

17.2 Infúzna pumpa

Typové označenie zariadenia: Infusomat Space
Výrobca zariadenia: B. Braun Melsungen, AG

P. č.	Požadovaný technicko – medicínsky parameter - opis	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
Infúzna pumpa:			
1.	Prístroj použiteľný v dokovacej stanici so spoločným elektrickým napájaním a centrálnym alarmom	áno	áno
2.	Princíp funkcie pumpy - lineárny peristaltický mechanizmus	áno	áno
3.	Presnosť dávkovania: $\pm 5\%$	áno/vid' hodnoty	áno/ $\pm 5\%$
4.	Prednastavenie objemu: 0,1 – 9999 ml	áno/vid' hodnoty	áno/ 0,1 – 9999 ml
5.	Prednastavenie času: 1 min – 99 hod 59 min	áno/vid' hodnoty	áno/ 1 min – 99 hod 59 min
6.	Rozsah rýchlosti dávkovania: 0,1 – 1200 ml/hod	áno/vid' hodnoty	áno/ 0,1 – 1200 ml/hod
7.	Nastavenie rýchlosti a objemu/času	áno	áno
8.	Možnosť použitia režimu PCA – pacientom kontrolovaná analgézia	áno	áno
9.	Možnosť rozšírenia softvéru o režim TCI (target controlled infusion) – algoritmom riadené podávanie Propofolu a Remifentanilu	áno	áno
10.	Možnosť rozšírenia o integráciu algoritmu na kontrolu glykémie – podporný systém rozhodovania pre dávkovanie inzulinu s cieľom dosiahnutia a udržiavania požadovanej hladiny glykémie u pacienta.	áno	áno
11.	S pomocou príslušenstva možnosť použitia v prostredí MRI	áno	áno
12.	Možnosť podávania enterálnej výživy a transfúzie, v ponuke dodávateľa aj príslušné súpravy	áno	áno
13.	Výpočet rýchlosti dávky v mg, μg , mmol, IE/IU v závislosti na hmotnosti pacienta/čase	áno	áno
14.	Rýchlosť bolusu nastaviteľná v rozsahu 1 – 1200 ml/hod.	áno/vid' hodnoty	áno/ 1 – 1200 ml/hod.
15.	Bolus manuálny a aj s prednastavením objemu/času bolusu	áno	áno

16.	Alarmy - vizuálne a zvukové, s reguláciou hlasitosti zvukového alarmu, textové hlásenie príčiny alarmu:		áno	áno
16.1	- detekcia vloženia a správnosti vloženia infúzneho setu		áno	áno
16.2	- alarm zle zatvorených dvierok		áno	áno
16.3	- alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah (ak je užívateľom nastavený)		áno	áno
16.4	- meranie tlaku a alarm pri prekročení nastavenej hranice oklúzneho tlaku		áno	áno
16.5	- automatické odberanie naakumulovaného bolusu pri tlakovom alarme do infúzneho kontajnera		áno	áno
16.6	- signalizácia pred ukončením podávania infúzie (nastaviteľný interval)		áno	áno
16.7	- signalizácia konca podávania infúzie		áno	áno
16.8	- predalarm vybitia akumulátora a signalizácia vybitého akumulátora		áno	áno
16.9	- dlhšia nečinnosť zapnutého prístroja		áno	áno
16.10	- ukončenie Stand-by		áno	áno
16.11	- vnútorná porucha prístroja		áno	áno
17.	Programové nastavenie profilu priebehu dávkovania – nábeh a pokles, opakovaný bolus, automatická zmena rýchlosti		áno	áno
18.	Možnosť zadať zoznam minimálne 700 liekov, obsahujúcich názov, koncentráciu, rýchlosť podávania a rýchlosť dávky vrátane hard a soft limitov, nastavenie bolusu, s možnosťou zaradenia liekov do minimálne 14 kategórií	áno/vid' hodnoty	áno/ 720 liekov, 15 kategórií	áno
19.	Možnosť zobrazenia názvu oddelenia, resp. identifikácie prístroja podľa zadania používateľa	áno	áno	áno
20.	Možnosť softwarovo zablokovať prístroj proti neautorizovanému ovládaniu pomocou PIN kódu	áno	áno	áno
21.	Čitateľný displej s jednoznačným zobrazením hodnôt a navolenej funkcie, zobrazenie názvu podávaného lieku, podaného a zostávajúceho objemu infúzie, zostávajúceho času podávania infúzie, napájanie a stavu nabitia akumulátora, aktuálny stav tlaku v infúznej linke	áno	áno	áno
22.	Nastavenie úrovne osvetlenia displeja a kontrastu	áno	áno	áno
23.	Aktívne podsvietené každé tlačidlo samostatne s možnosťou regulácie intenzity podsvietenia	áno	áno	áno
24.	Automatické zasvorkovanie setu pri otvorení dvierok (prevencia samovoľnému tečeniu)	áno	áno	áno
25.	Režim Stand-by nastaviteľný až na 24 hod. s krokom 1 min.	áno/vid' hodnoty	áno/ 24 hod. s krokom 1 min. áno/ 4 hodiny	áno
26.	Napájanie 230V / 50 Hz, akumulátor s kapacitou na cca 4 hodiny prevádzky, automatické dobíjanie akumulátora pri pripojení do elektrickej siete	áno/vid' hodnoty	áno/ 24 hod. s krokom 1 min. áno/ 4 hodiny	áno
27.	Automatický program údržby batérie (úplné vybitie a nabitie) s nastaviteľným časovým intervalom	áno	áno	áno
28.	Možnosť vzájomného uchytenia až troch pump do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu bez použitia prídatného príslušenstva	áno	áno	áno
29.	Hmotnosť do 1,5 kg vrátane akumulátora	áno/vid' hodnoty	áno/ 1,4 kg	áno
30.	História udalostí – pamäť na min. 900 posledných operácií pumpy s registráciou dátumu a času	áno	áno	áno
31.	Nemožnosť úplne vypnúť prístroj v prípade, že je vložená súprava	áno	áno	áno
32.	Software v slovenskom jazyku	áno	áno	áno

17.3 Lineárny dávkovač

Typové označenie zariadenia: Perfusor Space
Výrobca zariadenia: B. Braun Melsungen, AG

P. č.	Požadovaný technicko – medicínsky parameter - opis	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
	Lineárny dávkovač:		
1.	Pristroj použiteľný v dokovacej stanici so spoločným elektrickým napájaním a centrálnym alarmom	áno	áno
2.	Presné dávkovanie malých objemov pomocou jednorázových striekačiek bežne používaných objemov - 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml od rôznych výrobcov	áno/vid' hodnoty	áno/ 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml od rôznych výrobcov
3.	Automatické uchytienie piesta striekačky čel'ust'ami pumpy	áno	áno
4.	Presnosť dávkovania: $\pm 2\%$	áno/vid' hodnoty	áno/ $\pm 2\%$
5.	Prednastavenie objemu: 0,1 – 9999 ml	áno/vid' hodnoty	áno/ 0,1 – 9999 ml
6.	Prednastavenie času: 1 min – 99 hod 59 min	áno/vid' hodnoty	áno/ 1 min – 99 hod 59 min
7.	Rozsah dávkovania: 0,01 – 999,9 ml/hod	áno/vid' hodnoty	áno/ 0,01 – 999,9 ml/hod
8.	Nastavenie rýchlosti a objemu/času	áno	áno
9.	Nastavenie oklúzneho tlaku v min. 8 stupňoch	áno/vid' hodnoty	áno/ 9 stupňov
10.	Možnosť použitia režimu PCA – pacientom kontrolovaná analgézia	áno	áno
11.	Možnosť rozšírenia softvéru o režim TCI (target controlled infusion) – algoritmom riadené podávanie Propofolu a Remifentanilu	áno	áno
12.	Možnosť rozšírenia o integráciu algoritmu na kontrolu glykémie – podporný systém rozhodovania pre dávkovanie inzulínu s cieľom dosiahnutia a udržiavania požadovanej hladiny glykémie u pacienta	áno	áno
13.	S pomocou príslušenstva možnosť použitia v prostredí MRI	áno	áno
14.	Výpočet rýchlosti dávky v mg, µg, mmol, IE v závislosti na hmotnosti pacienta/čase	áno	áno
15.	Rýchlosť bolusu nastaviteľná v rozsahu 1 – 1800 ml/hod s možnosťou prednastavenia rôznych rýchlostí pre jednotlivé veľkosti objemov injekčných striekačiek	áno/vid' hodnoty	áno/ 1 – 1800 ml/hod
16.	Bolus manuálny aj automatický s prednastavením objemu/času bolusu	áno	áno

17.	Alarmy – vizuálne a zvukové, regulácia hlasitosti zvukového alarmu, textové hlásenie príčiny alarmu:		
17.1	- detekcia vloženia a správnosti vloženia injekčnej striekačky	áno	áno
17.2	- meranie tlaku a alarm pri prekročení nastavenej hranice oklúzneho tlaku	áno	áno
17.3	- automatické odbúranie naakumulovaného bolusu pri tlakovom alarme do striekačky	áno	áno
17.4	- alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah (ak je užívateľom nastavený)	áno	áno
17.5	- signalizácia pred ukončením podávania infúzie (nastaviteľný interval)	áno	áno
17.6	- signalizácia ukončenia podávania infúzie (prázdna striekačka)	áno	áno
17.7	- signalizácia ukončenia podávania prednastaveného objemu	áno	áno
17.8	- predalarm vybitia akumulátora a signalizácia vybitého akumulátora	áno	áno
17.9	- dlhšia nečinnosť zapnutého prístroja	áno	áno
17.10	- ukončenie Stand-by	áno	áno
17.11	- vnútorná porucha prístroja	áno	áno
18.	Možnosť zadať zoznam až 700 liekov, obsahujúcich názov, koncentráciu, rýchlosť podávania a rýchlosť dávky vrátane hard a soft limitov, nastavenie bolusu, s možnosťou zaradenia liekov do minimálne 14 kategórií	áno/vid' hodnoty	áno/ 720 liekov, 15 kategórií
19.	História udalostí – pamäť na min. 900 posledných operácií pumpy s registráciou dátumu a času	áno/vid' hodnoty	áno/ 1000 operácií
20.	Možnosť softvérového zablokovať prístroj proti neautorizovanému ovládaniu pomocou PIN kódu	áno	áno
21.	Čitateľný displej s jednoznačným zobrazením hodnôt a navolenej funkcie, zobrazenie názvu podávaného lieku, podaný a zostávajúci objem infúzie, zostávajúceho času podávania infúzie, napájanie a stav nabitia akumulátora, aktuálny stav tlaku v linke	áno	áno
22.	Nastavenie úrovne osvetlenia displeja a kontrastu	áno	áno
23.	Aktívne podsvietené každé tlačidlo samostatne s možnosťou regulácie intenzity podsvietenia	áno	áno
24.	Nemožnosť úplne vypnúť prístroj v prípade, že je vložená striekačka	áno	áno
25.	Akumulátor s kapacitou na cca 8 hodín prevádzky, automatické dobíjanie akumulátora pri pripojení do napájacej siete	áno/vid' hodnoty	áno/ 8 hodín
26.	Automatický program údržby batérie (úplné vybitie a nabitie) s nastaviteľným časovým intervalom	áno	áno
27.	Možnosť vzájomného uchytenia až troch pump do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu bez použitia prídavného príslušenstva	áno	áno
28.	Hmotnosť do 1,5 kg vrátane akumulátora		
29.	Režim Stand-by nastaviteľný až na 24 hod. s krokom 1 min.	áno/vid' hodnoty	áno/ 1,4 kg
30.	Software v slovenskom jazyku	áno/vid' hodnoty	áno/ 24 hod. s krokom 1 min.
		áno	áno

V Banskej Bystrici, dňa

Uchádzač:


RADIX spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica


RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36

Podpis zodpovednej osoby:

Subdodávateľ:

B. Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava


B. Braun Medical s.r.o.
Handlovská 19
851 01 Bratislava
IČO: 31890744
IČ DPH: SK22071999
Bc. J. Lukeš

Podpis zodpovednej osoby:

PharmDr. Jiří Lukeš
konateľ spoločnosti

OPIS

Položka č.: 18

Názov položky: Vozík anesteziologický

Názov (typ) zariadenia: AURION CP/ANE

Výrobca zariadenia: LINET, s.r.o. Želevčice, Česká republika

Požadovaný parameter		Splňa
korpus vozíka z jedného kusu - materiál Baydur, umývateľný vodou (100 st.), odolný voči riedeným kyselinám, riedidlám		áno
5 zásuviek s možnosťou centrálného uzamknutia		áno
plastový nadstavec s min. 10 boxami pre ihly, striekačky		áno / 10 boxov
infúzný stojan integrovaný do korpusu		áno
2 prieťahladné výklopné boxy v korpuse		áno
zásuvka na lieky s oceľovou miskou		áno
otvárač ampuliek		áno
predná otvorená polička na gél		áno
kontajner na použité ihly (kontajner na použitú buničinu)		áno
zásuvka na nebezpečné látky		áno
doska na písanie		áno
držiak na fľaše		áno
kôš na odpadky s vekom		áno
držiak na kyslíkovú fľašu		áno
držiak na katétre		áno
2 háčiky na príslušenstvo		áno
kolieska 4 x 125 mm, min. 2 brzdén, 1 antistatické		áno

7

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.

Šenkvičná cesta 14/K

902 01 Pezinok

ICO: 34 140 328 IČ DPH: SK2020381818

tel./fax: 033/ 640 2108

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36

Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 19

Názov položky: Vozík resuscitačný

Názov (typ) zariadenia: AURION CP/EM4

Výrobca zariadenia: LINET, s.r.o. Želevčice, Česká republika

Požadovaný parameter		Spĺňa
korpus vozíku z jedného kusu - materiál Baydur, umývateľný vodou (100 st.), odolný voči riedeným kyselinám, riedidlám		áno
5 zásuviek s možnosťou centrálného uzamknutia		áno
infúzny stojan integrovaný do korpusu		áno
otočná políčka na defibrilátor/monitor s možnosťou aretácie - nosnosť min. 15 kg		áno
elektrické zásuvky, min. 2 ks (vrátane káblu a zástrčky)		áno / 15 kg
držiak odsávacej pumpy – nosnosť min. 10 kg		áno
resuscitačná podložka		áno / 10 kg
2 priehľadné výklopné boxy v korpuse		áno
zásuvka na lieky s ocelovou miskou		áno
otvárač ampuliek		áno
predná otvorená políčka na gél		áno
kontajner na použité ihly (kontajner na použitú buničinu)		áno
zásuvka na nebezpečné látky		áno
doska na písanie		áno
držiak na fľaše		áno
kôš na odpadky s vekom		áno
držiak na kyslíkovú fľašu		áno
držiak na katétre		áno
2 háčiky na príslušenstvo		áno
kolieska 4 x 125 mm, min. 2 brzdené, 1 antistatické		áno
		áno

2

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.

Šenkvičná cesta 14/K

902 01 Pezinok

ICO:34 140 330 IČ DPH: SK2020361019

tel./fax: 033/ 640 2103

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

RADIX s.r.o.

RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36

Podpis/Pečiatka:

Položka, názov	Požadovaná funkcia - parameter	Splnenie funkcie, parameter	Ponúkaná hodnota parametra
----------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Výrobca spoločnosť ALFAMEDIC, Česko

20. Vyhrievací systém na ohrev roztokov s 1 miskou VMO-06 v.11 v počte 8 ks

Napájanie: 230V/50 Hz	áno	230V/50 Hz
Príkon: max 1200 W	áno	1200 W
Hmotnosť: cca 12 kg, bez náplne	áno	12 kg, bez náplne
Ohrev: plynule v rozsahu 30 – 90°C	áno	plynule v rozsahu 30 – 90°C
Presnosť: ± 1°C	áno	± 1°C
Kapacita: 4 l	áno	4 l
Signalizácia: opticky	áno	opticky
Nastav. výška: 80 x 120 cm	áno	80 x 120 cm
	áno	

21. Lehátko transportné s hydraulicky nastaviteľnou výškou a ložnou plochou EMERGO 750/2075 v počte 2 ks

Výrobca spoločnosť MERIVAARA, Fínsko

matracová základňa 2 dielna	áno	2 dielna
nárazníky	áno	
hydraulický zdvih 535 – 905 mm, chrbtový segment nastaviteľný plynovými pružinami	áno	zdvih 535 – 905 mm
kolieska Ø 150 mm s centrálnou brzdou	áno	Ø 150 mm
plastový kryt podvozku	áno	
hygienický matrac 50 mm, antistatický	áno	50 mm
bočnice sklopné bez vyklápania do strán	áno	
čelo na tlačenie	áno	

22. Ideálka 2-001 - inštrumentačný stolík v počte 15 ks

Výrobca spoločnosť ALVO, Poľsko

výška nastaviteľná hydraulicky nožným pedálom	áno	
doska stolíka otočná horizontálne 360°	áno	360°
podvozok tvaru T, 3 - samostatné kolieska s brzdou Ø cca 80 mm	áno	s brzdou Ø 80 mm
nosnosť 15 kg	áno	15 kg
rozmery dosky cca 740 x 480 mm, zdvih cca 960/1370 mm	áno	rozmery dosky 740 x 480 mm, zdvih 960/1370 mm

Položka, názov	Požadovaná funkcia - parameter	Splnenie funkcie, parameter	Ponúkaná hodnota parametra
----------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------

23. Vozík pre inštrumentárky N166 SB + pr v počte 8 ks

Výrobca spoločnosť INSAUSTI, Španielsko

	pojazdný, dve kolieska s brzdami	áno	
	s dvomi radmi šuplíkov, počet x výška: 2 x 5 cm, 2 x 10 cm, 4 x 20 cm, farba modrá	áno	
	výška cca 980 mm, antikorová vrchná doska	áno	980 mm
	držák príslušenstva 25(R7N.R7N)	áno	
	box na chir.šicí materiál 35x	áno	
	delenie šuplíka 5 cm 12 priehradok; 1 x	áno	5 cm
	delenie šuplíka 10 cm 4 priehradky rovnaké; 1x	áno	10 cm
	delenie šuplíka 10 cm 4 priehradky 3 menšie jedna väčšia; 1x	áno	10 cm
	delenie šuplíka 20 cm 3 priehradky rovnaké; 2x	áno	20 cm

24. Vozík nástrojový pomocný 2-201-3

Výrobca spoločnosť ALVO, Poľsko

	pevná vrchná polica	áno	
	manipulačné madlo na kratšej strane	áno	
	4 kolieska Ø cca 100 mm, dve brzdové, s plastovými ochrannými krytmi	áno	Ø 100 mm
	rozmery cca 1 115 x 720 x 880, cca 1 000 x 650 mm polica	áno	rozmery 1 115 x 720 x 880, 1 000 x 650 mm polica

25. Vozík na triedenie odpadu na dve vrecia s modrým a červeným vrchnákom 2-103-3 v počte 42 ks

Výrobca spoločnosť ALVO, Poľsko

	na dve vrecia, so špeciálnymi klipmi	áno	
	s vekami ovládanými nožným pedálom	áno	
	kolieska Ø cca 50 mm, dve s brzdami	áno	Ø 50 mm
	rozmery 820 x 440 x 1 050 mm, na 120 l	áno	rozmery 820 x 440 x 1 050 mm, na 120 l

Položka, názov	Požadovaná funkcia - parameter	Splnenie funkcie, parameter	Ponúkaná hodnota parametra
-------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------

26. Vozík na triedenie odpadu na jedno vrece s modrým vrchnákom 2-101-4 v počte 32 ks
Výrobca spoločnosť ALVO, Poľsko

	na jedno vrece, so špeciálnymi klipmi	áno	
	s vekom ovládaným nožným pedálom	áno	
	kolieska Ø cca 50 mm, dve s brzdami	áno	Ø 50 mm
	rozmery 415 x 440 x 1050 mm, na 120 l	áno	rozmery 415 x 440 x 1050 mm, na 120 l

27. Medicínska stolička s nastavením výšky a s operadlom dental CHKV
Výrobca spoločnosť KOVONAX, Česko

	koženka modrá	áno	
	výška sedadla cca 50 – 65 cm	áno	51 – 64 cm

28. Stolička na kolieskach s mechanickým nastavením výšky bez operadla Form K
Výrobca spoločnosť KOVONAX, Česko

	koženka modrá	áno	
	výška sedadla cca 50 – 65 cm	áno	49 – 62 cm

29. Úložný systém na mobile koše dvojstranný s 8 nerezovými košími 2-180,2-152 počte 10 ks
Výrobca spoločnosť ALVO, Poľsko

	zavesenie košov, políc a závesov	áno	
	16 párov hákov, po 8 na každej strane	áno	
	dve manévrovacie madlá	áno	
	kolieska Ø cca 80 mm, dve s brzdami	áno	Ø 80 mm
	rozmery cca 530 x 600 x 1 500 mm	áno	rozmery 530 x 600 x 1 500 mm
	8 nerezových košov: cca 580 x 285 x 260 mm	áno	580 x 285 x 260 mm

Položka, názov	Požadovaná funkcia - parameter	Splnenie funkcie, parameter	Ponúkaná hodnota parametra
-------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------

30. Uložný systém na mobile koše jednostranný s 3 nerezovými košmi 035 + koše v počte 2 ks
Výrobca spoločnosť JIVA, Česko

	nerezový, jednostranný	áno	
	na koše a police	áno	
	4 kolieska, dve brzdené	áno	
	rozmery cca 645 x 600 x 1480 mm	áno	rozmery cca 645 x 605 x 1478 mm
	3 nerezové koše	áno	


RADIX s.r.o.
RADIX s.r.o. Bratislava
Kremnická 35

.....
podpis štatutárneho zástupcu
(meno, priezvisko, pečiatka a podpis)

OPIS

Položka č.: 31

Názov položky:

Skrinky šatňové na biele prádlo + topánky 4-sekciové + rám na nožičkách

Názov (typ) zariadenia: SUM 341

Výrobca zariadenia: AKD s.r.o., Česká 1715/33, 924 01 Galanta

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery skrinky: 300 x 500 x 2 200		áno / 300x500x2200
cylindrický zámok		áno
modré		áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

BASCO SK s.r.o.
Šenkvičná cesta 14/K
902 01 Pezinok
IČO: 34 140 220 IČ DPH: SK2020361018
tel./fax: 033/ 640 2108

RADIX s.r.o.
Kremnička 36
Banská Bystrica

Podpis/Pečiatka:

Podpis/Pečiatka:

Položka, názov	Požadovaná funkcia - parameter	Splnenie funkcie, parameter	Ponúkaná hodnota parametera
----------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

32. Pojazdný 6-polícový regál na operačnú obuv v počte Ram2 13 ks

Výrobca spoločnosť Ing. Stanislav Mader, Česko

	pojazdný rám je zhotovený z nerezovej ocele.	áno	
	rám opatrený kolieskami Ø cca 75 mm, dve sú z brzdami.	áno	Ø 75 mm
	na ráme je zavesených šesť drôtených modulových políc.	áno	
	police je možné nahradiť košíkmi hĺbky 10 cm	áno	10 cm
	rozmery rámu: cca 55 x 50 x 180 cm	áno	rozmery rámu: 56 x 51 x 180 cm
	polica je prispôbena pre uloženie až troch párov operačných prezuviek.	áno	

RADIX s.r.o.
RADIX Banňa Bystrica
Kremnická 36

.....
podpis štatutárneho zástupcu

(meno, priezvisko, pečiatka a podpis)

OPIS

Položka č.: 33

Názov položky: Vozík na zvoz použitého materiálu

Názov (typ) zariadenia: MAN NEMO 80

Výrobca zariadenia: LINET, s.r.o., Želevčice 5, 274 01 Slaný

Požadovaný parameter	Spĺňa
chrómová konštrukcia	
2 x plastové veko na 120 l vrecka	áno
2 x vyberateľná plastová vaňa	áno
1 x polica - mriežka na spodnej strane vozíka	áno
koleska 4 x cca 125 mm	áno
rozmer cca 150 x 50 x 110 cm	áno / 125 mm
	áno / 150 x 53 x 111 cm

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.
Šenkvičná cesta 14/K
902 01 Pezinok
ICO: 34 140 223 IČ DPH: SK2020361618
tel./fax: 033/ 640 2108

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36

Podpis/Pečiatka:

Položka, názov	Požadovaná funkcia - parameter	Spĺnenie funkcie, parameter	Ponúkaná hodnota parametra
----------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------

34. Systém nástenný úložný pre sálový odev 443B 1404

Výrobca spoločnosť JIVA, Česko

	antikorové prevedenie	áno	
	nosná konštrukcia je z uzavretých profilov cca 30 x 30 mm	áno	30 x 30 mm
	police z 1 mm antikorového plechu	áno	
	nožičky výškovo nastaviteľné o cca 20 mm	áno	20 mm
	nosnosť od 60 do 120 kg podľa dĺžky police	áno	100 kg

35. Skrinka čiastočne presklená uzamykateľná na lieky v počte 2-271-5 3 ks

	skrinka s vrchnou časťou presklenou	áno	
	posuvné dvierka so zámkom a madlom	áno	
	vo vrchnej časti 4 prestaviteľné police	áno	
	v spodnej časti jedna pevná polica	áno	
	cca 140 mm nožky	áno	140 mm
	rozmery cca 1 000 x 580 x 2000 mm	áno	rozmery 1 000 x 580 x 2000 mm

36. Skriňa policová prachotesná v počte Z 624-024 4 ks

Výrobca spoločnosť JIVA, Česko

	skriňa pre ukladanie kontajnerov so sterilným materiálom	áno	
	antikorová, jaklové prevedenie s opláštením	áno	
	jednokrídlové zamykateľné dvere	áno	
	6 výsuvných políc	áno	
	rozmery cca 740 x 700 x 2120 mm	áno	rozmery 740 x 700 x 2126 mm

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremľácko, 380 01

podpis štatutárneho zástupcu

(meno, priezvisko, pečiatka a podpis)

OPIS

Položka č.: 37

Názov položky: Panel sprchový s dezinfekciou


Názov (typ) zariadenia: Panel sprchový CSO

Výrobca zariadenia: CSO Ostrava, Blanická 170/1, 724 00 Ostrava-Stará Bělá

Požadovaný parameter	Spĺňa
k umývaniu pacientov na sprchovacích lôžkach, invalidných vozíkoch	áno
miešanie dezinfekčných roztokov pre dezinfekciu lôžok, vozíkov	áno
nerezové prevedenie	áno
prívod studenej vody	áno
prívod teplej vody (max. 60 st.)	áno
500 x 300 x 400	áno / max 60 st.
	áno / 500x300x400

Subdodávateľ:


BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300



Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 38

Názov položky: Pistol tlaková umývací

Názov (typ) zariadenia: Nerezový nábytok

Výrobca zariadenia: Sezame Product, s.r.o., Šalounova 446/59, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Požadovaný parameter		Spĺňa
nerezová		áno
dĺžka hadice min. 2 m		áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.

Šenkvičná cesta 14/K

902 01 Pezinok

IČO: 34-140-228, IČ DPH: SK2020361018

tel./fax: 033/ 640 2108

Podpis/Pečiatka:
.....

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36

Podpis/Pečiatka:
.....

OPIS

Položka č.: 39

Názov položky: Regál, 7x polica


Názov (typ) zariadenia: RMM303

Výrobca zariadenia: AKD s.r.o., Česká 1715/33, 924 01 Galanta

Požadovaný parameter	Spĺňa
počet políc: 7	áno / 7
rozmery: 900 x 500 x 2 400	áno / 900x500x2400
nosnosť: min. 250 kg	áno / 250 kg
kovové regály s plechovými policami	áno
lakovaná konštrukcia	áno

Subdodávateľ:


BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300



Podpis/Pečiatka:
tel./fax: 0331 840 3108

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 40

Názov položky: Regál, 6x polica


Názov (typ) zariadenia: RMM301

Výrobca zariadenia: AKD s.r.o., Česká 1715/33, 924 01 Galanta

Požadovaný parameter	Spĺňa
počet políc: 6	áno / 6
rozmery: 900 x 600 x 2 700	áno / 900x600x2700
nosnosť: min. 375 kg	áno / 375 kg
kovové regály s plechovými policami	áno
lakovaná konštrukcia	áno

Subdodávateľ:


BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300



Podpis/Pečiatka:
IČO: 34 140 349 IČ DPH: SK2020351619
tel./fax: 093/ 640 2108

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 41

Názov položky: Regál s nastaviteľnou výškou políc, 5 x polica, celonerezový


Názov (typ) zariadenia: Nerezový nábytok, PZ301

Výrobca zariadenia: Zuzana Barusová – TEARS, Podjavorinskej 17, 942 01 Šurany

Požadovaný parameter		Spĺňa
počet políc: 5		áno / 5
rozmery: 1500x600x1800		áno / 1500x600x1800
materiál: celonerezový		áno

Subdodávateľ:


BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300



Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 42

Názov položky: Regál skladový, 4x polica, celonerezový


Názov (typ) zariadenia: Nerezový nábytok, PZ301

Výrobca zariadenia: Zuzana Barusová – TEARS, Podjavorinskej 17, 942 01 Šurany

Požadovaný parameter	Spĺňa
počet políc: 4	áno / 4
rozmery: 1000x600x1800	áno / 1000x600x1800
materiál: celonerezový	áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300



Podpis/Pečiatka:
tel./fax: 033/ 840 2108

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 43


Názov položky: Skrinka nástenná uzatvorená s jednou policou NR

Názov (typ) zariadenia: Nerezový nábytok, NS402

Výrobca zariadenia: Zuzana Barusová – TEARS, Podjavorínskej 17, 942 01 Šurany

Požadovaný parameter	Spĺňa
rozmery: cca 1 200 x 350 x 600	áno / 1200x350x600
materiál: nerez	áno

Subdodávateľ:
 BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
 Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300



Podpis/Pečiatka:
 tel./fax: 0337 840 2108

Uchádzač:
 V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
 R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
 Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 44

Názov položky: Vozík nemocničný, 2-podlažný, nerez

Názov (typ) zariadenia: Nerezový nábytok, VO703

Výrobca zariadenia: Zuzana Barusová – TEARS, Podjavorinskej 17, 942 01 Šurany

Požadovaný parameter	Spĺňa
rozmery: cca 900 x 600 x 950	áno / 900 x 600 x 950
materiál: nerez	áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.
Šenkvičná cesta 14/K
902 01 Pezinok
IČO: 34 140 330 IČ DPH: SK2020361618
Tel./fax: 033/ 640 2408

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36

Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 45

Názov položky: Vozík regálový, skriňový s pevnými vsunmi


Názov (typ) zariadenia: Nerezový nábytok, PZ306-atyp

Výrobca zariadenia: Zuzana Barusová – TEARS, Podjavorinskej 17, 942 01 Šurany

Požadovaný parameter		Splňa
rozmery: cca 1015 x 650 x 1420		áno / 1015x650x1420

Subdodávateľ:


BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300



Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

Položka, názov	Požadovaná funkcia - parameter	Spĺnenie funkcie, parameter	Ponúkaná hodnota parametra
----------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------

46. Vozík manipulačný pre kontajnery PV 104 v počte 1 ks

Výrobca spoločnosť JIVA, Česko

	antikorový, jaklová konštrukcia pevne spojená zo spodnou policou a 4 hornými policami	áno	
	police sú vystužené jaklami	áno	
	otočné kolieska, dve brzdené	áno	
	rozmery cca 770 × 650 × 1 470 mm	áno	rozmery 770 × 650 × 1 474 mm

47. Vozík prípravný pre kontajnery na centrálnu sterilizáciu PV 116A v počte 1 ks


Výrobca spoločnosť JIVA, Česko

	antikorový, jaklová konštrukcia pevne spojená vodítkami vsuvov spodnou policou a hornou policou	áno	
	4 otočné kolieska, dve brzdené	áno	
	rozmery cca 680 × 500 × 800 mm	áno	rozmery 685 × 500 × 801 mm

48. Vozík prípravný pre kontajnery na centrálnu sterilizáciu so spodnou a hornou doskou PV 116B v počte 1 ks

Výrobca spoločnosť JIVA, Česko

	antikorový, jaklová konštrukcia pevne spojená vodítkami vsuvov spodnou policou a hornou policou	áno	
	4 otočné kolieska, dve brzdené	áno	
	rozmery cca 680 × 680 × 800 mm	áno	rozmery 685 × 685 × 801 mm


RADIX s.r.o.
 RADIX Banská Bystrica
 Kremnická 36

.....
 podpis štatutárneho zástupcu
 (meno, priezvisko, pečiatka a podpis)

OPIS

Položka č.: 49

Názov položky: Vozík regálový s prestaviteľnými vsunmi pre centrálnu sterilizáciu


Názov (typ) zariadenia: Nerezový nábytok, PZ306

Výrobca zariadenia: Zuzana Barusová – TEARS, Podjavorinskej 17, 942 01 Šurany

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: cca 1 400 x 650 x 1 900		áno / 1400x650x1900

Subdodávateľ:


BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300



Podpis/Pečiatka:
IČO: 34 140 328 IČ DPH: SK2020381018
Tax: 0381 640-2108

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 50

Názov položky: Vozík regálový, skriňový, uzamykatelný s prestaviteľnými vusnmi (rozmery cca 1100x710x1420)

Názov (typ) zariadenia: Nerezový nábytok, PZ306-atyp

Výrobca zariadenia: Zuzana Barusová – TEARS, Podjavorinskej 17, 942 01 Šurany

Požadovaný parameter	Spĺňa
rozmery: cca 1 100 x 710 x 1 420	áno / 1100x710x1420

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.
Šenkvičná cesta 14/K
902 01 Pezinok
IČO: 34 140 228 IČ DPH: SK2020361618
tel./fax: 033/ 640 2108

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36

Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 51

Názov položky: Vozík regálový, skriňový, uzamykatelný s prestaviteľnými vusnmi (rozmery cca 1320x710x1120)

Názov (typ) zariadenia: Nerezový nábytok, PZ306-atyp

Výrobca zariadenia: Zuzana Barusová – TEARS, Podjavorinskej 17, 942 01 Šurany

Požadovaný parameter	Spĺňa
rozmery: cca 1 320 x 710 x 1 120	áno / 1320x710x1120

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.
Šenkvičná cesta 14/K
902 01 Pezinok
IČO:34 140 320 IČ DPH: SK2020361818
Tel./fax: 033/ 840 2108

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36

Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 52

Názov položky: Pracovný stôl 140, 2x prechodka, kovová podnož


Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: 1 400 x 700 x 750		áno / 1400x700x750

Subdodávateľ:


BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300



Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 53

Názov položky: Pracovný stôl 160, 2x prechodka, kovová podnož

Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: 1 600 x 700 x 750		áno / 1600x700x750

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.
Šenkvičná cesta 14/K
902 01 Pezinok
IČO: 34 140 398 IČ DPH: SK2020361618
tel./fax: 033/ 840 2108

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36

Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 54

Názov položky: Pracovný stôl 80, 1x prechodka, kovová podnož


Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: 800 x 700 x 750		áno / 800x700x750

Subdodávateľ:


BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300



Podpis/Pečiatka:
tel./fax: 0337 840 2168

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 55

Názov položky: Pracovný stôl s galerkou, obojstranný, nerez


Názov (typ) zariadenia: Nerezový nábytok, PS102

Výrobca zariadenia: Zuzana Barusová – TEARS, Podjavorinskej 17, 942 01 Šurany

	Požadovaný parameter	Spĺňa
rozmery: 1500 x 1400 x 1500		áno / 1500x1400x1500
obojstranný		áno
materiál: nerez		áno

Subdodávateľ:


BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezínok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300



Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 56

Názov položky: Pracovný stôl, jednoduchý so zadným límcem, nerez (1800x700x850)

Názov (typ) zariadenia: Nerezový nábytok, PS102

Výrobca zariadenia: Zuzana Barusová – TEARS, Podjavorinskej 17, 942 01 Šurany

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: 1800x700x850		áno / 1800x700x850
materiál: nerez		áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.
Šenkvičná cesta 14/K
902 01 Pezinok
IČO: 34 140 398 IČ DPH: SK2020361818
tel./fax: 0381 640 2108

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36

Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 57

Názov položky: Pracovný stôl, jednoduchý so zadným límcem, nerez (1000x600x850)


Názov (typ) zariadenia: Nerezový nábytok, PS102

Výrobca zariadenia: Zuzana Barusová – TEARS, Podjavorinskej 17, 942 01 Šurany

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: 1000x600x850		áno / 1000x600x850
materiál: nerez		áno

Subdodávateľ:


BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300



Podpis/Pečiatka:
 Podpis/Pečiatka:
 Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 58

Názov položky: Pracovný stôl, policový so zadným límcom, nerez (1400x700x850)

Názov (typ) zariadenia: Nerezový nábytok, PS102

Výrobca zariadenia: Zuzana Barusová – TEARS, Podjavorinskej 17, 942 01 Šurany

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: 1400x700x850		áno / 1400x700x850
materiál: nerez		áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.
Šenkvičná cesta 14/K
902 01 Pezinok
IČO:34 140 328 JČ:EPH: SK2020961018
Tel./fax: 0331 640 2108

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36

Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 59

Názov položky: Pracovný stôl, policový so zadným límcem, nerez (1800x700x850)

Názov (typ) zariadenia: Nerezový nábytok, PS102

Výrobca zariadenia: Zuzana Barusová – TEARS, Podjavorinskej 17, 942 01 Šurany

Požadovaný parameter	
rozmery: 1800x700x850	Spĺňa
materiál: nerez	áno / 1800x700x850
	áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.

Šenkvičná cesta 14/K

902 01 Pezinok

ICO:34 140 929 IČ DPH: SK2020861618

tel/fax: 039/ 640-2180

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36

Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 60

Názov položky: Pracovný stôl rohový, policový so zadným límcem, nerez (1070x700x1070/700x/850)


Názov (typ) zariadenia: Nerezový nábytok, PS102

Výrobca zariadenia: Zuzana Barusová – TEARS, Podjavorinskej 17, 942 01 Šurany

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: 1070x700x1070/700x850		áno / 1070x700x1070/700x850
materiál: nerez		áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300



Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 61

Názov položky: Pracovný stôl skrinkový so zadným límcom, nerez (1400x600x850)

Názov (typ) zariadenia: Nerezový nábytok, PS105

Výrobca zariadenia: Zuzana Barusová – TEARS, Podjavorinskej 17, 942 01 Šurany

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: 1400x600x850		áno / 1400x600x850
materiál: nerez		áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.

Šenkvičná cesta 14/K

902 01 Pezinok


IČO: 34 140 328 IČ DPH: SK2020361018

tel./fax: 033/ 840 2108

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ


RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36

Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 62

Názov položky: Pracovný stôl skrinkový so zadným límcom, nerez (1100x700x850)

Názov (typ) zariadenia: Nerezový nábytok, PS105

Výrobca zariadenia: Zuzana Barusová – TEARS, Podjavorinskej 17, 942 01 Šurany

Požadovaný parameter		Spíňa
rozmery: 1100x700x850		áno / 1100x700x850
materiál: nerez		áno
posuvné dvere		áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.
Šenkvičná cesta 14/K
902 01 Pezinok
IČO: 34 740 328 IČ DPH: SK2020361010
tel./fax: 033/ 640 2108

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

RADIX s.r.o.
Kremnička 36
Banská Bystrica

Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 63

Názov položky: Pracovný stôl skrinkový so zadným límcem, nerez (1400x700x850)


Názov (typ) zariadenia: Nerezový nábytok, PSI05

Výrobca zariadenia: Zuzana Barusová – TEARS, Podjavorinskej 17, 942 01 Šurany

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: 1400x700x850		áno / 1400x700x850
materiál: nerez		áno

Subdodávateľ:


BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300



Podpis/Pečiatka:
IČO: 34 140 928 / DIČ DPH: SK2020361618 / Tel: 0903 540 2103

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 64

Názov položky: Pracovný stôl skrinkový so zadným límcem na dezinfekčné roztoky, nerez (1800x700x850)


Názov (typ) zariadenia: Nerezový nábytok, PS105

Výrobca zariadenia: Zuzana Barusová – TEARS, Podjavorinskej 17, 942 01 Šurany

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: 1800x700x850		áno / 1800x700x850
materiál: nerez		áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300



Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 65

Názov položky: Pracovný stôl policový so zadným límcem, nerez (1200x600x850)

Názov (typ) zariadenia: Nerezový nábytok, PS102

Výrobca zariadenia: Zuzana Barusová – TEARS, Podjavorinskej 17, 942 01 Šurany

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: 1200x600x850		áno / 1200x600x850
materiál: nerez		áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.
Šenkvičná cesta 14/K
902 01 Pezinok
IČO:34 140 328 IČ DPH: SK2020367618
tel./fax: 0331 640 2108

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

RADIX s.r.o.
Kremnička 36
974 05 Banská Bystrica

Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 66

Názov položky: Umývací stół zakrytý s policami so zadným límcem, nerez (1400x700x850)

Názov (typ) zariadenia: Nerezový nábytok, PS105

Výrobca zariadenia: Zuzana Barusová – TEARS, Podjavorinskej 17, 942 01 Šurany

	Požadovaný parameter	Spĺňa
rozmery: 1400x700x850		áno / 1400x700x850
materiál: nerez		áno
posuvné dvere		áno
2 police		áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.
Šenkvičná cesta 14/K
902 01 Pezinok
IČO: 34 140 221 IC DPH: SK2020361618
tel./fax: 093/ 840 2108

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36

Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 67

Názov položky: Umývací stół zakrytý s policami so zadným límcem, nerez (1600x700x850)


Názov (typ) zariadenia: Nerezový nábytok, PS105

Výrobca zariadenia: Zuzana Barusová – TEARS, Podjavorinskej 17, 942 01 Šurany

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: 1600x700x850		áno / 1600x700x850
materiál: nerez		áno
posuvné dvere		áno
2 police		áno

Subdodávateľ:


BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300



Podpis/Pečiatka:
 ⑤ IČO: 34-140 433, IČ DPH: SK2020381618
 tel./fax: 033/ 640 2108

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 68

Názov položky: Umývací stół zakrytý s policami so zadným límcem, nerez (1200x600x850)

Názov (typ) zariadenia: Nerezový nábytok, PS105

Výrobca zariadenia: Zuzana Barusová – TEARS, Podjavorinskej 17, 942 01 Šurany

	Požadovaný parameter	Spĺňa
rozmery: 1200x600x850		áno / 1200x600x850
materiál: nerez		áno
2 police		áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.
Šenkvičná cesta 14/K
902 01 Pezinok
IČO: 34 140 328 IČ DPH: SK2020361018
tel/fax: 0331 640 2108

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička

Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 69

Názov položky: Umývací stół zakrytý s policami so zadným límcem, nerez (1300x600x850)


Názov (typ) zariadenia: Nerezový nábytok, PS105

Výrobca zariadenia: Zuzana Barusová – TEARS, Podjavorinskej 17, 942 01 Šurany

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: 1300x600x850		áno / 1300x600x850
materiál: nerez		áno
2 police		áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300



Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 70

Názov položky: Umývací stôl, skrinkový so zadným límcem, nerez (1200x600x850)

Názov (typ) zariadenia: Nerezový nábytok, PS105

Výrobca zariadenia: Zuzana Barusová – TEARS, Podjavorinskej 17, 942 01 Šurany

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: 1200x600x850		áno / 1200x600x850
materiál: nerez		áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.
Šenkvičná cesta 14/K
902 01 Pezinok
IČO: 34 140 328, IČ DPH: SK2020381618
Tel./fax: 033/ 640 2108

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

RADIX s.r.o.
Kremnička 36
974 05 Banská Bystrica
IČO: 36 184 196

Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 71

Názov položky: Umývací stół, skrinkový so zadným límcom, nerez (1900x700x850)

Názov (typ) zariadenia: Nerezový nábytok, PS105

Výrobca zariadenia: Zuzana Barusová – TEARS, Podjavorinskej 17, 942 01 Šurany

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: 1900x700x850		áno / 1900x700x850
materiál: nerez		áno
posuvné dvere		áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/796500

0903 796 500
ŠENKVIČKÁ CESTA 14/K
902 01 PEZINOK
IČO: 34 140 328 IČ DPH: SK2020361618
tel./fax: 0903/ 840 2103

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

RADIX s.r.o.
RADIKA L'NSKÉ BYSTRICE
IČO: 36 123 456

Podpis/Pečiatka:

Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 72
 Názov položky: Umývací stůl skřínkový so zadným límcom, nerez (1200x600x850)
 Názov (typ) zariadenia: Nerezový nábytok, PS105
 Výrobca zariadenia: Zuzana Barusová – TEARS, Podjavorinskej 17, 942 01 Šurany

Požadovaný parameter	Spĺňa
rozmery: 1200x600x850	áno / 1200x600x850
materiál: nerez	áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
 Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.
 Šenkvičná cesta 14/K
 902 01 Pezinok
 IČO: 34 140 328 IČ DPH: SK2020361618
 tel./fax: 0933/640 2108

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
 R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
 Martin Renčo, konateľ

RADIX s.r.o.
 Kremnička 36
 974 05 Banská Bystrica

Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 73

Názov položky: Umývací stół zakrytý s policou so zadným límcem, nerez (1200x600x850)

Názov (typ) zariadenia: Nerezový nábytok, PS105

Výrobca zariadenia: Zuzana Barusová – TEARS, Podjavorinskej 17, 942 01 Šurany

	Požadovaný parameter	Spĺňa
rozmery: 1200x600x850		áno / 1200x600x850
materiál: nerez		áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.
Šenkvičná cesta 14/K
902 01 Pezinok
IČO:34 140 329 IČ DPH: SK2020361016
tel./fax: 033/ 640 2108

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36

Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 74

Názov položky: Laboratórny stôl (1 500 x 700 x 760)


Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvickej cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: 1500x700x760		áno / 1500x700x760
materiál: drevotrieska		áno
spodná skrinka		áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvickej cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300



Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 75

Názov položky: Laboratórny stôl (1800x600x760)

Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

	Požadovaný parameter	Spĺňa
rozmery: 1800x600x760		áno / 1800x600x760
materiál: drevotrieska		áno
2x kontajner		áno
4x zásuvka		áno
uzamykateľný		áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.
Šenkvičná cesta 14/K
902 01 Pezinok
IČO:34 140 328 IČ DPH: SK2020361618
tel./fax: 0903/ 790 300

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36
974 05 Banská Bystrica

Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 76

Názov položky: Stojan na sterilizáciu a baliaci papier, pojazdný

Názov (typ) zariadenia: Nerezový nábytok, SS-atp

Výrobca zariadenia: Zuzana Barusová – TEARS, Podjavorinskej 17, 942 01 Šurany

Požadovaný parameter	Spĺňa
----------------------	-------

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.
Šenkvičná cesta 14/K
902 01 Pezinok
IČO:34 140 328 IČ DPH: SK2020361818
tel./fax: 0903 790300

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

RADIX s.r.o.
Banská Bystrica
Kremnička 36

Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 77

Názov položky: Kuchynská linka, drez s odkvapkávačom/skrinky dolné+horné (dĺžka 1950, os 1700)

Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: dĺžka 1950, os 1700		áno / dĺžka 1950, os 1700
drez s odkvapkávačom		áno
skrinky dolné a horné		áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.
Šenkvičná cesta 14/K
902 01 Pezinok
IČO:34 140 328 IČ DPH: SK2020361013
tel./fax: 093/ 840 2108

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36

Podpis/Pečiatka: Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 78

Názov položky: Kuchynská linka s drezom (dĺžka 1500)

Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: dĺžka 1500		áno / 1500
drez		áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.
Šenkvičná cesta 14/K
902 01 Pezinok
IČO:34 140 222 IČ DPH: SK2020361618
Tel/fax: 033/ 640 2108

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

RADIX s.r.o.
Kremnička 36
974 05 Banská Bystrica

Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 79

Názov položky: Policová skriňa, 2-dverová, nerez (1000x600x1800)

Názov (typ) zariadenia: Nerezový nábytok, PZ304

Výrobca zariadenia: Zuzana Barusová – TEARS, Podjavorinskej 17, 942 01 Šurany

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: 1000 x 600 x 1800		áno / 1000x600x1800
materiál: nerez		áno
2-dverová		áno
uzamykateľná		áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.
Šenkvičná cesta 14/K
902 01 Pezinok
IČO:34 140 328 ID DPH: SK2020381818
tel./fax: 0331 640 2108

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36

Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 80

Názov položky: Policová skriňa, 2-dverová (1000x420x2050)


Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Požadovaný parameter		Splňa
rozmery: 1000x420x2050		áno / 1000x420x2050
materiál: drevotrieska		áno
2-dverová		áno
uzamykatelná		áno

Subdodávateľ:


BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300



Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 81

Názov položky: Umývadlo so spodnou skrinkou (800x600x850)


Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: 800x600x850		áno / 800x600x850

Subdodávateľ:


BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300



Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 82

Názov položky: Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1350, os 300)


Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: dĺžka 1350, os 300		áno / dĺžka 1350, os 300
nerezový drez		áno
skrinky dolné a horné		áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300



Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 83

Názov položky: Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 2100, os 1850)


Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: dĺžka 2100, os 1850		áno / dĺžka 2100, os 1850
nerezový drez		áno
skrinky dolné a horné		áno

Subdodávateľ:


BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300



Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 84

Názov položky:

Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1950, os 1700)

Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

	Požadovaný parameter	Spĺňa
rozmery: dĺžka 1950, os 1700		áno / dĺžka 1950, os 1700
nerezový drez		áno
skrinky dolné a horné		áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.
Šenkvičná cesta 14/K
902 01 Pezinok
IČO: 34-140-320, IČ DPH: SK2020361018
tel./fax: 833/ 640 2105

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

RADIX s.r.o.
RADIX, ul. J. Štefáka 16
Kraľovský Chrmel
974 01

Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 85

Názov položky: Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1800, os 1550)


Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: dĺžka 1800, os 1550		áno / dĺžka 1800, os 1550
nerezový drez		áno
skrinky dolné a horné		áno

Subdodávateľ:


BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300



Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 86

Názov položky: Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1800, os 1500)

Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

	Požadovaný parameter	Spĺňa
rozmery: dĺžka 1800, os 1500		áno / dĺžka 1800, os 1500
nerezový drez		áno
skrinky dolné a horné		áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.
Šenkvičná cesta 14/K
902 01 Pezinok
IČO:34 140 328 IČ DPH: SK2020361018
tel. fax: 033/ 640 2108

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

RADIX s.r.o.
Kremnička 36
974 05 Banská Bystrica

Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 87

Názov položky: Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1500, os 1250)

Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: dĺžka 1500, os 1250		áno / dĺžka 1500, os 1250
nerezový drez		áno
skrinky dolné a horné		áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.
Šenkvičná cesta 14/K
902 01 Pezinok
IČO: 34 140 328 IČ DPH: SK2020361616
tel./fax: 093/ 640 2100

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36

Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 88

Názov položky: Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1350, os 900)

Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: dĺžka 1350, os 900		áno / dĺžka 1350, os 900
nerezový drez		áno
skrinky dolné a horné		áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.
Šenkvičná cesta 14/K
902 01 Pezinok
IČO: 34 140 328, IČ DPH: SK2020361619
tel./fax: 0331 840 2108

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36

Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 89

Názov položky: Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1350, os 1250)


Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: dĺžka 1350, os 1250		áno / dĺžka 1350, os 1250
nerezový drez		áno
skrinky dolné a horné		áno

Subdodávateľ:


BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300



Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 90

Názov položky: Linka pracovná s nerezovým drezom a odkvapkávačom/skrinky dolné a horné (dĺžka 2100, os 1800)


Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: dĺžka 2100, os 1800		áno / dĺžka 2100, os 1800
nerezový drez s odkvapkávačom		áno
skrinky dolné a horné		áno

Subdodávateľ:


BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300



Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 91

Názov položky: Linka pracovná s nerezovým drezom a odkvapkávačom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1950, os 1750)


Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: dĺžka 1950, os 1750		áno / dĺžka 1950, os 1750
nerezový drez s odkvapkávačom		áno
skrinky dolné a horné		áno

Subdodávateľ:


BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300


 Šenkvičná cesta 14/K
 902 01 Pezinok
 IČO: 34 148 321 IČ DPH: SK2020381618
 tel./fax: 093/ 640 2103

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ


 R A D I X spol.
 s r.o.
 Kremnička 36
 974 05 Banská Bystrica

Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 92

Názov položky: Linka pracovná s nerezovým drezom a odkvapkávačom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1500, os 1200)

Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: dĺžka 1500, os 1200		áno / dĺžka 1500, os 1200
nerezový drez s odkvapkávačom		áno
skrinky dolné a horné		áno

Subdodávateľ:


BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.
Šenkvičná cesta 14/K
902 01 Pezinok
IČO: 34 140 226 IČ DPH: SK2020361618
Tel./fax: 0903/ 840-2108

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 93

Názov položky: Linka pracovná s nerezovým drezom a odkvapkávačom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1800, os 1500)


Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

	Požadovaný parameter	Spĺňa
rozmery: dĺžka 1800, os 1500		áno / dĺžka 1800, os 1500
nerezový drez s odkvapkávačom		áno
skrinky dolné a horné		áno

Subdodávateľ:


BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300



Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 94

Názov položky: Linka pracovná, obojstranná, vrátane nerezového umývadla, nerezový drez, dolné skrinky (5000x600x900)


Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

	Požadovaný parameter	Spĺňa
rozmery: 5000 x 600 x 900		áno / 5000x600x900
obojsstranná		áno
umývadlo		áno
nerezový rez		áno
skrinky dolné		áno

Subdodávateľ:


BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300



Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 95

Názov položky:

Linka pracovná nerezové kruhové umývadlo, nerezový drez/skrinky dolné a horné (2400x600x900, os 450)

Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: 2400x600x900, os 450		áno / 2400x600x900, os 450
nerezový drez		áno
nerezové kruhové umývadlo		áno
skrinky dolné a horné		áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.
Šenkvičná cesta 14/K
902 01 Pezinok
IČO: 34 140 828 IČ DPH: SK2020361018
tel./fax: 033/ 840 2108

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

RADIX s.r.o.
Kremnička 36
974 05 Banská Bystrica

Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 96

Názov položky: Linka pracovná/skrinky dolné a horné (900x600x900)

Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: 900x600x900		áno / 900x600x900
skrinky dolné a horné		áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.
Šenkvičná cesta 14/K
902 01 Pezinok
IČO:34 140 328 IČ DPH: SK2020361616
tel./fax: 033/ 840 2108

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

RADIX s.r.o.
Kremnička 36
974 05 Banská Bystrica

Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 97

Názov položky: Linka kuchynská s nerezovým drezom a odkvapkávačom (2800x600x900)/dolné skrinky


Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: 2800x600x900		áno / 2800x600x900
nerezový drez s odkvapkávačom		áno
dolné skrinky		áno

Subdodávateľ:


BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300



Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 98

Názov položky: Linka pracovná s nerezovým kruhovým umývadlom/dolné skrinky (1900x600x900)

Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: 1900x600x900		áno / 1900x600x900
nerezové kruhové umývadlo		áno
skrinky dolné		áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300

BASCO SK s.r.o.

Šenkvičná cesta 14/K

902 01 Pezinok

ICO: 34 140 328 IČ DPH: SK2020361618

tel./fax: 033/ 640 2108

Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ

RADIX s.r.o.
Kremnička 36
974 05 Banská Bystrica

Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 99

Názov položky:

Linka pracovná s kruhovým umývadlom, nerezový drez/skrinky dolné a horné (dĺžka 1950 mm, os umývadla 1500, os drezu 750)


Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: dĺžka 1950, os umývadla 1500, os drezu 750		áno / dĺžka 1950, os umývadla 1500, os drezu 750
nerezové kruhové umývadlo		áno
nerezový drez		áno
skrinky dolné a horné		áno

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300



Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 100

Názov položky: Pult pracovný rovný pre adm. prácu sestier (2500x700x750)


Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Požadovaný parameter	Spĺňa
rozmery: 2500 x 700 x 750	áno / 2500x700x750

Subdodávateľ:


BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
 ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300



Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
 R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
 Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

OPIS

Položka č.: 101

Názov položky: Pult pracovný rohový pre adm. prácu sestier (2500x800x750x950)


Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Požadovaný parameter		Spĺňa
rozmery: 2500 x 800 x 750 x 950		áno / 2500 x 800 x 750 x 950

Subdodávateľ:

BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
Ing. Dolák Vlastimil, konateľ, tel. 0903/790300



Podpis/Pečiatka:

Uchádzač:

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Martin Renčo, konateľ



Podpis/Pečiatka:

Príloha č. 2 k Rámcovej zmluve

Predmet zákazky: Komplexná dodávka zdravotníckej techniky a ostatného materiálneho dovybavenia do novozrekonštruovaných operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Por. č.	Katalógové číslo	Názov	Ks	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH (20 %)	Jednotková cena s DPH	Cena spolu bez DPH	Výška DPH (20 %)	Cena spolu s DPH
Operačné sály, centrálna sterilizácia a urgentný príjem									
Zdravotnícka technika									
1.	P75307	Elektrochirurgický generátor s bipolárnym systémom zatavovania ciev s prísl.	3	34 000,00 €	6 800,00 €	40 800,00 €	102 000,00 €	20 400,00 €	122 400,00 €
2.	200 11-1122	Vysokovýkonná odsávačka s príslušenstvom	11	1 589,67 €	317,93 €	1 907,60 €	17 486,37 €	3 497,27 €	20 983,64 €
3.	MULTICARE	Resuscitačné lôžko pre pacientov v kritickom stave	1	24 979,00 €	4 995,80 €	29 974,80 €	24 979,00 €	4 995,80 €	29 974,80 €
4.	Masimo	Monitor vitálnych funkcií	16	3 863,16 €	772,63 €	4 635,79 €	61 810,56 €	12 362,11 €	74 172,67 €
5.	8713030	Infúzna zostava dávkovačov pre 8 operačných sál (= 16 ks lineárnych dávkovačov s držiakom a napájacím traťom)	1	30 544,00 €	6 108,80 €	36 652,80 €	30 544,00 €	6 108,80 €	36 652,80 €
6.	8713030	Infúzna technika pre 2 prebúdzacie miestnosti (= 8 ks lineárnych dávkovačov s držiakom a napájacím traťom)	1	15 272,00 €	3 054,40 €	18 326,40 €	15 272,00 €	3 054,40 €	18 326,40 €
7.	H48912LF	Prenosný USG prístroj	1	24 000,00 €	4 800,00 €	28 800,00 €	24 000,00 €	4 800,00 €	28 800,00 €
8.	27750201-1	Holmium laser s príslušenstvom	1	63 244,92 €	12 648,98 €	75 893,90 €	63 244,92 €	12 648,98 €	75 893,90 €
9.	1287004	Motorový vŕtačový systém batérkový	1	23 476,14 €	4 695,23 €	28 171,37 €	23 476,14 €	4 695,23 €	28 171,37 €
10.	11278VK	Video-ureterorenoskop	1	21 822,00 €	4 364,40 €	26 186,40 €	21 822,00 €	4 364,40 €	26 186,40 €
11.	22220055-3	Full HD kamera hlavicová	1	17 899,82 €	3 579,96 €	21 479,78 €	17 899,82 €	3 579,96 €	21 479,78 €
12.	69621	Retraktor na transplantáciu pečene	1	16 653,16 €	3 330,63 €	19 983,79 €	16 653,16 €	3 330,63 €	19 983,79 €
13.	N2638640	Kamerovú hlavica s videoprocesorom k stávajúcej laparozostave zn.Olympus	1	63 306,35 €	12 661,27 €	75 967,62 €	63 306,35 €	12 661,27 €	75 967,62 €
14.	1451095	Karbónová operačná doska k stávajúcemu operačnému stolu zn.Trumph	1	54 800,18 €	10 960,04 €	65 760,22 €	54 800,18 €	10 960,04 €	65 760,22 €
15.	26711510	Prístroj na laparoskopickú extrakciu benigných tumorov	1	13 534,43 €	2 706,89 €	16 241,32 €	13 534,43 €	2 706,89 €	16 241,32 €
16.	161006	Ventilátor pľúcny transportný	1	25 531,92 €	5 106,38 €	30 638,30 €	25 531,92 €	5 106,38 €	30 638,30 €
17.	8713050	Infúzny systém s dokovacou stanicou pre 5+1 expektačných lôžok	6	7 685,00 €	1 537,00 €	9 222,00 €	46 110,00 €	9 222,00 €	55 332,00 €


Por. č.	Katalógové číslo	Názov	Ks	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH (20 %)	Jednotková cena s DPH	Cena spolu bez DPH	Výška DPH (20 %)	Cena spolu s DPH
18.	AURION CP/ANE	Vozík anestéziologický	11	2 589,00 €	517,80 €	3 106,80 €	28 479,00 €	5 695,80 €	34 174,80 €
19.	AURION CP/EM4	Vozík resuscitačný	6	2 164,00 €	432,80 €	2 596,80 €	12 984,00 €	2 596,80 €	15 580,80 €
20.	VMO-06 v.11	Vyhrievací systém na ohreh roztokov s 1 miskou	8	2 586,28 €	517,26 €	3 103,54 €	20 690,24 €	4 138,05 €	24 828,29 €
21.	EMERGO	Lehátko transportné s hydraulicky nastaviteľnou výškou a ložnou plochou cca 750/2075	2	2 303,66 €	460,73 €	2 764,39 €	4 607,32 €	921,46 €	5 528,78 €
22.	2-001	Ideálka - inštrumentačný stolík	15	1 219,02 €	243,80 €	1 462,82 €	18 285,30 €	3 657,06 €	21 942,36 €
23.	N166 SB + pr	Vozík pre inštrumentárky	8	2 297,07 €	459,41 €	2 756,48 €	18 376,56 €	3 675,31 €	22 051,87 €
24.	2-201-3	Vozík nástrojový pomocný	11	456,27 €	91,25 €	547,52 €	5 018,97 €	1 003,79 €	6 022,76 €
25.	2-103-3	Vozík na triedenie odpadu na dve vrecia s modrým a červeným vrchnákom	42	447,65 €	89,53 €	537,18 €	18 801,30 €	3 760,26 €	22 561,56 €
26.	2-101-4	Vozík na triedenie odpadu na jedno vreco s modrým vrchnákom	32	299,81 €	59,96 €	359,77 €	9 593,92 €	1 918,78 €	11 512,70 €
27.	dental CHKV	Medicínska stolička s nastavením výšky a s operadlom	30	298,14 €	59,63 €	357,77 €	8 944,20 €	1 788,84 €	10 733,04 €
28.	Form K	Stolička na kolieskach s mechanickým nastavením výšky bez operadla	37	200,82 €	40,16 €	240,98 €	7 430,34 €	1 486,07 €	8 916,41 €
29.	2-180,2-152	Úložný systém na mobile koše dvojstranný s 8 nerezovými košmi	10	1 426,58 €	285,32 €	1 711,90 €	14 265,80 €	2 853,16 €	17 118,96 €
30.	035 + koše	Úložný systém na mobile koše jednostranný s 3 nerezovými košmi	2	1 109,42 €	221,88 €	1 331,30 €	2 218,84 €	443,77 €	2 662,61 €
31.	SUM 341	Skrinky šatňové na biele prádlo + topánky 4-sekciové + rám na nožičkách	98	258,00 €	51,60 €	309,60 €	25 284,00 €	5 056,80 €	30 340,80 €
32.	Ram2	Pojazdný 6-policový regál na operačnú obuv	13	927,80 €	185,56 €	1 113,36 €	12 061,40 €	2 412,28 €	14 473,68 €
33.	MAN NEMO 80	Vozík na zvoz použitého materiálu	2	664,00 €	132,80 €	796,80 €	1 328,00 €	265,60 €	1 593,60 €
34.	443B 1404	Systém nástenný úložný pre sálový odev	6	855,86 €	171,17 €	1 027,03 €	5 135,16 €	1 027,03 €	6 162,19 €
35.	2-271-5	Skrinka čiastočne presklená uzamykateľná na lieky	3	1 723,26 €	344,65 €	2 067,91 €	5 169,78 €	1 033,96 €	6 203,74 €
36.	Z 624-02	Skriňa policová prachotesná	4	2 856,75 €	571,35 €	3 428,10 €	11 427,00 €	2 285,40 €	13 712,40 €
37.	CSO Panel sprchový	Panel sprchový s dezinfekciou	2	1 098,00 €	219,60 €	1 317,60 €	2 196,00 €	439,20 €	2 635,20 €

Por. č.	Katalógové číslo	Názov	Ks	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH (20 %)	Jednotková cena s DPH	Cena spolu bez DPH	Výška DPH (20 %)	Cena spolu s DPH
38.	PTU-atp	Pištol tlaková umývacia	4	414,00 €	82,80 €	496,80 €	1 656,00 €	331,20 €	1 987,20 €
39.	RMM303	Regál, 7 x polica	59	252,00 €	50,40 €	302,40 €	14 868,00 €	2 973,60 €	17 841,60 €
40.	RMM301	Regál, 6 x polica	10	275,00 €	55,00 €	330,00 €	2 750,00 €	550,00 €	3 300,00 €
41.	PZ301	Regál s nastaviteľnou výškou políc, 5 x polica, celonerezový	4	949,00 €	189,80 €	1 138,80 €	3 796,00 €	759,20 €	4 555,20 €
42.	PZ301	Regál skladový, 4 x polica, celonerezový	3	194,00 €	38,80 €	232,80 €	582,00 €	116,40 €	698,40 €
43.	NS402	Skrinka nástenná uzatvorená s jednou policou NR	1	581,00 €	116,20 €	697,20 €	581,00 €	116,20 €	697,20 €
44.	VO703	Vozík nemocničný, 2-podlažný, nerez	4	571,00 €	114,20 €	685,20 €	2 284,00 €	456,80 €	2 740,80 €
45.	PZ306-atyp	Vozík regálový, skriňový s pevnými vsunmi	2	1 090,00 €	218,00 €	1 308,00 €	2 180,00 €	436,00 €	2 616,00 €
46.	PV 104	Vozík manipulačný pre kontajnery, celonerezové prevedenie	1	1 538,37 €	307,67 €	1 846,04 €	1 538,37 €	307,67 €	1 846,04 €
47.	PV 116A	Vozík prípravný pre kontajnery na centrálnu sterilizáciu	1	863,67 €	172,73 €	1 036,40 €	863,67 €	172,73 €	1 036,40 €
48.	PV 116B	Vozík prípravný pre kontajnery na centrálnu sterilizáciu so spodnou a hornou doskou	1	902,80 €	180,56 €	1 083,36 €	902,80 €	180,56 €	1 083,36 €
49.	PZ306	Vozík regálový s prestaviteľnými vsunmi pre centrálnu sterilizáciu	7	2 480,00 €	496,00 €	2 976,00 €	17 360,00 €	3 472,00 €	20 832,00 €
50.	PZ306-atyp	Vozík regálový, skriňový, uzamykateľný s prestaviteľnými vsunmi (rozmery cca 1 100 x 710 x 1 420)	2	1 633,00 €	326,60 €	1 959,60 €	3 266,00 €	653,20 €	3 919,20 €
51.	PZ306-atyp	Vozík regálový, skriňový, uzamykateľný s prestaviteľnými vsunmi (rozmery cca 1 320 x 710 x 1 120)	5	1 846,00 €	369,20 €	2 215,20 €	9 230,00 €	1 846,00 €	11 076,00 €
52.	PS102+SP2	Pracovný stôl 140, 2x prechodka, kovová podnož	1	205,00 €	41,00 €	246,00 €	205,00 €	41,00 €	246,00 €
53.	PS102	Pracovný stôl 160, 2x prechodka, kovová podnož	2	223,00 €	44,60 €	267,60 €	446,00 €	89,20 €	535,20 €
54.	PS102	Pracovný stôl 80, 1x prechodka, kovová podnož	1	143,00 €	28,60 €	171,60 €	143,00 €	28,60 €	171,60 €
55.	PS102	Pracovný stôl s galerkou, obojstranný, nerez	6	1 730,00 €	346,00 €	2 076,00 €	10 380,00 €	2 076,00 €	12 456,00 €
56.	PS102	Pracovný stôl, jednoduchý so zadným límcem, nerez (1 800 x 700 x 850)	5	543,00 €	108,60 €	651,60 €	2 715,00 €	543,00 €	3 258,00 €
57.	PS102	Pracovný stôl, jednoduchý so zadným límcem, nerez (1 000 x 600 x 850)	1	501,00 €	100,20 €	601,20 €	501,00 €	100,20 €	601,20 €
58.	PS102	Pracovný stôl, policový so zadným límcem, nerez (1 400 x 700 x 850)	4	606,00 €	121,20 €	727,20 €	2 424,00 €	484,80 €	2 908,80 €

Por. č.	Katalógové číslo	Názov	Ks	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH (20 %)	Jednotková cena s DPH	Cena spolu bez DPH	Výška DPH (20 %)	Cena spolu s DPH
59.	PS102	Pracovný stôl, policový so zadným límcem, nerez (1 800 x 700 x 850)	1	566,00 €	113,20 €	679,20 €	566,00 €	113,20 €	679,20 €
60.	PS102	Pracovný stôl rohový, policový so zadným límcem, nerez (1 070 x 700 x 1 070/700 x /850)	4	807,00 €	161,40 €	968,40 €	3 228,00 €	645,60 €	3 873,60 €
61.	PS105	Pracovný stôl skrinkový so zadným límcem, nerez (1 400 x 600 x 850)	4	1 010,00 €	202,00 €	1 212,00 €	4 040,00 €	808,00 €	4 848,00 €
62.	PS105	Pracovný stôl skrinkový zo zadným límcem, nerez (1 100 x 700 x 850)	1	957,00 €	191,40 €	1 148,40 €	957,00 €	191,40 €	1 148,40 €
63.	PS105	Pracovný stôl skrinkový so zadným límcem, nerez (1 400 x 700 x 850)	2	1 232,00 €	246,40 €	1 478,40 €	2 464,00 €	492,80 €	2 956,80 €
64.	PS105	Pracovný stôl skrinkový so zadným límcem na dezinfekčné roztoky, nerez (1 800 x 700 x 850)	2	1 193,00 €	238,60 €	1 431,60 €	2 386,00 €	477,20 €	2 863,20 €
65.	PS102	Pracovný stôl policový so zadným límcem, nerez (1 200 x 600 x 850)	1	605,00 €	121,00 €	726,00 €	605,00 €	121,00 €	726,00 €
66.	PS105	Umývací stôl zakrytý s policami so zadným límcem, nerez (1 400 x 700 x 850)	1	1 248,00 €	249,60 €	1 497,60 €	1 248,00 €	249,60 €	1 497,60 €
67.	PS105	Umývací stôl zakrytý s policami so zadným límcem, nerez (1 600 x 700 x 850)	1	1 331,00 €	266,20 €	1 597,20 €	1 331,00 €	266,20 €	1 597,20 €
68.	PS105	Umývací stôl zakrytý s policami so zadným límcem, nerez (1 200 x 600 x 850)	2	1 121,00 €	224,20 €	1 345,20 €	2 242,00 €	448,40 €	2 690,40 €
69.	PS105	Umývací stôl zakrytý s policami so zadným límcem, nerez (1 300 x 600 x 850)	1	1 217,00 €	243,40 €	1 460,40 €	1 217,00 €	243,40 €	1 460,40 €
70.	PS105	Umývací stôl, skrinkový so zadným límcem, nerez (1 200 x 600 x 850)	2	1 121,00 €	224,20 €	1 345,20 €	2 242,00 €	448,40 €	2 690,40 €
71.	PS105	Umývací stôl, skrinkový so zadným límcem, nerez (1 900 x 700 x 850)	1	1 417,00 €	283,40 €	1 700,40 €	1 417,00 €	283,40 €	1 700,40 €

Por. č.	Katalógové číslo	Názov	Ks	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH (20 %)	Jednotková cena s DPH	Cena spolu bez DPH	Výška DPH (20 %)	Cena spolu s DPH
72.	PS105	Umývací stôl skrinkový so zadným límcem, nerez (1 200 x 600 x 850)	1	1 165,00 €	233,00 €	1 398,00 €	1 165,00 €	233,00 €	1 398,00 €
73.	PS105	Umývací stôl zakrytý s policou so zadným límcem, nerez (1 200 x 600 x 850)	1	1 165,00 €	233,00 €	1 398,00 €	1 165,00 €	233,00 €	1 398,00 €
74.	LS1500	Laboratórny stôl (1 500 x 700 x 760)	1	425,00 €	85,00 €	510,00 €	425,00 €	85,00 €	510,00 €
75.	LS1800	Laboratórny stôl (1 800 x 600 x 760)	1	604,00 €	120,80 €	724,80 €	604,00 €	120,80 €	724,80 €
76.	SS-atp	Stojan na sterilizáciu a baliaci papier, pojazdný	1	678,00 €	135,60 €	813,60 €	678,00 €	135,60 €	813,60 €
77.	KL1950	Kuchynská linka, drez s odkvapkávačom/skrinky dolné+horné (dĺžka 1950, os 1700)	1	809,00 €	161,80 €	970,80 €	809,00 €	161,80 €	970,80 €
78.	KL1500	Kuchynská linka s drezom (dĺžka 1 500)	1	623,00 €	124,60 €	747,60 €	623,00 €	124,60 €	747,60 €
79.	PZ304	Policová skriňa, 2-dverová, nerez (1 000 x 600 x 1 800)	4	1 442,00 €	288,40 €	1 730,40 €	5 768,00 €	1 153,60 €	6 921,60 €
80.	PS1000	Policová skriňa, 2-dverová (1 000 x 420 x 2 050)	2	185,00 €	37,00 €	222,00 €	370,00 €	74,00 €	444,00 €
81.	DS800	Umývadlo so spodnou skrinkou (800 x 600 x 850)	3	272,00 €	54,40 €	326,40 €	816,00 €	163,20 €	979,20 €
82.	LP1350	Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1 350, os 300)	2	560,00 €	112,00 €	672,00 €	1 120,00 €	224,00 €	1 344,00 €
83.	LP2100	Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 2 100, os 1 850)	2	872,00 €	174,40 €	1 046,40 €	1 744,00 €	348,80 €	2 092,80 €
84.	LP1950	Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1 950, os 1 700)	1	809,00 €	161,80 €	970,80 €	809,00 €	161,80 €	970,80 €
85.	LP1800	Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1 800 os 1 550)	1	747,00 €	149,40 €	896,40 €	747,00 €	149,40 €	896,40 €
86.	LP1800	Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1 800, os 1 500)	2	747,00 €	149,40 €	896,40 €	1 494,00 €	298,80 €	1 792,80 €
87.	LP1500	Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1 500, os 1 250)	3	623,00 €	124,60 €	747,60 €	1 869,00 €	373,80 €	2 242,80 €
88.	LP1350	Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1 350, os 900)	1	560,00 €	112,00 €	672,00 €	560,00 €	112,00 €	672,00 €

Por. č.	Katalógové číslo	Názov	Ks	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH (20 %)	Jednotková cena s DPH	Cena spolu bez DPH	Výška DPH (20 %)	Cena spolu s DPH
89.	LP1350	Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1 350, os 1 250)	1	560,00 €	112,00 €	672,00 €	560,00 €	112,00 €	672,00 €
90.	LP2100	Linka pracovná s nerezovým drezom a odkvapkávačom/skrinky dolné a horné (dĺžka 2 100, os 1 800)	2	872,00 €	174,40 €	1 046,40 €	1 744,00 €	348,80 €	2 092,80 €
91.	LP1950	Linka pracovná s nerezovým drezom a odkvapkávačom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1 950, os 1 750)	1	809,00 €	161,80 €	970,80 €	809,00 €	161,80 €	970,80 €
92.	LP1500	Linka pracovná s nerezovým drezom a odkvapkávačom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1 500, os 1 200)	2	623,00 €	124,60 €	747,60 €	1 246,00 €	249,20 €	1 495,20 €
93.	LP1800	Linka pracovná s nerezovým drezom a odkvapkávačom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1 800, os 1 500)	1	747,00 €	149,40 €	896,40 €	747,00 €	149,40 €	896,40 €
94.	LP5000	Linka pracovná, obojstranná, vrátane nerezového umývadla, nerezový drez, dolné skrinky (5 000 x 600 x 900)	4	2 335,00 €	467,00 €	2 802,00 €	9 340,00 €	1 868,00 €	11 208,00 €
95.	LP2400	Linka pracovná nerezové kruhové umývadlo, nerezový drez/skrinky dolné a horné (2 400 x 600 x 900, os 450)	1	996,00 €	199,20 €	1 195,20 €	996,00 €	199,20 €	1 195,20 €
96.	LP900	Linka pracovná/skrinky dolné a horné (900 x 600 x 900)	1	809,00 €	161,80 €	970,80 €	809,00 €	161,80 €	970,80 €
97.	LK2800	Linka kuchynská s nerezovým drezom a odkvapkávačom (2 800 x 600 x 900)/dolné skrinky	1	1 162,00 €	232,40 €	1 394,40 €	1 162,00 €	232,40 €	1 394,40 €
98.	LP1900	Linka pracovná s nerezovým kruhovým umývadlom/dolné skrinky (1 900 x 600 x 900)	2	374,00 €	74,80 €	448,80 €	748,00 €	149,60 €	897,60 €
99.	LP1950	Linka pracovná s kruhovým umývadlom, nerezový drez/skrinky dolné a horné (dĺžka 1 950 mm, os umývadla 1 500, os drezu 750)	1	809,00 €	161,80 €	970,80 €	809,00 €	161,80 €	970,80 €
100.	PP2500	Pult pracovný rovný pre adm. prácu sestier (2 500 x 700 x 750)	2	1 038,00 €	207,60 €	1 245,60 €	2 076,00 €	415,20 €	2 491,20 €
101.	PP2500	Pult pracovný rohový pre adm. prácu sestier (2 500 x 800 x 750 x 950)	2	1 370,00 €	274,00 €	1 644,00 €	2 740,00 €	548,00 €	3 288,00 €


 RADIX s.r.o.
 RADIX Banská Bystrica
 Kremnická

Cena bez DPH	1 001 934,82 €
DPH 20%	200 386,96 €
Cena spolu s DPH	1 202 321,78 €

Cenová ponuka 89 - VK/KL/LUM/MOL -2013

1. Elektrochirurgický generátor s bipolárnym systémom
zatavovania ciev s prísl.

3 ks

Por. č.	Katalógové číslo	Názov	Ks	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH (20 %)	Jednotková cena s DPH	Cena spolu bez DPH	Výška DPH (20 %)	Cena spolu s DPH
	P75307	Force Triad	3	34000,00	6 800,00	40 800,00	102 000,00	20 400,00	122 400,00

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnická 36

2. Vysokovýkonná odsávačka s príslušenstvom

11 ks

Por. č.	Katalógové číslo	Názov	Ks	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH (20 %)	Jednotková cena s DPH	Cena spolu bez DPH	Výška DPH (20 %)	Cena spolu s DPH
	200 11-1122	Victoria Versa – odsávací jednotka	11	1050,00	210,00	1 260,00	11 550,00	2 310,00	13 860,00
	200 11-5104	Pojazdný stojan Victoria II	11	216,30	43,26	259,56	2 379,30	475,86	2 855,16
	200 11-5108	Držiak 2 l fľaše na eurolistu II, 2 ks.	11	57,61	11,52	69,13	633,71	126,74	760,45
	100 111-888-2	2l.fľaša so šrobovacím uzáverom, 2 ks.	11	69,02	13,80	82,82	759,22	151,84	911,06
	201 11-5134	Sací okruh Victoria II – Lipos, Versa – silikón	11	13,04	2,61	15,65	143,44	28,69	172,13
	200 114-047-0	Odnímateľný pneumatický nožný spínač sania	11	110,87	22,17	133,04	1 219,57	243,91	1 463,48
	200 11-5116	Odkladacia, odním. polička na vrchu prístroja	11	72,83	14,57	87,40	801,13	160,23	961,36
Spolu položka 2				1 589,67	317,93	1 907,60	17 486,37	3 497,27	20 983,64

RADIX s.r.o.
 RADIX Banská Bystrica
 Vrátna 34



3. Resuscitačné lôžko pre pacientov v kritickom stave

1 ks

Por. č.	Katalógové číslo	Názov	Ks	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH (20 %)	Jednotková cena s DPH	Cena spolu bez DPH	Výška DPH (20 %)	Cena spolu s DPH
		Resuscitačné lôžko pre pacientov v kritickom stave	1	24979,00	4 995,80	29 974,80	24 979,00	4 995,80	29 974,80

RADIX s.r.o.
RADIX Banka Bystřice
Kremlická 16

4. Monitor vitálnych funkcií

16 ks

Por. č.	Katalógové číslo	Názov	Ks	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH (20 %)	Jednotková cena s DPH	Cena spolu bez DPH	Výška DPH (20 %)	Cena spolu s DPH
	A	Field 1—Monitor type Masimo							
	B	EKG, život ohrozujúce arytmie, respirácia, Masimo ® SpO2 technológia, neinvazívny tlak Dinamap ®, teplota	16	3 118,78	623,76	3 742,54	49 900,48	9 980,10	59 880,58
		Field 2—Temperature							
	A	Turbo	16	236,1	47,22	283,32	3 777,60	755,52	4 533,12
		Field 6—Accessory							
	D	kompletné príslušenstvo k monitoru	16	508,28	101,66	609,94	8 132,48	1 626,50	9 758,98
Spolu položka 4				3 863,16	772,63	4 635,79	61 810,56	12 362,11	74 172,67

Ceny sú v Eur


RADIX s.r.o.
 RADIX Banská Bystrica
 Krafničky 36

5. Infúzna zostava dávkovačov pre 8 operačných sál (= 16 ks
lineárnych dávkovačov s držiakom a napájacím trafom)

1. zostava


Por. č.	Katalógové číslo	Názov	Ks	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH (20 %)	Jednotková cena s DPH	Cena spolu bez DPH	Výška DPH (20 %)	Cena spolu s DPH
	8713030	Perfusor ® Space	16	1 725,00	345,00	2 070,00	27 600,00	5 520,00	33 120,00
	8713130	Pole Clamp SP	16	98,00	19,60	117,60	1 568,00	313,60	1 881,60
	8713110A	Napájacie trafo	16	86,00	17,20	103,20	1 376,00	275,20	1 651,20
Spolu položka 5				1 909,00	381,80	2 290,80	30 544,00	6 108,80	36 652,80

RADIX s.r.o.
RADIX Brninská Bystreč ...
Kremnicko 34



6. Infúzna technika pre 2 prebúdzacie miestnosti (= 8 ks lineárnych dávkovačov s držiakom a napájacím trafom) 1 zostava

Por. č.	Katalógové číslo	Názov	Ks	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH (20 %)	Jednotková cena s DPH	Cena spolu bez DPH	Výška DPH (20 %)	Cena spolu s DPH
	8713030	Perfusor ® Space	8	1 725,00	345,00	2 070,00	13 800,00	2 760,00	16 560,00
	8713130	Pole Clamp SP	8	98,00	19,60	117,60	784,00	156,80	940,80
	8713110A	Napájacie trafo	8	86,00	17,20	103,20	688,00	137,60	825,60
Spolu položka 6				1 909,00	381,80	2 290,80	15 272,00	3 054,40	18 326,40


RADIX s.r.o.
 RADIX Banská Bystrica
 Kremnička 66

7. Prenosný USG prístroj

1 ks

Por. č.	Katalógové číslo	Názov	Ks	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH (20 %)	Jednotková cena s DPH	Cena spolu bez DPH	Výška DPH (20 %)	Cena spolu s DPH
		Prenosný USG prístroj Hmotnosť prístroja vrátane batérie max. 5 kg Veľkosť monitora min. 10" Počet digitálnych kanálov min. 256 Dynamický rozsah min. 165 Max. hĺbka penetrácie min. 30 cm Digitálna archivácia B-mód Harmonický mód M-mód Anatomický M-mód Color doppler Power doppler Pulse Wave doppler Triplex Elektronický zoom Vozík s ČB termoprinterom	1	12 292,68	2 458,54	14 751,22	12 292,68	2 458,54	14 751,22
		Lineárna sonda Frekvenčný rozsah min. 4 – 11 MHz Počet elementov min. 128	1	5 853,66	1 170,73	7 024,39	5 853,66	1 170,73	7 024,39
		Konvexná sonda Frekvenčný rozsah min. 2 – 5 MHz Počet elementov min. 128	1	5 853,66	1 170,73	7 024,39	5 853,66	1 170,73	7 024,39
		Pripojiteľnosť USB, CD, PCM CIA, DICOM	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Súčasťou dodávky je aj: Doprava, montáž, inštalácia a uvedenie zariadenia do prevádzky Vyškolenie personálu Záruka v trvaní 24 mesiacov	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu položka 7			24 000,00	4 800,00	28 800,00	24 000,00	4 800,00	28 800,00

RALMA
 RADIK Banská Bystrica
 Kremnická 36

8. Holmium laser s príslušenstvom 1 ks pozostáva z:

1 Ks

Por. č.	Katalógové číslo	Názov	Ks	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH (20 %)	Jednotková cena s DPH	Cena spolu bez DPH	Výška DPH (20 %)	Cena spolu s DPH
	27750201-1	KARL STORZ CALCULASE II SCB, Holmium laser	1	48 343,95	9 668,79	58 012,74	48 343,95	9 668,79	58 012,74
	27750094	Safety goggle for Ho: YAG laser, 2080 µm, for user	2	917,77	183,55	1 101,32	1 835,54	367,11	2 202,65
	27750230	Service Kit, for performing initial installation and/or	1	76,67	15,33	92,00	76,67	15,33	92,00
	27750280	Fiber Stripper Set, sterilizable, including	1	1 583,32	316,66	1 899,98	1 583,32	316,66	1 899,98
	27750271-P6	Calculase Bare Fiber, 230 µm, reusable, sterile, length	1	5 211,06	1 042,21	6 253,27	5 211,06	1 042,21	6 253,27
	27750273-P6	Calculase II Fiber 600 µ reusable	1	6 194,38	1 238,88	7 433,26	6 194,38	1 238,88	7 433,26
Spolu položka 8				62 327,15	12 465,43	74 792,58	63 244,92	12 648,98	75 893,90

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kramárova 1

9. Motorový vrtací systém batérkový ORTHODRIVE

1 Ks

Por. č.	Katalógové číslo	Názov	Ks	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH (20 %)	Jednotková cena s DPH	Cena spolu bez DPH	Výška DPH (20 %)	Cena spolu s DPH
	1287004	MBQ-700 TWO SPEED ROTARY HANDPIECE - SINGLE TRIGGER	1	7234,50	1 446,90	8 681,40	7 234,50	1 446,90	8 681,40
	1287114	DBK-700 SAGITTAL SAW HANDPIECE	1	6558,75	1 311,75	7 870,50	6 558,75	1 311,75	7 870,50
	15370	CHUCK - Q-SERIES TO 1/4" (6.4mm) KEYED CHUCK OUTPUT	1	523,34	104,67	628,01	523,34	104,67	628,01
	15480	CHUCK - Q-SERIES TO A.O. SYNTHES DRILL OUTPUT	1	424,00	84,80	508,80	424,00	84,80	508,80
	15490	CHUCK - Q-SERIES TO A.O. SYNTHES/PROTEK OUTPUT	1	602,88	120,58	723,46	602,88	120,58	723,46
	15550	WQ-700 WIRE/PIN DRIVER 0.8 - 4.0mm	1	2239,25	447,85	2 687,10	2 239,25	447,85	2 687,10
	16220	BC-700 CHARGER - FITTED WITH CA-700 FOR USE WITH SB-701/702	1	3074,00	614,80	3 688,80	3 074,00	614,80	3 688,80
	8300	MAINS CABLE BC/PS-EURO PLUG	1	23,64	4,73	28,37	23,64	4,73	28,37
	16930	SB-704 LITHIUM ION BATTERIES	2	530,00	106,00	636,00	1 060,00	212,00	1 272,00
	16250	STERILISATION CASE - MBQ WITH STERILE BATTERIES	1	1583,38	316,68	1 900,06	1 583,38	316,68	1 900,06
	S87-101	SAGITTAL BLADE DE SOUTTER 25 x 85 x 1.27mm	5	30,48	6,10	36,58	152,40	30,48	182,88
Spolu položka 9				22 824,22	4 564,84	27 389,06	23 476,14	4 695,23	28 171,37

23 476,14

RADIX s.r.o.
RADIX Dental Systems
Kremnica, Slovakia

10. Video Uretero-Renoscope FLEX-X C

1 ks

Por. č.	Katalógové číslo	Názov	Ks	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH (20 %)	Jednotková cena s DPH	Cena spolu bez DPH	Výška DPH (20 %)	Cena spolu s DPH
10.	11278VK	Video Uretero-Renoscope FLEX-X C	1	21 822,00	4 364,40	26 186,40	21 822,00	4 364,40	26 186,40

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36



11. Full HD kamera hlavicová

1 ks

Por. č.	Katalógové číslo	Názov	Ks	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH (20 %)	Jednotková cena s DPH	Cena spolu bez DPH	Výška DPH (20 %)	Cena spolu s DPH
11.	22220055-3	IMAGE 1 H3-Z Full HD Camera Head	1	17 899,82	3 579,96	21 479,78	17 899,82	3 579,96	21 479,78


RADIX s.r.o.
RADIX s.r.o. Bratislava
Kremnická 16

12. Retraktor na transplantáciu pečene

1 ks


Por. č.	Katalógové číslo	Názov	Ks	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH (20 %)	Jednotková cena s DPH	Cena spolu bez DPH	Výška DPH (20 %)	Cena spolu s DPH
	69621	Universal TMR Bilateral System, For Upper Abdominal Retraction Set	1	15623,05	3 124,61	18 747,66	15 623,05	3 124,61	18 747,66
	69537	Universal Post Couplers 1/2" to 1/2" (1.25cm to 1.25cm)	1	253,31	50,66	303,97	253,31	50,66	303,97
	69592	Universal TMR Extension Bridge	1	776,80	155,36	932,16	776,80	155,36	932,16
Spolu položka 12				16 653,16	3 330,63	19 983,79	16 653,16	3 330,63	19 983,79

RADIX s.r.o.
RADIX Panská Bystrica
Karmelitská 10
010 01 Panská Bystrica

13. Kamerová hlavica s videoprocessorom k stávajúcej laparozostave
zn.Olympus 1 ks

Por. č.	Katalógové číslo	Názov	Ks	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH (20 %)	Jednotková cena s DPH	Cena spolu bez DPH	Výška DPH (20 %)	Cena spolu s DPH
	N3643860	Procesor OTV-S190, HDTV 1080i	1	20 507,34	4 101,47	24 608,81	20 507,34	4 101,47	24 608,81
	N2638640	Kamer.hlavica s adaptérom ProH-HD-12E(PAL) autoklárovateľná	1	14 678,32	2 935,66	17 613,98	14 678,32	2 935,66	17 613,98
	N3828060	HD - Video-optika s flexibilným koncom, 5 mm, 30° s kazetou , autoklárovateľná	1	28 120,69	5 624,14	33 744,83	28 120,69	5 624,14	33 744,83
Spolu položka 13				63 306,35	12 661,27	75 967,62	63 306,35	12 661,27	75 967,62

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kráľovníčkej 36



14. Karbónová operačná doska k stávajúcemu operačnému stolu
zn.Trumph

1 ks

Por. č.	Katalógové číslo	Názov	Ks	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH (20 %)	Jednotková cena s DPH	Cena spolu bez DPH	Výška DPH (20 %)	Cena spolu s DPH
	1451095	jednodielna karbónová operačná doska k TS7500, TS5500 elektromotorická., vhodná pre kardiovaskulárne, ortopedické a traumatologické operácie- pod 3D RTG plne transparentná RTG lúčom pozdĺžny posun: 450mm transverzálny posun: +/-85mm X-ray area: hlavová časť: 1400 mm X 520 mm nožná časť: 460 mm x 520 mm	1	41 158,47	8 231,69	49 390,16	41 158,47	8 231,69	49 390,16
	1258882	Trumpf Joystick k ovládaniu karbónovej dosky	1	3 297,93	659,59	3 957,52	3 297,93	659,59	3 957,52
	1223017	T-Distribútor RS 485/232, paralelné spojenie diaľkového ovládača, nožného spínača a joystiku	1	572,92	114,58	687,50	572,92	114,58	687,50
	1418348	TRUMPF Transportný vozík SHUTTLE universal pre JUPITER, SATURN system	1	9 770,86	1 954,17	11 725,03	9 770,86	1 954,17	11 725,03
Spolu položka 14				54 800,18	10 960,04	65 760,22	54 800,18	10 960,04	65 760,22

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička

15. Prístroj na laparoskopickú extrakciu benigných tumorov

1 ks

Por. č.	Katalógové číslo	Názov	Ks	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH (20 %)	Jednotková cena s DPH	Cena spolu bez DPH	Výška DPH (20 %)	Cena spolu s DPH
	26711510	Sawalhe II supercut set, 12/15 mm ø	1	6661,10	1 332,22	7 993,33	6 661,10	1 332,22	7 993,33
	26701001-1	UNIDRIVE® S III SCB, power supply	1	6583,33	1 316,67	7 899,99	6 583,33	1 316,67	7 899,99
	280053	Universal-Spray, 6 pcs, 1 Spray Nozzle	1	290,00	58,00	348,00	290,00	58,00	348,00
Spolu položka 15				13 534,43	2 706,89	16 241,32	13 534,43	2 706,89	16 241,32

RADIX s.r.o.
RADIX Banka bystřice
Kremnická 30

16. Ventilátor pľúcny transportný

1 ks

Por. č.	Katalógové číslo	Názov	Ks	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH (20 %)	Jednotková cena s DPH	Cena spolu bez DPH	Výška DPH (20 %)	Cena spolu s DPH
	161006	HAMILTON - T1 5 úchytom na lôžko pacienta	1	25531,92	5106,38	30 638,30	25 531,92	5 106,38	30 638,30
Príslušenstvo									
	161030	Jazykový balík EN/SK	1						
	160470	DISS konektor O2	1						
	355200	Sieťový kábel	1						
	281431	Hadica na prívod O2, biela, I.D. 6,5 mm, 4 m, resp. voliteľná dĺžka	1						
	161175	Expiračná membrána + kryt	2						
	396200	Kyslíkový senzor	1						
	155362	Prietokový senzor	1						
	5025310	Dýchací okruh Intersurgical 1,6 m pre dosp. s 1 drôtom a automaticky plnenou komorou	8						
	151968	Testovací vak s konektorom , 2l	1						
	3503	Husí krk Intersurgical Superset	10						
	1790	Dýchací filter	10						
	1544	Bakteriálny filter	10						
	161057	Rozšírená ventilácia 1 - APRV/DuoPAP	1						
	161059	Rozšírená ventilácia 2 - NIV/NIV - ST	1						
	161058	Rozšírený monitoring - trendy + slučky	1						
		Užívateľský manuál	1						

RADIX s.r.o.
 010 010 Banská Bystrica
 Kromčická 36/1

17. Infúzny systém s dokovacou stanicou pre 5+1
expektačných lôžok

6 ks

Por. č.	Katalógové číslo	Názov	Ks	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH (20 %)	Jednotková cena s DPH	Cena spolu bez DPH	Výška DPH (20 %)	Cena spolu s DPH
	8713050	Infusomat ® Space	6	2 560,00	512,00	3 072,00	15 360,00	3 072,00	18 432,00
	8713030	Perfusor ® Space	12	1 725,00	345,00	2 070,00	20 700,00	4 140,00	24 840,00
	8713140	Space Station	6	915,00	183,00	1 098,00	5 490,00	1 098,00	6 588,00
	8713145	Space Cover Comfort	6	760,00	152,00	912,00	4 560,00	912,00	5 472,00
Spolu položka 17				5 960,00	1 192,00	7 152,00	46 110,00	9 222,00	55 332,00

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kermičia 26



Položka č. 1

Názov položky: **Elektrochirurgický generátor s bipolárnym systémom zatavovania ciev s prísl.**

Názov (typ) zariadenia: *Force Triad*

Výrobca zariadenia: *Covidien*

Podmienky záručného servisu

1. servis zmluvný
2. Kontakty pre záručný servis
názov servisného strediska:
Covidien ECE s.r.o., Technický servis,
kontaktná osoba servisného strediska: Branislav Ďurinačík
sídlo: Galvaniho 7/a, Bratislava 82104
telefón: 02/4821 4573
fax: 02/4821 4501
e-mail: servissk@covidien.com
3. dĺžka záruky predmetu zmluvy od termínu uvedenia do prevádzky 24 mesiacov
4. v rámci záručnej doby vykonávať záručný servis bezplatne, vrátane výmeny náhradných dielov potrebných k oprave, (tzn. práca technika, náklady na cestovné servisného technika a ceny použitých náhradných dielov k oprave)
5. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 24h
6. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 1
7. pred uplynutím záručnej lehoty vykonať poslednú preventívnu prehliadku a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky, ktoré spadajú pod záruku.

Podmienky pozáručného servisu

1. Predávajúci sa zaväzuje po uplynutí záručnej doby poskytovať kupujúcemu pozáručný servis po dobu prevádzkovania zariadenia (min. 8 rokov),
2. Servis zmluvný
3. Kontakty pre pozáručný servis
názov servisného strediska:
Covidien ECE s.r.o., Technický servis
kontaktná osoba servisného strediska: Branislav Ďuriančík
sídlo: Galvaniho 7/a, Bratislava 82104
telefón: 02/4821 4573

fax: 02/4821 4501
e-mail: servissk@covidien.com

4. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 24 h
5. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 1,
6. celkové náklady za jednu vykonanú preventívnu prehliadku – 257,88 v EUR s DPH
 - Po uplynutí záručnej doby možnosť voľby výberu pozáručného servisu v dvoch formách
 - formou objednávok na opravu a údržbu zariadení:
 - hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika v pracovné dni – 109,20 v EUR s DPH podľa v súčasnosti platného cenníka servisných opráv
 - celkové náklady na cestovné pri zásahu servisného technika – 25 EUR s DPH (tzn. za jeden výjazd technika zo servisného strediska na miesto určenia a späť)

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36



Položka č. 2

Názov položky: **Vysokovýkonná odsávačka s príslušenstvom**

Názov (typ) zariadenia: **Victoria Versa**

Výrobca zariadenia: *Cheirón, a.s., sídlo: Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6*
prevádzka: Blatenská 1073/27a, 326 00 Plzeň

Podmienky záručného servisu

1. Servis: vlastný

2. Kontakty pre záručný servis:

názov servisného strediska: Media Comp., s.r.o.

kontaktná osoba servisného strediska: Ing. Martin Kochan

sídlo: č. d. 268, 900 41 Rovinka

prevádzka: Košariská 192/42, 900 42 Dunajská Lužná

telefón: 0903/325 191; 0914/325 191

fax: 02/45 985 027

e-mail: mediacomp@mediacomp.sk

3. Dĺžka záruky predmetu zmluvy od termínu uvedenia do prevádzky: na sací agregát je 6 rokov, na ostatné časti 24 mes.,
4. v rámci záručnej doby vykonávať záručný servis bezplatne, vrátane výmeny náhradných dielov potrebných k oprave, (tzn. práca technika, náklady na cestovné servisného technika a ceny použitých náhradných dielov k oprave),
5. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska je 36 hod.,
6. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok je 1,
7. pred uplynutím záručnej lehoty vykonať poslednú preventívnu prehliadku a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky, ktoré spadajú pod záruku.

Podmienky pozáručného servisu

1. Predávajúci sa zaväzuje po uplynutí záručnej doby poskytovať kupujúcemu pozáručný servis po dobu prevádzkovania zariadenia (min. 8 rokov).
2. Servis: vlastný

Kontakty pre pozáručný servis:

názov servisného strediska: Media Comp., s.r.o.

kontaktná osoba servisného strediska: Ing. Martin Kochan

sídlo: č. d. 268, 900 41 Rovinka
prevádzka: Košariská 192/42, 900 42 Dunajská Lužná
telefón: 0903/325 191; 0914/325 191
fax: 02/45 985 027
e-mail: mediacomp@mediacomp.sk

3. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska je 36 hod.,
4. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok je 1,
5. celkové náklady za jednu vykonanú preventívnu prehliadku 36 EUR s DPH,
6. Po uplynutí záručnej doby sa pozáručný servis uskutočňuje na základe objednávky na opravu a údržbu zariadení:
 - hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika v pracovné dni je 36 EUR s DPH podľa v súčasnosti platného cenníka servisných opráv,
 - celkové náklady na cestovné pri zásahu servisného technika 144 EUR s DPH.

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36



Položka č. 3

Názov položky: **Resuscitačné lôžko pre pacientov v kritickom stave**

Názov (typ) zariadenia: **MULTICARE**

Výrobca zariadenia: **LINET, s.r.o., Česká republika**

Položka č. 18

Názov položky: **Vozík anesteziologický**

Názov (typ) zariadenia: **AURION CP/ANE**

Výrobca zariadenia: **LINET, s.r.o., Česká republika**

Položka č. 19

Názov položky: **Vozík resuscitačný**

Názov (typ) zariadenia: **AURION CP/EM4**

Výrobca zariadenia: **LINET, s.r.o., Česká republika**

Položka č. 33

Názov položky: **Vozík na zvoz použitého materiálu**

Názov (typ) zariadenia: **MAN NEMO**

Výrobca zariadenia: **LINET, s.r.o., Česká republika**

Podmienky záručného servisu

1. servis vlastný
2. Kontakty pre záručný servis
názov servisného strediska: **BASCO SK, s.r.o.**
kontaktná osoba servisného strediska: **Šafr Jozef**
sídlo: **Šenkvickej cesty 14/K/4636, 902 01 Pezinok**
telefón: **033/6406720**
fax: **033/6402108**
e-mail: info@bascosk.sk
3. dĺžka záruky predmetu zmluvy od termínu uvedenia do prevádzky 24 (uvedie uchádzač/predávajúci – požiadavka verejného obstarávateľa/kupujúceho min 12 mesiacov),
4. v rámci záručnej doby vykonávať záručný servis bezplatne, vrátane výmeny náhradných dielov potrebných k oprave, (tzn. práca technika, náklady na cestovné servisného technika a ceny použitých náhradných dielov k oprave)
5. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 48 hodín
6. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 1
7. pred uplynutím záručnej lehoty vykonať poslednú preventívnu prehliadku a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky, ktoré spadajú pod záruku.

Podmienky pozáručného servisu

1. Predávajúci sa zaväzuje po uplynutí záručnej doby poskytovať kupujúcemu pozáručný servis po dobu prevádzkovania zariadenia (min. 8 rokov),

2. Servis vlastný:
3. Názov servisného strediska: BASCO SK, s.r.o.
kontaktná osoba servisného strediska: Šafr Jozef
sídlo: Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
telefón: 033/6406720
fax: 033/6402108
e-mail: info@bascosk.sk
4. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 48 hodín
5. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 1
celkové náklady za jednu vykonanú preventívnu prehliadku – 40,8 EUR s DPH
6. Po uplynutí záručnej doby možnosť voľby výberu pozáručného servisu:
 - formou objednávok na opravu a údržbu zariadení:
 - hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika v pracovné dni – 40,8 EUR s DPH podľa v súčasnosti platného cenníka servisných opráv
 - celkové náklady na cestovné pri zásahu servisného technika – 448 EUR s DPH (tzn. za jeden výjazd technika zo servisného strediska na miesto určenia a späť)

RADIX s.r.o.
RADIX s.r.o. Bystrica
Kreminčská 36



Položka č. 4

Názov položky: **Monitor vitálnych funkcií s prísl.**

Názov (typ) zariadenia: Dash 2500

Výrobca zariadenia: Generla Electric Healthcare

Podmienky záručného servisu

1. servis vlastný/ zmluvný
2. Kontakty pre záručný servis :
názov servisného strediska: Tangra spol. s r.o.
kontaktná osoba servisného strediska: ing, Igor Kmet'
sídlo: Tangra spol. s r.o. , Nová 26, 976 11 Selce
telefón: 0949 604 905
fax: 048/4181490
e-mail: igor.kmet@ tangra.sk
3. dĺžka záruky predmetu zmluvy od termínu uvedenia do prevádzky 12 mesiacov
4. v rámci záručnej doby vykonávať záručný servis bezplatne, vrátane výmeny náhradných dielov potrebných k oprave, (tzn. práca technika, náklady na cestovné servisného technika a ceny použitých náhradných dielov k oprave)
 - na spotrebný materiál, káble, senzory, hadice, manžety sa vzťahuje záruka 6 mesiacov,
5. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska je do 48 hodín
6. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 1 krát
7. pred uplynutím záručnej lehoty vykonať poslednú preventívnu prehliadku a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky, ktoré spadajú pod záruku.

Podmienky pozáručného servisu

1. Predávajúci sa zaväzuje po uplynutí záručnej doby poskytovať kupujúcemu pozáručný servis po dobu prevádzkovania zariadenia (min. 8 rokov),
2. Servis vlastný/zmluvný
3. Kontakty pre pozáručný servis
názov servisného strediska: Tangra spol. s r.o.
kontaktná osoba servisného strediska: ing. Igor Kmet'
sídlo: Tangra spol. s r.o. , Nová 26, 976 11 Selce
telefón: 0949 604 905

fax: 048/4181490

e-mail: igor.kmet@tangra.sk sídlo:

4. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska je 48 hodín
5. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 1 krát
6. celkové náklady za jednu vykonanú preventívnu prehliadku – 72 EUR s DPH
7. Po uplynutí záručnej doby možnosť voľby výberu pozáručného servisu v dvoch formách formou objednávok na opravu a údržbu zariadení:
 - hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika v pracovné dni – 42 EUR s DPH podľa v súčasnosti platného cenníka servisných opráv
 - celkové náklady na cestovné pri zásahu servisného technika – 15,36 EUR s DPH (tzn. za jeden výjazd technika zo servisného strediska na miesto určenia a späť)

ing. Igor Kmeť
konateľ
Tangra spol. s r.o

RADIX s.r.o.
Banská Bystrica
číslo účtu 36



Položka č. 5

Názov položky: **Infúzna zostava dávkovačov pre 8 operačných sál**

Názov (typ) zariadenia: **Perfusor® Space s držiakom Pole Clamp a napájacím trafom**

Výrobca zariadenia: **B. Braun Melsungen AG**

Podmienky záručného servisu


1. servis zmluvný
2. Kontakty pre záručný servis:
názov servisného strediska: B. Braun Avitum Zvolen s.r.o.
kontaktná osoba servisného strediska: Martin Sihelský
sídlo: Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
telefón: 0903 264 906
fax: 045 532 3613
e-mail: martin.sihelsky@bbraun.com
3. dĺžka záruky predmetu zmluvy od termínu uvedenia do prevádzky: **24 mesiacov**
4. v rámci záručnej doby vykonávať záručný servis bezplatne, vrátane výmeny náhradných dielov potrebných k oprave, (tzn. práca technika, náklady na cestovné servisného technika a ceny použitých náhradných dielov k oprave)
5. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska **48 hodín**
6. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja: jedenkrát za dva roky
7. pred uplynutím záručnej lehoty vykonať poslednú preventívnu prehliadku a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky, ktoré spadajú pod záruku.

Podmienky pozáručného servisu

1. Predávajúci sa zaväzuje po uplynutí záručnej doby poskytovať kupujúcemu pozáručný servis po dobu prevádzkovania zariadenia (min. 8 rokov),
2. Servis zmluvný
3. Kontakty pre pozáručný servis:
názov servisného strediska: B. Braun Avitum Zvolen s.r.o.
kontaktná osoba servisného strediska: Martin Sihelský
sídlo: Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
telefón: 0903 264 906
fax: 045 532 3613
e-mail: martin.sihelsky@bbraun.com
4. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska **48 hodín**

5. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja: jeden krát za dva roky
6. celkové náklady za jednu vykonanú preventívnu prehliadku – **61,36 EUR s DPH** za jeden prístroj
7. Po uplynutí záručnej doby možnosť voľby výberu pozáručného servisu:
 - ✦ formou objednávok na opravu a údržbu zariadení:
 - Cenník servisných úkonov je štrukturovaný a vyčíslený na konkrétny servisný úkon (nie na hodinovú sadzbu) a na náhradné diely. Pred uskutočnením opravy zákazník obdrží presnú kalkuláciu ceny na odsúhlasenie v EUR s DPH podľa platného cenníka servisných opráv (napr. Demontáž hlavy pohonu Space 28,57 EUR s DPH, Kalibrácia parametrov prístroja 15,13 EUR s DPH).
 - Prístroj je možné doručiť poštou alebo servisný technik vycestuje na miesto opravy k zákazníkovi. Celkové náklady na cestovné pri zásahu servisného technika na mieste – 0,48 EUR s DPH/km

Za B. Braun Medical s.r.o.


B. Braun Medical s.r.o.
Hradbová 19
SK-851 01 Bratislava
IČO: 313 50 780
IČ DPH: SK2020297609
PharmDr. Jiri Lukeš
konateľ


RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36

Položka č. 6

Názov položky: **Infúzna technika pre 2 prebúdzacie izby**

Názov (typ) zariadenia: **Perfusor® Space s držiakom Pole Clamp a napájacím trafom**

Výrobca zariadenia: **B. Braun Melsungen AG**

Podmienky záručného servisu


1. servis zmluvný
2. Kontakty pre záručný servis:
názov servisného strediska: B. Braun Avitum Zvolen s.r.o.
kontaktná osoba servisného strediska: Martin Sihelský
sídlo: Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
telefón: 0903 264 906
fax: 045 532 3613
e-mail: martin.sihelsky@bbraun.com
3. dĺžka záruky predmetu zmluvy od termínu uvedenia do prevádzky: **24 mesiacov**
4. v rámci záručnej doby vykonávať záručný servis bezplatne, vrátane výmeny náhradných dielov potrebných k oprave, (tzn. práca technika, náklady na cestovné servisného technika a ceny použitých náhradných dielov k oprave)
5. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska **48 hodín**
6. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja: jedenkrát za dva roky
7. pred uplynutím záručnej lehoty vykonať poslednú preventívnu prehliadku a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky, ktoré spadajú pod záruku.

Podmienky pozáručného servisu

1. Predávajúci sa zaväzuje po uplynutí záručnej doby poskytovať kupujúcemu pozáručný servis po dobu prevádzkovania zariadenia (min. 8 rokov),
2. Servis zmluvný
3. Kontakty pre pozáručný servis:
názov servisného strediska: B. Braun Avitum Zvolen s.r.o.
kontaktná osoba servisného strediska: Martin Sihelský
sídlo: Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
telefón: 0903 264 906
fax: 045 532 3613
e-mail: martin.sihelsky@bbraun.com
4. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska **48 hodín**

5. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcou prístroja: jeden krát za dva roky
6. celkové náklady za jednu vykonanú preventívnu prehliadku – **61,36 EUR s DPH** za jeden prístroj
7. Po uplynutí záručnej doby možnosť voľby výberu pozáručného servisu:
 - formou objednávok na opravu a údržbu zariadení:
 - Cenník servisných úkonov je štrukturovaný a vyčíslený na konkrétny servisný úkon (nie na hodinovú sadzbu) a na náhradné diely. Pred uskutočnením opravy zákazník obdrží presnú kalkuláciu ceny na odsúhlasenie v EUR s DPH podľa platného cenníka servisných opráv (napr. Demontáž hlavy pohonu Space 28,57 EUR s DPH, Kalibrácia parametrov prístroja 15,13 EUR s DPH).
 - Prístroj je možné doručiť poštou alebo servisný technik vycestuje na miesto opravy k zákazníkovi. Celkové náklady na cestovné pri zásahu servisného technika na mieste – 0,48 EUR s DPH/km

Za B. Braun Medical s.r.o.


B. Braun Medical s.r.o.
Handlovská 19
SK-851 01 Bratislava
IČO: 234 55 780
PharmDr. Jiří Lukes SK2020297608
konateľ DIČ: 2020297608


RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36

Položka č. 7

Názov položky: **Prenosný USG prístroj**

Názov (typ) zariadenia: **Logiq e**

Výrobca zariadenia: **GE Medical Systems Information Technologies GmbH, Nemecko**

Podmienky záručného servisu

1. Servis vlastný/zmluvný: zmluvný
2. Kontakty pre záručný servis
názov servisného strediska: **INTES Poprad, s.r.o.**
kontaktná osoba servisného strediska: **Ing. Bohuslav Medvec**
sídlo: **Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad**
telefón: **+421/905 743 754**
fax: **+421/52 77 23 393**
e-mail: **medvec.b@intespp.sk**
3. Dĺžka záruky predmetu zmluvy od termínu uvedenia do prevádzky je 24 mesiacov.
4. V rámci záručnej doby vykonávať záručný servis bezplatne, vrátane výmeny náhradných dielov potrebných k oprave (tzn. práca technika, náklady na cestovné servisného technika a ceny použitých náhradných dielov k oprave).
5. Lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska je do 48 hodín.
6. Počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 1 prehliadka.
7. Pred uplynutím záručnej lehoty vykonať poslednú preventívnu prehliadku a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky, ktoré spadajú pod záruku.

Podmienky pozáručného servisu

1. Predávajúci sa zaväzuje po uplynutí záručnej doby poskytovať kupujúcemu pozáručný servis po dobu prevádzkovania zariadenia (min. 8 rokov).
2. Servis vlastný/zmluvný: zmluvný
3. Kontakty pre pozáručný servis
názov servisného strediska: **INTES Poprad, s.r.o.**
kontaktná osoba servisného strediska: **Ing. Bohuslav Medvec**
sídlo: **Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad**
telefón: **+421/905 743 754**
fax: **+421/52 77 23 393**
e-mail: **medvec.b@intespp.sk**

4. Lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska je do 48 hodín.
5. Počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcem prístroja za jeden rok – 1 prehliadka.
6. Celkové náklady za jednu vykonanú preventívnu prehliadku – 180 EUR s DPH.
7. Po uplynutí záručnej doby:
 - formou objednávok na opravu a údržbu zariadení:
 - hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika v pracovné dni – 50,40 EUR s DPH podľa v súčasnosti platného cenníka servisných opráv,
 - celkové náklady na cestovné pri zásahu servisného technika – 126,00 EUR s DPH (tzn. za jeden výjazd technika zo servisného strediska na miesto určenia a späť).

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36



Položka č. 8

Názov položky: **Holmium laser s príslušenstvom**

Názov (typ) zariadenia: **CALCULASE II SCB, Holmium laser**

Výrobca zariadenia: **KARL STORZ**

Podmienky záručného servisu

1. servis vlastný

2. Kontakty pre záručný servis

názov servisného strediska: **Radix spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica.**

kontaktná osoba servisného strediska: **Ing.Lukáš Mališ**

sídlo: **Radix spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica.**

telefón: **0907870857**

fax: **048/4112623**

e-mail: **servis@radix.sk**

3. dĺžka záruky predmetu zmluvy od termínu uvedenia do prevádzky 24 mesiacov.
4. v rámci záručnej doby vykonávať záručný servis bezplatne, vrátane výmeny náhradných dielov potrebných k oprave, (tzn. práca technika, náklady na cestovné servisného technika a ceny použitých náhradných dielov k oprave)

Náhradné diely spotrebného charakteru, ktoré nie sú predmetom záruky: **laserové vlákno**

5. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 24 hodín,
6. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 1,
7. pred uplynutím záručnej lehoty vykonať poslednú preventívnu prehliadku a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky, ktoré spadajú pod záruku.

Podmienky pozáručného servisu

1. Predávajúci sa zaväzuje po uplynutí záručnej doby poskytovať kupujúcemu pozáručný servis po dobu prevádzkovania zariadenia (min. 8 rokov),
2. Servis vlastný.

3. Kontakty pre pozáručný servis
názov servisného strediska:

názov servisného strediska: **Radix spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica.**

kontaktná osoba servisného strediska: **Ing.Lukáš Mališ**

sídlo: **Radix spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica.**


telefón: **0907870857**

fax: **048/4112623**

e-mail: **servis@radix.sk**

4. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 24 hodín,
5. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 1,
6. celkové náklady za jednu vykonanú preventívnu prehliadku – 120 EUR s DPH
7. Po uplynutí záručnej doby možnosť voľby výberu pozáručného servisu v dvoch formách:
- formou objednávok na opravu a údržbu zariadení:
 - hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika v pracovné dni – 24 EUR s DPH podľa v súčasnosti platného cenníka servisných opráv,
 - celkové náklady na cestovné pri zásahu servisného technika – 0,40 EUR s DPH (tzn. za jeden výjazd technika zo servisného strediska na miesto určenia a späť).

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36



Položka č. 9

Názov položky: **Motorový vŕtací systém batérkový**

Názov (typ) zariadenia: **ORTHODRIVE**

Výrobca zariadenia: **dE Soutter MEDICAL**

Podmienky záručného servisu

1. servis vlastný
2. Kontakty pre záručný servis
názov servisného strediska: **Radix spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica.**

kontaktná osoba servisného strediska: **Ing.Lukáš Mališ**

sídlo: **Radix spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica.**

telefón: **0907870857**

fax: **048/4112623**

e-mail: **servis@radix.sk**

3. dĺžka záruky predmetu zmluvy od termínu uvedenia do prevádzky 12 mesiacov,
4. v rámci záručnej doby vykonávať záručný servis bezplatne, vrátane výmeny náhradných dielov potrebných k oprave, (tzn. práca technika, náklady na cestovné servisného technika a ceny použitých náhradných dielov k oprave)

Náhradné diely spotrebného charakteru, ktoré nie sú predmetom záruky: **batérie**

5. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 24 hodín,
6. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 1,
7. pred uplynutím záručnej lehoty vykonať poslednú preventívnu prehliadku a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky, ktoré spadajú pod záruku.

Podmienky pozáručného servisu

1. Predávajúci sa zaväzuje po uplynutí záručnej doby poskytovať kupujúcemu pozáručný servis po dobu prevádzkovania zariadenia (min. 8 rokov),
2. Servis vlastný.

3. Kontakty pre pozáručný servis
názov servisného strediska:

názov servisného strediska: **Radix spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica.**

kontaktná osoba servisného strediska: **Ing.Lukáš Mališ**

sídlo: **Radix spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica.**


telefón: **0907870857**

fax: **048/4112623**

e-mail: **servis@radix.sk**

4. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 24 hodín,
5. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 1,
6. celkové náklady za jednu vykonanú preventívnu prehliadku – 36 EUR s DPH
7. Po uplynutí záručnej doby možnosť voľby výberu pozáručného servisu v dvoch formách:
- formou objednávok na opravu a údržbu zariadení:
 - hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika v pracovné dni – 24 EUR s DPH podľa v súčasnosti platného cenníka servisných opráv,
 - celkové náklady na cestovné pri zásahu servisného technika – 0,40 EUR s DPH (tzn. za jeden výjazd technika zo servisného strediska na miesto určenia a späť).

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36



Položka č. 10

Názov položky: **Video Uretero-Renoscope FLEX-X C**

Názov (typ) zariadenia: **FLEX-X C**

Výrobca zariadenia: **KARL STORZ**

Podmienky záručného servisu

1. servis vlastný
2. Kontakty pre záručný servis
názov servisného strediska: **Radix spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica.**

kontaktná osoba servisného strediska: **Ing.Lukáš Mališ**

sídlo: **Radix spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica.**

telefón: **0907870857**

fax: **048/4112623**

e-mail: **servis@radix.sk**

3. dĺžka záruky predmetu zmluvy od termínu uvedenia do prevádzky 24 mesiacov,
4. v rámci záručnej doby vykonávať záručný servis bezplatne, vrátane výmeny náhradných dielov potrebných k oprave, (tzn. práca technika, náklady na cestovné servisného technika a ceny použitých náhradných dielov k oprave)

Náhradné diely spotrebného charakteru, ktoré nie sú predmetom záruky: **laserové vlákno**

5. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 24 hodín,
6. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 1,
7. pred uplynutím záručnej lehoty vykonať poslednú preventívnu prehliadku a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky, ktoré spadajú pod záruku.

Podmienky pozáručného servisu

1. Predávajúci sa zaväzuje po uplynutí záručnej doby poskytovať kupujúcemu pozáručný servis po dobu prevádzkovania zariadenia (min. 8 rokov),
2. Servis vlastný.

3. Kontakty pre pozáručný servis
názov servisného strediska:

názov servisného strediska: **Radix spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica.**

kontaktná osoba servisného strediska: **Ing.Lukáš Mališ**

sídlo: **Radix spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica.**


telefón: **0907870857**

fax: **048/4112623**

e-mail: **servis@radix.sk**

4. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 24 hodín,
5. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 1,
6. celkové náklady za jednu vykonanú preventívnu prehliadku – 36 EUR s DPH
7. Po uplynutí záručnej doby možnosť voľby výberu pozáručného servisu v dvoch formách:
- ➔ formou objednávok na opravu a údržbu zariadení:
 - hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika v pracovné dni – 24 EUR s DPH podľa v súčasnosti platného cenníka servisných opráv,
 - celkové náklady na cestovné pri zásahu servisného technika – 0,40 EUR s DPH (tzn. za jeden výjazd technika zo servisného strediska na miesto určenia a späť).

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36



Položka č. 11

Názov položky: **Full HD kamera hlavicová**

Názov (typ) zariadenia: **IMAGE 1 H3-Z Full HD Camera Head**

Výrobca zariadenia: **KARL STORZ**

Podmienky záručného servisu

1. servis vlastný
2. Kontakty pre záručný servis
názov servisného strediska: **Radix spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica.**

kontaktná osoba servisného strediska: **Ing.Lukáš Mališ**

sídlo: **Radix spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica.**

telefón: **0907870857**

fax: **048/4112623**

e-mail: **servis@radix.sk**

3. dĺžka záruky predmetu zmluvy od termínu uvedenia do prevádzky 24 mesiacov,
4. v rámci záručnej doby vykonávať záručný servis bezplatne, vrátane výmeny náhradných dielov potrebných k oprave, (tzn. práca technika, náklady na cestovné servisného technika a ceny použitých náhradných dielov k oprave)

Náhradné diely spotrebného charakteru, ktoré nie sú predmetom záruky: **nie sú.**

5. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 24 hodín,
6. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 1,
7. pred uplynutím záručnej lehoty vykonať poslednú preventívnu prehliadku a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky, ktoré spadajú pod záruku.

Podmienky pozáručného servisu

1. Predávajúci sa zaväzuje po uplynutí záručnej doby poskytovať kupujúcemu pozáručný servis po dobu prevádzkovania zariadenia (min. 8 rokov),
2. Servis vlastný.

3. Kontakty pre pozáručný servis
názov servisného strediska:

názov servisného strediska: **Radix spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica.**

kontaktná osoba servisného strediska: **Ing.Lukáš Mališ**

sídlo: **Radix spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica.**

telefón: **0907870857**

fax: **048/4112623**

e-mail: **servis@radix.sk**

4. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 24 hodín,
5. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 1,
6. celkové náklady za jednu vykonanú preventívnu prehliadku – 36 EUR s DPH
7. Po uplynutí záručnej doby možnosť voľby výberu pozáručného servisu v dvoch formách:
- formou objednávok na opravu a údržbu zariadení:
 - hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika v pracovné dni – 24 EUR s DPH podľa v súčasnosti platného cenníka servisných opráv,
 - celkové náklady na cestovné pri zásahu servisného technika – 0,40 EUR s DPH (tzn. za jeden výjazd technika zo servisného strediska na miesto určenia a späť).

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36



Položka č. 12

Názov položky: **Retraktor na transplantáciu pečene**

Názov (typ) zariadenia: **Universal TMR Bilateral System**

Výrobca zariadenia: **MEDIFLEX, SURGICAL PRODUCTS**

Podmienky záručného servisu

1. servis vlastný

2. Kontakty pre záručný servis

názov servisného strediska: **Radix spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica.**

kontaktná osoba servisného strediska: **Ing.Lukáš Mališ**

sídlo: **Radix spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica.**

telefón: **0907870857**

fax: **048/4112623**

e-mail: **servis@radix.sk**

3. dĺžka záruky predmetu zmluvy od termínu uvedenia do prevádzky 24 mesiacov,
4. v rámci záručnej doby vykonávať záručný servis bezplatne, vrátane výmeny náhradných dielov potrebných k oprave, (tzn. práca technika, náklady na cestovné servisného technika a ceny použitých náhradných dielov k oprave)

Náhradné diely spotrebného charakteru, ktoré nie sú predmetom záruky: **nie sú.**

5. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 24 hodín,
6. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 1,
7. pred uplynutím záručnej lehoty vykonať poslednú preventívnu prehliadku a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky, ktoré spadajú pod záruku.

Podmienky pozáručného servisu

1. Predávajúci sa zaväzuje po uplynutí záručnej doby poskytovať kupujúcemu pozáručný servis po dobu prevádzkovania zariadenia (min. 8 rokov),
2. Servis vlastný.

3. Kontakty pre pozáručný servis
názov servisného strediska:

názov servisného strediska: **Radix spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica.**

kontaktná osoba servisného strediska: **Ing.Lukáš Mališ**

sídlo: **Radix spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica.**

telefón: **0907870857**

fax: **048/4112623**

e-mail: **servis@radix.sk**

4. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 24 hodín,
5. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 1,
6. celkové náklady za jednu vykonanú preventívnu prehliadku – 24 EUR s DPH
7. Po uplynutí záručnej doby možnosť voľby výberu pozáručného servisu v dvoch formách:
- formou objednávok na opravu a údržbu zariadení:
 - hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika v pracovné dni – 24 EUR s DPH podľa v súčasnosti platného cenníka servisných opráv,
 - celkové náklady na cestovné pri zásahu servisného technika – 0,40 EUR s DPH (tzn. za jeden výjazd technika zo servisného strediska na miesto určenia a späť).

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36



Položka č. 13

Názov položky:

Kamerová hlavica s videoprocesorom k stávajúcej laparozostave zn.Olympus

Názov (typ) zariadenia: *ULTRAMED s.r.o.*

Výrobca zariadenia: *Olympus Medical Systems Corp. , Japonsko*

Podmienky záručného servisu

1. servis vlastný

2. Kontakty pre záručný servis

názov servisného strediska: *ULTRAMED s.r.o., Slovnaftská 102, 821 07 Bratislava*

kontaktná osoba servisného strediska: *Alžbeta Farkašová*

sídlo: *ULTRAMED s.r.o., Slovnaftská 102, 821 07 Bratislava*

telefón: *02/ 45248969 , 0917/ 757 005*

fax: *02/45248986*

e-mail: *ultramed@ultramed.sk, farkasova@ultramed.sk*

3. dĺžka záruky predmetu zmluvy od termínu uvedenia do prevádzky 24 mesiacov

4. v rámci záručnej doby vykonávať záručný servis bezplatne, vrátane výmeny náhradných dielov potrebných k oprave, (tzn. práca technika, náklady na cestovné servisného technika a ceny použitých náhradných dielov k oprave)

5. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 48 hodín

6. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 1

7. pred uplynutím záručnej lehoty vykonať poslednú preventívnu prehliadku a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky, ktoré spadajú pod záruku.

Podmienky pozáručného servisu

1. Predávajúci sa zaväzuje po uplynutí záručnej doby poskytovať kupujúcemu pozáručný servis po dobu prevádzkovania zariadenia (min. 8 rokov),

2. Servis vlastný

3. Kontakty pre pozáručný servis

názov servisného strediska: ULTRAMED s.r.o., Slovnaftská 102, 821 07 Bratislava

telefón: 02/ 45248969 , 0917/ 757 005

fax: 02/45248986


e-mail: ultramed@ultramed.sk, farkasova@ultramed.sk


4. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 48 hodín
5. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 1
6. celkové náklady za jednu vykonanú preventívnu prehliadku – 39,60 v EUR s DPH
7. Po uplynutí záručnej doby bude servis realizovaný :

✱ formou objednávok na opravu a údržbu zariadení:

- hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika v pracovné dni v EUR s DPH podľa v súčasnosti platného cenníka servisných opráv:
 - vyčistenie optiky – vonkajšie, výmena tesnení, dorobná mechanická oprava, ošetrovanie endoskopických nástrojov: cena 12,00 EUR s DPH + materiál
 - opravy izolačných koncoviek, vonkajších a vnútorných plášťov, iluminačné koncovky rektoskopov, inštrukcia zákazníka: cena 33,60 EUR s DPH + materiál
 - výmeny ventilov, mechanicky poškodené a deformované nástroje cena: 60,00 EUR s DPH + materiál
 - vyčistenie optiky bez rozbrania objektívu, výmena poškodených šošoviek, justáž optiky, výmena Alb. Mostíka, výmena polokompletu: cena 108,00 EUR s DPH + materiál
 - výmena päťíc, halogénových a xenónových lúčov, ističov: cena: 79,65 EUR s DPH + materiál
 - výmena el. súčiastok, vystavenie meracích protokolov a atestov, opravy káblov kamerových hlavíc bez ich výmeny : cena 270,00 EUR s DPH
- celkové náklady na cestovné pri zásahu servisného technika – 0,00 EUR s DPH (tzn. za jeden výjazd technika zo servisného strediska na miesto určenia a späť)

V Žiari nad Hronom,


RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36


5. Xyocela 45014, 821 07 Bratislava
IČO: 35620101, IČD: 45100, IČD: 45100
www.ultramed.sk - 19 -

Mgr. Juraj Varga
konateľ

Položka č. 14

Názov položky: **Karbónová operačná doska k stávajúcemu operačnému stolu zn.Trumph**

Názov (typ) zariadenia: Karbónová doska CARBON X-TRA 7500, TRUMPF

Výrobca zariadenia: TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co.KG, Nemecko

Podmienky záručného servisu

1. servis vlastný/zmluvný – vlastný
2. Kontakty pre záručný servis: Jozef Mandrák, Branislav Čapoš, tel. 02/55568102-3, servis@nimag.sk
názov servisného strediska: NIMAG, spol. s r.o.,Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava

kontaktná osoba servisného strediska: Jozef Mandrák, Branislav Čapoš
sídlo:Prievozská 4/B, 821 09, Bratislava

telefón: +421 2 555 681 02-3

fax: +421 2 555 681 04

e-mail: nimag@nimag.sk, servis@nimag.sk

dĺžka záruky predmetu zmluvy od termínu uvedenia do prevádzky 24 mesiacov,

3. v rámci záručnej doby vykonávať záručný servis bezplatne, vrátane výmeny náhradných dielov potrebných k oprave, (tzn. práca technika, náklady na cestovné servisného technika a ceny použitých náhradných dielov k oprave)
4. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 48 hodín od písomného nahlásenia poruchy
5. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 0
povinná prehliadka jedenkrát za dva roky. Po uplynutí 3 rokov – jedenkrát za rok,
6. pred uplynutím záručnej lehoty vykonať poslednú preventívnu prehliadku a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky, ktoré spadajú pod záruku.

Podmienky pozáručného servisu

1. Predávajúci sa zaväzuje po uplynutí záručnej doby poskytovať kupujúcemu pozáručný servis po dobu prevádzkovania zariadenia 8 rokov
2. Servis vlastný/zmluvný – vlastný
Dtto ako pri záručnom servise

3. Kontakty pre pozáručný servis: dtto ako pri záručnom servise

názov servisného strediska:

kontaktná osoba servisného strediska: dtto ako pri záručnom servise

sídlo:

telefón:

fax:

e-mail:

lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 48 hodín

4. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – dtto po treťom roku prevádzky jeden krát za rok


5. celkové náklady za jednu vykonanú preventívnu prehliadku – 108,00€ plus dopravné náklady- 0,6€/km s DPH

6. Po uplynutí záručnej doby možnosť voľby výberu pozáručného servisu v dvoch formách

➔ formou objednávok na opravu a údržbu zariadení:

- hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika v pracovné dni – 72,00€/hod s DPH podľa v súčasnosti platného cenníka servisných opráv
- celkové náklady na cestovné pri zásahu servisného technika – 240,00€ EUR s DPH (tzn. za jeden výjazd technika zo servisného strediska na miesto určenia a späť)


RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36


nimag s.r.o.
MEDICAL SYSTEMS
Apelko BC II, Prievozska 4/B
821 09 Bratislava
IČ DPH SK2026343391
1.

Položka č. 15

Názov položky: **Prístroj na laparoskopickú extrakciu benigných tumorov**

Názov (typ) zariadenia: **Sawalhe II supercut set, UNIDRIVE® S III SCB**

Výrobca zariadenia: **KARL STORZ**

Podmienky záručného servisu

1. servis vlastný
2. Kontakty pre záručný servis
názov servisného strediska: **Radix spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica.**

kontaktná osoba servisného strediska: **Ing.Lukáš Mališ**

sídlo: **Radix spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica.**

telefón: **0907870857**

fax: **048/4112623**

e-mail: **servis@radix.sk**

3. dĺžka záruky predmetu zmluvy od termínu uvedenia do prevádzky 24 mesiacov,
4. v rámci záručnej doby vykonávať záručný servis bezplatne, vrátane výmeny náhradných dielov potrebných k oprave, (tzn. práca technika, náklady na cestovné servisného technika a ceny použitých náhradných dielov k oprave)

Náhradné diely spotrebného charakteru, ktoré nie sú predmetom záruky: **nie sú.**

5. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 24 hodín,
6. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 1,
7. pred uplynutím záručnej lehoty vykonať poslednú preventívnu prehliadku a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky, ktoré spadajú pod záruku.

Podmienky pozáručného servisu

1. Predávajúci sa zaväzuje po uplynutí záručnej doby poskytovať kupujúcemu pozáručný servis po dobu prevádzkovania zariadenia (min. 8 rokov),
2. Servis vlastný.

3. Kontakty pre pozáručný servis

názov servisného strediska:

názov servisného strediska: **Radix spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica.**

kontaktná osoba servisného strediska: **Ing.Lukáš Mališ**

sídlo: **Radix spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica.**


telefón: **0907870857**

fax: **048/4112623**

e-mail: **servis@radix.sk**

4. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 24 hodín,
5. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 1,
6. celkové náklady za jednu vykonanú preventívnu prehliadku – 36 EUR s DPH
7. Po uplynutí záručnej doby možnosť voľby výberu pozáručného servisu v dvoch formách:
 - formou objednávok na opravu a údržbu zariadení:
 - hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika v pracovné dni – 24 EUR s DPH podľa v súčasnosti platného cenníka servisných opráv,
 - celkové náklady na cestovné pri zásahu servisného technika – 0,40 EUR s DPH (tzn. za jeden výjazd technika zo servisného strediska na miesto určenia a späť).

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36



Položka č. 16

Názov položky: Ventilátor pľúcny transportný

Názov (typ) zariadenia: Pľúcny ventilátor HAMILTON-T1

Výrobca zariadenia: Hamilton Medical AG, Švajčiarsko

Podmienky záručného servisu

1. **servis vlastný/zmluvný** – uvedie uchádzač
2. **Kontakty pre záručný servis**
názov servisného strediska: **MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659, 81, 949 01 Nitra – Dražovce**
kontaktná osoba servisného strediska: **p. Viera Loutocká – servisná referentka**
sídlo: **MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659, 81, 949 01 Nitra – Dražovce**

telefón: 037/6533451

fax: 037/6535616

e-mail: service@medis.sk

3. **dĺžka záruky predmetu zmluvy od termínu uvedenia do prevádzky 12** (uvedie uchádzač/predávajúci – požiadavka verejného obstarávateľa/kupujúceho min 12 mesiacov),
4. **v rámci záručnej doby vykonávať záručný servis bezplatne, vrátane výmeny náhradných dielov potrebných k oprave, (tzn. práca technika, náklady na cestovné servisného technika a ceny použitých náhradných dielov k oprave)**
 - *uchádzač v prípade potreby uvedie všetky náhradné diely spotrebného charakteru, ktoré nie sú predmetom záruky,*
5. **lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 48** (uvedie uchádzač/predávajúci – požiadavka verejného obstarávateľa/kupujúceho max do 48 hodín),
6. **počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 2** (uvedie uchádzač/predávajúci),
7. **pred uplynutím záručnej lehoty vykonať poslednú preventívnu prehliadku a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky, ktoré spadajú pod záruku.**

Podmienky pozáručného servisu

1. **Predávajúci sa zaväzuje po uplynutí záručnej doby poskytovať kupujúcemu pozáručný servis po dobu prevádzkovania zariadenia (min. 8 rokov),**
2. **Servis vlastný/zmluvný** – uvedie uchádzač:

3. Kontakty pre pozáručný servis

názov servisného strediska: **MEDIS Nitra, spol. s r.o.**

kontaktná osoba servisného strediska: **p. Loutocká Viera, servisná referentka**

sídlo: **Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce**

telefón: 037/6533451

fax: 037/6535616

e-mail: service@medis.sk

4. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska **48** (uvedie uchádzač/predávajúci – požiadavka verejného obstarávateľa/kupujúceho max do 48 hodín),
5. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – **2** (uvedie uchádzač/predávajúci),
6. celkové náklady za jednu vykonanú preventívnu prehliadku – **666 EUR s DPH** (uvedie uchádzač/predávajúci)
7. Po uplynutí záručnej doby možnosť voľby výberu pozáručného servisu v dvoch formách (uchádzač si vyberie jednu z možností a druhú z návrhu dohody vymaže, v prípade pozáručného servisu formou objednávok vyplní údaje – hodinová zúčtovacia sadzba a cestovné náklady servisného technika):
- formou zmluvne dohodnutého servisu,
 - formou objednávok na opravu a údržbu zariadení:
 - hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika v pracovné dni – **39,43 EUR** s DPH podľa v súčasnosti platného cenníka servisných opráv (uvedie uchádzač/predávajúci),
 - celkové náklady na cestovné pri zásahu servisného technika – **111 EUR s DPH** (tzn. za jeden výjazd technika zo servisného strediska na miesto určenia a späť) (uvedie uchádzač/predávajúci).

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36



Príloha č. 3 k rámcovej dohode

Položka č. 17

Názov položky: **Infúzny systém s dokovacou stanicou pre 5+1 expektačných lôžok**

Názov (typ) zariadenia: **Perfusor® Space, Infusomat® Space, Space Station,
Space Cover Comfort**

Výrobca zariadenia: **B. Braun Melsungen AG**

Podmienky záručného servisu

1. servis zmluvný
2. Kontakty pre záručný servis:
 názov servisného strediska: B. Braun Avitum Zvolen s.r.o.
 kontaktná osoba servisného strediska: Martin Sihelský
 sídlo: Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
 telefón: 0903 264 906
 fax: 045 532 3613
 e-mail: martin.sihelsky@bbraun.com
3. dĺžka záruky predmetu zmluvy od termínu uvedenia do prevádzky: **24 mesiacov**
4. v rámci záručnej doby vykonávať záručný servis bezplatne, vrátane výmeny náhradných dielov potrebných k oprave, (tzn. práca technika, náklady na cestovné servisného technika a ceny použitých náhradných dielov k oprave)
5. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska **48 hodín**
6. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja: jeden krát za dva roky
7. pred uplynutím záručnej lehoty vykonať poslednú preventívnu prehliadku a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky, ktoré spadajú pod záruku.

Podmienky pozáručného servisu

1. Predávajúci sa zaväzuje po uplynutí záručnej doby poskytovať kupujúcemu pozáručný servis po dobu prevádzkovania zariadenia (min. 8 rokov),
2. Servis zmluvný
3. Kontakty pre pozáručný servis:
 názov servisného strediska: B. Braun Avitum Zvolen s.r.o.
 kontaktná osoba servisného strediska: Martin Sihelský
 sídlo: Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
 telefón: 0903 264 906
 fax: 045 532 3613
 e-mail: martin.sihelsky@bbraun.com

4. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska **48 hodín**
5. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja: jedenkrát za dva roky
6. celkové náklady za jednu vykonanú preventívnu prehliadku – **61,36 EUR s DPH** za jeden prístroj
7. Po uplynutí záručnej doby možnosť voľby výberu pozáručného servisu:
 - formou objednávok na opravu a údržbu zariadení:
 - Cenník servisných úkonov je štrukturovaný a vyčíslený na konkrétny servisný úkon (nie na hodinovú sadzbu) a na náhradné diely. Pred uskutočnením opravy zákazník obdrží presnú kalkuláciu ceny na odsúhlasenie v EUR s DPH podľa platného cenníka servisných opráv (napr. Demontáž hlavy pohonu Space 28,57 EUR s DPH, Kalibrácia parametrov prístroja 15,13 EUR s DPH).
 - Prístroj je možné doručiť poštou alebo servisný technik vycestuje na miesto opravy k zákazníkovi. Celkové náklady na cestovné pri zásahu servisného technika na mieste – 0,48 EUR s DPH/km

Za B. Braun Medical s.r.o.


B. Braun Medical s.r.o.

Handlovská 18
702 001 01 Bratislava
PharmDr. Jiří Lukeš
konateľ
IČ DPH: SK2528287000
DIČ: 2020207600



RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36

Príloha č. 3. k rámcovej dohode pre

Položky č. 20-30,32,34-36,46-48

Názov položky: Nábytok

Názov (typ) zariadenia: Nábytok rôzny, podľa zoznamu položiek 18-101

Výrobca zariadenia: ALVO, MERIVAARA, INSAUSTI, ALFAMEDIC, JIVA, ČECHOVO,

Podmienky záručného servisu

1. servis vlastný
2. Kontakty pre záručný servis
názov servisného strediska: **Radix spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica.**

kontaktná osoba servisného strediska: **Ing. Lukáš Mališ**

sídlo: **Radix spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica.**

telefón: **0907870857**

fax: **048/4112623**

e-mail: **servis@radix.sk**

3. dĺžka záruky predmetu zmluvy od termínu uvedenia do prevádzky 24 mesiacov,
4. v rámci záručnej doby vykonávať záručný servis bezplatne, vrátane výmeny náhradných dielov potrebných k oprave, (tzn. práca technika, náklady na cestovné servisného technika a ceny použitých náhradných dielov k oprave)

Náhradné diely spotrebného charakteru, ktoré nie sú predmetom záruky: **nie sú.**

5. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 24 hodín,
6. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 1,
7. pred uplynutím záručnej lehoty vykonať poslednú preventívnu prehliadku a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky, ktoré spadajú pod záruku.

Podmienky pozáručného servisu

1. Predávajúci sa zaväzuje po uplynutí záručnej doby poskytovať kupujúcemu pozáručný servis po dobu prevádzkovania zariadenia (min. 8 rokov),
2. Servis vlastný.

3. Kontakty pre pozáručný servis
názov servisného strediska:

názov servisného strediska: **Radix spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica.**

kontaktná osoba servisného strediska: **Ing.Lukáš Mališ**

sídlo: **Radix spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica.**

telefón: **0907870857**

fax: **048/4112623**

e-mail: **servis@radix.sk**

4. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 24 hodín,
5. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 1,
6. celkové náklady za jednu vykonanú preventívnu prehliadku – 24 EUR s DPH
7. Po uplynutí záručnej doby možnosť voľby výberu pozáručného servisu v dvoch formách:
 - formou objednávok na opravu a údržbu zariadení:
 - hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika v pracovné dni – 24 EUR s DPH podľa v súčasnosti platného cenníka servisných opráv,
 - celkové náklady na cestovné pri zásahu servisného technika – 0,40 EUR s DPH (tzn. za jeden výjazd technika zo servisného strediska na miesto určenia a späť).

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36



Položka č. 31

Názov položky: **Skrinky šatňové na biele prádlo+topánky 4-sekciové + rám na nožičkách s cylindr.zámkom /modré/ 300x500x2200**

Názov (typ) zariadenia: **SUM 341**

Výrobca zariadenia: **AKD S.R.O., ČESKÁ 1715/33, 924 01 GALANTA**

Položka č. 39

Názov položky: **Regál, 7 x polica**

Názov (typ) zariadenia: **RMM303**

Výrobca zariadenia: **AKD S.R.O., ČESKÁ 1715/33, 924 01 GALANTA**

Položka č. 40

Názov položky: **Regál, 6 x polica**

Názov (typ) zariadenia: **RMM301**

Výrobca zariadenia: **AKD S.R.O., ČESKÁ 1715/33, 924 01 GALANTA**

Podmienky záručného servisu

1. servis vlastný
2. Kontakty pre záručný servis
názov servisného strediska: **BASCO SK, s.r.o.**
kontaktná osoba servisného strediska: **Šafr Jozef**
sídlo: **Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok**
telefón: **033/6406720**
fax: **033/6402108**
e-mail: **info@bascosk.sk**
3. dĺžka záruky predmetu zmluvy od termínu uvedenia do prevádzky **24** (uvedie uchádzač/predávajúci – požiadavka verejného obstarávateľa/kupujúceho min 12 mesiacov),
4. v rámci záručnej doby vykonávať záručný servis bezplatne, vrátane výmeny náhradných dielov potrebných k oprave, (tzn. práca technika, náklady na cestovné servisného technika a ceny použitých náhradných dielov k oprave)
5. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska **48 hodín**
6. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – **0**
7. pred uplynutím záručnej lehoty vykonať poslednú preventívnu prehliadku a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky, ktoré spadajú pod záruku.

Podmienky pozáručného servisu

1. Predávajúci sa zaväzuje po uplynutí záručnej doby poskytovať kupujúcemu pozáručný servis po dobu prevádzkovania zariadenia (min. 8 rokov),
2. Servis vlastný:
3. Názov servisného strediska: **BASCO SK, s.r.o.**
kontaktná osoba servisného strediska: **Šafr Jozef**
sídlo: **Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok**

telefón: 033/6406720
fax: 033/6402108
e-mail: info@bascosk.sk

4. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 48 hodín
5. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 0
celkové náklady za jednu vykonanú preventívnu prehliadku – 0 EUR s DPH
6. Po uplynutí záručnej doby možnosť voľby výberu pozáručného servisu:
 - ◆ formou objednávok na opravu a údržbu zariadení:
 - hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika v pracovné dni – 40,8 EUR s DPH podľa v súčasnosti platného cenníka servisných opráv
 - celkové náklady na cestovné pri zásahu servisného technika – 448 EUR s DPH (tzn. za jeden výjazd technika zo servisného strediska na miesto určenia a späť)

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36



Položka č. 37

Názov položky: **Panel sprchový s dezinfekciou**

Názov (typ) zariadenia: **Panel sprchový CSO**

Výrobca zariadenia: **CSO Ostrava, Blanická 170/1, 724 00 Ostrava-Stará Bělá**

Podmienky záručného servisu

1. servis vlastný
2. Kontakty pre záručný servis
názov servisného strediska: BASCO SK, s.r.o.
kontaktná osoba servisného strediska: Šafr Jozef
sídlo: Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
telefón: 033/6406720
fax: 033/6402108
e-mail: info@bascosk.sk
3. dĺžka záruky predmetu zmluvy od termínu uvedenia do prevádzky 24 (uvedie uchádzač/predávajúci – požiadavka verejného obstarávateľa/kupujúceho min 12 mesiacov),
4. v rámci záručnej doby vykonávať záručný servis bezplatne, vrátane výmeny náhradných dielov potrebných k oprave, (tzn. práca technika, náklady na cestovné servisného technika a ceny použitých náhradných dielov k oprave)
5. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 48 hodín
6. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 1
7. pred uplynutím záručnej lehoty vykonať poslednú preventívnu prehliadku a bezplatne odstrániť všetkých zistené vady a nedostatky, ktoré spadajú pod záruku.


Podmienky pozáručného servisu

1. Predávajúci sa zaväzuje po uplynutí záručnej doby poskytovať kupujúcemu pozáručný servis po dobu prevádzkovania zariadenia (min. 8 rokov),
2. Servis vlastný:
3. Názov servisného strediska: BASCO SK, s.r.o.
kontaktná osoba servisného strediska: Šafr Jozef
sídlo: Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
telefón: 033/6406720
fax: 033/6402108
e-mail: info@bascosk.sk
4. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 48 hodín
5. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 1
celkové náklady za jednu vykonanú preventívnu prehliadku – 40,8 EUR s DPH
6. Po uplynutí záručnej doby možnosť voľby výberu pozáručného servisu:
 - ✦ formou objednávok na opravu a údržbu zariadení:

9

- hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika v pracovné dni – 40,8 EUR s DPH podľa v súčasnosti platného cenníka servisných opráv
- celkové náklady na cestovné pri zásahu servisného technika – 448 EUR s DPH (tzn. za jeden výjazd technika zo servisného strediska na miesto určenia a späť)

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Krompáčka 36



Položka č. 38

Názov položky: **Pištoľ tlaková umývací**

Názov (typ) zariadenia: **NEREZOVÝ NÁBYTOK**

Výrobca zariadenia: **SEZAME PRODUCT, S.R.O., ŠALOUNOVA 446/59, 703 00 OSTRAVA 2**

Podmienky záručného servisu

1. servis vlastný
2. Kontakty pre záručný servis
názov servisného strediska: BASCO SK, s.r.o.
kontaktná osoba servisného strediska: Šafr Jozef
sídlo: Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
telefón: 033/6406720
fax: 033/6402108
e-mail: info@bascosk.sk
3. dĺžka záruky predmetu zmluvy od termínu uvedenia do prevádzky 24 (uvedie uchádzač/predávajúci – požiadavka verejného obstarávateľa/kupujúceho min 12 mesiacov),
4. v rámci záručnej doby vykonávať záručný servis bezplatne, vrátane výmeny náhradných dielov potrebných k oprave, (tzn. práca technika, náklady na cestovné servisného technika a ceny použitých náhradných dielov k oprave)
5. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 48 hodín
6. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 0
7. pred uplynutím záručnej lehoty vykonať poslednú preventívnu prehliadku a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky, ktoré spadajú pod záruku.

Podmienky pozáručného servisu

1. Predávajúci sa zaväzuje po uplynutí záručnej doby poskytovať kupujúcemu pozáručný servis po dobu prevádzkovania zariadenia (min. 8 rokov),
2. Servis vlastný:
3. Názov servisného strediska: BASCO SK, s.r.o.
kontaktná osoba servisného strediska: Šafr Jozef
sídlo: Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
telefón: 033/6406720
fax: 033/6402108
e-mail: info@bascosk.sk
4. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 48 hodín
5. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 0
celkové náklady za jednu vykonanú preventívnu prehliadku – 0 EUR s DPH
6. Po uplynutí záručnej doby možnosť voľby výberu pozáručného servisu:

➤ formou objednávok na opravu a údržbu zariadení:

- hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika v pracovné dni – 40,8 EUR s DPH podľa v súčasnosti platného cenníka servisných opráv
- celkové náklady na cestovné pri zásahu servisného technika – 448 EUR s DPH (tzn. za jeden výjazd technika zo servisného strediska na miesto určenia a späť)

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kráľovská 36



Položka č. 41

Názov položky: **Regál s nastaviteľnou výškou polic, 5 x polica, celonerezový**

Názov (typ) zariadenia: **NEREZOVÝ NÁBYTOK**

Výrobca zariadenia: **ZUZANA BARUSOVÁ – TEARS, PODJAVORINSKEJ 17, 942 01 ŠURANY**

Položka č. 42

Názov položky: **Regál skladový, 4x polica, celonerezový**

Názov (typ) zariadenia: **NEREZOVÝ NÁBYTOK**

Výrobca zariadenia: **ZUZANA BARUSOVÁ – TEARS, PODJAVORINSKEJ 17, 942 01 ŠURANY**

Položka č. 43

Názov položky: **Skrinka nástenná uzatvorená s jednou policou NR**

Názov (typ) zariadenia: **NEREZOVÝ NÁBYTOK**

Výrobca zariadenia: **ZUZANA BARUSOVÁ – TEARS, PODJAVORINSKEJ 17, 942 01 ŠURANY**

Položka č. 44

Názov položky: **Vozík nemocničný, 2-podlažný, nerez**

Názov (typ) zariadenia: **NEREZOVÝ NÁBYTOK**

Výrobca zariadenia: **ZUZANA BARUSOVÁ – TEARS, PODJAVORINSKEJ 17, 942 01 ŠURANY**

Položka č. 45

Názov položky: **Vozík regálový, skriňový s pevnými vsunmi**

Názov (typ) zariadenia: **NEREZOVÝ NÁBYTOK**

Výrobca zariadenia: **ZUZANA BARUSOVÁ – TEARS, PODJAVORINSKEJ 17, 942 01 ŠURANY**

Položka č. 49

Názov položky: **Vozík regálový s prestaviteľnými vsunmi pre centrálnu sterilizáciu**

Názov (typ) zariadenia: **NEREZOVÝ NÁBYTOK**

Výrobca zariadenia: **ZUZANA BARUSOVÁ – TEARS, PODJAVORINSKEJ 17, 942 01 ŠURANY**

Položka č. 50

Názov položky: **Vozík regálový, skriňový, uzamykatelný s prestaviteľnými vsunmi (rozmery cca 1100x710x1420)**

Názov (typ) zariadenia: **NEREZOVÝ NÁBYTOK**

Výrobca zariadenia: **ZUZANA BARUSOVÁ – TEARS, PODJAVORINSKEJ 17, 942 01 ŠURANY**



Položka č. 51

Názov položky: Vozík regálový, skriňový, uzamykatel'ný s prestaviteľ'nými vusnmi (rozmery cca 1320x710x1120)

Názov (typ) zariadenia: NEREZOVÝ NÁBYTOK

Výrobca zariadenia: ZUZANA BARUSOVÁ – TEARS, PODJAVORINSKEJ 17, 942 01 ŠURANY

Položka č. 55

Názov položky: Pracovný stôl s galerkou, obojstranný, nerez

Názov (typ) zariadenia: NEREZOVÝ NÁBYTOK

Výrobca zariadenia: ZUZANA BARUSOVÁ – TEARS, PODJAVORINSKEJ 17, 942 01 ŠURANY

Položka č. 56

Názov položky: Pracovný stôl, jednoduchý so zadným límcom, nerez (1800x700x850)

Názov (typ) zariadenia: NEREZOVÝ NÁBYTOK

Výrobca zariadenia: ZUZANA BARUSOVÁ – TEARS, PODJAVORINSKEJ 17, 942 01 ŠURANY

Položka č. 57

Názov položky: Pracovný stôl, jednoduchý so zadným límcom, nerez (1000x600x850)

Názov (typ) zariadenia: NEREZOVÝ NÁBYTOK

Výrobca zariadenia: ZUZANA BARUSOVÁ – TEARS, PODJAVORINSKEJ 17, 942 01 ŠURANY

Položka č. 58

Názov položky: Pracovný stôl, policový so zadným límcom, nerez (1400x700x850)

Názov (typ) zariadenia: NEREZOVÝ NÁBYTOK

Výrobca zariadenia: ZUZANA BARUSOVÁ – TEARS, PODJAVORINSKEJ 17, 942 01 ŠURANY

Položka č. 59

Názov položky: Pracovný stôl, policový so zadným límcom, nerez (1800x700x850)

Názov (typ) zariadenia: NEREZOVÝ NÁBYTOK

Výrobca zariadenia: ZUZANA BARUSOVÁ – TEARS, PODJAVORINSKEJ 17, 942 01 ŠURANY

Položka č. 60

Názov položky: Pracovný stôl rohový, policový so zadným límcom, nerez (1070x700x1070/700x/850)

Názov (typ) zariadenia: NEREZOVÝ NÁBYTOK

Výrobca zariadenia: ZUZANA BARUSOVÁ – TEARS, PODJAVORINSKEJ 17, 942 01 ŠURANY

Položka č. 61

Názov položky: Pracovný stôl skrinkový so zadným límcom, nerez (1400x600x850)

Názov (typ) zariadenia: NEREZOVÝ NÁBYTOK

Výrobca zariadenia: ZUZANA BARUSOVÁ – TEARS, PODJAVORINSKEJ 17, 942 01 ŠURANY



Položka č. 62

Názov položky: Pracovný stôl skrinkový so zadným límcom, nerez (1100x700x850)

Názov (typ) zariadenia: NEREZOVÝ NÁBYTOK

Výrobca zariadenia: ZUZANA BARUSOVÁ – TEARS, PODJAVORINSKEJ 17, 942 01 ŠURANY

Položka č. 63

Názov položky: Pracovný stôl skrinkový so zadným límcom, nerez (1400x700x850)

Názov (typ) zariadenia: NEREZOVÝ NÁBYTOK

Výrobca zariadenia: ZUZANA BARUSOVÁ – TEARS, PODJAVORINSKEJ 17, 942 01 ŠURANY

Položka č. 64

Názov položky: Pracovný stôl skrinkový so zadným límcom na dezinfekčné roztoky, nerez (1800x700x850)

Názov (typ) zariadenia: NEREZOVÝ NÁBYTOK

Výrobca zariadenia: ZUZANA BARUSOVÁ – TEARS, PODJAVORINSKEJ 17, 942 01 ŠURANY

Položka č. 65

Názov položky: Pracovný stôl policový so zadným límcom, nerez (1200x600x850)

Názov (typ) zariadenia: NEREZOVÝ NÁBYTOK

Výrobca zariadenia: ZUZANA BARUSOVÁ – TEARS, PODJAVORINSKEJ 17, 942 01 ŠURANY

Položka č. 66

Názov položky: Umývací stôl zakrytý s policami so zadným límcom, nerez (1400x700x850)

Názov (typ) zariadenia: NEREZOVÝ NÁBYTOK

Výrobca zariadenia: ZUZANA BARUSOVÁ – TEARS, PODJAVORINSKEJ 17, 942 01 ŠURANY

Položka č. 67

Názov položky: Umývací stôl zakrytý s policami so zadným límcom, nerez (1600x700x850)

Názov (typ) zariadenia: NEREZOVÝ NÁBYTOK

Výrobca zariadenia: ZUZANA BARUSOVÁ – TEARS, PODJAVORINSKEJ 17, 942 01 ŠURANY

Položka č. 68

Názov položky: Umývací stôl zakrytý s policami so zadným límcom, nerez (1200x600x850)

Názov (typ) zariadenia: NEREZOVÝ NÁBYTOK

Výrobca zariadenia: ZUZANA BARUSOVÁ – TEARS, PODJAVORINSKEJ 17, 942 01 ŠURANY

Položka č. 69

Názov položky: Umývací stôl zakrytý s policami so zadným límcom, nerez (1300x600x850)

Názov (typ) zariadenia: NEREZOVÝ NÁBYTOK

0

Výrobca zariadenia: ZUZANA BARUSOVÁ – TEARS, PODJAVORINSKEJ 17, 942 01
ŠURANY

Položka č. 70

Názov položky: Umývací stôl, skrinkový so zadným límcem, nerez (1200x600x850)

Názov (typ) zariadenia: NEREZOVÝ NÁBYTOK

Výrobca zariadenia: ZUZANA BARUSOVÁ – TEARS, PODJAVORINSKEJ 17, 942 01
ŠURANY

Položka č. 71

Názov položky: Umývací stôl, skrinkový so zadným límcem, nerez (1900x700x850)

Názov (typ) zariadenia: NEREZOVÝ NÁBYTOK

Výrobca zariadenia: ZUZANA BARUSOVÁ – TEARS, PODJAVORINSKEJ 17, 942 01
ŠURANY

Položka č. 72

Názov položky: Umývací stôl skrinkový so zadným límcem, nerez (1200x600x850)

Názov (typ) zariadenia: NEREZOVÝ NÁBYTOK

Výrobca zariadenia: ZUZANA BARUSOVÁ – TEARS, PODJAVORINSKEJ 17, 942 01
ŠURANY

Položka č. 73

Názov položky: Umývací stôl zakrytý s policou so zadným límcem, nerez (1200x600x850)

Názov (typ) zariadenia: NEREZOVÝ NÁBYTOK

Výrobca zariadenia: ZUZANA BARUSOVÁ – TEARS, PODJAVORINSKEJ 17, 942 01
ŠURANY

Položka č. 74

Názov položky: Stojan na sterilizáciu a baliaci papier, pojazdny

Názov (typ) zariadenia: NEREZOVÝ NÁBYTOK

Výrobca zariadenia: ZUZANA BARUSOVÁ – TEARS, PODJAVORINSKEJ 17, 942 01
ŠURANY

Položka č. 75

Názov položky: Policová skriňa, 2-dverová, nerez (1000x600x1800)

Názov (typ) zariadenia: NEREZOVÝ NÁBYTOK

Výrobca zariadenia: ZUZANA BARUSOVÁ – TEARS, PODJAVORINSKEJ 17, 942 01
ŠURANY

Položka č. 76

Názov položky: Stojan na sterilizáciu a baliaci papier, pojazdny

Názov (typ) zariadenia: NEREZOVÝ NÁBYTOK

Výrobca zariadenia: ZUZANA BARUSOVÁ – TEARS, PODJAVORINSKEJ 17, 942 01
ŠURANY

Položka č. 79

Názov položky: Policová skriňa, 2-dverová, nerez (1000x600x1800)

Názov (typ) zariadenia: NEREZOVÝ NÁBYTOK

Výrobca zariadenia: ZUZANA BARUSOVÁ – TEARS, PODJAVORINSKEJ 17, 942 01
ŠURANY

Podmienky záručného servisu

1. servis vlastný
2. Kontakty pre záručný servis
názov servisného strediska: BASCO SK, s.r.o.
kontaktná osoba servisného strediska: Šafr Jozef
sídlo: Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
telefón: 033/6406720
fax: 033/6402108
e-mail: info@bascosk.sk
3. dĺžka záruky predmetu zmluvy od termínu uvedenia do prevádzky 24 (uvedie uchádzač/predávajúci – požiadavka verejného obstarávateľa/kupujúceho min 12 mesiacov),
4. v rámci záručnej doby vykonávať záručný servis bezplatne, vrátane výmeny náhradných dielov potrebných k oprave, (tzn. práca technika, náklady na cestovné servisného technika a ceny použitých náhradných dielov k oprave)
5. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 48 hodín
6. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 0
7. pred uplynutím záručnej lehoty vykonať poslednú preventívnu prehliadku a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky, ktoré spadajú pod záruku.

Podmienky pozáručného servisu

1. Predávajúci sa zaväzuje po uplynutí záručnej doby poskytovať kupujúcemu pozáručný servis po dobu prevádzkovania zariadenia (min. 8 rokov),
2. Servis vlastný:
3. Názov servisného strediska: BASCO SK, s.r.o.
kontaktná osoba servisného strediska: Šafr Jozef
sídlo: Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
telefón: 033/6406720
fax: 033/6402108
e-mail: info@bascosk.sk
4. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 48 hodín
5. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 0
celkové náklady za jednu vykonanú preventívnu prehliadku – 0 EUR s DPH
6. Po uplynutí záručnej doby možnosť voľby výberu pozáručného servisu:
 - formou objednávok na opravu a údržbu zariadení:
 - hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika v pracovné dni – 40,8 EUR s DPH podľa v súčasnosti platného cenníka servisných opráv
 - celkové náklady na cestovné pri zásahu servisného technika – 448 EUR s DPH (tzn. za jeden výjazd technika zo servisného strediska na miesto určenia a späť)

Položka č. 52

Názov položky: **Pracovný stôl 140, 2x prechodka, kovová podnož**

Názov (typ) zariadenia: **Zdravotnícky nábytok MEDICAL**

Výrobca zariadenia: **BASCO SK, s.r.o., Šenkvickej cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinoká cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok**

Položka č. 53

Názov položky: **Pracovný stôl 160, 2x priechodka, kovová podnož**

Názov (typ) zariadenia: **Zdravotnícky nábytok MEDICAL**

Výrobca zariadenia: **BASCO SK, s.r.o., Šenkvickej cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinoká cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok**

Položka č. 54

Názov položky: **Pracovný stôl 80, 1x prechodka, kovová podnož**

Názov (typ) zariadenia: **Zdravotnícky nábytok MEDICAL**

Výrobca zariadenia: **BASCO SK, s.r.o., Šenkvickej cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinoká cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok**

Položka č. 74

Názov položky: **Laboratórny stôl (1500x700x760)**

Názov (typ) zariadenia: **Zdravotnícky nábytok MEDICAL**

Výrobca zariadenia: **BASCO SK, s.r.o., Šenkvickej cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok**

Položka č. 75

Názov položky: **Laboratórny stôl (1800x600x760)**

Názov (typ) zariadenia: **Zdravotnícky nábytok MEDICAL**

Výrobca zariadenia: **BASCO SK, s.r.o., Šenkvickej cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok**

Položka č. 77

Názov položky: **Kuchynská linka, drez s odkvapkávačom/skrinky dolné+horné (dĺžka 1950, os 1700)**

Názov (typ) zariadenia: **Zdravotnícky nábytok MEDICAL**

Výrobca zariadenia: **BASCO SK, s.r.o., Šenkvickej cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok**

Položka č. 78

Názov položky: **Kuchynská linka s drezom (dĺžka 1500)**

Názov (typ) zariadenia: **Zdravotnícky nábytok MEDICAL**

Výrobca zariadenia: **BASCO SK, s.r.o., Šenkvickej cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok**

Položka č. 80

Názov položky: **Policová skriňa, 2-dverová (1000x420x2050)**

Názov (typ) zariadenia: **Zdravotnícky nábytok MEDICAL**

Výrobca zariadenia: **BASCO SK, s.r.o., Šenkvickej cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok**

Položka č. 81

Názov položky: **Umývadlo so spodnou skrinkou (800x600x850)**

Názov (typ) zariadenia: **Zdravotnícky nábytok MEDICAL**

7

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Položka č. 82

Názov položky: **Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1350, os 300)**

Názov (typ) zariadenia: **Zdravotnícky nábytok MEDICAL**

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Položka č. 83

Názov položky: **Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 2100, os 1850)**

Názov (typ) zariadenia: **Zdravotnícky nábytok MEDICAL**

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Položka č. 84

Názov položky: **Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1950, os 1700)**

Názov (typ) zariadenia: **Zdravotnícky nábytok MEDICAL**

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Položka č. 85

Názov položky: **Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1800, os 1550)**

Názov (typ) zariadenia: **Zdravotnícky nábytok MEDICAL**

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Položka č. 86

Názov položky: **Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1800, os 1500)**

Názov (typ) zariadenia: **Zdravotnícky nábytok MEDICAL**

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Položka č. 87

Názov položky: **Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1500, os 1250)**

Názov (typ) zariadenia: **Zdravotnícky nábytok MEDICAL**

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Položka č. 88

Názov položky: **Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1350, os 900)**

Názov (typ) zariadenia: **Zdravotnícky nábytok MEDICAL**

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Položka č. 89

Názov položky: **Linka pracovná s nerezovým drezom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1350, os 1250)**

Názov (typ) zariadenia: **Zdravotnícky nábytok MEDICAL**

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

9

Položka č. 90

Názov položky: Linka pracovná s nerezovým drezom a odkvapkávačom/skrinky dolné a horné (dĺžka 2100, os 1800)

Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvickej cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Položka č. 91

Názov položky: Linka pracovná s nerezovým drezom a odkvapkávačom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1950, os 1750)

Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvickej cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Položka č. 92

Názov položky: Linka pracovná s nerezovým drezom a odkvapkávačom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1500, os 1200)

Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvickej cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Položka č. 93

Názov položky: Linka pracovná s nerezovým drezom a odkvapkávačom/skrinky dolné a horné (dĺžka 1800, os 1500)

Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvickej cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Položka č. 94

Názov položky: Linka pracovná, obojstranná, vrátane nerezového umývadla, nerezový drez, dolné skrinky (5000x600x900)

Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvickej cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Položka č. 95

Názov položky: Linka pracovná nerezové kruhové umývadlo, nerezový drez/skrinky dolné a horné (2400x600x900, os 450)

Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvickej cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Položka č. 96

Názov položky: Linka pracovná/skrinky dolné a horné (900x600x900)

Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvickej cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Položka č. 97

Názov položky: Linka kuchynská s nerezovým drezom a odkvapkávačom (2800x600x900)/dolné skrinky

Názov (typ) zariadenia: Zdravotnícky nábytok MEDICAL

Výrobca zariadenia: BASCO SK, s.r.o., Šenkvickej cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok

Položka č. 98

Názov položky: Linka pracovná s nerezovým kruhovým umývadlom/dolné skrinky (1900x600x900)

Názov (typ) zariadenia: **Zdravotnícky nábytok MEDICAL**

Výrobca zariadenia: **BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok**

Položka č. 99

Názov položky: **Linka pracovná s kruhovým umývadlom, nerezový drez/skrinky dolné a horné (dĺžka 1950 mm, os umývadla 1500, os drezu 750)**

Názov (typ) zariadenia: **Zdravotnícky nábytok MEDICAL**

Výrobca zariadenia: **BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok**

Položka č. 100

Názov položky: **Pult pracovný rovný pre adm. prácu sestier (2500x700x750)**

Názov (typ) zariadenia: **Zdravotnícky nábytok MEDICAL**

Výrobca zariadenia: **BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok**

Položka č. 101

Názov položky: **Pult pracovný rohový pre adm. prácu sestier (2500x800x750x950)**

Názov (typ) zariadenia: **Zdravotnícky nábytok MEDICAL**

Výrobca zariadenia: **BASCO SK, s.r.o., Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok**

Podmienky záručného servisu

1. servis vlastný

2. Kontakty pre záručný servis

názov servisného strediska: **BASCO SK, s.r.o.**

kontaktná osoba servisného strediska: **Šafr Jozef**

sídlo: **Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok**

telefón: **033/6406720**

fax: **033/6402108**

e-mail: **info@bascosk.sk**

3. dĺžka záruky predmetu zmluvy od termínu uvedenia do prevádzky 24 (uvedie uchádzač/predávajúci – požiadavka verejného obstarávateľa/kupujúceho min 12 mesiacov),

4. v rámci záručnej doby vykonávať záručný servis bezplatne, vrátane výmeny náhradných dielov potrebných k oprave, (tzn. práca technika, náklady na cestovné servisného technika a ceny použitých náhradných dielov k oprave)

5. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 48 hodín

6. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 0

7. pred uplynutím záručnej lehoty vykonať poslednú preventívnu prehliadku a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky, ktoré spadajú pod záruku.

Podmienky pozáručného servisu

1. Predávajúci sa zaväzuje po uplynutí záručnej doby poskytovať kupujúcemu pozáručný servis po dobu prevádzkovania zariadenia (min. 8 rokov),

2. Servis vlastný:

3. Názov servisného strediska: **BASCO SK, s.r.o.**

kontaktná osoba servisného strediska: **Šafr Jozef**

sídlo: **Šenkvičná cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok**

2

telefón: 033/6406720

fax: 033/6402108

e-mail: info@bascosk.sk

4. lehota pre nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska 48 hodín
5. počet preventívnych prehliadok doporučených výrobcom prístroja za jeden rok – 0
celkové náklady za jednu vykonanú preventívnu prehliadku – 0 EUR s DPH
6. Po uplynutí záručnej doby možnosť voľby výberu pozáručného servisu:
 - ♦ formou objednávok na opravu a údržbu zariadení:
 - hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika v pracovné dni – 40,8 EUR s DPH podľa v súčasnosti platného cenníka servisných opráv
 - celkové náklady na cestovné pri zásahu servisného technika – 448 EUR s DPH (tzn. za jeden výjazd technika zo servisného strediska na miesto určenia a späť)

RADIX s.r.o.
RADIX Banská Bystrica
Kremnička 36

