

Kúpna zmluva č. / 2013

uzavretá podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1. Predávajúci:

MAQUET Medizintechnik Vertrieb und Service GmbH - o. z.

Pribinova 25

811 09 Bratislava

IČO: 35876859

DIČ/IČ. DPH:

bankové spojenie:

číslo účtu:

v zastúpení: Ing. Friedrich Zinner
konateľ

(doplní uchádzač)

(ďalej ako predávajúci)

1.2. Kupujúci:

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59 Martin

IČO: 00365 327

DIČ:

bankové spojenie:

číslo účtu:

v zastúpení: Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD.
riaditeľ

(ďalej ako kupujúci)

Čl. 2 Predmet zmluvy

- Kúpnu zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu **1ks intraaortálnej balónikovej pumpy, typ SYSTEM CS 300** podľa cenovej ponuky zo dňa 18.6.2013, zabezpečiť dopravu do Univerzitnej nemocnice Martin a inštaláciu. Zaškolenie obsluhy je bezplatné. Špecifikácia predmetu zmluvy tvorí **Prílohu č. 1** tejto kúpnej zmluvy. Súčasťou dodávky tovaru bude návod na obsluhu v slovenskom/českom jazyku. Predávajúci sa zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo na tento tovar a kupujúci sa zaväzuje uvedený tovar prebrať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

Čl. 3 Cena

3.1. Kúpna cena tovaru tejto zmluvy platí v zmysle zásad Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky a je určená dohodou zmluvných strán vo výške:

- cena za celý predmet zmluvy v € bez DPH	8.330,00 EUR
sadzba DPH v %	20 %
sadzba DPH v €	1.666,00 EUR
- cena za celý predmet zmluvy v € s DPH	9.996,00 EUR

3.2. DPH, doprava tovaru na miesto určenia predmetu zmluvy, inštalácia a ostatné odvody v krajine obstarávateľa vo výške platnej ku dňu predloženia ponuky sú zahrnuté v cene tovaru.

3.3. Zmenu ceny z dôvodu zmeny colných, daňových a cenových predpisov ovplyvňujúcich štruktúru dohodnutej ceny, je možné upraviť len písomnou formou odsúhlaseného dodatku k tejto kúpnej zmluve.

Čl. 4 Platobné podmienky

4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu tovaru podľa čl. 3 tejto zmluvy na účet predávajúceho, č. ú..

Cena predmetu plnenia je splatná po splnení dodávky do miesta určenia, inštalácie a zaškolenia zdravotníckeho personálu a odovzdaní predmetu zmluvy do užívania na základe faktúry vystavenej predávajúcim splatnej do 60 dní od jej doručenia kupujúcemu.

Čl. 5 Miesto dodania tovaru

5.1. Predávajúci dodá tovar a kupujúci ho prevezme a zaplatí za tovar tak, ako je uvedené v iných článkoch tejto zmluvy. Prepravu tovaru na miesto dodania hradí predávajúci.

Miesto dodania tovaru: Univerzitná nemocnica Martin, 1. Interná klinika, Kollárova 2, 036 59 Martin

5.2. Dodacia lehota: do 2 týždňov od termínu nadobudnutia účinnosti zmluvy.

5.3 O prevzatí tovaru podpíšu obe zmluvné strany preberací protokol (dodací list). Súčasťou protokolárneho odovzdania tovaru do prevádzky bude odovzdanie sprievodnej a technickej dokumentácie v rozsahu zodpovedajúcom charakteru tovaru a bezpečnostno-technickým požiadavkám.

Čl. 6 Záručná lehota

6.1. Predávajúci poskytne na dodaný tovar záruku **6 mesiacov**, ktorá začína plynúť uvedením predmetu kúpnej zmluvy do prevádzky.

6.2. Výhradným zabezpečovateľom záručného a pozáručného servisu pre predmet zmluvy je predávajúci prostredníctvom servisných technikov a servisných pracovísk s nástupom

do 24 hod. počas pracovných dní od nahlásenia poruchy a po predložení záväznej objednávky na tel. č. 0902 922146, faxom 02/33554140 .

- 6.3. V prípade, ak bude prístroj v záručnej dobe mimo prevádzky po dobu viac ako 30 dní nepretržite z dôvodu neschopnosti predávajúceho alebo ním zabezpečenej alebo poverenej servisnej organizácie odstrániť poruchu, predávajúci sa zaväzuje po túto dobu zapožičať kupujúcemu adekvátne prístroj.

Čl. 7

Zmluvné pokuty

- 7.1. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry si predávajúci môže uplatniť úrok z omeškania vo výške o 9 percentuálnych bodov vyšší ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku.
- 7.2. V prípade, že predávajúci nedodrží čas plnenia, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedodaného predmetu kúpnej zmluvy za každý deň omeškania.

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

- 8.1. Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byť vykonané len písomnou dohodou oboch zmluvných strán vo forme číslovaných dodatkov k tejto kúpnej zmluve.
- 8.2. Predávajúci sa zaväzuje, že bez súhlasu kupujúceho nepostúpi svoju peňažnú pohľadávku vzniknutú z tejto zmluvy tretej strane. V prípade, ak by došlo k postúpeniu pohľadávky na tretiu osobu bez súhlasu kupujúceho, je takéto postúpenie pohľadávky neplatné.
- 8.3. Kúpna zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží dve jej vyhotovenia, ktoré majú platnosť originálu.
- 8.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
- 8.5. Práva a povinnosti účastníkov, ktoré neupravuje táto kúpna zmluva, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 8.6. Obe zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu, napísanú podľa ich slobodnej vôle prečítali, s jej obsahom súhlasia a na dôkaz toho pripojujú svoje podpisy.

Príloha č. 1 kúpnej zmluvy – Špecifikácia predmetu zmluvy

V Martine, dňa:
Za kupujúceho:

V Bratislave, dňa: 18.6.2013
Za predávajúceho:

.....
Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD.
riaditeľ UNM Martin

.....
Ing. Friedrich Zinner, konateľ

Špecifikácia predmetu zmluvy:

Intraaortálna balónová pumpa, typ SYSTEM CS 300

obj. číslo D998.-00-3023.-61 SYSTEM CS 1 ks

- Kontrapulzačný prístroj je vhodný na použitie na mechanickú podporu srdca a pacientov so zlyhávajúcim srdcom na udržanie krvného obehu a to najmä pri zlyhavaní ľavej komory
- Prístroj automaticky vyhodnocuje aktuálne EKG a krivky tlaku počas tepu, počas zmeny tepu okamžitá optimalizácia funkcie kontrapulzátora vrátane podpory pacientov s kardiostimulátorom
- Pre pacientov napojených na mimotelový obeh, u ktorých bola kontrapulzácia zavedená pred alebo v priebehu operácie, je možnosť nastaviť vnútornú spúšťacu infláciu/defláciu (internal trigger). Pri operačných výkonoch je možnosť ponechania zavedeného kontrapulzačného balóna vo vnútri a pri odpojení mimotelového obehu podporu okamžite využiť.
- Prístroj umožňuje spoľahlivú synchronizáciu pri tachykardii, ktorá zaisťuje veľmi rýchle pumpovanie bez akéhokoľvek oneskorenia. Systém zvláda aj veľmi rýchlu tachykardiu, vrátane fibrilácie predsiení. Jednoznačne rozpoznáva nerelevantné a relevantné signály.
- Rozsah rytmu pumpovania srdcových úderov za minútu : 0 – 205
- Súčasťou prístroja je doppler na kontrolu arteriálneho prietoku periférie DK
- Systém umožňuje automatické vynulovanie, kalibráciu a pravidelnú rekalihráciu optického tlakového senzora IAB priamo v pacientovi (in-vivo), bez potreby zásahu obsluhy
- Prístroj umožňuje poskytnúť tlakové dáta snímané optickým senzorom
- Systém zobrazuje všetky chybové hlásenia bez obmedzenia zobrazovaných parametrov.
- Kontrapulzačný prístroj nie je potrebné otvárať alebo zatvárať z dôvodu automatického odstraňovania vlhkosti so systému
- Súčasťou prístroja je zariadenie na detekciu krvi v IAB
- Systém ponúka nasledovné spúšťacie (Trigger) módy: auto mód, semi auto mód, EKG, tlakový signál, interný mód, V/A – V kardiostimulátor
- Súčasťou zariadenia je pneumatická jednotka , riadiaci systém pre tlakový a vákuový rezervoár – rýchle pumpovanie na báze podtlaku
 - a. plniaci plyn
 - b. výdrž pri prevoze v nemocničnom vozíku s pripojenou héliovou fľašou s výdržou až 3 mesiace nepretržitého pumpovania
 - c. plniaci objem balónika môže byť pri pumpovaní priebežne menený (augmentácia) a automaticky sa prispôsobuje okolitému tlaku
 - d. prevádzka na batérie, až 3 hodiny bez dobíjania
- Farebný displej kontrapulzačného prístroja zobrazuje snímané hodnoty, EKG, arteriálny tlak a tlak v balóniku
- Snímaný ukazovateľ má grafické znázornenie – inflácia / deflácia balóniku
- Prístroj zobrazuje ďalšie dáta : hemodynamické dáta – tep srdca, systolický a diastolický tlak, augmentovaný diastolický arteriálny tlak, priemerný arteriálny tlak, status napájania – sieť/batéria, zobrazovanie percentuálneho nabitia jednotlivých batérií, augmentácia.

V Martine dňa

V Bratislave dňa 18.6.2013

.....
Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD.

.....
Ing. Friedrich Zinner, konateľ