



Vaša značka č./zo dňa	Naša značka 017/387/2022	Vybavuje/linka JUDr. Krutil, kl. 837	Miesto a dátum Žilina, dňa 08.07.2022
-----------------------	-----------------------------	---	--

**Vec: Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. Z20226944\_Z**

Dňa 27.06.2022 Vaša spoločnosť, Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o., sídlo: Karadžičova 8A, 821 08 Bratislava, IČO 45597481 (ďalej len „dodávateľ“) uzatvorila **Kúpnu zmluvu č. Z20226944\_Z s Fakultnou nemocnicou s poliklinikou Žilina**, ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina (ďalej len „objednávateľ“). Predmetom kúpnej zmluvy je dodanie: Anestézia a resuscitácia – zdravotnícky spotrebný materiál bližšie špecifikovaný v kúpnej zmluve. Kúpna zmluva nadobudla účinnosť dňa 28.06.2022.

V zmysle tejto kúpnej zmluvy objednávateľ okrem iného požadoval:

- *Obstarávateľ si vyhradzuje právo na poskytnutie bezplatných funkčných vzoriek plnenia: 1 ks z každej položky, predloženie prospektovej dokumentácie v slovenskom alebo českom jazyku, ktorá musí spĺňať všetky technické a funkčné vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii.*
- *Požaduje sa predložiť Vyhlasenie o zhode a CE certifikát v slovenskom jazyku (nevyžaduje sa úradný preklad) e-mailom najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.*

Vyhlasenie o zhode a CE certifikát neboli predložené v slovenskom jazyku a zároveň na dodaných vzorkách chýbalo označenie na obale (názov, katalógové číslo, číslo šarže, výrobca, údaje o expirácii a veľkosti v zmysle zmluvy).

Na základe predložených vzoriek predmetu zmluvy, ktoré nie sú označené v zmysle platnej legislatívy nie je možné produkt stotožniť, resp. identifikovať s predloženým certifikátom a ostatnými dokladmi.

Zároveň používaním systému odsávania bez riadneho označenia ako napr. „sterilný“, bez garancie požadovaného 72hodinového použitia k endotracheálnej a tracheostomickej kanyle a garancie, že sa jedná o produkt Vami deklarovaného výrobcu, nie je možné zaručiť kvalitnú, sterilnú a bezpečnú ošetrovateľskú starostlivosť pacientov.

Na základe uvedeného nie je možné vylúčiť potencionálne iatrogénne poranenie dýchacích ciest a nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti použitím nevhodného produktu.




V zmysle predmetnej Kúpnej zmluvy č. Z20226944\_Z môže objednávateľ **odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy dodávateľom**, pričom nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky zo strany objednávateľa uvedenej v kúpnej zmluve sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností dodávateľa.

Nakoľko ste si ako dodávateľ nespĺnili vyššie uvedenú povinnosť, **došlo z Vašej strany k podstatnému porušeniu kúpnej zmluvy** uvedenému v čl. 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie, časť Ukončenie zmluvného vzťahu, a preto aj v súlade s čl. XVIII, bodom 18.2 písm. a) OPET, objednávateľ týmto

**o d s t u p u j e**

od predmetnej Kúpnej zmluvy č. Z20226944\_Z. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia tohto odstúpenia dodávateľovi.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina  
riaditeľstvo  
V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

12  


**Mgr. Eduard Dorčík**  
riaditeľ